

医疗器械主动召回信息发布

河北晟泰生物科技有限公司

对无菌医用一次性防护服产品主动召回

河北晟泰生物科技有限公司报告，由于省局医疗器械抽检，“因环氧乙烷残留量、无菌不符合标准规定”导致的不合格等原因，河北晟泰生物科技有限公司对其生产的（**无菌医用一次性防护服**）（注册或备案号：冀械注准 20212140237）主动召回。召回级别为三级。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。

附件：医疗器械召回事件报告表

