

召回计划实施情况报告表

产品名称	防褥疮气床垫	注册证或备案 凭证编码	冀械标准 20182560081
生产企业/ 代理人名称	河北传承孝爱医疗器械有限 公司	召回级别	三级
单位负责人 和联系方式	李晓彬 13780489429		
召回工作经办人 和联系方式	李峻月 18631811725		
通知 情况	应通知经销商/使用单 位/使用者情况	通知各经销商及使用单位	
	已通知到经销商/使用单 位/使用者情况	已经通知经销商及使用单位	
完 成 情 况	应当召回数量	44	
	已完成数量	0 台	
	召回确认方式	由销售人员对完成标签更正之后的设备进行拍照 给销售经理进行确认。	
召回产品的处理措施		在销售人员协助下将充气泵追回将新标签进行粘 贴	
完成召回需要时间估计		1 年（因各地疫情不可控）	
其 他 情 况			

报告单位：（盖章）

负责人：（签字）**李晓彬**

报告人：（签字）**李峻月**

报告日期：2021 年 9 月 30 日



医疗器械主动召回信息发布

河北传承孝爱医疗器械有限公司对防褥疮气床垫主动召回

河北传承孝爱医疗器械有限公司报告，由于省级医疗器械抽检，“因标识不符合标准规定”导致的不合格_____等原因，河北传承孝爱医疗器械有限公司对其生产的（防褥疮气床垫）（注册或备案号：冀械标注 20182560081）主动召回。召回级别为三级。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。

附件：医疗器械召回事件报告表

2021年09月30日

