

不合格医疗器械产品查处情况表

生产企业名称	受检单位名称	产品名称	规格型号	不符合标准规定项	处理结果
河北康正药业有限公司	河北康正药业有限公司	远红外磁疗贴	通用型 120mm×90mm, 批号: 230802	药物添加	依法没收不合格远红外磁疗贴6盒, 并处3万元罚款。
康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司	康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司	注射泵	SP950, 出厂编号: 24030200001	可听报警信号	依法没收不合格注射泵3台, 并处3万元罚款。
保定迈卓医疗器械有限公司	保定迈卓医疗器械有限公司	医用分子筛制氧机	JAY-3BW, 批号: MZ2024-383	外壳的封闭性、不用工具就可打开的罩和门的安全性、连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下)	依法没收不合格医用分子筛制氧机1台, 并处3万元罚款。
固安翌光科技有限公司	固安翌光科技有限公司	强脉冲光治疗仪	SYL001A, 出厂编号: SYL001A2430004	输入功率、脉冲(串)间隔	依法没收不合格强脉冲光治疗仪4台, 并处3万元罚款。
纳通生物科技(天津)有限公司	唐山市第二人民医院	关节内窥镜	NT.SE.8006, 序列号: 1828037	综合光效	唐山市第二人民医院已履行进货查验义务, 依法免除行政处罚。