

国家药品监督管理局

通告

2019 年 第 30 号

国家药监局关于发布国家医疗器械 监督抽检结果的通告 (第 4 号)

为加强医疗器械质量监督管理,保障医疗器械产品使用安全有效,国家药品监督管理局组织对丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒、腹部穿刺器、数控气压止血仪(带)等15个品种共877批(台)的产品进行了质量监督抽检,其中59批(台)产品不符合标准规定。具体情况通告如下:

一、被抽检项目不符合标准规定的医疗器械产品,涉及 44 家企业 12 个品种 50 批(台)。具体为:

(一)丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 2 家企业 2 批次产品。

保定长城临床试剂有限公司生产的 1 批次丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（速率法），准确度、线性不符合标准规定；洛阳恒恩生物科技有限公司生产的 1 批次丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（连续监测法），重复性不符合标准规定。

（二）腹部穿刺器 12 家企业 15 批次产品。江苏凯尔特医疗科技有限公司生产的 1 批次一次性使用穿刺器，配合性能、密封性和阻气性不符合标准规定；常州健瑞宝医疗器械有限公司、江苏特普优微创医疗科技有限公司、常州海尔斯医疗器械科技有限公司生产的各 1 批次一次性使用腹腔镜用穿刺器，杭州桐庐医达器械设备有限公司生产的 1 批次腹部穿刺器、常州市微凯医疗科技有限公司和江苏明朗医疗器械科技有限公司生产的各 1 批次一次性使用腹腔镜穿刺器，常州健瑞宝医疗器械有限公司生产的 1 批次一次性使用腹壁穿刺器、泰州莱赛医疗器械有限公司生产的 1 批次一次性套管穿刺器，配合性能不符合标准规定；无锡市神康医疗器械设备有限公司、无锡市瑞源普斯医疗器械有限公司生产的各 2 批次一次性使用穿刺器，外观、配合性能、密封性和阻气性不符合标准规定；欣瑞德（江苏）医疗科技有限公司生产的 1 批次一次性使用穿刺器、常州杰瑞尔医疗器械有限公司生产的 1 批次一次性使用腹腔镜穿刺器，密封性和阻气性不符合标准规定。

（三）接触镜护理产品 1 家企业 1 批次产品。广州科甫眼镜有限公司生产的 1 批次隐形眼镜护理液，装量（净含量）不符合标准规定。

(四)金属接骨螺钉 2 家企业 3 批次产品。山东省文登市整骨科技开发有限公司生产的 1 批次金属接骨螺钉,显微组织、最大扭矩和断裂扭转角不符合标准规定; aap Implantate AG Germany (代理商:北京百优华泰医疗科技有限公司)生产的 2 批次接骨螺钉,尺寸(螺纹顶径和底径)不符合标准规定。

(五)一次性使用手术衣 7 家企业 7 批次产品。江西丹美实业有限公司生产的 1 批次一次性使用手术衣,断裂强力,干态(产品关键区域)、断裂强力,湿态(产品关键区域)不符合标准规定;河南省安邦卫材有限公司生产的 1 批次一次性使用手术衣,胀破强力,干态(产品非关键区域)不符合标准规定;南昌市东海医疗器材有限公司生产的 1 批次一次性使用手术衣,断裂强力,干态(产品关键区域)、断裂强力,湿态(产品关键区域)、无菌不符合标准规定;新乡市康民卫材开发有限公司生产的 1 批次一次性使用手术衣,胀破强力,干态(产品关键区域)、胀破强力,湿态(产品关键区域)、断裂强力,干态(产品关键区域)、断裂强力,湿态(产品关键区域)不符合标准规定;新乡市大方医疗器械制造有限公司生产的 1 批次一次性无菌手术衣,断裂强力,干态(产品关键区域)、断裂强力,湿态(产品关键区域)不符合标准规定;河南飘安集团有限公司生产的 1 批次一次性使用手术衣,无菌不符合标准规定;河南省宇安医疗科技开发有限公司生产的 1 批次一次性无菌手术衣,胀破强力,干态(产品关键区域)、胀破强力,湿态(产品关键区域)不符合标准规定;

（六）数控气压止血仪（带）3家企业3台产品。杭州正大医疗器械有限公司生产的1台电动气压止血仪，输入功率、指示器不符合标准规定；浙江龙游蓝德医疗科技有限公司生产的1台电动气压止血仪，指示器不符合标准规定；徐州圣凯斯医疗设备有限公司生产的1台电动气压止血仪，输入功率、连续漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下）不符合标准规定。

（七）数字化X射线摄影系统1家企业1台产品。西北机器有限公司生产的1台平板型UC臂数字化X射线摄影系统，输入功率不符合标准规定。

（八）无创自动测量血压计（电子血压计）5家企业5台产品。东莞市医脉实业有限公司、深圳市合发医疗器械有限公司、深圳邦普医疗设备系统有限公司生产的各1台腕式电子血压计，深圳金亿帝医疗设备股份有限公司、广州南雪医疗器械有限公司生产的各1台臂式电子血压计，可重复性、压力传感器准确性不符合标准规定。

（九）血液透析及相关治疗用浓缩物1家企业1批次产品。辽宁恒信生物科技有限公司生产的1批次血液透析浓缩液（酸性）血液透析浓缩液（碳酸氢盐），装量不符合标准规定。

（十）一次性使用无菌手术膜2家企业2批次产品。浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司生产的1批次一次性使用无菌手术膜，无菌不符合标准规定；江西3L医用制品集团股份有限公司生产的1批次颅脑手术薄膜，水蒸气透过性不符合标准规定。

(十一) 一次性使用无菌阴道扩张器 6 家企业 8 批次产品。哈尔滨市天使卫生材料厂生产的 1 批次一次性使用无菌阴道扩张器, 无菌不符合标准规定; 常州市环康医疗器械有限公司、重庆鑫亿医疗器械有限公司生产的各 1 批次一次性使用无菌阴道扩张器, 抗变形能力不符合标准规定; 重庆鑫亿医疗器械有限公司生产的 1 批次一次性使用无菌阴道扩张器, 尺寸(长度 1)不符合标准规定; 吴江市亿成医疗器械有限公司生产的 1 批次一次性使用无菌阴道扩张器, 环氧乙烷残留量不符合标准规定; 南昌市福康医疗器械有限公司生产的 1 批次一次性使用无菌阴道扩张器、台州康健医用器械有限公司生产的 2 批次一次性使用无菌阴道扩张器, 结构强度不符合标准规定。

(十二) 椎间融合器 2 家企业 2 批次产品。深圳市斯玛仪器有限公司生产的 1 批次椎间融合器, 表面粗糙度不符合标准规定; 美国 NuVasive Inc., (代理商: 北京英普朗特科贸有限公司) 生产的 1 批次椎间融合器, 尺寸不符合标准规定。

以上抽检不符合标准规定产品具体情况, 见附件 1。

二、被抽检项目为标识标签、说明书等项目不符合标准规定的医疗器械产品, 涉及 8 家企业的 3 个品种 9 台, 具体为:

(一) 数控气压止血仪(带) 2 家企业 2 台产品。深圳市升昊科技有限公司生产的 1 台右股动脉电子压迫止血器、常州市延陵电子设备有限公司生产的 1 台自动气压止血带, 设备或设备部件的外部标记不符合标准规定。

(二) 无创自动测量血压计(电子血压计) 5 家企业 6 台产

品。广州玛奈特医疗器械有限公司生产的 1 台全自动臂式电子血压计，设备或设备部件的外部标记不符合标准规定；山东中弘信息科技有限公司生产的 1 台智能血压计，广州市同声电子科技有限公司、深圳市正康科技有限公司生产的各 1 台臂式电子血压计，中岫医疗仪器（深圳）有限公司生产的 1 台全自动电子血压计，标识要求不符合标准规定；广州玛奈特医疗器械有限公司生产的 1 台全自动腕式电子血压计，设备或设备部件的外部标记、标识要求不符合标准规定。

（三）医用造影高压注射器 1 家企业 1 台产品。江阴市东佳医疗器械有限公司生产的 1 台 CT 增强注射装置，外部标记不符合标准规定。

以上抽检不符合标准规定产品具体情况，见附件 2。

三、抽检项目全部符合标准规定的医疗器械产品涉及 366 家企业的 13 个品种 818 批（台），见附件 3。

四、对上述抽检中发现的不符合标准规定产品，国家药品监督管理局已要求企业所在地省级药品监督管理部门督促相关企业按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械召回管理办法》等法规规章要求对抽检不符合标准规定的产品进行风险评估，根据医疗器械缺陷的严重程度确定召回级别，主动召回产品并公开召回信息。同时，企业应尽快查明产品不合格原因，制定整改措施并按期整改到位，有关处置情况于 2019 年 6 月 20 日前向社会公布，并及时将相关情况报告至所在地省级药品监督管理部门。

五、企业所在地省级药品监督管理部门应对相关企业进行调

查处理，对企业进行产品召回、不合格原因调查、落实整改措施及公开披露信息等情况进行监督；如产品对人体造成伤害或者有证据证明可能危害人体健康的，应依法采取暂停生产、经营、使用等紧急控制措施；需要暂停进口的，应及时报国家药品监督管理局作出行政处理决定。企业未按要求落实上述要求的，所在地省级药品监督管理部门要依法严肃查处。有关信息应及时向社会公开。

六、以上各项落实情况，相关省级药品监督管理部门于2019年6月30日前报告国家药品监督管理局。

特此通告。

- 附件：1.国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单
2.国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单
3.国家医疗器械抽检符合标准规定产品名单



（公开属性：主动公开）

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项目
1	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(速率法)	保定长城临床试剂有限公司	保定长城临床试剂有限公司	试剂 1:50mL×2 试剂 2:20mL×1	20180412	河北省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所	1.准确度; 2.线性
2	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法)	洛阳恒恩生物科技有限公司	洛阳恒恩生物科技有限公司	R1: 60mL×1 R2: 15mL×1	2018-04-04 180404	河南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院	重复性
3	一次性使用穿刺器	江苏凯尔特医疗科技有限公司	江苏凯尔特医疗科技有限公司	KYN CB-12	2018.05.28 18052803	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	1.配合性能; 2.密封性和阻气性
4	一次性使用腹腔镜用穿刺器	常州健瑞宝医疗器械有限公司	常州健瑞宝医疗器械有限公司	JW12TLV	2018.03.15 CEC007	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	配合性能
5	一次性使用腹腔镜用穿刺器	江苏特普优微创医疗科技有限公司	江苏特普优微创医疗科技有限公司	TPYCQB-12	2018.05.07 CQB1805001	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	配合性能

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项目
6	一次性使用腹腔镜用穿刺器	常州海尔斯医疗器械科技有限公司	常州海尔斯医疗器械科技有限公司	HASCCA-15	2017.10.17 4015171017	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	配合性能
7	腹部穿刺器	杭州桐庐医达器械设备有限公司	杭州桐庐医达器械设备有限公司	YDCC φ5.5*95	18051710	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	配合性能
8	一次性使用腹腔镜穿刺器	常州市微凯医疗科技有限公司	常州市微凯医疗科技有限公司	WC10M	2018.05.21 180502WC10M	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	配合性能
9	一次性使用腹腔镜穿刺器	江苏明朗医疗器械科技有限公司	江苏明朗医疗器械科技有限公司	MC10.5SB	2018.04.03 MC10.5SB1804009	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	配合性能
10	一次性使用腹壁穿刺器	常州健瑞宝医疗器械有限公司	常州健瑞宝医疗器械有限公司	NKTL10	2017.04.25 CDD025	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	配合性能
11	一次性套管穿刺器	泰州莱赛医疗器械有限公司	泰州莱赛医疗器械有限公司	【6.0mm】	2018-03-02 1803021	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	配合性能
12	一次性使用穿刺器	无锡市神康医疗器械设备有限公司	无锡市神康医疗器械设备有限公司	STD-12	2018.05.22 1805221	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	1.外观; 2.配合性能; 3.密封性和阻气性

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项目
13	一次性使用穿刺器	无锡市神康医疗器械设备有限公司	无锡市神康医疗器械设备有限公司	STD-12	2018.05.20 1805201	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	1.外观; 2.配合性能; 3.密封性和阻气性
14	一次性使用穿刺器	无锡市瑞源普斯医疗器械有限公司	无锡市瑞源普斯医疗器械有限公司	RTD12	2018.04.17 1804172	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	1.外观; 2.配合性能; 3.密封性和阻气性
15	一次性使用穿刺器	无锡市瑞源普斯医疗器械有限公司	无锡市瑞源普斯医疗器械有限公司	RTD-12	2018.05.28 1805281	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	1.外观; 2.配合性能; 3.密封性和阻气性
16	一次性使用穿刺器	欣瑞德(江苏)医疗科技有限公司	欣瑞德(江苏)医疗科技有限公司	XCCA-12-100	2018.03.06 18030601	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	密封性和阻气性
17	一次性使用腹腔镜穿刺器	常州杰瑞尔医疗器械有限公司	常州杰瑞尔医疗器械有限公司	J5-110(A)	2018.05.19 1805003	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	密封性和阻气性
18	隐形眼镜护理液	广州科甫眼镜有限公司	广州科甫眼镜有限公司	360毫升 去蛋白型	20180420 18042001	广东省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院	装量(净含量)
19	金属接骨螺钉	山东省文登市整骨科技开发有限公司	山东省文登市整骨科技开发有限公司	型号: HAQ03 规格: Φ4.0×25mm	2017.11.13 1711001	山东省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所	1.显微组织; 2.最大扭矩和断裂扭转角
20	接骨螺钉	北京百优华泰医疗科技有限公司	aap Implantate AG Germany	SK 3522-18-3	2017.04.06 L039	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	尺寸(螺纹顶径和底径)

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项目
21	接骨螺钉	北京百优华泰医疗科技有限公司	aap Implantate AG Germany	sk 3522-18-3 直径 3.5mm 长度 18mm	2017.04.06 L038	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	尺寸(螺纹顶径和底径)
22	一次性使用手术衣	西藏现代妇产医院有限公司	江西丹美实业有限公司	无	2017年10月06日 171006	西藏自治区食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心	1.断裂强力,干态(产品关键区域); 2.断裂强力,湿态(产品关键区域)
23	一次性使用手术衣	西宁现代妇产医院	河南省安邦卫材有限公司	规格: 小号/型号: 褂式	17年9月2日 170902	青海省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心	胀破强力,干态(产品非关键区域)
24	一次性使用手术衣	定安县人民医院	南昌市东海医疗器械有限公司	/	2017年03月06日	海南省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心	1.断裂强力,干态(产品关键区域); 2.断裂强力,湿态(产品关键区域); 3. 无菌
25	一次性使用手术衣	内蒙古自治区人民医院	新乡市康民卫材开发有限公司	大号	2017年12月6日 17120620	内蒙古自治区食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心	1.胀破强力,干态(产品关键区域); 2.胀破强力,湿态(产品关键区域); 3. 断裂强力,干态(产品关键区域); 4.断裂强力,湿态(产品关键区域)

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项目
26	一次性无菌手术衣	国药集团湖南省医疗器械有限公司	新乡市大方医疗器械制造有限公司	/	2018年4月1日 180401	湖南省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心	1.断裂强力,干态(产品关键区域); 2.断裂强力,湿态(产品关键区域)
27	一次性使用手术衣	玉林市第一人民医院	河南飘安集团有限公司	大号	2017年12月2日 003171201	广西壮族自治区食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心	无菌
28	一次性无菌手术衣	西安高新医院	河南省宇安医疗科技开发有限公司	120×120	17100118	陕西省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心	1.胀破强力,干态(产品关键区域); 2.胀破强力,湿态(产品关键区域)
29	电动气压止血仪	杭州正大医疗器械有限公司	杭州正大医疗器械有限公司	YTQ-E	2018年3月1日 ATSE1802022	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	1.输入功率; 2.指示器
30	电动气压止血仪	浙江龙游蓝德医疗科技有限公司	浙江龙游蓝德医疗科技有限公司	LD-ATS-F	2018年5月24日 ATSF1805001	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	指示器
31	电动气压止血仪	徐州圣凯斯医疗设备有限公司	徐州圣凯斯医疗设备有限公司	ATS-5000A	2018.05.17 180551002	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	1.输入功率; 2.连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下)

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项目
32	平板型 UC 臂数字化 X 射线摄影系统	西北机器有限公司	西北机器有限公司	XJDR3000P-II	2017.3.10 DRP17001	陕西省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所	输入功率
33	腕式电子血压计	东莞市医脉实业有限公司	东莞市医脉实业有限公司	FDBP-W1	20171226 811-0000388	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	1.可重复性; 2.压力传感器准确性
34	腕式电子血压计	深圳市合发医疗器械有限公司	深圳市合发医疗器械有限公司	HF-A11	2018/04/18 2018/04-1	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	1.可重复性; 2.压力传感器准确性
35	腕式电子血压计	深圳邦普医疗设备系统有限公司	深圳邦普医疗设备系统有限公司	WF1610B	2018/03/26 1803024	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	1.可重复性; 2.压力传感器准确性
36	臂式电子血压计	深圳金亿帝医疗设备股份有限公司	深圳金亿帝医疗设备股份有限公司	BP101H	KL60774	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	1.可重复性; 2.压力传感器准确性
37	臂式电子血压计	广州南雪医疗器械有限公司	广州南雪医疗器械有限公司	NX-8500	20180505 20180505010113	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	1.可重复性; 2.压力传感器准确性
38	血液透析浓缩液(酸性) 血液透析浓缩液(碳酸氢盐)	内蒙古医科大学附属医院	辽宁恒信生物科技有限公司	A 液: HX-AFs2211 B 液: HX-BFs	A 液: 2018-05-18 B 液: 2018-05-18 A 液:18051805 B 液:18051808	内蒙古自治区食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所	装量

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项目
39	一次性使用无菌手术膜	泽州县人民医院	浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司	常规型 45cm×45cm	20180101 20180101	山西省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心	无菌
40	颅脑手术薄膜	商丘市第一人民医院	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	45cm×45cm P-C 型	20171225 20171225	河南省食品药品监督管理局	安徽省食品药品检验研究院	水蒸气透过性
41	一次性使用无菌阴道扩张器	长春市宽城区妇幼保健计划生育服务中心	哈尔滨市天使卫生材料厂	中号	20180115 20180105	吉林省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	无菌
42	一次性使用无菌阴道扩张器	金乡县人民医院	常州市环康医疗器械有限公司	调节式中号	20170802 20170802	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	抗变形能力
43	一次性使用无菌阴道扩张器	眉山市中医医院	重庆鑫亿医疗器械有限公司	中号 B 型	2017 年 07 月 28 日	四川省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	抗变形能力
44	一次性使用无菌阴道扩张器	西充县人民医院	重庆鑫亿医疗器械有限公司	大号 A 型	2017 年 7 月 18 日 20170718	四川省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	尺寸(长度 D)
45	一次性使用无菌阴道扩张器	吴江市亿成医疗器械有限公司	吴江市亿成医疗器械有限公司	中号	18 04 10 18 04 10	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	环氧乙烷残留量

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项目
46	一次性使用无菌阴道扩张器	德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心	南昌市福康医疗器械有限公司	中号/轴转式	20180108	四川省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	结构强度
47	一次性使用无菌阴道扩张器	昆山市中医医院	台州康健医疗器械有限公司	M-BMZB 中号	20180205 20180205	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	结构强度
48	一次性使用无菌阴道扩张器	昆山市中医医院	台州康健医疗器械有限公司	M-BMZB 中号	20180414 20180414	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	结构强度
49	椎间融合器	深圳市斯玛仪器有限公司	深圳市斯玛仪器有限公司	CAGE 12mm*25mm	2018.5.4 SM1801	广东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	表面粗糙度
50	椎间融合器	北京英普朗特科贸有限公司	美国 NuVasive Inc.,	6808714 8×11 ×14mm	2017/7/6 PT3308	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	尺寸

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项目
1	右股动脉电子压迫止血器	深圳市升昊科技有限公司	深圳市升昊科技有限公司	03-GF-A	2017-11-08 KM171108	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	设备或设备部件的外部标记
2	自动气压止血带	常州市延陵电子设备有限公司	常州市延陵电子设备有限公司	ATS-I（单路）	2018年5月14日 18ATS1108	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	设备或设备部件的外部标记
3	全自动臂式电子血压计	广州玛奈特医疗器械有限公司	广州玛奈特医疗器械有限公司	MT-8D	20180401002	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	设备或设备部件的外部标记
4	智能血压计	山东中弘信息科技有限公司	山东中弘信息科技有限公司	ZNYL-102	2017.06.16 201706001	山东省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院	标识要求

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项目
5	臂式电子血压计	广州市同声电子科技有限公司	广州市同声电子科技有限公司	TSB-602	18年3月	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	标识要求
6	臂式电子血压计	深圳市正康科技有限公司	深圳市正康科技有限公司	ZK-B869	2018年03月20日 J20180301100720	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	标识要求
7	全自动电子血压计	中岫医疗仪器(深圳)有限公司	中岫医疗仪器(深圳)有限公司	AC05C	CN 703AAGU0040	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	标识要求
8	全自动腕式电子血压计	广州玛奈特医疗器械有限公司	广州玛奈特医疗器械有限公司	MT-7A	20170206007	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	1.设备或设备部件的外部标记; 2.标识要求
9	CT增强注射装置	江阴市东佳医疗器械有限公司	江阴市东佳医疗器械有限公司	DJ2000A1	2018.5 1805030AA1	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所	外部标记

国家医疗器械抽检符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
1	Q 开关 Nd:YAG 激光治疗机	吉林省科英激光股份有限公司	吉林省科英激光股份有限公司	KL-M 型	2018-5-21 KLM18222E05	吉林省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
2	调 Q Nd:YAG 激光治疗机	北京泰富瑞泽科技有限公司	北京泰富瑞泽科技有限公司	GAEC9800D	2017 年 9 月 18 日 VA170806	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
3	眼科 Nd:YAG 倍频激光光凝仪	同科林医疗仪器(上海)有限公司	IRIDEX Corporation	IQ532	2016-10 SN 号: IQG81593C	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
4	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	宁波医杰生物科技有限公司	宁波医杰生物科技有限公司	试剂 1:64ml×2 试剂 2:16ml×2	1803140102	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
5	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	张家口奥普森科技发展有限公司	张家口奥普森科技发展有限公司	试剂 1: 40mL×2 试剂 2: 40mL×1	20180507	河北省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
6	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(速率法)	廊坊恒益生物技术有限公司	廊坊恒益生物技术有限公司	试剂 1: 50mL/瓶×2 试剂 2: 10mL/瓶×2	2018.05.08 20180508	河北省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
7	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(连续监测法)	浙江奥的特生物技术有限公司	浙江奥的特生物技术有限公司	R1:6ml*2,R2:15ml*2	20180504 20180504	浙江省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
8	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	杭州健立生物科技有限公司	杭州健立生物科技有限公司	200mL(试剂 1:2×65mL+试剂 2:1×70mL)	2018年03月20日 18032001	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
9	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法)	宁波普瑞柏生物技术股份有限公司	宁波普瑞柏生物技术股份有限公司	R1: 60mL×4 R2: 15mL×4	20180224 PT9235	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
10	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法)	宁波瑞源生物科技有限公司	宁波瑞源生物科技有限公司	200ml(R1: 2×65ml+R2: 1×70ml)	20180425 2018042501	浙江省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
11	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川沃文特生物技术有限公司	四川沃文特生物技术有限公司	R1 60ml×3 R2 45ml×1	20171220 1712041	四川省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
12	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	四川沃文特生物技术有限公司	四川沃文特生物技术有限公司	R1 60ml×3 R2 45ml×1	20180424 1804011	四川省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
13	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	迈克生物股份有限公司	迈克生物股份有限公司	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	20171212 1217061	四川省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
14	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(速率法)	南京澳林生物科技有限公司	南京澳林生物科技有限公司	R1:60ml×1 R2:15ml×1	20180124 30524ARA	江苏省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
15	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(丙氨酸底物法)	美康生物科技股份有限公司	美康生物科技股份有限公司	200mL(试剂 1:2×65mL+试剂 2:1×70mL)	2018年03月16日 180316101	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
16	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法)	宁波天康生物科技有限公司	宁波天康生物科技有限公司	R1: 60ml×2 R2: 60ml×1	2018年04月08日 20180408	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
17	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法)	宁波赛克生物技术有限公司	宁波赛克生物技术有限公司	R1: 60mL×4 R2: 60mL×1	20180327 20180327	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
18	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	浙江东方基因生物制品股份有限公司	浙江东方基因生物制品股份有限公司	试剂 1:60mL×2 试剂 2:15mL×2	20180328 C1804001	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
19	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	威海威高生物科技有限公司	威海威高生物科技有限公司	试剂 1:3×60mL 试剂 2:3×15mL	2018.4.2 20180402A	山东省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
20	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(速率法)	广西润盟医疗科技有限公司	广西润盟医疗科技有限公司	R1:1*40ml;R2:1*10ml	20180517 180517	广西壮族自治区食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
21	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(乳酸脱氢酶法)	广州达泰生物工程技术有限公司	广州达泰生物工程技术有限公司	R1: 60ml*4 R2: 15ml*4	2018.02.27 180201004	广东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
22	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(速率法)	广州科方生物技术股份有限公司	广州科方生物技术股份有限公司	50ml(R1:1*40ml R2:1*10ml)	20180410 180410	广东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
23	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法)	浙江福康生物技术有限公司	浙江福康生物技术有限公司	R1: 60mL×2 R2: 15mL×2	20171205 20171205	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
24	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	浙江康特生物科技有限公司	浙江康特生物科技有限公司	R1: 60ml*4 R2: 60ml*1	20180423 C180423	浙江省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
25	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法)	浙江夸克生物技术有限公司	浙江夸克生物技术有限公司	R1: 70mL×2 R2: 35mL×2	2018.04.16 180416	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
26	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	柏定生物工程(北京)有限公司	柏定生物工程(北京)有限公司	试剂 1: 1×60ml, 试剂 2: 1×30ml	180508 180508	北京市食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
27	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	桂林优利特医疗电子有限公司	桂林优利特医疗电子有限公司	试剂一 60mL×4 试剂二 60mL×2	20180327 25180603	广西壮族自治区食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
28	丙氨酸氨基转移酶(ALT/GPT)测定试剂盒(IFCC推荐法)	郑州市兰森生物技术有限公司	郑州市兰森生物技术有限公司	ALT3CR1:4*50mL, R2:4*20mL	20180426 20180401	河南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
29	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(丙氨酸底物法)	浙江泰司特生物技术有限公司	浙江泰司特生物技术有限公司	R1:60mL×4 R2:15mL×4	2018.03.14 30180301	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
30	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	北京九强生物技术股份有限公司	北京九强生物技术股份有限公司	试剂 1:6*60ml, 试剂 2:2*45ml	20180411 18-0411	北京市食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
31	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	乐普(北京)诊断技术股份有限公司	乐普(北京)诊断技术股份有限公司	试剂 1: 2×40ml, 试剂 2: 2×10ml	2018.05.18 A-180518	北京市食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
32	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC推荐法)	广州东林生物科技有限公司	广州东林生物科技有限公司	R1: 5*20ml R2:1*25ml	2018-04-22 18042201	广东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
33	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(速率法)	河北艾欧路生物科技有限责任公司	河北艾欧路生物科技有限责任公司	R1: 40mL×2 R2: 16mL×1	2018.04.25 180425C	河北省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
34	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	北京世纪沃德生物科技有限公司	北京世纪沃德生物科技有限公司	R1:6×60ml,R2: 2×45ml	2018.04.03 A31810101	北京市食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
35	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(速率法)	安徽伊普诺康生物技术股份有限公司	安徽伊普诺康生物技术股份有限公司	R1: 4×60ml, R2: 2×60ml	20180402 20180402	安徽省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
36	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	北京豪迈生物工程股份有限公司	北京豪迈生物工程股份有限公司	试剂 1 5×60ml 试剂 2 5×15ml/D0911	20180328 H180101	北京市食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
37	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(丙氨酸底物法)	北京利德曼生化股份有限公司	北京利德曼生化股份有限公司	试剂 1 (R1): 5*60ml 试剂 2 (R2): 5*12ml	2017.12.04 18032321	北京市食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
38	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	北京华宇亿康生物工程技术有限公司	北京华宇亿康生物工程技术有限公司	试剂 1:2×40ml 试剂 2:2×10ml	2018.05.03 180503	北京市食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
39	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	珠海森龙生物科技有限公司	珠海森龙生物科技有限公司	140ml(R1:2×56 ml;R2:2×14ml)	20180413	广东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
40	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定试剂盒 (丙氨酸底物法)	北京百奥泰康生物技术有限公司	北京百奥泰康生物技术有限公司	R1:60ml×2 R2:12ml×2	2018.04.08 80426D11	北京市食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
41	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 检测试剂盒 (速率法)	上海高踪医疗器械科技有限公司	上海高踪医疗器械科技有限公司	210mL(R1:2×70mL;R2:1×70mL)	2018.03.07 20180307	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
42	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 (丙氨酸底物法)	浙江伊利康生物技术有限公司	浙江伊利康生物技术有限公司	液体双试剂 R1:4×60mL R2:2×60mL	2018.04.10 180402	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
43	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 (连续监测法/双试剂型)	浙江东瓯诊断产品有限公司	浙江东瓯诊断产品有限公司	320mL 试剂 1:4×60mL 试剂 2:2×40mL	20180412 2018040018 A0416	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
44	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 (丙氨酸底物法)	中生北控生物科技股份有限公司	中生北控生物科技股份有限公司	液体双剂型 R1: 60ml×4, R2: 60ml×2	20180328 180811	北京市食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
45	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 (速率法)	安徽大千生物工程有限公司	安徽大千生物工程有限公司	R1 2*60ml R2 1*30ml	20180503 201804024	安徽省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
46	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 (丙氨酸底物法)	北京九州泰康生物科技有限责任公司	北京九州泰康生物科技有限责任公司	试剂 I (R1):40ml× 4, 试剂 II (R2):10ml× 4;	2018.04.12 01180401	北京市食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
47	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	上海复星长征医学科学有限公司	上海复星长征医学科学有限公司	R1:4×50mL R2:2×50mL	2018.04.19 D18040731	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
48	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)	北京万泰德瑞诊断技术有限公司	北京万泰德瑞诊断技术有限公司	试剂 1:48mlx1 试剂 2:12mlx1	20180103 GG8101A	北京市食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
49	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(速率法)	中山标佳生物科技有限公司	中山标佳生物科技有限公司	R1 4×60ml R2 4×15ml	2018.03.15 180600	广东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
50	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(IFCC推荐方法)	骏实生物科技(上海)有限公司	骏实生物科技(上海)有限公司	R1:60ml×2, R2:15ml×2	2018-01-02 18010203	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
51	一次性使用腹腔镜穿刺器	江苏泓正医疗科技有限公司	江苏泓正医疗科技有限公司	HZVT12-100	2018-06-01 1806601	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
52	一次性使用腹腔镜穿刺器	普瑞斯星(常州)医疗器械有限公司	普瑞斯星(常州)医疗器械有限公司	PC12M	2018.5.10 1805C12MY01	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
53	一次性使用腹腔镜穿刺器	常州市安克医疗科技有限公司	常州市安克医疗科技有限公司	AKTC-10	2018-05-22 CCQ1805008-045	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
54	一次性穿刺器	江苏三联星海医疗器械股份有限公司	江苏三联星海医疗器械股份有限公司	AVTB 12-150	2018.05.18 1805721	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
55	一次性无刀穿刺器	常州博朗森思百纳医疗器械有限公司	常州博朗森思百纳医疗器械有限公司	BCW-10	2018.05.23 1805 BCW1001	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
56	一次性使用穿刺器	常州市新能源吻合器总厂有限公司	常州市新能源吻合器总厂有限公司	D5*100 型	2018.05.31 20180504	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
57	一次性使用腹腔镜用穿刺器	常州奥尔医疗器械有限公司	常州奥尔医疗器械有限公司	ACT—10/100	2018.05.21 180521	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
58	一次性使用腹腔镜穿刺器	无锡市舒康医疗器械有限公司	无锡市舒康医疗器械有限公司	SHTC 05	2018-04-22 180422	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
59	一次性无刀穿刺器	无锡博康医疗器械有限公司	无锡博康医疗器械有限公司	CFW5	2018-05-02 CF5180502W	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
60	一次性使用穿刺器	常州洛克曼医疗器械有限公司	常州洛克曼医疗器械有限公司	LMTC-12/100-B	2018.04.17 180417 wu	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
61	一次性使用腹腔镜用穿刺器	常州市海达医疗器械有限公司	常州市海达医疗器械有限公司	HCCK-5-100	2018.04.12 20180412	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
62	腹腔镜用穿刺器	天津青松华药医药有限公司	GENICON	5mm 100mm/220-00 5-152	2018-02-16 19292-C	天津市市场和 质量监督管 理委员会	上海市医疗器械检测所
63	一次性使用腹腔镜用穿刺器	常州市威克医疗器械有限公司	常州市威克医疗器械有限公司	VTB05	2018.4.18 1804055	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
64	一次性使用穿刺器	常州安康医疗器械有限公司	常州安康医疗器械有限公司	AKYCCA-12	20180315 CCA12 18004	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
65	一次性使用套管穿刺器套装	江苏奥普莱医疗用品有限公司	江苏奥普莱医疗用品有限公司	OPL-TRO-5-B	2018年3月22日 18032201	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
66	一次性使用腹腔镜用穿刺器	桐庐优视医疗器械有限公司	桐庐优视医疗器械有限公司	φ5.5 I 型	2018.3.5 18030501	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
67	穿刺器	杭州桐庐时空候医疗器械有限公司	杭州桐庐时空候医疗器械有限公司	φ10	2018.5.15 T20180515	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
68	一次性使用内窥镜气腹穿刺套管针	杭州威德医疗科技有限公司	杭州威德医疗科技有限公司	5.5mm WD-III	20180517 180513	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
69	一次性套管穿刺器	杭州光典医疗器械有限公司	杭州光典医疗器械有限公司	φ5.5	2018.3.29 019783	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
70	一次性套管穿刺器(套管穿刺针)	杭州康基医疗器械股份有限公司	杭州康基医疗器械股份有限公司	II 型 Φ5S	2018.4.15 18041501	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
71	一次性使用腹腔镜用穿刺器	宁波维尔凯迪医疗器械有限公司	宁波维尔凯迪医疗器械有限公司	PD5	180510 PD1KBG01	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
72	一次性使用套管穿刺器	浙江格宜医疗器械有限公司	浙江格宜医疗器械有限公司	GYTR- I 型 Φ5	2018.3.19 17110251	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
73	一次性使用套管穿刺器	广州迪克医疗器械有限公司	广州迪克医疗器械有限公司	C 型 φ 10mm*100mm	20180403 118032121	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
74	一次性使用套管穿刺器	宁波美生医疗器械有限公司	宁波美生医疗器械有限公司	规格: 2包/盒 型号: 10mm	2018/05 0318002	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
75	一次性使用套管穿刺器	宁波市第一医院	广州迪克医疗科技有限公司	C 型套装	118010511	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
76	一次性套管穿刺器(套管穿刺针)	青岛华仁医疗用品有限公司	青岛华仁医疗用品有限公司	HR5ML	20180203 20180203A 20180203A	山东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
77	一次性使用腹腔镜穿刺器	天津优外医疗器械制造有限公司	天津优外医疗器械制造有限公司	长 100mm 内径 12mm/SIG12L T	20170915/P0101-1 7091501 P0101-17091501	天津市市场和质量监督管理委员会	上海市医疗器械检测所
78	一次性使用腹腔镜用穿刺器	武汉君安友联医疗科技有限责任公司	武汉君安友联医疗科技有限责任公司	JL12M	2017.08.10 2017.08.10 2017.08.10	湖北省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
79	穿刺器	强生(上海)医疗器械有限公司	Ethicon Endo-Surgery,LLC.	B12SRT	2018年03月09日 R4078W	上海市食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
80	穿刺器	强生(上海)医疗器械有限公司	Ethicon Endo-Surgery,LLC.	CTB12LT	2018年01月21日 R4024H	上海市食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
81	外科穿刺器	强生(上海)医疗器械有限公司	Ethicon Endo-Surgery,LLC.	TT012	2018年01月10日 R40125	上海市食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
82	一次性使用穿刺器	南京东万生物技术有限公司	南京东万生物技术有限公司	B-Φ5-100	20180123 2018012301 2018012301	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
83	一次性使用腹腔镜用穿刺器	北京中科盛康科技有限公司	北京中科盛康科技有限公司	QN05100A	20171015 20171001 \\	北京市食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
84	穿刺器	柯惠医疗器械国际贸易(上海)有限公司	Covidien llc	179094	2014-07-09 J4G0490X	上海市食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
85	一次性无刃穿刺器	柯惠医疗器械国际贸易(上海)有限公司	Covidien llc	NB5STFLP	201610 N6K0165X	上海市食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
86	一次性使用穿刺器(套管穿刺针)	鑫海合星科技(大连)有限公司	鑫海合星科技(大连)有限公司	XH-VB	20180313 201803053	辽宁省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
87	一次性内镜用穿刺器及附件 Single-use Laparoscopic Ports and Accessories	泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司	Teleflex Medical	40507	2018-01-03 73A1800121	上海市食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
88	腹腔镜用穿刺器、套管和穿刺内芯 Laparoscopic Port、Cannula and Obturator	泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司	Teleflex Medical	405912	2018-01-03 73A1800117	上海市食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
89	一次性使用腹腔镜器械密封鞘(穿刺器)	安徽省小山卫生材料有限公司	安徽省小山卫生材料有限公司	XSTC-A1 型	20180418 20180417	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
90	一次性使用腹腔镜用穿刺器	安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司	安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司	规格 5.5mm/型号 FQ-S 型	2017-09-22 170901	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
91	穿刺器(FQ型、腹腔镜穿刺器)	安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司	安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司	规格 10.5mm×110mm/型号 FQ 型	2018-01-29 180103	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
92	隐形眼镜护理液	江苏中润光学眼镜有限公司	江苏中润光学眼镜有限公司	AIO	20180413 H180413	江苏省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
93	隐形眼镜护理液	盐城市亭湖区韩月月眼镜店	海昌隐形眼镜有限公司	120mL 净能型	20180129 1180041	江苏省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
94	隐形眼镜润滑液	盐城市亭湖区非常平价眼镜店	海昌隐形眼镜有限公司	15ml	20171128 3170102	江苏省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
95	双氧水隐形眼镜消毒液	眼力健(杭州)制药有限公司	雅培眼力健(杭州)制药有限公司	7167X	20170802 ZC08308	浙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
96	隐形眼镜多功能护理液	泰州市同视眼镜眼视光中心	海昌隐形眼镜有限公司	360mL 保湿型	20180130 1180044	江苏省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
97	硬性透气角膜接触镜润滑液	成都泉源堂大药房连锁股份有限公司	Bausch & Lomb Incorporated	10mL/毫升	2017-11 GL17026	四川省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
98	多功能隐形眼镜护理液	杭州光祺力实业有限公司	杭州光祺力实业有限公司	150ml	20180424 1804005	浙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
99	隐形眼镜护理液	苏州中化药品工业有限公司	苏州中化药品工业有限公司	120ml	2018-03-26 34118002	江苏省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
100	隐形眼镜多功能护理液	北京博士伦眼睛护理产品有限公司	北京博士伦眼睛护理产品有限公司	355ml	2018-04 D1805119	北京市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
101	隐形眼镜多功能护理液	绵阳市年青人眼镜有限公司钟鼓楼店	Bausch & Lomb Inc.	120mL	2017-11 GL17094	四川省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
102	多效护理液	绵阳城区西南眼镜店	海昌隐形眼镜有限公司	120mL 清凉润眼型	20180126 1180038	四川省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
103	除蛋白护理液	上海汾阳视听医学技术有限公司	Menicon Co.,Ltd. (目立康株式会社)	Progent(ProgentA,ProgentB)	2017-04 MP17283	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
104	隐形眼镜护理液	台州市黄岩精益眼镜店	海昌隐形眼镜有限公司	120mL	20171117 2170237	浙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
105	隐形眼镜护理液	台州市黄岩宝明斋眼镜店	上海卫康光学眼镜有限公司	500 毫升/瓶	20180116 XSRA16C	浙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
106	隐形眼镜多功能护理液	泰州市同视眼镜 眼视光中心	海昌隐形眼镜有限公司	100mL 保湿型	20180119 1180027	江苏省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
107	隐形眼镜多功能护理液	黑龙江宝岛眼镜 有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	120ml×4 保湿型	20171015 1170515	黑龙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
108	隐形眼镜多功能护理液	黑龙江宝岛眼镜 有限公司	美国爱尔康公司 Alcon Laboratories, Incorporated	300mL+60mL+ 镜盒	2017/10 6686F	黑龙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
109	多效护理液	绵阳市年青人眼镜有限公司德阳 盛唐摩尔店	海昌隐形眼镜有限公司	清理润眼型 120ML	20180321 11 1180114	四川省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
110	多功能接触镜 护理液	上海优泉光学产 品有限公司	AVIZOR,S.A.	120ml	2018/02 L253A	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
111	隐形眼镜润滑液	上海优泉光学产 品有限公司	AVIZOR,S.A.	15ml	2017/05 K506B	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
112	隐形眼镜护理液	兰州科达眼镜光 学有限责任公司	江苏中润光学眼镜 有限公司	AIO 100ml	20171018 H171018	甘肃省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
113	隐形眼镜多功能护理液	哈尔滨市美视达 眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	舒适型 360ml	20170812 1170395	黑龙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
114	隐形眼镜护理液	哈尔滨市美视达 眼镜有限公司	上海卫康光学眼镜 有限公司	多功能	20160531 MPPE31A	黑龙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
115	隐形眼镜护理液	兰州晴美眼镜商 贸有限公司	上海卫康光学眼镜 有限公司	125 毫升/瓶, 新视多功能	20180202 XSRB02B	甘肃省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
116	隐形眼镜护理液	金昌市荣胜眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	120mL	20171227 2170260	甘肃省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
117	隐形眼镜护理液	台州市路桥康明眼镜店	上海卫康光学眼镜有限公司	125 毫升/瓶	20171223 XSQL23A	浙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
118	隐形眼镜多功能护理液	海昌隐形眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	舒适型 120ml	20180402 1180136	江苏省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
119	隐形眼镜护理液	广州韩视医疗器械有限公司	广州科甫眼镜有限公司	去蛋白型	20180324 18032401	广东省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
120	隐形眼镜护理液	广州韩视医疗器械有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	120mL	20180320 2180041	广东省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
121	隐形眼镜润眼液(原名称“润眼液”)	上海其胜生物制剂有限公司	上海其胜生物制剂有限公司	0.4ml/支	2018-02-09 180271-01	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
122	隐形眼镜多功能护理液	爱尔康(中国)眼科产品有限公司	Alcon Laboratories, Inc. 美国爱尔康公司	60ml	2018/01 287360F	北京市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
123	隐形眼镜多功能护理液	上海苏博眼镜有限公司	Alcon Laboratories, Inc. 美国爱尔康公司	120ml	2017/11 288458F	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
124	隐形眼镜护理液	北京市益明眼镜有限责任公司	Wöhlk Contact linsen GmbH	100ml/瓶	2017-08 17C01-3407	北京市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
125	角膜接触镜护理液	北京远程视觉科技有限公司	日本欧得士株式会社	40mL MC	20180129 047B18	北京市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
126	隐形眼镜润滑液	诺葳奇贸易(上海)有限公司	美国爱尔康公司 Alcon Laboratories, Incorporated	15ml	2017/12 17L07EA	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
127	隐形眼镜多功能护理液	诺葳奇贸易(上海)有限公司	北京自然美光学有限公司	60ml	20171120 20171120	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
128	隐形眼镜润滑液	嘉兴力山明朗生物医药科技有限公司	嘉兴力山明朗生物医药科技有限公司	15ml	20170908 170905	浙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
129	隐形眼镜多功能护理液	张掖大光明眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	保湿型 60mL	20180307 1180098	甘肃省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
130	隐形眼镜多功能护理液	温州市康弘光学眼镜有限公司	Bausch & Lomb Inc.	60ml	2017-03 GC17067	浙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
131	隐形眼镜护理液	温州市康弘光学眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	120mL	20171205 2170248	浙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
132	隐形眼镜护理液	广州科甫眼镜有限公司	广州科甫眼镜有限公司	去蛋白型 120毫升	20180330 18033001	广东省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
133	隐形眼镜多功能护理液	北京自然美光学有限公司	北京自然美光学有限公司	120ml	20180328 20180328	北京市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
134	硬性透气接触镜用多功能护理液	西安交通大学医学院第一附属医院	Menicon Co.,Ltd (目立康株式会社)	250mL	2017-11 MP17480	陕西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
135	隐形眼镜护理液	上海卫康光学眼镜有限公司	上海卫康光学眼镜有限公司	型号: 修复多功能型 规格: 125毫升/瓶	20180316 XFRC16C	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
136	隐形眼镜护理液	上海卫康光学眼镜有限公司	上海卫康光学眼镜有限公司	型号: 3C多功能 规格: 125毫升/瓶	20180313 3CRC13C	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
137	隐形眼镜多功能护理液	陕西永真眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	保湿型 60mL	20180308 1180099	陕西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
138	硬性角膜接触镜酶清洁剂	博士伦(上海)贸易有限公司	Bausch & Lomb Incorporated	5mL	2017-11 GL17071	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
139	隐形眼镜多功能护理液	西安曲江新区(大明宫)睛美眼镜行	海昌隐形眼镜有限公司	保湿型 120mL	20180320 2 1180112	陕西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
140	隐形眼镜多功能护理液	长沙市芙蓉区维盟眼镜销售中心	北京博士伦眼睛护理产品有限公司	120ml	2017-12 C171201	湖南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
141	隐形眼镜护理液	长沙市芙蓉区聚龙眼镜销售部	上海卫康光学眼镜有限公司	125 毫升/瓶 2000 多功能	20161208 TSPL08A	湖南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
142	隐形眼镜多功能护理液	长沙市芙蓉区高姿眼镜经营部	海昌隐形眼镜有限公司	保湿型 60mL	20180312 1180102	湖南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
143	隐形眼镜护理液	长沙豪亮眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	120mL	20171102 2170230	湖南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
144	金属接骨螺钉	常州华森医疗器械有限公司	常州华森医疗器械有限公司	HBQ 03 HB4.0×36 松质骨螺钉	2018.05.31 BV0405	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
145	金属接骨螺钉	天津市威曼生物材料有限公司	天津市威曼生物材料有限公司	4.5*40 HAQ03-01	2017-10-26 AFA144 AFA144	天津市市场和质量监督管理委员会	上海市医疗器械检测所
146	金属接骨螺钉	天津市威曼生物材料有限公司	天津市威曼生物材料有限公司	3.5*30HAQ03-01	2018-5-16 AFC751 AFC751	天津市市场和质量监督管理委员会	上海市医疗器械检测所
147	金属接骨螺钉	常州市南翔医疗器材有限公司	常州市南翔医疗器材有限公司	HAQ (03) 3.5×30	2018.03.08 183901	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
148	金属接骨螺钉 (HA3.5接骨螺钉)	常州健力邦德医疗器械有限公司	常州健力邦德医疗器械有限公司	HAPQ04 L=40	2017.08.18 17062902	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
149	金属接骨螺钉	焦作市新港医疗设备有限公司	焦作市新港医疗设备有限公司	φ5.0X36mmHS W03	20180304 1711003	河南省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
150	金属螺钉	河北云拓医疗器械有限公司	常州奥斯迈医疗器械有限公司	规格: Φ3.5×40 球形(标准) 全牙 型号: HAQ03型	20180206 180180901	河北省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
151	金属接骨螺钉 -皮质骨螺钉	常州市康宇医疗器械有限公司	常州市康宇医疗器械有限公司	HAQ03Ø3.5×4 6	20170811 KY1706176	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
152	金属接骨螺钉	常州亨杰医疗器械有限公司	常州亨杰医疗器械有限公司	HBQ-04 HB6.5×60mm 松质骨螺钉	201803126 1803126	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
153	金属接骨螺钉	常州市武进金兴达医疗器械有限公司	常州市武进金兴达医疗器械有限公司	HAQ03 3.5×32mm	20141208 1410016	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
154	锁定金属接骨螺钉	创生医疗器械(中国)有限公司	创生医疗器械(中国)有限公司	NCZ06型 Ø3.5×50 锁定 锥形自攻	20180130 180170009	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
155	金属接骨螺钉	常州鼎健医疗器械有限公司	常州鼎健医疗器械有限公司	3.5×30 HAQ03	20160418 160368	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
156	金属接骨螺钉	迪恩医疗科技有限公司	迪恩医疗科技有限公司	HAQ03L=24m m	2016.11.17 1608136	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
157	金属接骨螺钉	苏州奥特斯医疗器械科技有限公司	苏州奥特斯医疗器械科技有限公司	HAQ03 Φ4.5x36mm	2016-04-28 160328008	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
158	金属接骨螺钉	国药集团黑龙江医疗器械有限公司	常州健力邦德医疗器械有限公司	型号: HBPQ04 规格: L=26	2017-12-16 15072122	黑龙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
159	金属接骨螺钉	江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司	江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司	HAQ03 3.5x32mm	2018.05.18 1805001114	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
160	钛合金接骨螺钉	江苏国立医疗器械有限公司	江苏国立医疗器械有限公司	HBQ03 Φ4.0x40mm	2018-02-07 118017721	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
161	锁定金属螺钉	常州奥斯迈医疗器械有限公司	常州奥斯迈医疗器械有限公司	HCZ04 型 Ø3.5×50	2018.03.15 180115002	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
162	金属接骨螺钉	苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司	苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司	HAQ03 Φ4.5x42mm	20180523 18040347	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
163	锁定型接骨螺钉	江苏金鹿集团医疗器械有限公司	江苏金鹿集团医疗器械有限公司	HSW03 5.0*40	2018.05.26 1803096	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
164	金属接骨螺钉	安徽乐嘉医药科技有限公司	创生医疗器械(中国)有限公司	型号规格: HBQ03 型 Φ4.0×28 球形 (标准)、全牙	20170707 170604313	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
165	金属接骨螺钉	常州市康辉医疗器械有限公司	常州市康辉医疗器械有限公司	HAQ06 Φ 3.5 \times 4.0	2018.03.27 180099229 30387040	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
166	骨接合植入物 金属接骨螺钉	无锡市闻泰百得医疗器械有限公司	无锡市闻泰百得医疗器械有限公司	4.5mm \times 36mm/ HAQ03	2018-03-23 1803030101	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
167	金属接骨螺钉	苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司	苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司	HAJQ02、内六角 HA4.5*32	2018.03.29 1803291014	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
168	金属接骨螺钉	江苏荷普医疗科技股份有限公司	江苏荷普医疗科技股份有限公司	浅螺纹 HAQ03 Φ 4.5 \times 36mm	2018.04.27 201803249	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
169	金属接骨螺钉	江苏安格尔医疗器械有限公司	江苏安格尔医疗器械有限公司	HAQ03 3.5*30	2016.12 1611203	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
170	骨接合植入物 金属接骨螺钉	苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司	苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司	HBQ03HB6.5x 50	2018.04.10 L1803201T	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
171	金属接骨螺钉	江苏百易得医疗科技有限公司	江苏百易得医疗科技有限公司	HBQ03 Φ 4.0 \times 34 全螺纹	2018-02-01 217067391	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
172	江苏嘉斯康医疗科技有限公司	江苏嘉斯康医疗科技有限公司	江苏嘉斯康医疗科技有限公司	HAQ06 3.5 \times 36	2018-05-03 1708093	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
173	金属接骨螺钉	苏州市康力骨科器械有限公司	苏州市康力骨科器械有限公司	HA 3.5 \times 30 mm	2018-04-03 18031322	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
174	金属锁定接骨螺钉	苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司	苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司	HC 5.0x36	2018-05-16 17042753T	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
175	金属锁定接骨螺钉	上海浦卫医疗器械厂有限公司	上海浦卫医疗器械厂有限公司	型号: HCS II 03 规格: 3.5×50	20180502 B18040125	上海市食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
176	金属接骨螺钉-松质骨螺钉	天津正天医疗器械有限公司	天津正天医疗器械有限公司	Φ4x46mm/HB Q02	20170802 1700031677	天津市市场和质量监督管理委员会	上海市医疗器械检测所
177	金属接骨螺钉-皮质骨螺钉	天津正天医疗器械有限公司	天津正天医疗器械有限公司	Φ4.5x36mm/H AQ02	20170802 1700031675	天津市市场和质量监督管理委员会	上海市医疗器械检测所
178	金属接骨螺钉	厦门中科兴医疗器械有限公司	厦门中科兴医疗器械有限公司	HAQ06 Φ3.5×50mm	2017.12.22 A17101601	福建省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
179	金属接骨螺钉	博益宁(厦门)医疗器械有限公司	博益宁(厦门)医疗器械有限公司	STQ06-UT Φ3.5*55mm	2018.03.07 K170002	福建省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
180	金属接骨螺钉-普通型皮质骨螺钉	大博医疗科技股份有限公司	大博医疗科技股份有限公司	STQ03-UT Φ3.5*32mm	2018.1.4 1710040011	福建省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
181	金属接骨螺钉	山东威高骨科材料股份有限公司	山东威高骨科材料股份有限公司	规格: 3.5×30 型号: HAQ03	2018.5.17 180300985	山东省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
182	金属接骨螺钉-皮质骨螺钉	冀中能源峰峰集团有限公司总医院邯郸院区	天津正天医疗器械有限公司	规格: Φ4.5×36mm 型号: HAQ02	2017-08-02 1700031651	河北省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
183	金属接骨螺钉	威海海星医疗器械有限公司	威海海星医疗器械有限公司	规格: 3.5×30 型号: HAQ03	2018.5.17 180300420	山东省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
184	自攻型金属接骨螺钉	武汉德骓拜尔外科植入物有限公司	武汉德骓拜尔外科植入物有限公司	HAQ05(G)	17120893 17120893 17120893	湖北省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
185	锁定金属螺钉	辽宁三信医药有限公司	常州奥斯迈医疗器械有限公司	型号: HCZ04 型规格: Φ3.5×40、锁定锥形 全牙 自攻	20180420 180382073 -	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
186	金属接骨螺钉	天津市康尔医疗器械有限公司	天津市康尔医疗器械有限公司	HAQPQ03 3.5*22mm	2018-5-14 16100038	天津市市场和质量监督管理委员会	上海市医疗器械检测所
187	金属锁定接骨螺钉	山东康盛医疗器械有限公司	山东康盛医疗器械有限公司	型号: HC2L06 规格: 5.0×40	18.03.05 C1802578	山东省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
188	锁定接骨螺钉	强生(上海)医疗器材有限公司	Synthes GmbH	型号: 413.385	2018年02月10日 L780811	上海市食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
189	接骨螺钉	强生(上海)医疗器材有限公司	Synthes GmbH	型号: 404.036S	2015年07月08日 9559746	上海市食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
190	金属接骨螺钉	苏州优贝特医疗器械有限公司	苏州优贝特医疗器械有限公司	HAQ03 4.5*38	2018.05.11 18051102	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
191	金属接骨螺钉	广州容川医疗科技有限公司	北京中安泰华科技有限公司	4.5*52/HAQ03	2017年12月31日 1708138	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
192	金属锁定接骨板系统 金属锁定接骨螺钉-对称螺纹锁定螺钉	赤峰润康医疗器械有限公司	天津市金兴达实业有限公司	型号: SHCZM04 规格: 3.5×40	2018-01-25 1801040076	内蒙古自治区食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
193	接骨螺钉	北京理贝尔生物工程研究所有限公司	北京理贝尔生物工程研究所有限公司	HBQ03φ4.0*35mm 全螺纹	2017-07-10 170071153	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
194	金属接骨螺钉	浙江科惠医疗器械股份有限公司	浙江科惠医疗器械股份有限公司	Φ6.5×100 / HBQ03	2017-12-23 172805190	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
195	金属接骨螺钉	浙江科惠医疗器械股份有限公司	浙江科惠医疗器械股份有限公司	Φ4.5×36 / HAQ03	2018-04-08 182113150	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
196	直型骨板和接骨螺钉系统	史赛克(北京)医疗器械有限公司	Stryker GmbH	340036	2016/10/26 01204V	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
197	直型骨板和接骨螺钉系统	史赛克(北京)医疗器械有限公司	Stryker GmbH	340030	2015/3/1 00076J	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
198	金属接骨螺钉	上海三友医疗器械股份有限公司	上海三友医疗器械股份有限公司	型号: HAQ03 规格: 3.5×20	180309 1802521	上海市食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
199	金属接骨螺钉(自攻)	重庆豪铃医疗仪器有限公司	江苏金鹿集团医疗器械有限公司	HAQ03 4.0*28	2017.10.24 1708178	重庆市食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
200	锁定接骨螺钉(锁定螺钉)	北京市富乐科技开发有限公司	北京市富乐科技开发有限公司	FSDT24 Φ5.0X40	17/10/17 17012	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
201	金属接骨螺钉	安徽铂尔曼医疗器械销售有限公司	天津市威曼生物材料有限公司	HAQ03-01	2017-12-19 ADT254	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
202	金属接骨螺钉	北京中安泰华科技有限公司	北京中安泰华科技有限公司	4.5*52/HAQ03	2017年12月31日 1708138	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
203	金属接骨螺钉	上海康定医疗器械有限公司	上海康定医疗器械有限公司	规格: $\Phi 3.5 \times 24$ 型号: HAQ03G	2017-11-15 17090111	上海市食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
204	骨接合植入物金属接骨螺钉	江西盈辉实业发展有限公司	无锡市闻泰百得医疗器械有限公司	HAQ03 直径: 3.5 长度: 26	2016-01-20 1507230664	江西省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
205	解剖型金属锁定接骨板钉系统(锁定接骨螺钉)	江西嘉斯康医疗科技发展有限公司	江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司	3.5×56mm/ HAWB03/R	2016.06.18 16060407	江西省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
206	直型接骨板及螺钉	长沙德迈医疗器械有限公司	Königsee Imolantate GmbH	D3.5 皮质骨螺钉(全螺纹)	160217 177641 3.130.18	湖南省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
207	角度型接骨板及螺钉	长沙德迈医疗器械有限公司	Königsee Imolantate GmbH	D3.5 皮质骨锁定螺钉(自攻全螺纹、锥螺纹头)	160720 182063 3.133.24	湖南省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
208	自动气压止血带	常州市康仁医疗器械有限公司	常州市康仁医疗器械有限公司	KR-1003	2018.05.08 ZXD180501	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
209	气压止血器	杭州亿凡医疗器械有限公司	杭州亿凡医疗器械有限公司	YF-ATS-C 型	2018 年 4 月 16 日 1804006	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
210	气压止血器	杭州亿凡医疗器械有限公司	杭州亿凡医疗器械有限公司	YF-ATS-D 型	2018 年 3 月 15 日 1803036	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
211	气压止血器	浙江广慈医疗器械有限公司	浙江广慈医疗器械有限公司	ZJ 型	180116 180020	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
212	气压止血器	杭州江浩医疗器械有限公司	杭州江浩医疗器械有限公司	ATS-1000	2018.04 1810415	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
213	电动气压止血仪	上海汇丰医疗器械有限公司	上海汇丰医疗器械有限公司	DZ 型	201707 HF201707118 DZ	上海市食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
214	自动气压止血仪	威海市博华医疗设备有限公司	威海市博华医疗设备有限公司	BHZ-I 型	270418-13	山东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
215	上肢自动气压止血带	上海昌宁医疗科技有限公司	上海昌宁医疗科技有限公司	Z-6020	2018年4月12日 20180412 201804120007	上海市食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
216	数字化医用 X 射线摄影系统	联影(贵州)医疗科技有限公司	联影(贵州)医疗科技有限公司	uDR 592h	2018年6月18日 288025	贵州省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
217	数字化 X 射线摄影设备	康达洲际医疗器械有限公司	康达洲际医疗器械有限公司	KD-450A	2018年02月 KD131746042	浙江省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
218	数字化医用 X 射线摄影系统	邦盛医疗装备(天津)股份有限公司	邦盛医疗装备(天津)股份有限公司	FS-200DDR-I	2018.05 S1829	天津市市场和质量监督管理委员会	辽宁省医疗器械检验检测院
219	数字化医用 X 射线摄影系统	河北天地智慧医疗设备股份有限公司	河北天地智慧医疗设备股份有限公司	TD-DR Hyperion 6600A	2018-5-12 TDDR660018050 103	河北省食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
220	数字 X 射线摄影系统	北京岛津医疗器械有限公司	北京岛津医疗器械有限公司	RADspeed D-fit	2018年5月18日 61E5095	北京市食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
221	数字化 X 射线成像系统	深圳市深图医学影像设备有限公司	深圳市深图医学影像设备有限公司	SONTU100-Polaris50C	2018-03-08 20180228000003	广东省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
222	数字医用 X 射线摄影系统	北京万东高星电子产品有限责任公司	北京万东高星电子产品有限责任公司	GX-ZD50	2018年5月 S17-ZD0101	北京市食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
223	移动式数字化医用 X 射线摄影系统	沈阳东软医疗系统有限公司	沈阳东软医疗系统有限公司	NeuVison 550M	2017-11-21 - NV550M-1711008	辽宁省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
224	电子血压计	豪展医疗科技(吴江)有限公司	豪展医疗科技(吴江)有限公司	BPM60S	2018/02/23 SN:18203400029	江苏省食品药品监督管理局	安徽省食品药品检验研究院
225	臂式电子血压计	杭州广发电子技术有限公司	杭州广发电子技术有限公司	BP103	20180402 20180402 1804001489	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
226	腕式电子血压计	杭州世佳电子有限公司	杭州世佳电子有限公司	BP-2208	2017.07 170712 BP-2208170508600 1029	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
227	臂式电子血压计	杭州世佳电子有限公司	杭州世佳电子有限公司	BP-1305	2018.01 180120 BP-1305180112930 0243	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
228	数字式电子血压计(袖带式)	泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司	泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司	ES*H5501	2018.5.22 18-E2 18-E22C 0201	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
229	臂式电子血压计	杭州华安医疗保健用品有限公司	杭州华安医疗保健用品有限公司	MB-300C	20180511 20180511	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
230	电子血压计(智能臂式)	天津九安医疗电子股份有限公司	天津九安医疗电子股份有限公司	BPM1	2017.12.25 20173110 173110014441712	天津市市场和质量监督管理委员会	辽宁省医疗器械检验检测院
231	医用电子血压计	苏州鱼跃医疗科技有限公司	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	YE900	2018-04 1804 序列号 01 180400020	江苏省食品药品监督管理局	安徽省食品药品检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
232	上臂式电子血压计	宁波家悦医疗器械有限公司	宁波家悦医疗器械有限公司	A11	2018年04月1日 A180400012	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
233	手腕式电子血压计	苏州尼世精密仪器有限公司	苏州尼世精密仪器有限公司	WS-1303	2018-04-02 SN2018-2B1303-00017	江苏省食品药品监督管理局	安徽省食品药品检验研究院
234	手臂式电子血压计	苏州尼世精密仪器有限公司	苏州尼世精密仪器有限公司	DS-503	2018年04月 SN2018-2A0503-00612	江苏省食品药品监督管理局	安徽省食品药品检验研究院
235	上臂式电子血压计	宁波瑞诺医疗科技有限公司	宁波瑞诺医疗科技有限公司	RN-032D	2018年05月05日 20180505 032D201705592	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
236	电子血压计	天津市佳士安医疗器械有限公司	天津市佳士安医疗器械有限公司	XY-809	20180524 CAB1AG0100028	天津市市场和质量监督管理委员会	辽宁省医疗器械检验检测院
237	臂式电子血压计	深圳市合发医疗器械有限公司	深圳市合发医疗器械有限公司	HF-B11	2018.4.18	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
238	手臂式电子血压计	深圳市长坤科技有限公司	深圳市长坤科技有限公司	CK-A156	180414800B5	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
239	手腕式电子血压计	深圳市长坤科技有限公司	深圳市长坤科技有限公司	CK-W133	1804241500A5	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
240	手腕式电子血压计	深圳市长坤科技有限公司	深圳市长坤科技有限公司	CK-W355	1804093000A6	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
241	数字式心率电子血压计	佛山市经络动力医疗器械有限公司	佛山市经络动力医疗器械有限公司	BP750X1	2016.11.11 E0716-10-001	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
242	脉搏波血压计	深圳瑞光康泰科技有限公司	深圳瑞光康泰科技有限公司	RBP-9808	RBP-9808180A/0002881	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
243	脉搏波血压计	深圳瑞光康泰科技有限公司	深圳瑞光康泰科技有限公司	RBP-6901	RBP-6901180A/0000179	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
244	脉搏波血压计	深圳瑞光康泰科技有限公司	深圳瑞光康泰科技有限公司	BP-37A	BP-37A180A/00004368	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
245	脉搏波血压计	深圳瑞光康泰科技有限公司	深圳瑞光康泰科技有限公司	RBP-6100	RBP-61180A/00002931	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
246	脉搏波医用血压计	深圳瑞光康泰科技有限公司	深圳瑞光康泰科技有限公司	RBP-9001	RBP-9001180B/0000069	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
247	上臂式数字电子血压计	义乌市百灵医疗器械有限公司	义乌市百灵医疗器械有限公司	BLPM-13	2018.04.12 1804011 18014420	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
248	电子血压计	松下电气机器(北京)有限公司	松下电气机器(北京)有限公司	EW-BU09J	2018-05-24 20180524 20180524000178	北京市食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
249	手臂式电子血压计	东莞市黄江百绿电子厂	东莞市黄江百绿电子厂	KP-660B	2017年03月23日 0317	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
250	电子血压计	深圳市惟拓力医疗电子有限公司	深圳市惟拓力医疗电子有限公司	WitBP6012A	6012A16040055	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
251	电子血压计	深圳市惟拓力医疗电子有限公司	深圳市惟拓力医疗电子有限公司	WitBP6016A	6016A16040341	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
252	全自动臂式电子血压计	华略电子(深圳)有限公司	华略电子(深圳)有限公司	BP3MS1-4V	2017.12.08 501710170	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
253	全自动臂式电子血压计	华略电子(深圳)有限公司	华略电子(深圳)有限公司	BPA3 Basic	2018.4.27 171802099	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
254	全自动臂式电子血压计	华略电子(深圳)有限公司	华略电子(深圳)有限公司	BP3MD1-3	2018.4.13 151808121	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
255	全自动臂式电子血压计	华略电子(深圳)有限公司	华略电子(深圳)有限公司	BPA6 Plus	2018.4.20 161800199	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
256	全自动臂式电子血压计	华略电子(深圳)有限公司	华略电子(深圳)有限公司	BOA6PC	2018.2.28 091822049	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
257	电子血压计	优盛医疗电子(上海)有限公司	优盛医疗电子(上海)有限公司	BK150	20180521 1805 1805210013	上海市食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
258	数字式电子血压计	东阿阿胶阿华医疗器械有限公司	东阿阿胶阿华医疗器械有限公司	DXW-2	20170928 17092802 170920239	山东省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
259	数字式电子血压计	东阿阿胶阿华医疗器械有限公司	东阿阿胶阿华医疗器械有限公司	DXB-1	20170927 17092702 170930217	山东省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
260	数字式电子血压计	东阿阿胶阿华医疗器械有限公司	东阿阿胶阿华医疗器械有限公司	DXB-3	20170926 17092601 170814444	山东省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
261	上臂式电子血压计	厦门安氏兄弟科技有限公司	厦门安氏兄弟科技有限公司	AS-35A	2018-02-05 P1802004 18B000263A	福建省食品药品监督管理局	重庆医疗器械质量检验中心
262	手腕式数字电子血压计	深圳市捷美瑞科技有限公司	深圳市捷美瑞科技有限公司	W02	2018.5.11 2018033100968 2018033100968000 01	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
263	手腕式数字电子血压计	深圳市捷美瑞科技有限公司	深圳市捷美瑞科技有限公司	W02	2018.5.11 2018032000649 2018032000649007 37	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
264	臂式电子血压计	北京绿源恒泰医疗器械有限公司	北京绿源恒泰医疗器械有限公司	LY-702D	20180503 1805005 180500500164	北京市食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
265	腕式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	YE8300B	2018-03 1803 序列号 02 器号 180304858	江苏省食品药品监督管理局	安徽省食品药品检验研究院
266	臂式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	YE680A	2018-03 1803 序列号 01 器号 180300993	江苏省食品药品监督管理局	安徽省食品药品检验研究院
267	电子血压计	松下电气机器(北京)有限公司	松下电气机器(北京)有限公司	EW3106	2018-05-10 20180510 20180510 009478	北京市食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
268	电子血压计	松下电气机器(北京)有限公司	松下电气机器(北京)有限公司	EW-BW10	2018-05-09 20180509 20180509 001978	北京市食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
269	电子血压计	康尚医疗技术(丹阳)有限公司	康尚医疗技术(丹阳)有限公司	QD-117A	2017年8月5日 170819011171 1708190111710222	江苏省食品药品监督管理局	安徽省食品药品检验研究院
270	双用电子血压计	康尚医疗技术(丹阳)有限公司	康尚医疗技术(丹阳)有限公司	QD-206(A)	2017年8月18日 170819012061 器号 1708190120610391	江苏省食品药品监督管理局	安徽省食品药品检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
271	手臂式全自动电子血压计	深圳市瑞安康科技有限公司	深圳市瑞安康科技有限公司	RAK289	2018.5.18 289180518	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
272	臂式电子血压计	深圳市爱立康医疗股份有限公司	深圳市爱立康医疗股份有限公司	AES-U131	2018.5.2 18E12	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
273	腕式电子血压计	深圳市爱立康医疗股份有限公司	深圳市爱立康医疗股份有限公司	AES-W151	2018.3.27 18C44	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
274	电子血压计	上海医疗器械股份有限公司	上海医疗器械股份有限公司	DXJ-A	2014年7月 47批 04700393	上海市食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
275	腕式电子血压计	均威科技(深圳)有限公司	均威科技(深圳)有限公司	MD2222	GQ-C36001042	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
276	臂式电子血压计	均威科技(深圳)有限公司	均威科技(深圳)有限公司	MD1810	GQ-C36001032	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
277	全自动臂式电子血压计	深圳市颐邦科技有限公司	深圳市颐邦科技有限公司	YB-A8	001803008	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
278	臂式电子血压计	深圳市好一生电子科技有限公司	深圳市好一生电子科技有限公司	HYS-7160	2018.4.2 M18010001 M18010001-001-38 47	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
279	臂式电子血压计	深圳市好一生电子科技有限公司	深圳市好一生电子科技有限公司	HYS-7180	2018.4.2 M17120005 M17120005-001-16 73	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
280	医用电子血压计	顺泰医疗器材(深圳)有限公司	顺泰医疗器材(深圳)有限公司	BP60	2017.5.10 M00082854	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
281	上臂式电子血压计	深圳市永盟智能信息系统有限公司	深圳市永盟智能信息系统有限公司	YMBPA12	2017.9.15 YM170915 YM1709151028	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
282	臂式电子血压计	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	ESM201B	2018.4.20 LA20180420012 LA20180420012019	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
283	臂式电子血压计	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	ESM201B	2018.4.20 LA20180420012 LA20180420012053	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
284	手腕式电子血压计	深圳市康贝科技有限公司	深圳市康贝科技有限公司	BP885W	2018.5.3 1805012 1712050994	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
285	手腕式电子血压计	深圳市康贝科技有限公司	深圳市康贝科技有限公司	BP300W	2018.3.13 1803020 1711E69024	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
286	手臂式全自动电子血压计	深圳市家康科技有限公司	深圳市家康科技有限公司	BP-JC319	2018.3.8 B180117 B18011700465	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
287	手腕式电子血压计	广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司	广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司	QX-368A	2016-08-08 QX-368AAF08010 000920	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
288	手臂式全自动电子血压计	深圳市家康科技有限公司	深圳市家康科技有限公司	BP319A	2018.3.8 B180118 B18011800885	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
289	臂式电子血压计	广州爱芯达电子有限公司	广州爱芯达电子有限公司	AXD-806	2018.04.01 20180401 20180401-09002	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
290	电子血压计 (智能腕式)	天津九安医疗电子股份有限公司	天津九安医疗电子股份有限公司	KD-738	1.511E+14	天津市市场和质量监督管理委员会	辽宁省医疗器械检验检测院
291	电子血压计 (智能臂式)	天津九安医疗电子股份有限公司	天津九安医疗电子股份有限公司	KD-556	1.714E+14	天津市市场和质量监督管理委员会	辽宁省医疗器械检验检测院
292	上臂式电子血压计	江苏鹿得医疗电子股份有限公司	江苏鹿得医疗电子股份有限公司	LD-520	2017.08.28 2017082007 1752010002 (产品 序列号)	江苏省食品药品监督管理局	安徽省食品药品检验研究院
293	腕式电子血压计	深圳金亿帝医疗设备股份有限公司	深圳金亿帝医疗设备股份有限公司	BP207	LD07575	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
294	臂式电子血压计	深圳金亿帝医疗设备股份有限公司	深圳金亿帝医疗设备股份有限公司	BP101Y	LD07580	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
295	全自动腕式血压计	爱安德电子(深圳)有限公司	爱安德电子(深圳)有限公司	UB-351B-CHC 2	2017.12.28	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
296	全自动上臂式血压计	爱安德电子(深圳)有限公司	爱安德电子(深圳)有限公司	UA-1030T	2017.11.21	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
297	全自动腕式血压计	爱安德电子(深圳)有限公司	爱安德电子(深圳)有限公司	UB-512	2018.4.18	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
298	全自动上臂式血压计	爱安德电子(深圳)有限公司	爱安德电子(深圳)有限公司	UA-611A	2018.4.13	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
299	臂式电子血压计	广州德米医用设备有限公司	广州德米医用设备有限公司	DM-ES 01	2017.05.20 1704066 /	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
300	电子血压计	北京微迈科技有限公司	北京微迈科技有限公司	HA-01B	1709110078	北京市食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
301	全自动上臂式血压计	爱安德电子(深圳)有限公司	爱安德电子(深圳)有限公司	UA-622A-CHC 2	2018.1.9	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
302	全自动腕式电子血压计	深圳市贝利斯科科技发展有限公司	深圳市贝利斯科科技发展有限公司	BL-W910	2018.4.18 201804	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
303	全自动臂式电子血压计	深圳市贝利斯科科技发展有限公司	深圳市贝利斯科科技发展有限公司	BL-B910	2018.4.18 201804	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
304	臂式电子血压计	深圳市贝莱斯电子科技有限公司	深圳市贝莱斯电子科技有限公司	BLS-2009A	09A201804200042	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
305	腕式电子血压计	深圳市贝莱斯电子科技有限公司	深圳市贝莱斯电子科技有限公司	BLS-2008A	08A20184120007	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
306	腕式电子血压计	深圳市优瑞恩科技有限公司	深圳市优瑞恩科技有限公司	U60C	WHE001	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
307	臂式电子血压计	深圳市优瑞恩科技有限公司	深圳市优瑞恩科技有限公司	U80EH	BHE022	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
308	全自动臂式电子血压计	深圳乐普智能医疗器械有限公司	深圳乐普智能医疗器械有限公司	LB950	43170018	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
309	便携式双通道上臂式电子血压计	深圳杉源医疗科技有限公司	深圳杉源医疗科技有限公司	BM800C	BC000101	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
310	台式双通道上臂式电子血压计	深圳杉源医疗科技有限公司	深圳杉源医疗科技有限公司	BM800A	BA000285	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
311	臂式电子血压计	深圳市讯威实业有限公司	深圳市讯威实业有限公司	XW-700	2018.3.17 171228 70017122801001	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
312	臂式电子血压计	江苏富林医疗设备有限公司	江苏富林医疗设备有限公司	DX-B1	20180224 20180224002 器号 020974102	江苏省食品药品监督管理局	安徽省食品药品检验研究院
313	腕式电子血压计	深圳市欧宝莱科技有限公司	深圳市欧宝莱科技有限公司	OT-BO1A	B201712130520	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
314	腕式电子血压计	深圳市欧宝莱科技有限公司	深圳市欧宝莱科技有限公司	OT-W01A	W201801150311	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
315	臂式电子血压计	深圳市泰普拉斯科技有限公司	深圳市泰普拉斯科技有限公司	DT-6602	2018.1.11 DT6602180100000 5	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
316	腕式电子血压计	深圳市泰普拉斯科技有限公司	深圳市泰普拉斯科技有限公司	DT-6601	2018.1.12 DT6601180100000 4	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
317	臂式电子血压计	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	2005-2	2018.3 P1801494-3	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
318	腕式电子血压计	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	3005-1	2016.12 P1611108	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
319	臂式电子血压计	深圳市保身欣科技电子有限公司	深圳市保身欣科技电子有限公司	BSX505	2018.1.22	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
320	手腕式电子血压计	深圳市正康科技有限公司	深圳市正康科技有限公司	ZK-W863	2018.3.21 J20180302501509	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
321	腕式电子血压计	深圳市攀高电子有限公司	深圳市攀高电子有限公司	PG-800A11	2018.1.21 201801063	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
322	手臂式电子血压计	深圳市攀高电子有限公司	深圳市攀高电子有限公司	PG-800B8	2018.4.10 201804022	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
323	手臂式电子血压计	深圳市健得龙医疗电子有限公司	深圳市健得龙医疗电子有限公司	KTR-902	2017.12.6 201712005	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
324	腕式电子血压计	深圳市百年康保健产品有限公司	深圳市百年康保健产品有限公司	KW-368A	2017.11.8 368A1289#0074	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
325	电子血压计	重庆航天火箭电子技术有限公司	重庆航天火箭电子技术有限公司	HTD-621	201701 20170100481	重庆市食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
326	全自动臂式电子血压计	深圳邦普医疗设备系统有限公司	深圳邦普医疗设备系统有限公司	BF6143	1801028	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
327	全自动臂式电子血压计	深圳邦普医疗设备系统有限公司	深圳邦普医疗设备系统有限公司	BF6143	1712005	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
328	全自动臂式电子血压计	深圳邦普医疗设备系统有限公司	深圳邦普医疗设备系统有限公司	BF5000/BF5000B	1805001	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
329	腕式电子血压计	深圳邦普医疗设备系统有限公司	深圳邦普医疗设备系统有限公司	BF2203	1710027	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
330	上臂式电子血压计	深圳奥萨医疗有限公司	深圳奥萨医疗有限公司	HBP200	20171113 1711008 1711008	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
331	电子血压计	陕西民起电子科技有限公司	陕西民起电子科技有限公司	MQ-S996-A	20180109 B171241	陕西省食品药品监督管理局	重庆医疗器械质量检验中心
332	电子血压计	广东乐心医疗电子股份有限公司	广东乐心医疗电子股份有限公司	LS815-F	2017年7月4日 T2436	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
333	电子血压计	广东乐心医疗电子股份有限公司	广东乐心医疗电子股份有限公司	LS805-F	2017年11月22日 T2751	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
334	(智能语音型)臂式电子血压计	东莞市医脉实业有限公司	东莞市医脉实业有限公司	FDBP-A1	2017年12月26日 2017237	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
335	GM臂式电子血压计	北京会好医疗器械有限公司	北京会好医疗器械有限公司	GM-185	20180209 AD 18021515	北京市食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
336	臂式电子血压计	康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司	康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司	CONTEC080	2018-03 18039900002	河北省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
337	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	欧姆龙(大连)有限公司	HEM-7120	2017.12.27 201712L 20171207342LG	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
338	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	欧姆龙(大连)有限公司	HEM-8713	2018.04.28 201804L 20180400218LG	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
339	医用电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	欧姆龙(大连)有限公司	HBP-1100	2018.04.27 201804L 02012672LF	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
340	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	欧姆龙(大连)有限公司	HEM-6320T	2018.04.25 201804L 20180400059LF	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
341	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	欧姆龙(大连)有限公司	HEM-7135	2018.04.21 201804L 20180401358LG	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
342	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	欧姆龙(大连)有限公司	HEM-9200T	2017.10.10 20171000058LG	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
343	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	欧姆龙(大连)有限公司	HEM-7125J	2018.04.02 201803L 20180301530LG	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
344	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	欧姆龙(大连)有限公司	HEM-8732K	2018.04.27 201802L 20180200062LG	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
345	电子血压计	佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司	佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司	WM-601	2018年04月08日	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
346	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	欧姆龙(大连)有限公司	HEM-7122J	2018.04.04 201802L 20180200148LG	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
347	手臂式电子血压计	佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司	佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司	AM-301	2018年04月08日	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
348	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	欧姆龙(大连)有限公司	HEM-7200	2018.04.26 201804U 20180406579UG	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
349	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	欧姆龙(大连)有限公司	HEM-8612	2018.04.27 201804L 20180408054LF	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
350	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	欧姆龙(大连)有限公司	HEM-6131	2018.04.22 201804L 20180400831LF	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
351	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	欧姆龙(大连)有限公司	HEM-6120	2018.05.02 201804L 20180400512LF	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
352	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	欧姆龙(大连)有限公司	HEM-6121	2018.04.24 201804L 20180408076LF	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
353	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	欧姆龙(大连)有限公司	HEM-6200	2018.03.26 201803L 20180300779LF	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
354	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	欧姆龙(大连)有限公司	HEM-6111	2018.04.09 201804L 20180400976LF	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
355	电子血压计	欧姆龙健康医疗(中国)有限公司	欧姆龙健康医疗株式会社	J732	2018.02.20 201802A 20180200878AF	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
356	电子血压计	欧姆龙健康医疗(中国)有限公司	欧姆龙健康医疗株式会社	J12	2017.05.17 201705A 20170501795AG	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
357	电子血压计	欧姆龙健康医疗(中国)有限公司	欧姆龙健康医疗株式会社	J20	2018.01.10 201801A 20180100942AF	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
358	电子血压计	欧姆龙健康医疗(中国)有限公司	欧姆龙健康医疗株式会社	J710	2018.01.16 201801A 20180102099AF	辽宁省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
359	手臂式全自动电子血压计	东莞市协和医疗器械科技有限公司	东莞市协和医疗器械科技有限公司	B-602	2018.05.05 2018.05.05 2018.05.05	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
360	手腕式全自动电子血压计	东莞市协和医疗器械科技有限公司	东莞市协和医疗器械科技有限公司	A-601	2018.05.05 2018.05.05 2018.05.05	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
361	腕式电子血压计	广东健奥科技有限公司	广东健奥科技有限公司	GT-701	A17080501	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
362	臂式电子血压计	广东健奥科技有限公司	广东健奥科技有限公司	GT-702E	A18030701	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
363	臂式电子血压计	东莞誉康实业有限公司	东莞誉康实业有限公司	BA-801	2016.12.20	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
364	腕式电子血压计	东莞誉康实业有限公司	东莞誉康实业有限公司	BW-601	2017.12.12	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
365	腕式电子血压计	东莞市欣绿医疗科技有限公司	东莞市欣绿医疗科技有限公司	T811	2017.12.08 T1187C081	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
366	全自动臂式电子血压计	西铁城精电科技(江门)有限公司	西铁城精电科技(江门)有限公司	CHU306	18C2	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
367	全自动数字腕式血压计	西铁城精电科技(江门)有限公司	西铁城精电科技(江门)有限公司	CH-650	18C1	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
368	药物洗脱冠状动脉支架系统	苏州桓晨医疗科技有限公司	苏州桓晨医疗科技有限公司	2.75mm×29mm	188111073	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
369	冠状雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统	四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司	上海微创医疗器械(集团)有限公司	3.00mm×23mm	20180503 86970945	四川省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
370	血管内无载体含药(雷帕霉素)洗脱支架系统	哈尔滨致新康德医疗供应链管理有限公司	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	Size3.0*36mm	2018-01-31 201801005 WZRAOE41DG	黑龙江省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
371	冠状动脉药物涂层支架系统	山东瑞安泰医疗技术有限公司	山东瑞安泰医疗技术有限公司	3.0*23	20180418 20180418 20180418	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
372	生物降解药物涂层冠脉支架系统	赛诺医疗科学技术有限公司	赛诺医疗科学技术有限公司	DES-3.2520	20180521 20180521 805265	天津市市场和质量监督管理委员会	天津市医疗器械质量监督检验中心
373	药物涂层支架系统(雷帕霉素)	安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司	山东吉威医疗制品有限公司	型号规格: RDES-3536	2018-02-26 111180149 见备注	安徽省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
374	药物涂层冠状动脉金属支架系统	辽宁垠艺生物科技股份有限公司	辽宁垠艺生物科技股份有限公司	DSS3018	20180302 03180226	辽宁省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
375	钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	LPRPC3024	2018-03-14 201803002 GJRCBG32DE、 GJRCBG38DE、 GJRCBG40DE、 GJRCBG41DE、 GJRCBG42DE、 GJRCBG48DE、 GJRCBG49DE、 GJRCBG50DE、 GJRCBG52DE、 GJRCBG64DE、 GJRCBG65DE、 GJRCBG66DE、 GJRCBG67DE、 GJRCBG68DE	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
376	药物涂层支架系统(雷帕霉素)	山东吉威医疗制品有限公司	山东吉威医疗制品有限公司	RDES-3018	2018.4.26 111180322	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
377	依维莫司洗脱冠状动脉支架系统	波科国际医疗贸易(上海)有限公司	Boston Scientific Corporation	H74939113382 70	2018/1/23 21680586	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
378	快速交换冠脉支架系统	美敦力(上海)管理有限公司	Medtronic Inc.	INT25026X	2017/12/15 0008922618	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
379	药物洗脱冠脉支架系统	美敦力(上海)管理有限公司	Medtronic, Inc.	ENSP40018X	2017/01/05 0008437193	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
380	三氧化二砷药物涂层支架输送系统	北京美中双和医疗器械股份有限公司	北京美中双和医疗器械股份有限公司	Avi I DC-P-3.0×22	01180002	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
381	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统	上海微创医疗器械(集团)有限公司	上海微创医疗器械(集团)有限公司	RV2529	2018-04-25 85080203	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
382	血液透析浓缩液	华裕(无锡)制药有限公司	华裕(无锡)制药有限公司	型号: Cal.50 规格: A液 10L B液 10L	A液: 18-06-06; B液: 18-06-04 A液 Y1806062; B液 Y1806041	江苏省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
383	血液透析浓缩液	襄阳市中心医院	山东威高药业股份有限公司	WGTXY-1	A: 2018年03月29日、B: 2018年05月14日 A: 2180329041、B: 31803040901	湖北省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
384	透析粉	唐山朝阳医院	廊坊市捷然医疗器械有限公司	TF-II-1/2/3B粉 TF-II-1A粉	A 20180318 B 20180129 A 180301 B 180101	河北省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
385	血液透析浓缩粉	黄骅市思创医疗用品有限公司	黄骅市思创医疗用品有限公司	1人份/袋 AB-MT	18年3月30日 1803162	河北省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
386	血液透析浓缩液	日照市中心医院	河北紫薇山制药有限公司	AB型MT (Ca1.5K2.0)	A剂: 2018年05月09日; B剂: 2018年05月02日 A剂: Y180550L; B剂: Y1805004L	山东省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
387	血液透析浓缩液	江苏纳海生物科技有限公司	江苏纳海生物科技有限公司	型号: NH TXY-01	A液: 20180522 B 液: 20180517 A液: 1805006 B 液: 1805008	江苏省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
388	血液透析干粉	贵州省人民医院	天津泰士康医疗科技有限公司	A: TSK-FA-I:1172 8g/10人份/袋 B:TSK-FB-I:58 80g/10人份/袋	A粉: 20180309 B 粉: 20180305 A粉: 18030902 B 粉: 18030501	贵州省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
389	血液透析A干粉; 血液透析B干粉	贵州医科大学附属医院	广州康盛生物科技有限公司	A粉: KC200104 B 粉: KC200104	A粉: 2017年10月30日; B粉: 2018年01月18日 A粉: 171002 B粉: 180104	贵州省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
390	血液透析浓缩物	吉林省富生医疗器械有限公司	吉林省富生医疗器械有限公司	型号: FRE型	2018年05月08日 180523116	吉林省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
391	血液透析浓缩液	山东威高药业股份有限公司	山东威高药业股份有限公司	WGTXY-2	A液: 2018年05月16日 B粉: 2018年04月28日 A液: 2180516011 B粉: 31802051003	山东省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
392	血液透析浓缩液	金华市中心医院	广州康盛生物科技有限公司	型号: KC200401	A液: 20180520 B液: 20180515 A液: 1805104 B液: 1805086	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
393	A: 血液透析 A 浓缩液、B: 血液透析 B 浓缩液	广西医科大学第一附属医院	广州康盛生物科技有限公司	KC200401/10升	A 浓缩液: 20180422; B 浓缩液: 20180606 A 浓缩液: 1804089、B 浓缩液: 1806029	广西壮族自治区食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
394	血液透析浓缩液	广州康盛生物科技有限公司	广州康盛生物科技有限公司	型号: KC200401 规格: 10升	A: 20180507 B: 20180507 A: 1805030 B: 1805043	广东省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
395	血液透析浓缩液	广州百特医疗用品有限公司	广州百特医疗用品有限公司	型号: A液: ACF0231 B液: BCF01 规格: 10升/桶	A液: 2018.04.04 B液: 2018.04.18 A液: GH1804042 B液: GH1804182	广东省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
396	血液透析浓缩粉	河北紫薇山制药有限责任公司	河北紫薇山制药有限责任公司	AB型 MT-F	2018年04月28日 L180434F	河北省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
397	血液透析浓缩液	南昌市第三医院	常州华岳微创医疗器械有限公司	AH01-II 35X	A: 2018.05.08、B: 2018.05.10 0118050802 A6/0218051007 B1	江西省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
398	透析粉	温岭市中医院	廊坊市捷然医疗器械有限公司	型号: A 粉: TF-II-1 B 粉: TF-II-1/2/3	A 粉: 20180317 B 粉: 20180115 A 粉: 180301 B 粉: 180101	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
399	血液透析浓缩液	上海市黄浦区中心医院	常州华岳微创医疗器械有限公司	AH01-II 35X	A 液: 2018.04.28 B 液: 2018.04.24 A 液: 0118042803 A1 B 液: 0218042408 B1	上海市食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
400	血液透析浓缩液	福建省中医药大学附属人民医院	常州华岳微创医疗器械有限公司	AH01-II 35X	A 液: 2018.05.05 B 液: 2018.05.04 A 液: 0118050501 A4 B 液: 0218050402 B2	福建省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
401	血液透析浓缩物 A 液 B 粉	河北医科大学第二医院	山东威高药业股份有限公司 (A 液 B 粉均为此地生产)	WGTXY-2	A 液 2018 年 04 月 24 日 B 粉 2018 年 04 月 25 日 A 液: 2180424081 B 粉: 31802050901	河北省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
402	血液透析干粉	泰州市人民医院	广州康盛生物科技有限公司	型号: KC200101	A 粉: 20170104 B 粉: 20170824 A 粉: 170101 B 粉: 170816	江苏省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
403	血液透析浓缩液	上海市第六人民医院	河北紫薇山制药有限责任公司	A 剂: AB 型 MT (Ca1.5K2.0) B 剂: AB 型 MT (Ca1.5K2.0) 或 (Ca1.25K2.0)	A 剂: 2018 年 05 月 14 日 B 剂: 2018 年 05 月 10 日 A 剂: Y180581L B 剂: Y1805046L	上海市食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
404	血液透析浓缩液(酸性、碱性)	鄂钢医院	常州华岳微创医疗器械有限公司	AH01-II 35X	A: 2018.04.09、B: 2018.04.20 A 液: 0118040901 B 液: 0218042005	湖北省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
405	血液透析浓缩液	天津市北辰医院	天津泰士康医疗科技有限公司	A:TSK-YA-I B:TSK-YB-I	A:生产日期 20180403 B:生产日期 20180413 A:批号 18040303 B:批号 18041301	天津市市场和质量监督管理委员会	吉林省医疗器械检验所
406	血液透析浓缩液	天津市津南区咸水沽医院	天津泰士康医疗科技有限公司	A 液: TSK-YA-I; B 液: TSK-YB-I	A 液: 20180408; B 液: 20180417 A 液: 18040801; B 液: 18041703	天津市市场和质量监督管理委员会	吉林省医疗器械检验所
407	血液透析浓缩物(A液)、血液透析浓缩物	重庆市第一人民医院	天津瑞鹏医疗器械有限公司	A: TR-1(BRA)型透析液 5 升/桶、B: TR-1(BRA)型透析粉 500 克/袋	透析液: 2018 年 3 月 26 日 B 干粉: 2018 年 04 月 03 日 251803561, F001804005	重庆市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
408	血液透析 A 浓缩液 血液透析 B 浓缩液	海南省第三人民医院	广州康盛生物科技有限公司	KC200401	A:20180423 B:20180103 A:1804097 B:1801008	海南省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
409	人工肾透析液	北京市中关村医院	黄骅市思创医疗用品有限公司	型号: AB,规格: AB-DBB	A 剂: 20180411,B 剂: 20180407 A 剂: 1804246,B 剂: 1804219	北京市食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
410	医用透析粉	天津市海诺德工贸有限公司	天津市海诺德工贸有限公司	A 粉:HND-FA-I; B 粉:HND-FB-I	A 粉: 20180106; B 粉: 20180502 A 粉: 18010612; B 粉: 18050201	天津市市场和质量监督管理委员会	吉林省医疗器械检验所
411	血液透析干粉	天津泰士康医疗科技有限公司	天津泰士康医疗科技有限公司	A 粉: TSK-FA-I; B 粉: TSK-FB-I	A 粉: 20180502; B 粉: 20180310 A 粉: 18050201; B 粉: 18031001	天津市市场和质量监督管理委员会	吉林省医疗器械检验所
412	血液透析浓缩液(酸性)(碱性)	上海市杨浦区市东医院	常州华岳微创医疗器械有限公司	AH01-II 35X	A 液: 2018.04.25 B 液: 2018.04.18 A 液: 0118042503 A1 B 液: 0218041806 B3	上海市食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
413	血液透析浓缩液	江西三鑫医疗科技股份有限公司	江西三鑫医疗科技股份有限公司	SXG-Y-A、SXG-Y-B	20180414(A)、20180421(B) 180414-42(A)、180421-21(B)	江西省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
414	血液透析浓缩液	辽宁恒信生物科技有限公司	辽宁恒信生物科技有限公司	A 液: HX-AFs2211 B 液: HX-BFs	A 液: 2018-04-04 B 液: 2018-04-04 A 液: 18040407 B 液: 18040408	辽宁省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
415	血液透析浓缩液	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院	常州华岳微创医疗器械有限公司	AH01-II 35X (A 液 10L; B 液 12.5L)	A 液: 2018.04.21 B 液: 2018.04.17 A 液: 0118042102 A5; B 液: 0218041705 B2	上海市食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
416	血液透析 A 干粉 血液透析 B 干粉	湖南旺旺医院有限公司	广州康盛生物科技有限公司	KC200101/一 人份	A: 20170925 B:20170801 A:170913 B:170801 \\	湖南省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
417	血液透析及相关治疗用浓缩物	上海和亭商贸有限公司	上海和亭商贸有限公司	CHDA AL-245 CHDB BP-200	20180429/2018050 2 180406/180501	上海市食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
418	血液透析浓缩液	南昌大学第一附属医院	江西三鑫医疗科技股份有限公司	SXG-Y-A/SXG -Y-B	20180402/2018040 7 180402-83/180407- 22	江西省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
419	一次性使用无菌阴道扩张器	泰州市中卫医疗用品有限公司	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	中号	180409 180409 180409	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
420	一次性使用无菌阴道扩张器	泰州市中卫医疗用品有限公司	常州舜峰塑胶有限公司	B	20180108 20180108 20180108	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
421	一次性使用无菌阴道扩张器	稷山县人民医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A 型轴转式	2017 年 09 月 06 日	山西省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
422	一次性使用无菌阴道扩张器	稷山县人民医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A 型轴转式	2018 年 01 月 06 日	山西省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
423	一次性使用无菌阴道扩张器	中山市福达药业有限公司	陕西富源医用塑料有限公司	中号-B	20171106	广东省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
424	一次性使用无菌阴道扩张器	陕西省人民医院	陕西富源医用塑料有限公司	中号-B	20180312	陕西省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
425	一次性使用无菌阴道扩张器	吉林四平国文医院有限公司	常州舜峰塑胶有限公司	中号 B 型	1712015	吉林省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
426	一次性使用无菌阴道扩张器	开滦总医院	常州舜峰塑胶有限公司	全透明推拉式中号	171211 171211	河北省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
427	一次性使用无菌阴道扩张器	任丘市人民医院	新乡市华西卫材有限公司	中号	2017 年 8 月 2 日	河北省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
428	一次性使用无菌阴道扩张器	文安县医院	常州舜峰塑胶有限公司	半透明调节式中号-B 型	171205 171205	河北省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
429	一次性使用无菌阴道扩张器	四平市第一人民医院	常州晓春医疗器材有限公司	调节式中号	170411	吉林省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
430	一次性使用无菌阴道扩张器	四平市中心医院	河南亚都实业有限公司	中号 转轴式	181338	吉林省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
431	即毁式一次性使用无菌阴道扩张器	江苏奥博金医药科技有限公司	江苏奥博金医药科技有限公司	检查型钩扣式中号	20180227 20180227	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
432	一次性使用无菌阴道扩张器	吉林大学第一医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中号	20180321	吉林省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
433	一次性使用无菌阴道扩张器	甘肃省平凉药业有限责任公司	陕西富源医用塑料有限公司	中号-B	20180102	甘肃省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
434	一次性使用无菌阴道扩张器	哈尔滨市天使卫生材料厂	哈尔滨市天使卫生材料厂	中号	20180115 20180105 -	黑龙江省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
435	一次性使用无菌阴道扩张器	云南东骏药业有限公司滇西医药配送中心	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号(A型轴转式)	2017年11月06日 20171106	云南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
436	一次性使用无菌阴道扩张器	兰坪县人民医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式中号	171001 171001	云南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
437	一次性使用无菌阴道扩张器	保山市隆阳区妇幼保健计划生育服务中心	南昌益民医用卫生材料有限公司	轴转式 中号	2018年03月6日 20180306	云南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
438	一次性使用无菌阴道扩张器	建水县第二人民医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A型轴转式	2017年11月06日	云南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
439	一次性使用无菌阴道扩张器	德宏利誉医疗器械有限公司	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A型轴转式	2018年01月06日 20180106	云南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
440	一次性使用无菌阴道扩张器	楚雄彝族自治州妇幼保健院	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号推拉式	20180205 批 20180205	云南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
441	一次性使用无菌阴道扩张器	文山州妇幼保健计划生育服务中心	江西岚湖医疗器械有限公司	A型中号	2017年09月06日	云南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
442	一次性使用无菌阴道扩张器	麒麟仁爱医院	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号	20171105 20171105	云南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
443	一次性使用无菌阴道扩张器	昭通市妇幼保健院	江西丹美实业有限公司	中号	20170406 20170406	云南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
444	一次性使用无菌阴道扩张器	宁夏医科大学总医院	江西三鑫医疗科技股份有限公司	推拉式 中号	180417 180417	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
445	一次性使用无菌阴道扩张器	宁夏医科大学总医院	江西三鑫医疗科技股份有限公司	推拉式 中号	180205 180205	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
446	一次性使用无菌阴道扩张器	宁夏华源耀康医药有限公司	江西庐乐医疗器械集团有限公司	中号	180103	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
447	一次性使用无菌阴道扩张器	玉溪市第二人民医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A型轴转式	2017年11月06日 20171106 20171106	云南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
448	一次性使用无菌阴道扩张器	南平市妇幼保健院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	A型轴转式 中号	2017年11月06日 20171106	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
449	一次性使用无菌阴道扩张器	新乡市第一人民医院	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	中号	20171024 批 171024	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
450	一次性使用无菌阴道扩张器	新乡医学院第三附属医院	河南华林医疗器械有限公司	中号	2018年01月12日 180112	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
451	一次性使用无菌阴道扩张器	成都安记创展医疗器械有限公司	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号	2018年4月5日 20180405	四川省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
452	一次性使用无菌阴道扩张器	成都安记创展医疗器械有限公司	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A 型轴转式	2018年3月6日 20180306	四川省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
453	一次性使用无菌阴道扩张器	太原大健康科技健康管理有限公司门诊部	河南亚都实业有限公司	中号 转轴式	2018年02月05日 180606	山西省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
454	一次性使用无菌阴道扩张器	贵阳中医学院第二附属医院	南昌益民医用卫生材料有限公司	中号 推拉式	2017年08月06日 20170806	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
455	一次性使用无菌阴道扩张器	兴义湘雅医院	南昌益民医用卫生材料有限公司	中号 轴转式	2017年06月6日 20170606	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
456	一次性使用无菌阴道扩张器	黔东南布依族苗族自治州人民医院	南昌益民医用卫生材料有限公司	中号 推拉式	2018年01月6日 20180106	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
457	一次性使用无菌阴道扩张器	兴义博爱医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A 型轴转式	2018年03月06日	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
458	一次性使用无菌阴道扩张器	贵航贵阳医院	南昌市旭辉医疗器械有限公司	中号 A 型	2017 年 06 月 16 日	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
459	一次性使用无菌阴道扩张器	贵阳华夏不孕不育医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A 型轴转式	2018 年 01 月 06 日	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
460	一次性使用无菌阴道扩张器	贵阳和美妇产医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 B 型推拉式	20170906	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
461	一次性使用无菌阴道扩张器	贵阳友好妇科医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A 型轴转式	2017 年 07 月 06 日	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
462	一次性使用无菌阴道扩张器	贵阳好德贸易有限公司	江西庐乐医疗器械集团有限公司	中号	01 批 180103	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
463	一次性使用无菌阴道扩张器	梧州市妇幼保健院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	B 型推拉式 中号	20180306	广西壮族自治区食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
464	一次性使用无菌阴道扩张器	中卫市妇幼保健计划生育服务中心	江西三鑫医疗科技股份有限公司	推拉式 中号	171220 171220	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
465	一次性使用无菌阴道扩张器	中卫市人民医院	江西庐乐医疗器械集团有限公司	中号	180309	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
466	一次性使用无菌阴道扩张器	梧州市瓯文医疗科技有限公司	岳阳民康医用材料有限公司	轴转式 中号	171213 171213	广西壮族自治区食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
467	一次性使用无菌阴道扩张器	广西壮族自治区妇幼保健院	圣光医用制品股份有限公司	中号/轴转式	171208	广西壮族自治区食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
468	一次性使用无菌阴道扩张器	南宁市妇幼保健院	河南亚都实业有限公司	中号/推拉式	2017年12月04日 174906	广西壮族自治区食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
469	一次性使用无菌双翼阴道扩张器	广西北仑河医科工业集团有限公司	广西北仑河医科工业集团有限公司	中号/轴转式	20180423	广西壮族自治区食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
470	一次性使用无菌阴道扩张器	贵州祥瑞医疗器械有限公司	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A 型轴转式	2017年09月06日	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
471	一次性使用无菌阴道扩张器	广西耀康医疗器械有限公司	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A 型轴转式	20180306	广西壮族自治区食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
472	一次性使用无菌阴道扩张器	福建省龙岩市第一医院	福州博美安医疗器械有限公司	中号(推式)	180117	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
473	一次性使用无菌阴道扩张器	南阳油田总医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式中号	171101 171101	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
474	一次性使用无菌阴道扩张器	汝州市人民医院	河南亚都实业有限公司	转轴式, 中号	2017年11月06日 174506	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
475	一次性使用无菌阴道扩张器	圣光医用制品股份有限公司	圣光医用制品股份有限公司	轴转式, 中号	180328 180328	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
476	一次性使用无菌阴道扩张器	平顶山市第一人民医院	常州舜峰塑胶有限公司	半透明调节式中号 A 型	180103 180103	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
477	一次性使用无菌阴道扩张器	长春市朝阳区人民医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中号	20170921	吉林省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
478	一次性使用无菌阴道扩张器	吉林省妇幼保健院(吉林省产科质量控制中心)	常州舜峰塑胶有限公司	半透明调节式中号 A 型	080103	吉林省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
479	一次性使用无菌阴道扩张器	长春市中医院	扬州市霞光医疗器械有限公司	推拉式 中号	20180228	吉林省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
480	一次性使用无菌阴道扩张器	长春市绿园区人民医院	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号	20180305	吉林省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
481	一次性使用无菌阴道扩张器	吉林大学第二医院	常州晓春医疗器材有限公司	全透明推拉式中号	180101	吉林省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
482	一次性使用无菌阴道扩张器	河南瑞科医疗器械有限公司	河南瑞科医疗器械有限公司	轴转式中号	2018年03月8日 20180306	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
483	一次性使用无菌阴道扩张器	眉山市人民医院	常州晓春医疗器材有限公司	调节式中号 10只/袋	171101	四川省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
484	一次性使用无菌阴道扩张器	吴忠黄河医院	河南瑞科医疗器械有限公司	推拉式.中号	2018年3月8日 (20180306)	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
485	一次性使用无菌阴道扩张器	新乡市华康卫材有限公司	新乡市华康卫材有限公司	中号	2018年3月2日 20180228	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
486	一次性使用无菌阴道扩张器	泰兴市人民医院	常州市创佳医疗器械有限公司	M-中号 YKQ-A	20161108	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
487	一次性使用无菌阴道扩张器	河南省安邦卫材有限公司	河南省安邦卫材有限公司	中号	180402 180402	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
488	一次性使用无菌阴道扩张器	华润吉林康乃尔医药有限公司	扬州美林医疗器械有限公司	中号	20180106	吉林省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
489	一次性使用无菌阴道扩张器	新乡市康贝尔医疗科技有限公司	新乡市康贝尔医疗科技有限公司	小号轴转式	2018年04月7日 180407	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
490	一次性使用无菌阴道扩张器	固原市原州区人民医院	江西三鑫医疗科技股份有限公司	推拉式 中号	171218 171218	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
491	一次性使用无菌阴道扩张器	哈尔滨医科大学附属第一医院	扬州市霞光医疗器械有限公司	轴转式 中号	20171008 20171008	黑龙江省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
492	一次性使用无菌阴道扩张器	长春市美迪斯达医疗器械有限公司	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号	20180405	吉林省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
493	一次性使用无菌阴道扩张器	湖南康怡医疗器械有限公司	湖南康怡医疗器械有限公司	中号 轴转式	20180508	湖南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
494	一次性使用无菌阴道扩张器	洛阳市第六人民医院	常州舜峰塑胶有限公司	半透明调节式中号 B 型	170905 170905	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
495	一次性使用阴道扩张器	梓潼县人民医院	成都明森医疗器械有限责任公司	中号	20171127	四川省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
496	一次性使用无菌阴道扩张器	绵阳市中心医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明、调节式、中号	180301	四川省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
497	一次性使用无菌阴道扩张器	天津世纪正大医药有限公司	南昌市通达医疗器械有限公司	中号	2017 年 0602	天津市市场和质量监督管理委员会	吉林省医疗器械检验所
498	一次性使用无菌阴道扩张器	太原市怡光科贸有限公司	陕西富源医用塑料有限公司	中号	20170724	山西省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
499	一次性使用无菌阴道扩张器	菏泽市中医医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	A 型 轴转式中号	2018 年 01 月 06 日	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
500	一次性使用无菌阴道扩张器	国药集团山西有限公司器械分公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	中号 推拉式	20180222 20180222	山西省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
501	一次性使用无菌阴道扩张器	太原玛丽妇科医院	南昌市旭辉医疗器械有限公司	中号 A 型	2017 年 06 月 16 日	山西省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
502	一次性使用无菌阴道扩张器	南充市第四人民医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	型号:A 型轴转式 规格: 中号	20180306 20180306	四川省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
503	一次性使用无菌阴道扩张器	十堰新龙恒亮医疗器械有限公司	南昌爱博医疗器械有限公司	中号/A 型	2018 年 04 月 02 日	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
504	一次性使用无菌阴道扩张器	伊犁哈萨克自治州友谊医院	湖北仙明医疗器械有限公司	推拉式中号	2017 年 08 月 08 日 20170808	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
505	一次性使用无菌阴道扩张器	伊犁哈萨克自治州友谊医院	湖北仙明医疗器械有限公司	推拉式中号	2017 年 09 月 02 日 20170902	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
506	一次性使用无菌阴道扩张器	伊犁哈萨克自治州友谊医院	湖北仙明医疗器械有限公司	推拉式中号	2017 年 08 月 31 日 20170831 /60	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
507	一次性使用无菌阴道扩张器	乌鲁木齐市妇幼保健院	扬州市霞光医疗器械有限公司	推拉式中号	20180228	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
508	一次性使用无菌阴道扩张器	新疆维吾尔自治区肿瘤医院	常州晓春医疗器材有限公司	全透明推拉式中号	171201 171201	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
509	一次性使用无菌阴道扩张器	乌鲁木齐银鑫达康医疗器械有限公司	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	B 型推拉式/中号	20171106	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
510	一次性使用无菌阴道扩张器	乌鲁木齐银鑫达康医疗器械有限公司	扬州美林医疗器械有限公司	中号	20170608 20170608	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
511	一次性使用无菌阴道扩张器	乌鲁木齐市华夏医院(有限公司)	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	A型轴转式	2017年03月06日	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
512	一次性使用无菌阴道扩张器	新疆维吾尔自治区人民医院	常州晓春医疗器材有限公司	全透明推拉式中号	171101	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
513	一次性使用无菌阴道扩张器	库尔勒市第一人民医院	新乡市华西卫材有限公司	中号	2018年4月12日 18041207	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
514	一次性使用无菌阴道扩张器	库尔勒市第二人民医院	新乡市华西卫材有限公司	中号	2018年1月22日 18012207	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
515	一次性使用无菌阴道扩张器	新疆生产建设兵团第二师库尔勒医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号/B型 推拉式	20170906	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
516	一次性使用无菌阴道扩张器	山西现代妇产医院有限责任公司	河南华林医疗器械有限公司	中号	2018年01月12日 180112	山西省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
517	一次性使用无菌阴道扩张器	西吉华夏医院	南昌飞翔乳胶制品有限公司	轴转式 中号	20171105 20171105	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
518	一次性使用无菌阴道扩张器	开封市妇幼保健院	常州舜峰塑胶有限公司	全透明推拉式中号	171211 171211	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
519	一次性使用无菌阴道扩张器	尉氏县妇幼保健院	陕西富源医用塑料有限公司	中号-B	20180312 20180312	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
520	一次性使用无菌阴道扩张器	新密市妇幼保健院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号/A型轴转式	2017年09月06日	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
521	一次性使用无菌阴道扩张器	郑州大学第二附属医院	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号轴转式	20180305 20180305	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
522	一次性使用无菌阴道扩张器	鹤壁市人民医院	河南亚都实业有限公司	中号转轴式	20170904 173606	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
523	一次性使用无菌阴道扩张器	滑县人民医院	陕西富源医用塑料有限公司	中号-B	20180102 20180102	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
524	一次性使用无菌阴道扩张器	河南省华辰医疗器械销售有限公司	陕西富源医用塑料有限公司	中号-B	20170828 20170828	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
525	一次性使用无菌阴道扩张器	河北大学附属医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式 中号	180101 180101	河北省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
526	一次性使用无菌阴道扩张器	临汾市妇幼保健院	江西洪达医疗器械集团有限公司	中号 推拉式	20180222	山西省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
527	一次性使用无菌阴道扩张器	濮阳市妇幼保健院	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	中号	20171216 批 171216	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
528	一次性使用无菌阴道扩张器	佛山市南海区妇幼保健院	广州花山医用塑料厂	中号	20171010 20171010	广东省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
529	一次性使用无菌阴道扩张器	咸宁市妇幼保健院	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号轴转式	20171005 20171005	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
530	一次性使用无菌阴道扩张器	湖北天福医疗器械有限公司	湖北仙明医疗器械有限公司	中号 轴转式	2017年11月30日	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
531	一次性使用无菌阴道扩张器	柳州市倬億医疗器械有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	中号 推拉式	20180402 20180402	广西壮族自治区食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
532	一次性使用无菌阴道扩张器	柳州市倬億医疗器械有限公司	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 B型推拉式	20180106	广西壮族自治区食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
533	一次性使用无菌阴道扩张器	宿迁市钟吾医院	常州舜峰塑胶有限公司	半透明调节式 中号-A型	180103 180103	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
534	一次性使用无菌阴道扩张器	福建省美德医械制造有限公司	福建省美德医械制造有限公司	推拉式 中号	180115 3	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
535	一次性使用无菌阴道扩张器	德阳玛丽妇科医院	南昌市翔翊医疗器械有限公司	中号轴转式	20171205 20171205	四川省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
536	一次性使用无菌阴道扩张器	钦州市第二人民医院	河南亚都实业有限公司	中号 转轴式	2017年12月26日 175206	广西壮族自治区食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
537	一次性使用无菌阴道扩张器	聊城市第三人民医院	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	中号	20171216 171216	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
538	一次性使用无菌阴道扩张器	内蒙古慧道商贸有限公司	江西丹美实业有限公司(原南昌美芳医疗器械厂)	中号/轴转式	20170406 20170406	内蒙古自治区食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
539	一次性使用无菌阴道扩张器	烟台明泰医疗器械有限公司	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	规格: 中号 型号: A 型轴转式	2017.11.06 2017.11.06	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
540	一次性使用无菌阴道扩张器	浙江京环医疗用品有限公司	浙江京环医疗用品有限公司	中号	20170831 20170831	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
541	一次性使用无菌阴道扩张器	东莞市广济医药有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	中号/推拉式	2018.01.12 20180112	广东省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
542	一次性使用无菌阴道扩张器	宿迁市中医院	常州舜峰塑胶有限公司	半透明调节式中号-B型	180108 180108	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
543	一次性使用无菌阴道扩张器	福州博美安医疗器械有限公司	福州博美安医疗器械有限公司	中号(推式)	180109	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
544	即毁式一次性使用无菌阴道扩张器	浙江省嘉善县第一人民医院	绍兴朱丽叶医疗器械有限公司	ABS(JC/M)	17042571 17042571 17042571	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
545	一次性使用无菌阴道扩张器	台州康健医用器械有限公司	台州康健医用器械有限公司	普通型(M-BMZA)	20180308 20180308	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
546	一次性使用无菌阴道扩张器	呼和浩特市妇幼保健院	河南飘安集团有限公司	中号	2017年07月07日	内蒙古自治区食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
547	即毁式一次性使用无菌阴道扩张器	福州伽禾妇产医院有限公司	上海林静医疗器械有限公司	检查型 钩扣式 中号	170315	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
548	一次性使用无菌阴道扩张器	上海白玉兰妇科医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A型轴转式	20180306	上海市食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
549	一次性使用无菌阴道扩张器	重庆市涪陵区妇幼保健院	南昌益民医用卫生材料有限公司	轴转式 中号	2018年3月6日 20180306	重庆市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
550	一次性使用无菌阴道扩张器(窥阴器)	内蒙古伊生泰妇产医院	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号	20170805 批 20170805	内蒙古自治区食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
551	一次性使用无菌阴道扩张器	江西采奕医疗器械有限公司	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A型轴转式	20180306	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
552	一次性使用无菌阴道扩张器	莆田盛兴医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	A型轴转式 中号	20180306	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
553	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌爱博医疗器械有限公司	南昌爱博医疗器械有限公司	中号 A型	2018年05月02日	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
554	一次性使用无菌阴道扩张器	哈尔滨医科大学附属第三医院	常州晓春医疗器材有限公司	全透明 推拉式 中号	171101 171101	黑龙江省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
555	一次性使用无菌阴道扩张器	天津市旭祥医疗器械有限公司	新乡市康民卫材开发有限公司	中号半透明手按式	2018年4月16日 20180416	天津市市场和 质量监督管 理委员会	吉林省医疗器 械检验所
556	一次性使用无菌阴道扩张器	日照白求恩医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	A型轴转式	2017年07月06日 2017年07月06日	山东省食品药 品监督管理局	天津市医疗器 械质量监督检 验中心
557	即毁一次使用无菌阴道扩张器	浙江省嘉善县第一医院	绍兴朱丽叶医疗器械有限公司	PS型(JC/S)	17026573 17026573 17026573	浙江省食品药 品监督管理局	上海市医疗器 械检测所
558	一次性使用无菌阴道扩张器	如皋市贝康医疗器材有限公司	如皋市贝康医疗器材有限公司	中号	20180413 20180401	江苏省食品药 品监督管理局	上海市医疗器 械检测所
559	一次性使用无菌阴道扩张器	呼和浩特市第一医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中号	2018-03-28 批 20180321	内蒙古自治区 食品药品监督 管理局	河北省医疗器 械与药品包装 材料检验研究 院
560	一次性使用无菌阴道扩张器	厦门大学附属中山医院	福建省美德医械制造有限公司	中号	2018-01-15 1801153	福建省食品药 品监督管理局	湖北省医疗器 械质量监督检 验研究院
561	一次性使用无菌阴道扩张器	永嘉县瓯北镇街道社区卫生服务中心	常州舜峰塑胶有限公司	半透明调节式 中号-A型	180103 180103	浙江省食品药 品监督管理局	上海市医疗器 械检测所
562	一次性使用无菌阴道扩张器	黑龙江和美妇产医院有限公司	新乡市华西卫材有限公司	中号	2018年4月12日 18041207	黑龙江省食品 药品监督管理 局	吉林省医疗器 械检验所
563	一次性使用无菌阴道扩张器	漳州市康士通医疗设备有限公司	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号 轴转式	20180405 20180405	福建省食品药 品监督管理局	湖北省医疗器 械质量监督检 验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
564	一次性使用无菌阴道扩张器	丽水市妇幼保健院	河南瑞科医疗器械有限公司	中号/轴转式	2017年9月8日 170906	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
565	一次性使用无菌阴道扩张器	定州市中医医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A 型轴转式	2017年09月06日	河北省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
566	一次性使用无菌阴道扩张器	长沙丽人妇产医院	河南华林医疗器械有限公司	中号	2017年7月18日 170718	湖南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
567	一次性使用无菌阴道扩张器	衡水市第六人民医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明 调节式中号	171201 171201	河北省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
568	一次性使用无菌阴道扩张器	青岛市妇女儿童医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	B 型推拉式	20180306 20180306 20180306	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
569	一次性使用无菌阴道扩张器	辛集市中医院	南昌市福康医疗器械有限公司	中号	20170708	河北省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
570	一次性使用无菌阴道扩张器	丽水市人民医院	河南亚都实业有限公司	中号/转轴式	2018年02月05日 180606	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
571	一次性使用无菌阴道扩张器	西宁市中医院	新乡市华西卫材有限公司	中号	2017/7/22 07170722	青海省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
572	一次性使用无菌阴道扩张器	鞍山市双马医疗器械销售有限公司	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式中号	180101 180101	辽宁省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
573	一次性使用无菌阴道扩张器	西宁市中医院	新乡市华西卫材有限公司	中号	2017年12月12日 07171212	青海省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
574	一次性使用无菌阴道扩张器	温州市洞头区人民医院	常州舜峰塑胶有限公司	自毁式透明中号	2017.12.11 20171211	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
575	一次性使用阴道扩张器	江山市康红医疗用品有限公司	常州市利康医疗用品有限公司	半透明中号调节式	20170808	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
576	即毁式一次性使用无菌阴道扩张器	舟山市妇幼保健院	绍兴朱丽叶医疗器械有限公司	JC/M ABS 型	20180124 18002571	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
577	一次性使用无菌阴道扩张器	江津华西医院	南昌市旭辉医疗器械有限公司	A型 轴转式中号	2018年01月02日	重庆市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
578	一次性使用无菌阴道扩张器	内蒙古医科大学附属医院	常州晓春医疗器材有限公司	全透明推拉式中号	180101 180101	内蒙古自治区食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
579	一次性使用无菌阴道扩张器	海东市平安区中医医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号/A型轴转式	2017年01月06日 2017年01月06日	青海省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
580	一次性使用无菌阴道扩张器	武威丽人妇科医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	B型 推拉式中号	20180106	甘肃省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
581	一次性使用无菌阴道扩张器	舟山市普陀医药药材有限公司	圣光医用制品股份有限公司	中号	170706	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
582	一次性使用无菌阴道扩张器	凉州区第三人民医院	河南亚都实业有限公司	转轴式 中号	2017年12月04日 174906	甘肃省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
583	一次性使用无菌阴道扩张器	莱芜市妇幼保健院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式中号	171001 171001	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
584	一次性使用无菌阴道扩张器	鄂州市中医医院	南昌市意尔康医疗器械有限公司	中号 B 型: 聚丙烯 轴转式	20171006 20171006	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
585	一次性使用无菌阴道扩张器	金川集团有限公司职工医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中号	2017-12-13 批 20171211	甘肃省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
586	一次性使用无菌阴道扩张器	长沙艾丽斯妇产医院	南昌爱博医疗器械有限公司	A 型 中号	2018 年 02 月 02 日	湖南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
587	一次性使用无菌引导扩张器	泰安市中医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号	2017 年 11 月 6 日	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
588	一次性使用无菌阴道扩张器	张家口市建国医院	南昌翔翔医疗器械有限公司	中号轴转式	20171105 20171105	河北省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
589	一次性使用无菌阴道扩张器	百色市妇幼保健院	岳阳民康医用材料有限公司	轴转式 中号	171216 171216	广西壮族自治区食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
590	一次性使用无菌阴道扩张器	浙江灵洋医疗器械有限公司	浙江灵洋医疗器械有限公司	中号	171127 171121	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
591	一次性使用无菌阴道扩张器	山东省庆云县人民医院	江西岚湖医疗器械有限公司	A 型中号	2017 年 06 月 06 日 20170606 20170606	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
592	一次性使用无菌阴道扩张器	辽河油田总医院	北京德佳科技开发有限责任公司	中号 II	20171127 2017112705	辽宁省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
593	一次性使用无菌阴道扩张器	天津市双利医疗器械有限责任公司	天津市双利医疗器械有限责任公司	中号	20180305	天津市市场和质量监督管理委员会	吉林省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
594	一次性使用无菌阴道扩张器	承德市双滦区人民医院(承德市精神病医院)	常州舜峰塑胶有限公司	半透明调节式中号-A型	170911 170911	河北省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
595	一次性使用无菌阴道扩张器	临沂市人民医院	常州舜峰塑胶有限公司	半透明调节式中号-B型	2018年11月8日 180108	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
596	一次性使用无菌阴道扩张器	内蒙古自治区人民医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中号	2018-03-05 批20180301	内蒙古自治区食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
597	一次性使用无菌阴道扩张器	浦江县妇幼保健计划生育服务中心	河南瑞科医疗器械有限公司	中号/轴转式	2018年3月8日 20180306	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
598	一次性使用无菌阴道扩张器	浙江省浦江县中医院	常州市创佳医疗器械有限公司	YKQ-A/中号	2018年3月5日 20180305	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
599	一次性使用无菌阴道扩张器	天津市和平区妇产科医院	北京德佳科技开发有限责任公司	中号II型 推拉式	20171127 2017112702	天津市市场和质量监督管理委员会	吉林省医疗器械检验所
600	一次性使用无菌阴道扩张器	长阳土家族自治县人民医院	南昌卫材医疗器械有限公司	中号 A型(轴转式)	2017年11月08日 20171108	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
601	一次性使用无菌阴道扩张器	滨州市中医医院	常州舜峰塑胶有限公司	半透明调节式中号-B型	20180312 180312	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
602	一次性使用无菌阴道扩张器	邯郸市中心医院	常州舜峰塑胶有限公司	半透明调节式中号-B型	171205 171205	河北省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
603	一次性使用无菌阴道扩张器	明溪县总医院	福州博美安医疗器械有限公司	中号(推式)	171024	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
604	一次性使用无菌阴道扩张器	青海大学附属医院	常州晓春医疗器械有限公司	半透明调节式中号	180101 180101	青海省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
605	一次性使用无菌阴道扩张器	漳州市芗城区妇幼保健院	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号 轴转式	20180105 20180105 2018/1/5	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
606	一次性使用无菌阴道扩张器	沭阳县中心医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式中号	180301 180301 180301	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
607	一次性使用无菌阴道扩张器	沭阳协和医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式中号	171201 171201 171201	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
608	一次性使用无菌阴道扩张器	孝感市中心医院	南昌卫材医疗器械有限公司	中号 A 型(轴转式)	2017年11月08日 20171108	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
609	一次性使用无菌阴道扩张器	大庆龙南医院	江西庐乐医疗器械集团有限公司	中号	01批 171017	黑龙江省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
610	一次性使用无菌阴道扩张器	北海市妇幼保健院	江西洪达医疗器械集团有限公司	中号/推拉式	20180122 20180122	广西壮族自治区食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
611	一次性使用无菌阴道扩张器	邢台市人民医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明 调节式中号	171201 171201	河北省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
612	一次性使用无菌阴道扩张器	铁法煤业(集团)总医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明 调节式中号	171201	辽宁省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
613	一次性使用无菌阴道扩张器	沙洋县人民医院	圣光医用制品股份有限公司	中号/轴转式	180121	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
614	一次性使用无菌阴道扩张器	天津河西坤如玛丽妇产医院	河南省豫北卫材有限公司	中号轴转式半透明	2018年3月8日 71803007	天津市市场和质量监督管理委员会	吉林省医疗器械检验所
615	一次性使用无菌阴道扩张器	佛山市百亿康贸易有限公司	南昌益民医用卫生材料有限公司	中号/推拉式	2018年01月06日 20180106	广东省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
616	一次性使用无菌阴道扩张器	泰兴市中医院	河南省健琪医疗器械有限公司	轴转式/中号	2017年12月10日 17121001B	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
617	一次性使用无菌阴道扩张器	重庆市黔江中心医院	南昌益民医用卫生材料有限公司	轴转式、中号	2018.3.6 20180306	重庆市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
618	一次性阴道照明扩张器	锦州医科大学附属第一医院	江门大诚医疗器械有限公司	WXS	20171203 DXS20171203	辽宁省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
619	一次性使用无菌阴道扩张器	江门市五邑中医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	型号: 推拉式 规格: 中号	20180102 20180102	广东省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
620	一次性使用无菌阴道扩张器	平潭港立医大妇儿医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A型轴转式	2018年01月06日	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
621	一次性使用无菌阴道扩张器	泉州丰泽海盛医疗器械有限公司	福建省美德医械制造有限公司	中号 轴转式	1710063	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
622	一次性使用无菌阴道扩张器	丹东市第一医院	新乡市康民卫材开发有限公司	中号/透明推拉型	2017年10月6日 20171006	辽宁省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
623	一次性使用无菌阴道扩张器	驻马店市中心医院	河南亚都实业有限公司	中号/转轴式	2017年12月26日 175206	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
624	一次性使用无菌阴道扩张器	宁德市中医院	浙江康康医疗器械有限公司	中号	20180114 180114A	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
625	一次性使用无菌阴道扩张器	遂平县中医院	河南省安邦卫材有限公司	中号	170802 170802	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
626	一次性使用无菌阴道扩张器	秦皇岛宝岛妇产医院	江西益康医疗器械集团有限公司	中号	20170806 170801	河北省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
627	一次性使用无菌阴道扩张器	潜江市中医院	南昌益民医用卫生材料有限公司	中号 轴转式	2018年03月06日 20180306	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
628	一次性使用无菌阴道扩张器 (商品名:窥阴器)	中南大学湘雅三医院	江西岚湖医疗器械有限公司	中号 B型	2018年3月6日 20180306	湖南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
629	一次性使用无菌阴道扩张器	山东上药商联药业有限公司	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式 中号	180301 180301 180301	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
630	一次性使用无菌阴道扩张器	珠海市崇康医疗器械有限公司	常州晓春医疗器材有限公司	全透明推拉式 中号	171101 171101	广东省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
631	一次性使用无菌阴道扩张器	贵港市覃塘区人民医院	河南亚都实业有限公司	中号 转轴式	2017年11月06日 174506	广西壮族自治区食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
632	一次性使用无菌阴道扩张器	连云港市妇幼保健院	常州舜峰塑胶有限公司	半透明调节式中号-A型	20180103 180103	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
633	一次性使用无菌阴道扩张器	连云港市东方医院	常州晓春医疗器材有限公司	调节式中号	20170911 170911	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
634	一次性使用无菌阴道扩张器	金昌市妇幼保健计划生育服务中心	南昌市通达医疗器械有限公司	中号	2018年01月02日	甘肃省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
635	一次性使用无菌阴道扩张器	防城港市妇幼保健院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A型轴转式	2018年01月06日	广西壮族自治区食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
636	一次性使用无菌阴道扩张器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司大连经销处	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中号	2018-02-10 批 20180201	辽宁省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
637	一次性使用无菌阴道扩张器	随州市妇幼保健院	新乡市康贝尔医疗科技有限公司	小号/轴转式	2017年6月7日 170607	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
638	一次性使用无菌阴道扩张器	襄阳市妇幼保健院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A型轴转式	2017年11月06日	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
639	一次性使用无菌阴道扩张器	赤峰生殖健康专科医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式中号	180101 180101	内蒙古自治区食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
640	一次性使用无菌阴道扩张器	赤峰现代妇产医院	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号	20180305 20180305	内蒙古自治区食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
641	一次性使用无菌阴道扩张器	湖州市南浔区中医院	扬州市霞光医疗器械有限公司	中号	20171008	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
642	一次性使用无菌阴道扩张器	上海中医药大学附属龙华医院	象山华美塑料制品有限公司	中号	20171020 20171018	上海市食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
643	一次性使用无菌阴道扩张器	宁城县妇幼保健所	南昌市旭辉医疗器械有限公司	中号轴转式	2018年01月02日 2018年01月02日	内蒙古自治区食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
644	一次性使用无菌阴道扩张器	北京德佳科技开发有限责任公司	北京德佳科技开发有限责任公司	小号	S20171204 P2017120402	北京市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
645	一次性使用无菌阴道扩张器	西藏恒博医疗器械有限责任公司	南昌市福康医疗器械有限公司	中号 轴转式	20180108	西藏自治区食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
646	一次性使用无菌阴道扩张器	宁城县天义镇卫生院	陕西富源医用塑料有限公司	中号-B型	20180312 20180312	内蒙古自治区食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
647	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市新建区妇幼保健院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号/A型轴转式	20180306	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
648	一次性使用无菌阴道扩张器	拉萨阳光妇产医院	南昌市朝阳医疗保健用品有限公司	中号	20171002	西藏自治区食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
649	一次性使用无菌阴道扩张器	高密市人民医院	常州舜峰塑胶有限公司	半透明调解式中号—B型	180108 180108 180108	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
650	一次性使用无菌阴道扩张器	西藏嘉德厚福电子科技有限公司	南昌益民医用卫生材料有限公司	转轴式 中号	20170606 20170606	西藏自治区食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
651	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市新建区中医医院	南昌卫材医疗器械有限公司	中号/A型(轴转式)	2018年01月02日 20180102	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
652	一次性使用无菌阴道扩张器	天津市静海区中医医院	河南华林医疗器械有限公司	中号	2017年07月18日 170718	天津市市场和质量监督管理委员会	吉林省医疗器械检验所
653	一次性使用无菌阴道扩张器(中号)	阜新市第二人民医院(阜新市妇产医院)	河南省安邦卫材有限公司	大号、中号、小号	171202 171202	辽宁省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
654	一次性使用无菌阴道扩张器	东莞市厚街医院	南昌爱博医疗器械有限公司	规格: 中号 型号: B2型	2018年02月02日	广东省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
655	一次性使用无菌阴道扩张器	东莞市东城医院	广州花山医用塑料厂	中号	2017.09.21 20170921	广东省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
656	一次性使用无菌阴道扩张器	赤峰润康医疗器械有限公司	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	中号	2018-02-11 批 180211	内蒙古自治区食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
657	一次性使用无菌阴道扩张器	天津河东东兴医院	河南省豫北卫材有限公司	中号轴转式半透明	2018年3月8日 71803007	天津市市场和质量监督管理委员会	吉林省医疗器械检验所
658	一次性使用无菌阴道扩张器	珠海市香洲区人民医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	型号: 推拉式 规格: 中号	20180112 20180112	广东省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
659	一次性使用无菌阴道扩张器	临汾市尧都区妇幼保健计划生育服务中心	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号轴转式	20180205 20180205	山西省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
660	一次性使用无菌阴道扩张器	西藏现代妇产医院有限公司	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	型号:A型转轴式 规格:中号	20171106	西藏自治区食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
661	一次性使用无菌阴道扩张器	天津市宁河区中医医院	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号轴转式	20171105 20171105	天津市市场和质量监督管理委员会	吉林省医疗器械检验所
662	一次性使用无菌阴道扩张器	临汾市人民医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式中号	180301 180301	山西省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
663	一次性使用无菌阴道扩张器	西藏阜康医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	型号:A型转轴式 规格:中号	20171106 20171106	西藏自治区食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
664	一次性使用无菌阴道扩张器	宁夏德琦医疗器械有限公司	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	B型 推拉式 (中号)	20171106 171106	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
665	一次性使用无菌阴道扩张器	广东省人民医院珠海医院 (珠海市金湾中心医院)	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中号	2017-11-09 批 20171101	广东省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
666	一次性使用无菌阴道扩张器	海南省第三人民医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	型号: 推拉式 规格: 中号	20180322 20180322	海南省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
667	一次性使用无菌阴道扩张器	晋城市妇幼保健院	河南亚都实业有限公司	轴转式 中号	2017年11月06日 174506	山西省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
668	一次性使用无菌阴道扩张器	抚顺市第三医院	常州舜峰塑胶有限公司	全透明推拉式中号	171211 171211	辽宁省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
669	一次性使用无菌阴道扩张器	辽阳石化总医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式中号 内装: 10只/袋	171101 171101	辽宁省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
670	一次性使用无菌阴道扩张器	伊春林业管理局中心医院	常州市利康医疗用品有限公司	半透明中号调节式	20171008	黑龙江省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
671	一次性使用无菌阴道扩张器	亳州市旭坤医疗器械有限公司	圣光医用制品股份有限公司	规格: 中号/型号: 轴转式	2018-01-15 180115	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
672	一次性使用无菌阴道扩张器	山西省晋城市人民医院	常州舜峰塑胶有限公司	半透明调节式中号-B型	171205	山西省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
673	一次性使用无菌阴道扩张器	湖北仙明医疗器械有限公司	湖北仙明医疗器械有限公司	中号 推拉式	2018年04月09日	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
674	一次性使用无菌阴道扩张器	六安市裕安区妇幼保健院	南昌翔翊医疗器械有限公司	规格型号: 中号轴转式	20180205 20180205	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
675	一次性使用无菌阴道扩张器	淮南中山医院	新乡市华西卫材有限公司	中号	2016年12月22日 07161222	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
676	一次性使用无菌阴道扩张器	长兴县妇幼保健院	常州舜峰塑胶有限公司	半透明调节式中号-A型	180103	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
677	一次性使用无菌阴道扩张器	固原协和医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	A型转轴式(中号)	20180106	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
678	一次性使用无菌阴道扩张器	北京德佳科技开发有限责任公司	北京德佳科技开发有限责任公司	中号 I型	S20180102 P2018010201	北京市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
679	一次性使用无菌阴道扩张器	西宁夏都手足外科医院	河南亚都实业有限公司	中号/转轴式	2017年12月26日 175206	青海省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
680	一次性使用无菌阴道扩张器	西宁夏都手足外科医院	河南亚都实业有限公司	中号/推拉式	2017年09月04日 173606	青海省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
681	一次性使用无菌阴道扩张器	恩施市中心医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式中号	171101 171101	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
682	一次性使用无菌阴道扩张器	天门仁爱医院	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号转轴式	20180105 20180105	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
683	一次性使用无菌阴道扩张器	大石桥市中心医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式中号	180101 180101	辽宁省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
684	一次性使用无菌阴道扩张器	张掖安贞妇产医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	B型 推拉式中号	20171106	甘肃省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
685	一次性使用无菌阴道扩张器	浙江金合博成生物医药有限公司	南昌市朝阳医疗保健用品有限公司	中号	20180102 20180102	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
686	一次性使用无菌阴道扩张器	商丘市第一人民医院	新乡市利群医疗器械有限公司	中号 A 半透明轴转式	2017年12月2日 171202	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
687	一次性使用无菌阴道扩张器	江门市妇幼保健院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中号	2018-01-24 批 20180121	广东省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
688	一次性使用无菌阴道扩张器	重庆医药和平医疗器械有限公司	扬州市霞光医疗器械有限公司	推拉式 中号	2018年2月28日	重庆市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
689	一次性使用无菌阴道扩张器	上海市杨浦区市东医院	常州市创佳医疗器械有限公司	YKQ-B M-中号	20170915 20170915	上海市食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
690	一次性使用无菌阴道扩张器	陕西富源医用塑料有限公司	陕西富源医用塑料有限公司	中号-B	20180416	陕西省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
691	一次性使用无菌阴道扩张器	中山市博爱医院	浙江京环医疗用品有限公司	中号	2017年11月27日 20171127	广东省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
692	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市通达医疗器械有限公司	南昌市通达医疗器械有限公司	中号	2018年01月02日	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
693	一次性使用无菌阴道扩张器	中山市东升医院	南昌益民医用卫生材料有限公司	推拉式 中号	2017年08月06日 20170806	广东省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
694	一次性使用无菌阴道扩张器	玉门油田医院	河南亚都实业有限公司	推拉式 中号	2017年08月07日	甘肃省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
695	一次性使用无菌阴道扩张器	海南省万宁市人民医院	南昌翔翊医疗器械有限公司	大号轴转式	20171205 20171205	海南省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
696	一次性使用无菌阴道扩张器	陵水黎族自治县人民医院	南昌市福康医疗器械有限公司	中号	20170708	海南省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
697	一次性使用无菌阴道扩张器	亳州汇畅健优综合门诊部	南昌翔翊医疗器械有限公司	规格型号: 中号	20170905 20170905	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
698	一次性使用无菌阴道扩张器	万宁市妇幼保健医院	南昌市福康医疗器械有限公司	中号	2017年09月08日	海南省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
699	一次性使用无菌阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械有限公司	重庆鑫亿医疗器械有限公司	中号 B 型	20180105	重庆市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
700	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌康平医用器材有限公司	南昌康平医用器材有限公司	中号/轴转式	20180106	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
701	一次性使用无菌阴道扩张器	衡南县人民医院	南昌卫材医疗器械有限公司	中号 A 型 (轴转式)	2017 年 11 月 08 日 20171108	湖南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
702	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市朝阳医疗保健用品有限公司	南昌市朝阳医疗保健用品有限公司	中号/轴转式	20180402	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
703	一次性使用无菌阴道扩张器	佳木斯大学附属第一医院	吉林省新亿大医疗器械有限公司	中号 B 型	20171201	黑龙江省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
704	一次性使用无菌阴道扩张器	复旦大学附属肿瘤医院	象山华美塑料制品有限公司	中号	20171208 20171207	上海市食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
705	一次性使用无菌阴道扩张器	重庆今日天虹医疗器械有限公司	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号/B 型推拉式	20180106	重庆市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
706	一次性使用无菌阴道扩张器	北京市顺义区医院	北京来时路医用材料有限责任公司	I 型 (中号)	20171013	北京市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
707	一次性使用无菌阴道扩张器	江西华强医疗器械有限公司	江西华强医疗器械有限公司	中号/轴转式	20180108 20180108	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
708	一次性使用无菌阴道扩张器	本溪市中医院	扬州市霞光医疗器械有限公司	推拉式 中号	20170508 20170508	辽宁省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
709	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市第一医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号/A 型轴转式	2017 年 07 月 06 日	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
710	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市兴兴医疗器械有限公司	南昌市兴兴医疗器械有限公司	中号/A 型轴转式	2018 年 03 月 16 日	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
711	一次性使用无菌阴道扩张器	西宁玛丽亚妇科医院	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 B 型推拉式	20180306	青海省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
712	一次性使用无菌阴道扩张器	上海复大医院	陕西富源医用塑料有限公司	中号	20171106 20171106	上海市食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
713	一次性使用无菌阴道扩张器	北京中医医院顺义医院	陕西富源医用塑料有限公司	中号	20180102	北京市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
714	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号/A 型轴转式	20180306	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
715	一次性使用无菌阴道扩张器	上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院	常州市创佳医疗器械有限公司	M-中号 YKQ-B	20171203	上海市食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
716	一次性使用无菌阴道扩张器	上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院	常州市创佳医疗器械有限公司	S-小号 YKQ-B	20180304	上海市食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
717	一次性使用无菌阴道扩张器	北京市密云区中医医院	北京来时路医用材料有限责任公司	I 型 (中号)	2017.08.20	北京市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
718	一次性使用无菌阴道扩张器	北京密云世济医院	南昌翔翔医疗器械有限公司	中号	2017 年 6 月 5 日	北京市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
719	一次性使用无菌阴道扩张器	北京市密云区妇幼保健院	北京来时路医用材料有限责任公司	I 型 (中号)	2017.08.20	北京市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
720	一次性使用无菌阴道扩张器	北京市密云区中医医院	北京来时路医用材料有限责任公司	I 型 (小号)	2017.10.13	北京市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
721	一次性使用无菌阴道扩张器	北京市密云区医院	上海康寿医疗器械有限公司	中号	2017年11月8日 171108	北京市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
722	一次性使用无菌阴道扩张器	七台河市妇幼保健院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式中号	171201 171201	黑龙江省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
723	一次性使用无菌阴道扩张器	上海九州通医药有限公司	陕西富源医用塑料有限公司	中号-B	20180102	上海市食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
724	一次性使用无菌阴道扩张器	江西格兰斯医疗器械有限公司	江西格兰斯医疗器械有限公司	中号	2018 3 29	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
725	一次性使用无菌阴道扩张器	亳州市华佗中医院	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	规格型号：中号	20171024 171024	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
726	一次性使用无菌阴道扩张器	西安市交通大学医学院第一附属医院	江西岚湖医疗器械有限公司	B型中号	2018年03月06日	陕西省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
727	一次性使用无菌阴道扩张器	六安市金安区妇幼保健院	南昌翔翊医疗器械有限公司	规格型号：中号轴转式	20180305 20180305	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
728	一次性使用无菌阴道扩张器	酒泉市人民医院	扬州市霞光医疗器械有限公司	轴转式 中号	20171008 20171008	甘肃省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
729	一次性使用无菌阴道扩张器	重庆永荣矿业有限公司总医院	南昌益民医用卫生材料有限公司	轴转式，中号	20171106 20171106	重庆市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
730	一次性使用无菌阴道扩张器	嘉峪关市中医医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式中号	170701	甘肃省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
731	一次性使用无菌阴道扩张器	岳阳市妇幼保健院	浙江京环医疗用品有限公司	中号	2017-11-26 批 20171126	湖南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
732	一次性使用无菌阴道扩张器	休宁县妇幼保健计划生育服务中心	南昌卫材医疗器械有限公司	规格/型号: 中号/B型(推拉式)	2017年11月08日 20171108	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
733	一次性使用无菌阴道扩张器	重庆市万州区卫生干部进修学校附属医院	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号轴转式	20171105 20171105	重庆市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
734	一次性使用无菌阴道扩张器	湖南旺旺医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中号	2018-03-27 20180321	湖南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
735	一次性使用无菌阴道扩张器	岳阳民康医用材料有限公司	岳阳民康医用材料有限公司	轴转式 中号	171104 171104	湖南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
736	一次性使用无菌阴道扩张器	佛山市顺德区妇幼保健院	河南亚都实业有限公司	规格: 中号 型号: 转轴式	2017年11月06日 174506	广东省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
737	一次性使用无菌阴道扩张器	广东因特圣医疗器械有限公司	广东因特圣医疗器械有限公司	I型 中号	2017年11月28日 20171128	广东省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
738	一次性使用无菌阴道扩张器	鸡西市妇幼保健院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明 调节式中号	170911 170911	黑龙江省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
739	一次性使用无菌阴道扩张器	琼海市妇幼保健院	南昌翔翊医疗器械有限公司	大号轴转式	20180205 20180205	海南省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
740	一次性使用无菌阴道扩张器	青海腾辉医疗器械有限公司	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号 A型轴转式	2017年07月06日 2017年07月06日	青海省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
741	一次性使用无菌阴道扩张器	淮北市妇幼保健院	常州舜峰塑胶有限公司	全透明推拉式中号	20171211 171211	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
742	一次性使用无菌阴道扩张器	青海景泮商贸有限公司	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号/A型轴转式	20180306	青海省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
743	一次性使用无菌阴道扩张器	休宁县人民医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式小号	170901	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
744	一次性使用无菌阴道扩张器	朝阳县中心医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式中号	171101 171101	辽宁省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
745	一次性使用无菌阴道扩张器	青海圣光医疗器械有限公司	南昌市康洁医用卫生用品有限公司	中号/B型推拉式	20170506	青海省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
746	一次性使用无菌阴道扩张器	海南中新医药保健品有限公司	台州康健医用器械有限公司	普通型 中号	20170705	海南省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
747	一次性使用无菌阴道扩张器	海南中新医药保健品有限公司	台州康健医用器械有限公司	中号 普通型	20170708	海南省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
748	一次性使用无菌阴道扩张器	潢川圣光医疗器械有限公司	新乡市华康卫材有限公司	中号	2017年11月2日 20171028	河南省食品药品监督管理局	河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院
749	一次性使用无菌阴道扩张器	白银市第一人民医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式中号	171101 171101	甘肃省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
750	一次性使用无菌阴道扩张器	白银市妇幼保健院	南昌爱博医疗器械有限公司	A型 中号	2017年10月02号	甘肃省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
751	一次性使用无菌阴道扩张器	上海市杨浦区中心医院(同济大学附属杨浦医院)	象山华美塑料制品有限公司	中号	20171225 20171222	上海市食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
752	一次性使用无菌阴道扩张器	长沙市雨花区妇幼保健计划生育服务中心	常州晓春医疗器械有限公司	全透明推拉式中号	20170501 170501	湖南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
753	一次性使用无菌阴道扩张器	蚌埠市维康医疗用品有限责任公司	陕西富源医用塑料有限公司	规格: 中号-B	20180312 20180312	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
754	一次性使用无菌阴道扩张器	马鞍山市中心医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式中号	180101 180101	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
755	一次性使用无菌阴道扩张器	西安康朗医疗器械有限公司	南昌市福康医疗器械有限公司	中号	2018年01月08日	陕西省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
756	一次性使用无菌双翼阴道扩张器	长沙市雨花区东山街道社区卫生服务中心	广西北仑河医科工业集团有限公司	轴转式(中号)	20170803	湖南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
757	一次性使用无菌阴道扩张器	北京市顺义区空港医院	北京来时路医用材料有限责任公司	I型(小号)	2017.09.24	北京市食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
758	一次性使用无菌阴道扩张器	蚌埠市妇幼保健院	陕西富源医用塑料有限公司	规格: 中号-B	20170724 20170724	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
759	一次性使用无菌阴道扩张器	黑河市第一人民医院	新乡市华西卫材有限公司	中号	2018年1月12日 18011207	黑龙江省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
760	一次性使用无菌阴道扩张器(窥阴器)	南昌大学第二附属医院	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号推拉式	20180305 20180305	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
761	一次性使用无菌阴道扩张器	西安华庆医疗器械保健品有限公司	陕西富源医用塑料有限公司	中号-B	20170828	陕西省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
762	一次性使用无菌阴道扩张器	西北妇女儿童医院	陕西富源医用塑料有限公司	中号	20180102	陕西省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
763	一次性使用无菌阴道扩张器	兵器工业五二一医院	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号推拉式	20171205	陕西省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
764	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌大学第一附属医院	江西三鑫医疗科技股份有限公司	中号 推拉式	180205 180205	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
765	一次性使用无菌阴道扩张器	西安市红会医院	河南亚都实业有限公司	推拉式 中号	2017年11月06日 174506	陕西省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
766	一次性使用无菌阴道扩张器	陕西省中医医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式 小号	180101 180101	陕西省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
767	一次性使用无菌阴道扩张器	陕西省中医医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明调节式 中号	170801 170801	陕西省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
768	一次性使用无菌阴道扩张器	上海市第一人民医院	象山华美塑料制品有限公司	中号 普通式	20171208 20171207	上海市食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
769	一次性使用无菌阴道扩张器	庆阳市人民医院	河南华林医疗器械有限公司	中号	2017年07月18号 170718	甘肃省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
770	一次性阴道照明扩张器	江门大诚医疗器械有限公司	江门大诚医疗器械有限公司	WXM	20180113 DXM20180113	广东省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心
771	一次性使用无菌阴道扩张器	长沙洪达医疗器械有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	中号 推拉式	2018.04.02 20180402	湖南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
772	一次性使用无菌阴道扩张器	新余第四医院	江西岚湖医疗器械有限公司	A 型中号	2018年01月06日	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
773	一次性使用无菌阴道扩张器	新余第二医院	南昌市通达医疗器械有限公司	中号	2018年0102	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
774	一次性使用无菌阴道扩张器	长沙市第三医院	江西岚湖医疗器械有限公司	A型中号	2017年09月06号	湖南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
775	一次性使用无菌阴道扩张器	新余市中医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	中号 推拉式	20180302 20180302	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
776	一次性使用无菌阴道扩张器	黑龙江玛丽亚妇产医院	常州晓春医疗器材有限公司	半透明 调节式中号	170911 170911	黑龙江省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
777	一次性使用无菌阴道扩张器	新余市人民医院	扬州市霞光医疗器械有限公司	轴转式 中号	20171008 20171008	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
778	即毁式一次性使用无菌阴道扩张器	大庆市人民医院	上海林静医疗器械有限公司	检查型 钩扣式中号	170315	黑龙江省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
779	一次性使用无菌阴道扩张器	陕西省人民医院	陕西富源医用塑料有限公司	中号	20180312	陕西省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
780	一次性使用无菌阴道扩张器	西安高新医院	常州晓春医疗器材有限公司	全透明推拉式中号	171201 171201	陕西省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
781	一次性使用无菌阴道扩张器	西安市中心医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	中号	2018-03-18 20180311	陕西省食品药品监督管理局	山西省医疗器械检测中心
782	一次性使用无菌阴道扩张器	樟树市妇幼保健院	南昌市朝阳医疗保健用品有限公司	中号	20180102	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
783	一次性使用无菌阴道扩张器	南昌悦诚医疗器械有限公司	南昌翔翊医疗器械有限公司	中号轴转式	20180105 20180105	江西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
784	一次性使用无菌阴道扩张器	齐齐哈尔市第一医院	扬州美林医疗器械有限公司	中号	20180106 20180106	黑龙江省食品药品监督管理局	吉林省医疗器械检验所
785	CT造影注射装置	广州友沃医疗设备有限公司	广州友沃医疗设备有限公司	YW-CT201	2017.11.02 YW20170401015	广东省食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
786	CT/MRI造影剂注射器	上海嘉蓝仪器设备有限公司	ulrich GmbH & Co.KG	Tennessee-XD2 003	2017.12.01 序号: N1.796832	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
787	高压注射器	深圳圣诺医疗设备股份有限公司	深圳圣诺医疗设备股份有限公司	SinoAngio-120 0	2018-04-25 0004171106000027	广东省食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
788	高压注射器	北京巨弘康商贸有限公司	北京巨弘康商贸有限公司	CD800P	2017.07.07 RL8027	北京市食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
789	椎间融合器	常州华森医疗器械有限公司	常州华森医疗器械有限公司	cage 02 14×11×5	2018.05.31 BW0573 001-018	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
790	椎间融合器	创生医疗器械(中国)有限公司	创生医疗器械(中国)有限公司	Elfeek-P 8×32	20180202 180170004	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
791	椎间融合器	常州鼎健医疗器械有限公司	常州鼎健医疗器械有限公司	10×26 DB32-02	20180306 1712129 001-018	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
792	椎间融合器	迪恩医疗科技有限公司	迪恩医疗科技有限公司	SR02 10×22	2018/04/12 1804029	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
793	椎间融合器	常州奥斯迈医疗器械有限公司	常州奥斯迈医疗器械有限公司	Vera-P 10×32	20180207 180115013	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
794	椎间融合器 (腰椎融合器 22/8/8°)	常州市康辉医疗器械有限公司	常州市康辉医疗器械有限公司	ZFCI0122/8/8°	2017.10.16 160045199 31504008	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
795	椎间融合器	德州金约应医疗器械有限公司	德州金约应医疗器械有限公司	2511-4°	2018.05.23 1801006 S25042511	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
796	PEEK 颈椎融合器	无锡市闻泰百得医疗器械有限公司	无锡市闻泰百得医疗器械有限公司	15.5mm×13mm ×5mm/JZRH-1	2018-04-17 1804140504	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
797	脊柱椎间融合器	大博医疗科技股份有限公司	厦门大博颖精医疗器械有限公司	RHQ 01 10mm	2011.11.2 1106090131	福建省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
798	椎间融合器	山东威高骨科材料股份有限公司	山东威高骨科材料股份有限公司	12*26*10mm WGB3Z02L1	2018.5.17 180300984 (001-018)	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
799	椎间融合器	威海市食品药品监督管理局	威海海星医疗器械有限公司	12.5×26mm HXB3Z02	180300419	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
800	椎间融合器腰 椎融合器 I	山东康盛医疗器械有限公司	山东康盛医疗器械有限公司	12×26 YZ I P	20180305 C1802580 C1802580	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
801	椎间融合器	强生(上海)医疗器械有限公司	Synthes GmbH	08.803.132S	2018年02月01日 H556909	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
802	INNESIS-Cage	郑州凯斯特医疗器械有限公司	韩国 BK MEDITECH CO.,LTD	45009-23 (0°, 9mm)	S1310	河南省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
803	椎间融合器	北京理贝尔生物工程研究所有限公司	北京理贝尔生物工程研究所有限公司	RH-II Bullet 可 旋转型 10*22*9	2018-04-19 180100748	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
804	椎间融合器	史赛克(北京)医疗器械有限公司	STRYKER SPINE.INC.	48394090	2018/3/1 180995	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
805	椎间融合器	上海三友医疗器械股份有限公司	上海三友医疗器械股份有限公司	10X28 LC3Z02	160421 1603112	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
806	椎间融合器 Spinal Fixation System	捷迈(上海)医疗国际贸易有限公司	Zimmer Spine	12-0° 11 x25x 12mm	2017-11-22 M3056805	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
807	椎间融合器 (复位撑开后 路融合器)	北京市富乐科技开发有限公司	北京市富乐科技开发有限公司	FRY05III 22X10X10.5 0°	17/10/09 17011	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
808	椎间融合器	美敦力(上海)管理有限公司	Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.	2991026	2018-01-25 H5409972	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
809	椎间融合器	北京中安泰华科技有限公司	北京中安泰华科技有限公司	12*22/SF01	2017年03月09日 1612304	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
810	方形后路椎间 融合器 I	北京威高亚华人工关节开发有限公司	北京威高亚华人工关节开发有限公司	方形后路椎间 融合器 14×22	2017年12月27日 1710660	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
811	X射线造影注 射装置	广州友沃医疗设备有限公司	广州友沃医疗设备有限公司	YW-DSA101	2018.04.02 YW20180401-006	广东省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
812	数字化医用 X 射线摄影系统	深圳市安健科技股份有限公司	深圳市安健科技股份有限公司	DP520-B	2018 年 5 月 DX0182018055616	广东省食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
813	数字 X 射线摄影系统	深圳安科高技术股份有限公司	深圳安科高技术股份有限公司	ASR-6150C	2018-05 4826050016	广东省食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
814	数字化 X 射线摄影系统	深圳米视生物医疗有限公司	深圳米视生物医疗有限公司	iDR-1800	2018-05-06 i20180506001	广东省食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
815	数字化医用 X 射线摄影系统	深圳市贝斯达医疗股份有限公司	深圳市贝斯达医疗股份有限公司	BTR-X640	2018 年 05 月 02X64001771800	广东省食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
816	药物支架系统	深圳市金瑞凯利生物科技有限公司	深圳市金瑞凯利生物科技有限公司	JHCD-3028	20180504 LT20180411-28	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
817	Nd:YAG 激光治疗机	武汉奇致激光技术股份有限公司	武汉奇致激光技术股份有限公司	ML-3080Q	2018-05 18017	湖北省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
818	一次性使用腹腔镜穿刺器	常州同创医疗器械科技有限公司	常州同创医疗器械科技有限公司	TCC5M	2018.04.27 CC1804015	江苏省食品药品监督管理局	江苏省医疗器械检验所

分送：各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团
市场监督管理局。

国家药品监督管理局综合和规划财务司

2019年5月31日印发
