

国家药品监督管理局

通告

2019 年 第 36 号

国家药监局关于发布国家医疗器械 监督抽检结果的通告（第 5 号）

为加强医疗器械质量监督管理，保障医疗器械产品使用安全有效，国家药品监督管理局组织对血液透析器、血液透析设备、外科缝线（针）等29个品种共965批（台）产品进行了质量监督抽检。具体情况通告如下：

一、被抽检项目不符合标准规定的医疗器械产品，涉及 57 家企业的 16 个品种 61 批（台）。具体为：

（一）腹部穿刺器 2 家企业 2 批次产品。杭州桐庐医疗光学仪器有限公司生产的 1 批次腹腔镜配套手术器械（穿刺器），密封性和阻气性、硬度不符合标准规定；桐庐康尔医疗器械有限公

司生产的 1 批次一次性使用腹腔镜用穿刺器,配合性能不符合标准规定。

(二)高电位治疗设备 4 家企业 4 台产品。滁州国康医疗仪器有限公司生产的 1 台高电位治疗仪,随机文件、外壳和防护罩、输出电压不符合标准规定;株式会社利百世(代理商:上海日晨医疗器械有限公司)生产的 1 台高压电位治疗仪,指示灯和按钮、输出电压、输出频率不符合标准规定;苏州久久寿医疗器械有限公司生产的 1 台高压电位治疗仪,结构和布线不符合标准规定;南京唐沃医疗科技有限公司生产的 1 台高压电位治疗仪,随机文件不符合标准规定。

(三)髋关节假体 1 家企业 1 批次产品。天新福(北京)医疗器材股份有限公司生产的 1 批次髋关节假体(钴铬钼)钴铬钼股骨柄、髋关节假体(钴铬钼)钴铬钼股骨头,股骨球头锥连接的直径、锥度、直线度和圆度不符合标准规定。

(四)连续性血液净化设备 1 家企业 1 台产品。Infomed S.A.(代理商:广州德朗医疗设备有限公司)生产的 1 台连续性血液净化设备,静脉压监控不符合标准规定。

(五)软性接触镜 2 家企业 2 批次产品。Vision Science Co,Ltd.(代理商:科尔视医疗器械(上海)有限公司)生产的 1 批次软性亲水接触镜,折射率不符合标准规定;SEED Co.,Ltd.(代理商:实瞳(上海)商贸有限公司)生产的 1 批次软性亲水接触镜 Soft Hydrophilic Contact Lenses,总直径不符合标准规定。

(六)特定电磁波治疗仪 5 家企业 5 台产品。四川恒明科技开发有限公司生产的 1 台特定电磁波谱治疗器,防护件、防护罩

的表面容许的最高温度不符合标准规定；重庆戈嘉商贸有限公司生产的 1 台特定电磁波（TDP）治疗器，控制器的操作部件、正常使用时的稳定性不符合标准规定；重庆萍丰机械有限公司、重庆欣尚医疗器械有限公司生产的各 1 台特定电磁波治疗器，控制器的操作部件不符合标准规定；安徽乐金健康科技股份有限公司生产的 1 台红外频谱理疗装置，随机文件（GB 9706.1-2007、YY 0306-2008）不符合标准规定。

（七）天然胶乳橡胶避孕套 6 家企业 7 批次产品。济宁卫康胶业有限公司生产的 1 批次天然胶乳橡胶避孕套，未经老化爆破体积和爆破压力、针孔不符合标准规定；菏泽康神药业有限公司生产的 2 批次、高平市丹阳橡胶制品有限公司、茂名市江源乳胶制品有限公司生产的各 1 批次天然胶乳橡胶避孕套，未经老化爆破体积和爆破压力不符合标准规定； Suretex Prophylactics（India） Limited（代理商：武汉杰士邦卫生用品有限公司咸宁分公司）、马来西亚英诺雷特橡胶工业有限公司（代理商：天际国际贸易（上海）有限公司）生产的各 1 批次天然胶乳橡胶避孕套，针孔不符合标准规定。

（八）外科缝线（针）7 家企业 7 批次产品。宁波市成和显微器械厂生产的 1 批次带线缝合针、Arthrex,Inc.（代理商：锐适医疗器械（上海）有限公司）生产的 1 批次非吸收性外科缝线、苏州市嘉盛医疗用品有限公司生产的 1 批次非吸收性外科缝线（蚕丝线）、Ethicon LLC（代理商：强生（上海）医疗器材有限公司）生产的 1 批次聚酯不可吸收缝合线、ETHICON,LLC（代理商：强生（上海）医疗器材有限公司）生产的 1 批次可吸收性

缝线、江苏明环医用品有限公司生产的 1 批次带线缝合针，缝线线径不符合标准规定；上海元洪医疗器械有限公司生产的 1 批次带线缝合针（医用涤纶编织线），针线连接强度不符合标准规定。

（九）微波治疗设备 4 家企业 5 台产品。广东康业医疗设备有限公司生产的 1 台微波治疗仪，输入功率、正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流不符合标准规定；重庆蜀明科技发展有限公司生产的 1 台微波治疗机，随机文件不符合标准规定；南京福中医疗高科有限公司生产的 1 台微波治疗仪、南京维京九洲医疗器械研发中心生产的 1 台微波治疗仪和 1 台微波消融治疗仪，正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流不符合标准规定。

（十）血液透析器 1 家企业 1 批次产品。贝恩医疗设备（广州）有限公司生产的 1 批次空心纤维血液透析器，清除率不符合标准规定。

（十一）血液透析设备 1 家企业 1 台产品。重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司生产的 1 台血液透析机，正常检验过程中开机无法正常使用，不符合标准规定。

（十二）牙科光固化机 7 家企业 7 台产品。佛山市安答科技有限公司生产的 1 台 LED 光固化机，正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流、指示器不符合标准规定；COLTÈNE/WHALEDENT INC.（代理商：康特威尔登特齿科贸易（北京）有限公司）生产的 1 台 LED 光固化机、佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司生产的 1 台光固化机、DENTLIGHT INC.（代理商：北京固琦口腔科技有限公司）和佛山市西耐德医

疗器械有限公司生产的各 1 台牙科光固化机,正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流不符合标准规定;佛山市宇森医疗器械有限公司生产的 1 台 LED 光固化机、贝思德迩医疗器材(广州)有限公司生产的 1 台光固化机,指示灯和按钮不符合标准规定。

(十三)一次性使用便携式输注泵非电驱动 4 家企业 4 批次产品。江苏省华星医疗器械实业有限公司、南京扬子医用制品有限公司、南京宁创医疗设备有限公司、山东天工医用品开发有限公司生产的各 1 批次一次性使用输注泵,紫外吸光度不符合标准规定。

(十四)一次性使用无菌导尿管 1 家企业 1 批次产品。哈尔滨吉圣科技发展有限公司医疗器械分公司生产的 1 批次一次性使用无菌导尿包,EO 残留量不符合标准规定。

(十五)一次性使用医用口罩 7 家企业 9 批次产品。河南瑞科医疗器械有限公司生产的 1 批次一次性使用医用口罩,口罩带、细菌过滤效率(BFE)不符合标准规定;河南省华裕医疗器械有限公司和新乡市医邦卫生材料有限公司生产的各 1 批次一次性使用医用口罩、新乡市大方医疗器械制造有限公司生产的 2 批次医用口罩,口罩带不符合标准规定;河南省豫北卫材有限公司和南昌市凯旋医疗器械有限公司生产的各 1 批次一次性使用医用口罩、邵阳智康医疗器械有限公司生产的 2 批次一次性使用医用口罩,细菌过滤效率(BFE)不符合标准规定。

(十六)医用外科口罩 4 家企业 4 批次产品。苏州新纶超净技术有限公司生产的 1 批次医用外科口罩,口罩带不符合标准规

定；吴江市亿成医疗器械有限公司生产的 1 批次一次性使用医用外科口罩、河南省蓝天医疗器械有限公司和南昌卫材医疗器械有限公司生产的各 1 批次医用外科口罩，压力差（ Δp ）不符合标准规定。

以上抽检不符合标准规定产品具体情况，见附件 1。

二、被抽检项目为标识标签、说明书等项目不符合标准规定的医疗器械产品，涉及 11 家企业的 6 个品种 12 台，具体为：

（一）高电位治疗设备 3 家企业 3 台产品。滁州国康医疗仪器有限公司生产的 1 台高电位治疗仪、苏州久久寿医疗器械有限公司生产的 1 台高压电位治疗仪，控制器和仪表的标记不符合标准规定；南京唐沃医疗科技有限公司生产的 1 台高压电位治疗仪，设备或设备部件的外部标记不符合标准规定。

（二）连续性血液净化设备 1 家企业 1 台产品。Infomed S.A.（代理商：广州德朗医疗设备有限公司）生产的 1 台连续性血液净化设备，设备或设备部件的外部标记不符合标准规定。

（三）特定电磁波治疗仪 1 家企业 1 台产品。四川恒明科技开发有限公司生产的 1 台特定电磁波谱治疗器，设备或设备部件的外部标记、警示标记不符合标准规定。

（四）微波治疗设备 3 家企业 4 台产品。南京维京九洲医疗器械研发中心生产的 1 台微波消融治疗仪，设备或设备部件的外部标记、设备的外部标记不符合标准规定；重庆蜀明科技发展有限公司生产的 1 台微波治疗机、南京福中医疗高科有限公司和南京维京九洲医疗器械研发中心生产的各 1 台微波治疗仪，设备或设备部件的外部标记不符合标准规定。

(五) 无创自动测量血压计(电子血压计) 1家企业 1台产品。深圳市乐中行科技有限公司生产的 1台手臂式电子血压计, 标识要求不符合标准规定。

(六) 牙科光固化机 2家企业 2台产品。贝思德迩医疗器材(广州)有限公司生产的 1台光固化机、DENTLIGHT INC.(代理商: 北京固琦口腔科技有限公司)生产的 1台牙科光固化机, 设备或设备部件的外部标记不符合标准规定。

以上抽检不符合标准规定产品具体情况, 见附件 2。

三、抽检项目全部符合标准规定的医疗器械产品涉及 419家企业的 23个品种 903批(台), 见附件 3。

四、对上述抽检中发现的不符合标准规定产品, 国家药品监督管理局已要求企业所在地省级药品监督管理部门督促相关企业按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械召回管理办法》等法规规章要求对抽检不符合标准规定的产品进行风险评估, 根据医疗器械缺陷的严重程度确定召回级别, 主动召回产品并公开召回信息。同时, 企业应尽快查明产品不合格原因, 制定整改措施并按期整改到位, 有关处置情况于2019年7月10日前向社会公布, 并及时将相关情况报告所在地省级药品监督管理部门。

五、企业所在地省级药品监督管理部门应对相关企业进行调查处理, 对企业进行产品召回、不合格原因调查、落实整改措施及公开披露信息等情况进行监督; 如产品对人体造成伤害或者有证据证明可能危害人体健康的, 应依法采取暂停生产、经营、使用等紧急控制措施; 需要暂停进口的, 应及时报国家药品监督管理局作出行政处理决定。企业未按要求落实上述要求的, 所在地省级药品监督

管理部门要依法严肃查处。有关信息应及时向社会公开。

六、以上各项落实情况，相关省级药品监督管理部门于2019年7月20日前报告国家药品监督管理局。

特此通告。

- 附件：1.国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单
2.国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单
3.国家医疗器械抽检符合标准规定产品名单



（公开属性：主动公开）

分送：各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团
市场监督管理局。

国家药品监督管理局综合和规划财务司

2019年7月1日印发

附件 1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项
1	腹腔镜配套手术器械(穿刺器)	杭州桐庐医疗光学仪器有限公司	杭州桐庐医疗光学仪器有限公司	φ5×95	A202	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	1.密封性和阻气性; 2.硬度
2	一次性使用腹腔镜用穿刺器	桐庐康尔医疗器械有限公司	桐庐康尔医疗器械有限公司	φ5.5	2018.3.3 C01D180206	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	配合性能
3	高电位治疗仪	滁州国康医疗仪器有限公司	滁州国康医疗仪器有限公司	GK-6A	2018年04月20日 180420001	安徽省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	1.随机文件; 2.外壳和防护罩; 3.输出电压
4	高压电位治疗仪	上海日晨医疗器械有限公司	株式会社利百世	HealthSeed 14000X	2017年9月 HLSAG09254	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	1.指示灯和按钮; 2.输出电压; 3.输出频率
5	高压电位治疗仪	苏州久久寿医疗器械有限公司	苏州久久寿医疗器械有限公司	JJS-A9000A 型	2018.3.13 JJS-A9A18001	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	结构和布线
6	高压电位治疗仪	南京唐沃医疗科技有限公司	南京唐沃医疗科技有限公司	TQY-601-A	2017年09月 0217090050	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	随机文件

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项
7	髋关节假体(钴铬钼)钴铬钼股骨柄; 髋关节假体(钴铬钼)钴铬钼股骨头	天新福(北京)医疗器械股份有限公司	天新福(北京)医疗器械股份有限公司	钴铬钼股骨柄: KB1BCZQ,small; 钴铬钼股骨头: KT1BCZQ 22/0	钴铬钼股骨柄: 20171222; 钴铬钼股骨头: 20171201 钴铬钼股骨柄: 1701127; 钴铬钼股骨头: 1700929	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	股骨球头锥连接的直径、锥度、直线度和圆度
8	连续性血液净化设备	广州德朗医疗设备有限公司	Infomed S.A.	HF440	0771-017 2017-09	广东省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所	静脉压监控
9	软性亲水接触镜	科尔视医疗器械(上海)有限公司	Vision Science Co.,Ltd.	Vision Maxim	2017/03/11、 2017/03/10 737I73A3、 736Q73A4、 733Y73A4、 733E73A4、 732G73B1	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院	折射率
10	软性亲水接触镜 Soft Hydrophilic Contact Lenses	实瞳(上海)商贸有限公司	SEED Co.,Ltd.	日抛球面镜	2017.08、2017.07、 2017.07 3178200521、 3277031811、 A177021514	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院	总直径
11	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	四川恒明科技开发有限公司	TDP-L3	2018.04.24 31804004002	四川省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	1.防护件; 2.防护罩的表面容许的最高温度
12	特定电磁波(TDP)治疗器	重庆戈嘉商贸有限公司	重庆戈嘉商贸有限公司	ZH-15	2018年01月08日 1801315002 39	重庆市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	1.控制器的操作部件; 2.正常使用时的稳定性

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项
13	特定电磁波治疗器	重庆萍丰机械有限公司	重庆萍丰机械有限公司	CQ-27	2018年04月28日 PF001804280101	重庆市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	控制器的操作部件
14	特定电磁波治疗器	重庆欣尚医疗器械有限公司	重庆欣尚医疗器械有限公司	CQ-22	2018年05月 180522012	重庆市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	控制器的操作部件
15	红外频谱理疗装置	安徽乐金健康科技股份有限公司	安徽乐金健康科技股份有限公司	SLJ-B2	2018年04月20日 SLJ021800058	安徽省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院	随机文件(GB 9706.1-2007、YY 0306-2008)
16	天然胶乳橡胶避孕套	武威市凉州区洋溢保健品批零部	济宁卫康胶业有限公司	52mm 光面型	2017.09 170902	甘肃省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院	1.未经老化爆破体积和爆破压力; 2.针孔
17	天然胶乳橡胶避孕套	高平市丹阳橡胶制品有限公司	高平市丹阳橡胶制品有限公司	长度≥160mm 标称宽度: 52±2mm	201804 18040711	山西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院	未经老化爆破体积和爆破压力
18	天然胶乳橡胶避孕套	菏泽康神药业有限公司	菏泽康神药业有限公司	平面型 标准宽度: 52±2mm 长度≥160mm	20180318 20180318	山东省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院	未经老化爆破体积和爆破压力
19	天然胶乳橡胶避孕套	菏泽康神药业有限公司	菏泽康神药业有限公司	平面型 标准宽度: 52±2mm 长度≥160mm	20180506 20180506	山东省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院	未经老化爆破体积和爆破压力
20	天然胶乳橡胶避孕套	吉林省永新堂大药房连锁有限公司	茂名市江源乳胶制品有限公司	平均宽度: 52mm±2mm 长度≥160mm 颗粒型	201705 70504B1	吉林省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院	未经老化爆破体积和爆破压力

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项
21	天然胶乳橡胶避孕套	武汉杰士邦卫生用品有限公司咸宁分公司	Suretex Prophylactics (India) Limited	52mm 非光面型	2017/06 LF170605	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所	针孔
22	天然胶乳橡胶避孕套	天际国际贸易(上海)有限公司	马来西亚英诺雷特橡胶工业有限公司	标称宽度: W52mm±2mm	01/2018 PN34763	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院	针孔
23	带线缝合针	长春市美迪斯达医疗器械有限公司	宁波市成和显微镜器械厂	线:3-0 0.45cm 尼龙(黑), 针: 1/2 弧 4×12 三角针	18034	吉林省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	缝线线径
24	非吸收性外科缝线	锐适医疗器械(上海)有限公司	Arthrex, Inc.	AR-7201	2017年09月01日 18213	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院	缝线线径
25	非吸收性外科缝线(蚕丝线)	芜湖瑞健医疗设备有限公司	苏州市嘉盛医疗用品有限公司	3-0 (1#) 15× 24"60cm	2017-07-11 17G1D	安徽省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	缝线线径
26	聚酯不可吸收缝合线	强生(上海)医疗器材有限公司	Ethicon LLC	X424H	2017年12月28日 LPJ539	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院	缝线线径
27	可吸收性缝线	国药集团黑龙江医疗器械有限公司	ETHICON, LLC	外包装盒型号: VCP311H, 单包装: VCP311	2016-09 KK6394	黑龙江省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	缝线线径
28	带线缝合针	江苏明环医用品有限公司	江苏明环医用品有限公司	3-0	20171125 02G1102	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	缝线线径

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项
29	带线缝合针 (医用涤纶编织线)	上海元洪医疗器械有限公司	上海元洪医疗器械有限公司	针●1/2 0.6×14 双 针 线 2-0 90cm	2018年3月30日 YHD-024	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院	针线连接强度
30	微波治疗仪	广东康业医疗设备有限公司	广东康业医疗设备有限公司	KYWB-2000	2018年01月19日 01804013	广东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	1.输入功率; 2. 正常工作温度下的 连续漏电流和 患者辅助电流
31	微波治疗机	重庆蜀明科技发展有限公司	重庆蜀明科技发展有限公司	HYJ-II型	2018年01月 21801010	重庆市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	随机文件
32	微波治疗仪	南京福中医疗高科有限公司	南京福中医疗高科有限公司	METI-IVC	2017年7月17日 C170717007	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	正常工作温度下的 连续漏电流和 患者辅助电流
33	微波治疗仪	南京维京九洲医疗器械研发中心	南京维京九洲医疗器械研发中心	MTC-3	2018.5.16 18051601	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	正常工作温度下的 连续漏电流和 患者辅助电流
34	微波消融治疗仪	南京维京九洲医疗器械研发中心	南京维京九洲医疗器械研发中心	MTC-3C	2018.5.3 18050302	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	正常工作温度下的 连续漏电流和 患者辅助电流
35	空心纤维血液透析器	海南爱肾肾病医院	贝恩医疗设备(广州)有限公司	高通量型 B-18H	201712 1703210957	海南省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所	清除率
36	血液透析机	重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司	重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司	SDL-2000H	2017年2月 AKL170201A20	重庆市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所	正常检验过程中 开机无法正常使用

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项
37	LED 光固化机	佛山市安答科技有限公司	佛山市安答科技有限公司	L-460	2018/5/2 80518050001	广东省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院	1.正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流; 2.指示器
38	LED 光固化机	康特威尔登特齿科贸易(北京)有限公司	COLTÈNE/WHA LEDENT INC.	Coltolux LED	2017.11.09 180309217	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所	正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流
39	光固化机	佛山市南海区靛雅齿科器材有限公司	佛山市南海区靛雅齿科器材有限公司	LY-B200	2018年03月10日 180310001	广东省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院	正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流
40	牙科光固化机	北京固琦口腔科技有限公司	DENTLIGHT INC.	7500080-08	2016 053016FD 9AE42955	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所	正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流
41	牙科光固化机	佛山市西耐德医疗器械有限公司	佛山市西耐德医疗器械有限公司	L800A	2018-05-02 05X18002	广东省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院	正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流
42	LED 光固化机	佛山市宇森医疗器械有限公司	佛山市宇森医疗器械有限公司	DB686	2017-06 003017201706A	广东省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院	指示灯和按钮
43	光固化机	贝思德迩医疗器材(广州)有限公司	贝思德迩医疗器材(广州)有限公司	PM-LED04	2018-05-10 18D17752-18D17802	广东省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院	指示灯和按钮

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项
44	一次性使用输注泵	淮北矿工总医院	江苏省华星医疗器械实业有限公司	CBI+PCA (持续给液+自控给液型)	20180309 20180309	安徽省食品药品监督管理局	江苏省医疗器械检验所	紫外吸光度
45	一次性使用输注泵	南京扬子医用制品有限公司	南京扬子医用制品有限公司	CBI 容量100mL, 流量2mL/h 瓶式	2018年03月23日 18032300	江苏省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心	紫外吸光度
46	一次性使用输注泵	南京宁创医疗设备有限公司	南京宁创医疗设备有限公司	CBI	20180419 180419	江苏省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心	紫外吸光度
47	一次性使用输注泵	山东天工医用品开发有限公司	山东天工医用品开发有限公司	CBI+PCA 100ml	20180210	山东省食品药品监督管理局	安徽省食品药品检验研究院	紫外吸光度
48	一次性使用无菌导尿包	哈尔滨吉圣科技发展有限公司医疗器械分公司	哈尔滨吉圣科技发展有限公司医疗器械分公司	DNB-2 型	20171202	黑龙江省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心	EO 残留量
49	一次性使用医用口罩	六安市金安区妇幼保健院	河南瑞科医疗器械有限公司	平面型 17cm×9.5cm	2018年3月8日 20180306	安徽省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院	1.口罩带; 2.细菌过滤效率 (BFE)
50	一次性使用医用口罩	河南省华裕医疗器械有限公司	河南省华裕医疗器械有限公司	平面形	2018年3月6日 180306	河南省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院	口罩带
51	一次性使用医用口罩	新乡市医邦卫生材料有限公司	新乡市医邦卫生材料有限公司	平面型 17cm (长)×16cm (宽)	20180503 20180501	河南省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院	口罩带

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项
52	医用口罩	濮阳市妇幼保健院	新乡市大方医疗器械制造有限公司	/	2017年12月1日 171201	河南省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院	口罩带
53	医用口罩	广元济民外科医院	新乡市大方医疗器械制造有限公司	/	2017年8月15日 20170815	四川省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院	口罩带
54	一次性使用医用口罩	黄山市博美医疗器械销售有限公司	河南省豫北卫材有限公司	挂耳型	2017年8月3日 31708180	安徽省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院	细菌过滤效率(BFE)
55	一次性使用医用口罩	南昌市凯旋医疗器械有限公司	南昌市凯旋医疗器械有限公司	II型 耳挂式 中号	2018年05月02日	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所	细菌过滤效率(BFE)
56	一次性使用医用口罩	邵阳智康医疗器械有限公司	邵阳智康医疗器械有限公司	规格: 中号/型号: A型: 耳挂式	20171210 20171210	湖南省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心	细菌过滤效率(BFE)
57	一次性使用医用口罩	邵阳智康医疗器械有限公司	邵阳智康医疗器械有限公司	规格: 中号/型号: A型: 耳挂式	20180105 20180105	湖南省食品药品监督管理局	四川省医疗器械检测中心	细菌过滤效率(BFE)
58	医用外科口罩	国药东风花果医院	苏州新纶超净技术有限公司	175mm×95mm	2018.03.06 20180306B	湖北省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所	口罩带
59	一次性使用医用外科口罩	吴江市亿成医疗器械有限公司	吴江市亿成医疗器械有限公司	175mm×95mm	2018年5月17日 180517	江苏省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院	压力差(Δp)
60	医用外科口罩	山东省庆云县人民医院	河南省蓝天医疗器械有限公司	型号: 平面形	2018年3月2日 01118030206	山东省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所	压力差(Δp)

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项
61	医用外科口罩	南昌卫材医疗器械有限公司	南昌卫材医疗器械有限公司	A型长方形 M号	20180102 20180102	江西省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所	压力差 (Δp)

附件 2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项
1	高电位治疗仪	滁州国康医疗仪器有限公司	滁州国康医疗仪器有限公司	GK-6A	2018年04月20日 180420001	安徽省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	控制器和仪表的标记
2	高压电位治疗仪	苏州久久寿医疗器械有限公司	苏州久久寿医疗器械有限公司	JJS-A9000A 型	2018.3.13 JJS-A9A18001	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	控制器和仪表的标记
3	高压电位治疗仪	南京唐沃医疗科技有限公司	南京唐沃医疗科技有限公司	TQY-601-A	2017年09月 0217090050	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	设备或设备部件的外部标记
4	连续性血液净化设备	广州德朗医疗设备有限公司	Infomed S.A.	HF440	0771-017 2017-09	广东省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所	设备或设备部件的外部标记
5	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	四川恒明科技开发有限公司	TDP-L3	2018.04.24 31804004002	四川省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	1.设备或设备部件的外部标记；2.警示标记
6	微波消融治疗仪	南京维京九洲医疗器械研发中心	南京维京九洲医疗器械研发中心	MTC-3C	2018.5.3 18050302	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	1.设备或设备部件的外部标记；2.设备的外部标记

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项
7	微波治疗机	重庆蜀明科技发展有限公司	重庆蜀明科技发展有限公司	HYJ-II型	2018年01月 21801010	重庆市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	设备或设备部件的外部标记
8	微波治疗仪	南京福中医疗高科有限公司	南京福中医疗高科有限公司	METI-IVC	2017年7月17日 C170717007	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	设备或设备部件的外部标记
9	微波治疗仪	南京维京九洲医疗器械研发中心	南京维京九洲医疗器械研发中心	MTC-3	2018.5.16 18051601	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心	设备或设备部件的外部标记
10	手臂式电子血压计	深圳市乐中行科技有限公司	深圳市乐中行科技有限公司	LZX-B1681	PC201801050158	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所	标识要求
11	光固化机	贝思德迩医疗器材(广州)有限公司	贝思德迩医疗器材(广州)有限公司	PM-LED04	2018-05-10 18D17752-18D17802	广东省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院	设备或设备部件的外部标记
12	牙科光固化机	北京固琦口腔科技有限公司	DENTLIGHT INC.	7500080-08	2016 053016FD 9AE42955	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所	设备或设备部件的外部标记

附件 3

国家医疗器械抽检符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
1	全程 C 反应蛋白检测试剂盒 (胶乳增强免疫比浊法)	江苏福隆医疗器械有限公司	江苏福隆医疗器械有限公司	R1: 45mL×1 R2:15mL×1	2018.1.15 180101	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
2	C 反应蛋白测定试剂盒 (胶乳增强免疫比浊法)	杭州健立生物科技有限公司	杭州健立生物科技有限公司	100mL (试剂 1:2×40mL+试剂 2:2×10mL)	20180402 18040201 AH408	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
3	C 反应蛋白检测试剂盒 (胶乳增强免疫比浊法)	宁波瑞源生物科技有限公司	宁波瑞源生物科技有限公司	50mL (R1:1×25mL+ R2:1×25mL) 校 准品:1×1mL	20180423 2018042301	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
4	C 反应蛋白检测仪试剂盒 (胶乳增强比浊法)	波音特生物科技 (南京) 有限公司	波音特生物科技 (南京) 有限公司	2×60ml/2×20ml	20180306 1806502	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
5	C 反应蛋白检测试剂盒 (胶乳增强免疫比浊法)	美康生物科技股份有限公司	美康生物科技股份有限公司	100mL (试剂 1: 2×40mL+试剂 2: 2×10mL)	20180108 180108110 H408T	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
6	C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	迪瑞医疗科技股份有限公司	迪瑞医疗科技股份有限公司	R1: 2×60mL R2: 2×15mL	20180426 20180426	吉林省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
7	C反应蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)	广州达泰生物工程有限公司	广州达泰生物工程有限公司	R1: 60ml×4 R2: 60ml×1	2018.01.19 180101028	广东省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
8	全程C反应蛋白测定试剂盒(乳胶免疫比浊法)	北京九强生物技术股份有限公司	北京九强生物技术股份有限公司	试剂 1:2×20mL, 试剂 2:2×20mL	20180427 18-0427	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
9	全量程C反应蛋白检测试剂盒(免疫比浊法)	南昌百特生物高新技术股份有限公司	南昌百特生物高新技术股份有限公司	型号: 717 规格: R1:2×40mL R2:2×10mL	2018.05.17 180517	江西省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
10	C反应蛋白(CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)	广州东林生物科技有限公司	广州东林生物科技有限公司	R1: 1×40ml R2: 1×10ml	2018-04-07 18040701	广东省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
11	C反应蛋白(CRP)测定试剂盒(免疫比浊法)	英科新创(厦门)科技有限公司	英科新创(厦门)科技有限公司	试剂 1:60ml×4; 试剂 2:60ml×1	2017.11.15 7041200201	福建省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
12	C反应蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)	河北艾欧路生物科技有限责任公司	河北艾欧路生物科技有限责任公司	试剂 1: 40mL×1 试剂 2: 10mL×1	2018.01.15 18011538	河北省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
13	C-反应蛋白(CRP)测定试剂盒(免疫比浊法)	武汉中太生物技术有限公司	武汉中太生物技术有限公司	R1: 60×1ml R2:1×10ml	20180308 918031	湖北省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
14	C反应蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)	武汉生之源生物医疗股份有限公司	武汉生之源生物医疗股份有限公司	R1: 50ml×1 R2: 10ml×1 校准品: 0.5ml×5	2018年4月8日 18040815-A1	湖北省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
15	C反应蛋白(CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)	中山市迈盛医疗科技有限公司	中山市迈盛医疗科技有限公司	66mL (R1: 2×30ml R2:1×6ml)	2018年04月23日 20180423	广东省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
16	C-反应蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)	安徽伊普诺康生物技术股份有限公司	安徽伊普诺康生物技术股份有限公司	R1: 2×60mL, R2: 2×15mL	20180320 20180320	安徽省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
17	C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	北京豪迈生物工程股份有限公司	北京豪迈生物工程股份有限公司	D3111 试剂 1 2×44ml 试剂 2 2×11ml	20180227 H180101	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
18	C反应蛋白(CRP)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	北京百奥泰康生物技术有限公司	北京百奥泰康生物技术有限公司	R1:40mL×1 R2:10mL×1	2018.03.23 80504C11	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
19	C反应蛋白测定试剂盒(胶乳比浊法)	安徽大千生物工程有限公司	安徽大千生物工程有限公司	双试剂型 R1: 2×60mL R2: 1×30mL	20171127 201710004	安徽省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
20	C反应蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)	广州市番禺区华鑫科技有限公司	广州市番禺区华鑫科技有限公司	R1:40ml×3 R2:10ml×3	2018-01-23 687091	广东省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
21	C反应蛋白(CRP)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	北京丹大生物技术有限公司	北京丹大生物技术有限公司	25mL (试剂 I:20ml 试剂 II: 5ml 校准品: 0.5mL 质控品: 0.5mL)	20180113 ADG012A1	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
22	半导体激光治疗仪	深圳天基权健康科技集团股份有限公司	深圳天基权健康科技集团股份有限公司	GSLT-III	956857	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
23	半导体激光治疗仪	佛山市顺德区中强医疗器械有限公司	佛山市顺德区中强医疗器械有限公司	ZQL型(袖珍型)	2018年05月05日 171020 158689	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
24	腹膜透析管套装	库克(中国)医疗贸易有限公司	Cook Incorporated	C-TAPS-15-42-2 8-0-21	2017-03-13 7653141	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
25	腹膜透析管套装	库克(中国)医疗贸易有限公司	Cook Incorporated	C-TCP-15-41-78 -SPRL-14-6	2017-02-07 7654050	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
26	家用电位治疗仪	白寿医疗器械(苏州)有限公司	白寿医疗器械(苏州)有限公司	HEF-H9000	2018.03.20 7018H90404 7018H90404	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
27	高电位治疗仪	济南奥尔尼医疗器械有限公司	济南奥尔尼医疗器械有限公司	TYS-9000C	2018年4月 18041510003	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
28	高电位治疗仪	广州南都电子科技有限公司	广州南都电子科技有限公司	ND-10000	2018-05-18 ND0006108180500 006	广东省食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
29	高压电位治疗仪	上海山健医疗器械有限公司	上海山健医疗器械有限公司	GZ-901E	2017.03 2017-03 170804	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
30	高电位治疗仪	深圳市艾尔曼医疗电子仪器有限公司	深圳市艾尔曼医疗电子仪器有限公司	HTP2018-I	2018年01月09日 18010002	广东省食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
31	高电位治疗机	上海星瑞生物科技有限公司	上海星瑞生物科技有限公司	XR-GDW-09B	2018-05 0560808001	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
32	高电位治疗机	上海冠瑞医用电子有限公司	上海冠瑞医用电子有限公司	GR-GDW-09C	2018-05 0560908005	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
33	高电位治疗机	上海隆瑞医疗电子有限公司	上海隆瑞医疗电子有限公司	LR-YKY-30B	2018-05 0550808001	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
34	低频高电位治疗机	广州奥科维电子有限公司	广州奥科维电子有限公司	AK-FY-2076I	2018年4月5日 18049307	广东省食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
35	高电位治疗仪	上海远中贝达安医疗器械有限公司	上海远中贝达安医疗器械有限公司	PZ-100D	2018年4月25日 D-20184/9-1 201804200	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
36	高压电位治疗仪	上海科盾医疗器械科技有限公司	上海科盾医疗器械科技有限公司	KD-901A	2018-03-26 KD1A18030671 KD1A18030671	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
37	半导体激光光动力治疗机	深圳市雷迈科技有限公司	深圳市雷迈科技有限公司	PDT630-A	2018-03-19 201701001 PDT630-A2017002 CN	广东省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
38	碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)	常州市康丰医疗设备有限公司	上海复星长征医学科学有限公司	R1: 4×50mL R2: 1×50mL	2018.03.22 D18031231	江苏省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
39	碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法) 4:1	长春经济技术开发区高桥街388号	长春汇力生物技术有限公司	R1: 48mL×2 R2: 12mL×2	2018003	吉林省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
40	碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)	苏州市立医院	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 4×53mL+R2: 4×53mL	2018-01-26 AUZ5205	江苏省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
41	碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 4×30mL+R2: 4×30mL	AUZ5534	江苏省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
42	碱性磷酸酶测定试剂盒(连续监测法)	江苏迈源生物科技有限公司	江苏迈源生物科技有限公司	R1: 60mL×2 R2: 30mL×1	20180529 20180501	江苏省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
43	碱性磷酸酶试剂盒(AMP缓冲液法)	吉林大学第一医院	上海科华生物工程股份有限公司	R1: 2×96mL R2: 1×48mL	20180111	吉林省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
44	碱性磷酸酶检测试剂盒(连续监测法)	波音特生物科技(南京)有限公司	波音特生物科技(南京)有限公司	3×70mL/3×14mL	20180308 1806701	江苏省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
45	碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物—AMP缓冲液法)	南通大学附属医院	上海复星长征医学科学有限公司	R1: 4×50mL R2: 1×50mL	2018.03.22 D18031231	江苏省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
46	碱性磷酸酶检测试剂盒	丽水市中医院	美康生物科技股份有限公司	150ml(试剂1:2×60ml+试剂2:1×30ml)	20180324 18032410	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
47	碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)	浙江东方基因生物制品股份有限公司	浙江东方基因生物制品股份有限公司	试剂1:2*60ml 试剂2:2*15ml	C1804012	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
48	碱性磷酸酶测定试剂盒(速率法)	广州达泰生物工程技术有限公司	广州达泰生物工程技术有限公司	R1:60ml*4 R2:60ml*1	2018.03.02 180301009	广东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
49	碱性磷酸酶测定试剂盒	长春生健医疗器械有限责任公司	中生北控生物科技股份有限公司	R1:60mL×3 R2: 45mL×1	20170929	吉林省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
50	碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)	自贡市第一人民医院	迈克生物股份有限公司	试剂 1:60ml*3; 试剂 2:45ml*1	20171219 1217041	四川省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
51	碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)	自贡市第四人民医院	北京利德曼生化股份有限公司	试剂 1 (R1) 5×60mL 试剂 2 (R2) 5×12mL	2017.10.17 710271J	四川省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
52	碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP缓冲液法)	四川鑫盛医疗器械有限公司	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	R1:4x35ml R2:2x18ml	2018-01-12 140318001	四川省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
53	碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)	西充县人民医院	北京九强生物技术股份有限公司	试剂 1:6x60ml 试剂 2:2x45ml	20180125 18-0125	四川省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
54	碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)	四川省仪陇县人民医院	迈克生物股份有限公司	试剂 2:45mlx1 试剂 1:60mlx3	20170918 0917031	四川省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
55	碱性磷酸酶测定试剂盒	莆田涵江医院	上海复星长征医学科学有限公司	R1:4*50ml;R2:1 *50ml	20171115 D17111131	福建省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
56	碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)	北京市大兴区人民医院	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 4×53mL+R2: 4×53mL	2017-09-06 AUZ4763	北京市食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
57	碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)	北京九强生物技术股份有限公司	北京九强生物技术股份有限公司	试剂 1: 6×60mL 试剂 2: 2×45mL	20180426 18-0426	北京市食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
58	碱性磷酸酶测定试剂盒	台州市立医院	四川新健康成生物股份有限公司	试剂 1:60ml*3, 试剂 2:45ml*1	20171127 1117061	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
59	碱性磷酸酶检测试剂盒(酶法)	四川北兴科技有限公司	重庆中元生物技术有限公司	R1:48ML*2 R2:12ML*2	2018年03月21日 Z180301	四川省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
60	碱性磷酸酶检测试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)	德知(厦门)生物科技有限公司	美康生物科技股份有限公司	150ml(试剂1:2*60ml+试剂2:1*30ml)	2018-03-24 180324101	福建省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
61	碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)	广东省人民医院	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 4×30mL+R2: 4×30mL	2017-09-15 AUZ4771	广东省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
62	碱性磷酸酶检测试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)	国药集团广东省医学检验有限公司	美康生物科技股份有限公司	150mL(试剂1:2×60mL+试剂2:1×30mL)	20180224 180224102	广东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
63	碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)	淮安市第一人民医院	迈克生物股份有限公司	试剂1 60mL×3 试剂2 45mL×1	20171219 1217041	江苏省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
64	碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)	广东省中医院二沙岛医院	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 4×30mL+R2: 4×30mL	2017-12-01 AUZ5087	广东省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
65	碱性磷酸酶检测试剂盒	丽水市人民医院	美康生物科技股份有限公司	150ml(试剂1:2×60ml+试剂2:1×30ml)	20180224 180224102	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
66	碱性磷酸酶检测试剂盒(连续检测法)	金华市强盛生物科技有限公司	金华市强盛生物科技有限公司	300ml (R1:60ml×4 R2:60ml×1)	20180129 20180129	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
67	碱性磷酸酶(ALP)检测试剂	福建片仔癀诊断技术有限公司	福建片仔癀诊断技术有限公司	R1:1*60ml R2:1*12ml	170726-0170B	福建省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
68	碱性磷酸酶检测试剂盒	台州市中心医院 台州学院附属医院	美康生物科技股份有限公司	150mL (试剂 1:2*60mL+试剂 2:1*30mL)	180127101	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
69	碱性磷酸酶 (ALP)(速率法) 测定试剂盒	上海北海生物 技术工程有限公司	上海北海生物 技术工程有限公司	168ml R1:70ml R2: :14ml	2018-04-03 BH-21406	上海市食品药 品监督管理局	河南省医疗器械检 验所
70	碱性磷酸酶检测 试剂盒 (IFCC推 荐法)	上海玉兰生物 技术有限公司	上海玉兰生物 技术有限公司	R1 60ml*2 R2 15ml*2	2018-03-13 201803P0313	上海市食品药 品监督管理局	河南省医疗器械检 验所
71	碱性磷酸酶 (ALP)检测试剂 盒 (速率法)	上海高踪医疗器 械科技有限公司	上海高踪医疗器 械科技有限公司	180mL (R1:2×72mL;R 2:1×36mL)	2018.02.02 20180202	上海市食品药 品监督管理局	河南省医疗器械检 验所
72	碱性磷酸酶检测 试剂盒	浙江伊利康生物 技术有限公司	浙江伊利康生物 技术有限公司	R1:4X60ml,R2: 4X15ml	20180309 180302	浙江省食品药 品监督管理局	上海市医疗器械检 测所
73	碱性磷酸酶 (ALP)测定试剂 盒 (AMP缓冲液 法)	深圳市骏晨生物 技术有限公司	深圳迈瑞生物医 疗电子股份有限 公司	R1: 6*40ml R2: 2*32ml	2017-11-17 140317010	广东省食品药 品监督管理局	河南省医疗器械检 验所
74	碱性磷酸酶测定 试剂盒	浙江东瓯诊断产 品有限公司	浙江东瓯诊断产 品有限公司	300ml, 试剂 1:4X60ml,试剂 2:2X30ml	20180504 20180500007 M0507	浙江省食品药 品监督管理局	上海市医疗器械检 测所
75	碱性磷酸酶测定 试剂盒 (NPP底物 -AMP缓冲液法)	上海复星长征医 学科学有限公司	上海复星长征医 学科学有限公司	R1:4×50mL R2:1×50mL	2018.03.22 D18031231	上海市食品药 品监督管理局	河南省医疗器械检 验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
76	碱性磷酸酶 (ALP) 测定试剂盒 (AMP 缓冲液法)	南方医科大学珠江医院	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	R1:6×58ml R2:3×32ml	2017-09-27 140317009	广东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
77	碱性磷酸酶检测试剂盒 (速率法)	中山标佳生物科技有限公司	中山标佳生物科技有限公司	R1:4x60ml R2:4x15ml	2018.04.12 180810	广东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
78	WE-Lock II 130°标准柄 I	威海海星医疗器械有限公司	威海海星医疗器械有限公司	3# HXDZ44	2017.6.13 160200007	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
79	人工髋关节	四川大学生物材料工程研究中心	四川大学生物材料工程研究中心	股骨头: H26M, 关节柄: S16	股骨头: 20150304, 关节柄: 20160722 股骨头: BA1502060, 关节 柄: AB1605010	四川省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
80	人工髋关节	德州金约应医疗器械有限公司	德州金约应医疗器械有限公司	非骨水泥柄 2# 金属球头 28XL	非骨水泥柄 2018.05.10 金属球 头 2018.05.11 非骨水泥柄 1821 金属球头 1822 非骨水泥柄 A020302 金属球 头 A140106	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
81	股骨柄	北京蒙太因医疗器械有限公司	北京蒙太因医疗器械有限公司	13 (颈长 36.0)、 JB/Y	2018-5-11 18050259 03060502360	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
82	股骨头	北京蒙太因医疗器械有限公司	北京蒙太因医疗器械有限公司	28/0、TB	2018-05-11 18050208 03001102280	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
83	髋关节假体(生物型)	苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司	苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司	关节柄III型 4#、球头II型 28+0	关节柄III型 4#: 18010024T、球头II型 28+0 : 17120054C	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
84	髋关节假体(骨水泥型)	苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司	苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司	股骨柄II型 5#、球头II型 28+0	股骨柄: 2018-03-17, 球头: 2018-04-11 股骨柄: 18010085S、球头: 17120055C	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
85	髋关节假体-股骨柄	天津正天医疗器械有限公司	天津正天医疗器械有限公司	140mm/GB-2	20160713 1607130090	天津市市场和质量监督管理委员会	天津市医疗器械质量监督检验中心
86	髋关节假体-球头	天津正天医疗器械有限公司	天津正天医疗器械有限公司	Φ24-0/QT	20170915 1700037962	天津市市场和质量监督管理委员会	天津市医疗器械质量监督检验中心
87	髋关节假体	大博医疗科技股份有限公司	大博医疗科技股份有限公司	ZCH 32mm (球头); DTUCS II 4# (生物型股骨柄)	2018.3.28 (球头)、 2018.5.15(股骨柄) 1710130911(球头) 1709130241 (生物型股骨柄)	福建省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
88	髋关节假体(光面骨水泥柄)	武汉德骼拜尔外科植入物有限公司	武汉德骼拜尔外科植入物有限公司	6.5/175	18040525 18040525 18040525	湖北省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
89	高碳钴铬钼球头+WE-Lock II 130°标准柄 I	威海海星医疗器械有限公司	威海海星医疗器械有限公司	32+4 HXDZ303/3# HXDZ44	2017.12.19/2017.6.13 160800049/160200007	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
90	髌关节假体-股骨柄、小球头	经纬医疗器材制造(深圳)有限公司	经纬医疗器材制造(深圳)有限公司	3-股骨柄、2810 小球头	JIL31J 股骨柄、 HC15 小球头	广东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
91	人工髌关节假体	嘉思特华剑医疗器材(天津)有限公司	嘉思特华剑医疗器材(天津)有限公司	JS-HC II C12	2017-08 1705174	天津市市场和 质量监督管 理委员会	天津市医疗器械质量监督检验中心
92	髌关节假体组件 股骨柄(非骨水泥 型)	北京华杰豪科技 开发公司	法国 SERF 公司	SAGITEVL 0 HA	2017-09 1612226A	北京市食品药 品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
93	髌关节假体: 股骨 柄/可换小球头	深圳市博恩医疗 器材有限公司	深圳市博恩医疗 器材有限公司	S4A13	2018.4.10	广东省食品药 品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
94	人工髌关节-球头	施乐辉外科植入 (北京)有限公司	施乐辉外科植入 (北京)有限公司	28L (A4143)	2017-08-02 17HB00075	北京市食品药 品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
95	骨水泥柄-Muller 骨水泥柄	施乐辉外科植入 (北京)有限公司	施乐辉外科植入 (北京)有限公司	2# (A1302)	2017-09-25 17JB00718	北京市食品药 品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
96	髌关节假体	史赛克(北京) 医疗器械有限公司	Howmedica Osteonics Corp.	0580-1-446	2017-7-27 G5825436A	北京市食品药 品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
97	髋关节假体-股骨头, 髋关节假体 (部件名称: 内球头)	北京优材京航生物科技有限公司	北京优材京航生物科技有限公司	股骨头型号: KBAc, 规格: 3#柄长 130mm; 内球头型号: KQNa, 规格: 外径 ϕ 28mm 颈长+2mm	股骨头生产批号: 180301, 内球头生产批号: 180106	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
98	骨水泥型髋关节系统	北京飞渡医疗器械有限公司	SAMO S.p.A.	28 (S) C1	2016-11 2017-05 S01248 T00355	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
99	髋关节假体-微槽面 135 型股骨头	北京市春立正达医疗器械股份有限公司	北京市春立正达医疗器械股份有限公司	135/10	2017-05-19 CL135T 17D05 003 005 006 008 009 011 017 021 023 025	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
100	髋关节假体组件 (BENCOX II 股骨头(侧翼型)); 髋关节假体组件 (BENCOX 金属股骨头(标准型))	上海科太迈迪医疗器械有限公司	Corentec Co.,Ltd	01.01.911	2016-12/2017-12 20AFMC01/2AAG M603	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
101	髋关节假体-股骨头	北京中安泰华科技有限公司	北京中安泰华科技有限公司	28L/A3028L	2017年07月17日 1701328	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
102	髋关节假体-股骨头	北京中安泰华科技有限公司	北京中安泰华科技有限公司	3#/A1003	2017年7月23日 1608323	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
103	髋关节假体-股骨头	北京金查理人工关节技术有限公司	北京金查理人工关节技术有限公司	ϕ 13mm	2017.02.17 1507019	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
104	髋关节假体-球头	北京金查理人工关节技术有限公司	北京金查理人工关节技术有限公司	φ28L	2016.04.11 1601005	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
105	股骨柄(商品名: PROFEMUR) PROFEMUR Z Classic Stems	上海微创骨科医疗科技有限公司	MicroPort Orthopedics Inc.	PHA0CLS7	2017年9月29日 1728839	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
106	髋关节股骨组件 PROFEMUR E,LX,R,RAZ,TL& Z Hip Sten System	上海微创骨科医疗科技有限公司	MicroPort Orthopedics Inc.	PHA00236	2017年8月04日 1721803	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
107	微孔无领直柄	北京威高亚华人工关节开发有限公司	北京威高亚华人工关节开发有限公司	GTR II	2018-03-30 1801115	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
108	球头	北京威高亚华人工关节开发有限公司	北京威高亚华人工关节开发有限公司	GMH	2018-03-23 1711005	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
109	血液净化装置	旭化成医疗器械(杭州)有限公司	株式会社メテク	PlasautoΣ, B 类型	2017-10 40285	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
110	血液净化机	北京健帆医疗设备有限公司	北京健帆医疗设备有限公司	DX-10	2017-12-01 DX-10-17037	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
111	吸附性血液净化装置	大连JMS医疗器械有限公司	大冢电子株式会社	Adamonitor MM6-N	551333, DMP550819	辽宁省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
112	连续性血液净化设备	百特医疗用品贸易(上海)有限公司	Gambro Lundia AB	Prismaflex	2017-12 序列号: PA19997	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
113	光子治疗仪	无锡亿洲光学电子有限公司	无锡亿洲光学电子有限公司	GZ-630b	2017年7月10日 170714	江苏省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
114	光子治疗仪	重庆名希医疗器械有限公司	重庆名希医疗器械有限公司	MGZ-L2	2017年08月16日 21708024	重庆市食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
115	光子治疗仪	深圳普门科技股份有限公司	深圳普门科技股份有限公司	Carnation-11	2018-04 C11B17A00588	广东省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
116	硅橡胶充填人工乳房	余姚市久盛医疗用品厂	余姚市久盛医疗用品厂	圆锥型(中锥光面) 220mL	20171101 20171101	浙江省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
117	乳房植入体	强生(上海)医疗器材有限公司	Mentor Medical System B.V.	350-2251BC	2018年02月14日 7552223	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
118	硅凝胶填充乳房植入体 Breast Prosthesis. Internal Gel-filled	上海鸿满贸易有限公司	HansBiomed Crop.	CSR-RP275	2018-03-19 619C18	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
119	硅凝胶乳房植入体	上海威宁整形制品有限公司	上海威宁整形制品有限公司	规格: M240 型号: h	2018-01-12 20180101 20180101hymthn0n952400001-20180101hymthn0n952400012	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
120	硅凝胶填充乳房植入体	广州市万和整形材料有限公司	广州市万和整形材料有限公司	RMP200	2018-05-01 0001718	广东省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
121	软性亲水接触镜	库博光学产品贸易(上海)有限公司	CooperVision Inc.	日抛型	2018-01、2017-04、2018-01 1139550004202802 15、 1139550001900404 34、 1139550005301200 57	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
122	软性角膜接触镜	盖州市兴隆眼镜店	Johnson&Johnson Vision Care Inc.	/	2016-05-19 2017-04-26 2017-12-13 中包装: 3427185362 3430950104 3433810103 单包装: 3427180560 3430950104 3433810103	辽宁省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
123	软性亲水接触镜	唐山市路北区宝岛眼镜经销处	海昌隐形眼镜有限公司	55UVP	20171101 20171205 20171217 20171224 G170027061 D170099091 D170113041 D170126071 D170126091 G170061081	河北省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
124	软性亲水接触镜	沧州市大明视光商贸有限公司天元商厦分公司	海昌隐形眼镜有限公司	UV-Block	20170623 20170715 20170729 20170517 JMB00725 JMB01236 D170056041 JMB01496	河北省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
125	软性亲水接触镜	达信医疗科技(苏州)有限公司	Visco Technology Sdn.Bhd (代理人: 达信医疗科技(苏州)有限公司)	SiHy SoHo	-1.00: 389789-0225-3、 -3.00: 389797-0467-0、 -3.75: 389800-1802-7、 -6.50: 389810-0660-8	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
126	软性亲水接触镜	达信医疗科技(苏州)有限公司	Visco Technology Sdn.Bhd. (代理人: 达信医疗科技(苏州)有限公司)	SiHy Color	-7.50: 378233-0157-0、 -1.75: 366077-0029-0、 -3.00: 366082-0155-9、 -1.00: 366074-0116-7	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
127	软性亲水接触镜	苏州康特蓝思眼睛护理产品有限公司	苏州康特蓝思眼睛护理产品有限公司	KT38	2018.03.28 AC18032801	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
128	软性亲水接触镜	苏州康特蓝思眼睛护理产品有限公司	苏州康特蓝思眼睛护理产品有限公司	KT42 COLOR	LA17101301H	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
129	软性亲水接触镜	MAX LOOK 代理人: 苏州双皓商贸有限公司	苏州双皓商贸有限公司	Daisy (月抛)	2018.02.14 ±0.00: MT17b051201031、 -1.00: MT17b051203031、 -3.00: MT17b053211031、 -6.00: MT17b056223031、 -8.00: MT17b056227031	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
130	软性亲水接触镜	苏州双皓商贸有限公司	MAX LOOK 代理人: 苏州双皓商贸有限公司	Falling	2018.4.18 ±0.00: MU17d09431001、 -1.00: MU7d09431005、 -3.00: MU17d09431013、 -6.00: MU17d09431025、 -8.00: MU17d09431033	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
131	软性亲水接触镜	杭州加美科技有限公司	视霸光学股份有限公司	月抛型	2017-02 2018-03 2017-03 2017-12 17AA001 18CC016 17AA009 17AA013 17AA019 17LA034	浙江省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
132	软性角膜接触镜	吉林王鹏眼镜公司	Johnson & Johnson Vision Care Inc.	/	2017-03-07 2016-12-01 2017-07-04 2017-08-19 2439810105 3325770103 2340690105 2240960102 [39042101]02	吉林省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
133	软性亲水接触镜	长春市全新世纪商贸有限公司	CooperVision Inc.	Biomedics 1 day Extra	2017-03 2017-10 2017-09 中包装批号: 1131050004600401 59 1131050012401209 97 1131050012301716 53 1131050010502801 23 单包装批号: 4673565206 4673572054 4673570661 4673571759	吉林省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
134	软性亲水接触镜	长春市全新世纪商贸有限公司	Bausch&Lomb Incorporated	nesofilcon A	2017-01 2017-07 2017-06 2017-05 中包装批号: BTO171017 BTO180008 BTO180145 BTO180088 单包 装批号: W77201907 W77231277 W77221851 W77226014	吉林省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
135	软性角膜接触镜	吉林市吉林东市商贸经济示范区明廊眼镜吉林大街店	Johnson & Johnson Vision Care Inc	/	2017-10-25 2017-08-30 2016-09-13 2016-10-27 2016-07-24 3329690106 3330350106 3624601165 3625180461 3623890362	吉林省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
136	软性亲水接触镜	太原市尖草坪区新思维眼镜店	永胜光学股份有限公司	Eye Secret 55 Color Daily	20160323 20161226 20160920 20161223 G7C055AEZA GDFAFA0432F GDFAFA0126J GDFAEZ0430H GDFAEZ0431F	山西省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
137	软性亲水接触镜	太原市迎泽区晰亮眼镜店	永胜光学股份有限公司	Eye Secret 55 Color Daily	20151001 20151002 G1B022AGVA G1B023AGVD G1B023AGVH G1B024AGVD G1B024AGVH	山西省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
138	软性亲水接触镜	山西晴美贸易有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	COLORLIFE	20171206 20171221 20171104 G170051011 E170080101 G170052051 CMM2B00275	山西省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
139	软性亲水接触镜	山西晴美贸易有限公司	CooperVision Inc.	日抛型	2017-04 2018-01 2018-03 2017-12 中包装: 1139650001400400 48 1139650001400400 42 1139650002201201 52 1139650002201602 07 1139650002002401 49 1139650001403202 94 单包装: 1135505227 1135506844 1135507196 1135506570 1135506825	山西省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
140	软性亲水接触镜	鞍山市铁东区老钢都眼镜店	永胜光学股份有限公司	Eye Secret Color 季抛	20170105 HDA0I0405A HDA0I0405B HDA0I0405I HDA0I0405J HDA0I0406B HDA0I0406G HDA0I0407D	辽宁省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
141	软性亲水接触镜	北京博士伦眼睛护理产品有限公司	北京博士伦眼睛护理产品有限公司	VDM2	2018-05 B82001506/B82001505/B82001504	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
142	软性亲水接触镜 Eye Secret Daily Disposable Color Contact Lens	龙岩市康明眼镜有限公司科莱多眼镜店	永胜光学股份有限公司	Eye secret 55 color daily	20170923、 20161230、 20170703、 20170704 GDAEZ0730A、 GDAFA0739A、 GBDI33AFAO、 GDAFA0414J、 GDAFA0415B、 GDAFA0416C	福建省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
143	软性亲水接触镜	北京博士伦眼睛护理产品有限公司	北京博士伦眼睛护理产品有限公司	年抛型	2018-05 B82001647/B82001698/B82001501	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
144	软性亲水接触镜	小丁眼镜花山路店	晶硕光学股份有限公司	淡蓝色，含水量58%	2016/06/26、 2015/01/16、 2016/12/19、 2015/12/10 05160626、 05150116、 056C19COFU 0031、04151210、 02140813	山东省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
145	软性亲水接触镜	宁波市北仑视康明眼镜店	永胜光学股份有限公司	Eye Secret Color 半年抛	20160824 20160825 20150925 20170729 20170720 20160823 20171126 20170719 20160328 20160325 20150929 HBC035AJKA HBC037AJLA H6B067AJJA HADC07AJKA HACA33AJKA HBC033AJJB HADE56AJJI HBC037AJLJ HACA33AJKJ HBC0344AJJB HACA34AJKK H6C022AJLH H6C020AJKH H6B072AJLJ HBC038AJLB	浙江省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
146	软性亲水接触镜	宿迁市宝润眼镜有限公司	永胜光学股份有限公司(代理人:海昌隐形眼镜有限公司)	Eye Secret55 Color Bi-weekly	20160506 G2C085AFUA G2C086AFUD	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
147	软性亲水接触镜	雪龙眼镜(宁波)有限公司	雪龙眼镜(宁波)有限公司	BS-B	20180505 20180507 180505A2 180507B1 180507A2	浙江省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
148	软性亲水接触镜	眉山市雪亮眼镜店	代理人名称: 库博光学产品贸易(上海)有限公司	月抛型 6片装/盒	2016-08、2017-03、 2016-12、2016-11、 2017-12 1193250073701201 01/1193250107700 40257/1193250070 00180093/1193250 07950300240/1193 25010760040041	四川省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
149	软性亲水接触镜	眉山市古天月商贸有限公司第一分公司	Bausch & Lomb Incorporated 代理人名称: 北京博士伦眼睛护理产品有限公司	月抛型	-1.00 2017-06、 -1.00 2017-03、 -3.00 2017-08、 -6.00 2017-12、 -6.50 2017-12 W82004196/W820 0391/W72029257/ W72016282/W720 42006	四川省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
150	软性亲水接触镜	北京琪安琪商贸有限公司	G&G Contact Lens	K-POP-C	2018.03.05 Ge80B231 Ge80B23b Ge80B23d Ge80B23g	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
151	软性亲水接触镜	太原市海眸眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	JC	20170928 20171223 20180112 20171226 20171017 Q170001011 N170065031 N170065111 N170052121 N170037041	山西省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
152	软性亲水接触镜	太原市海眸眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	Care-4	20160530 20151111 20180228 20171221 20180112 20160525 JMA00937 J1402017 D170052051 B170095041 B170091031 JMA00335	山西省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
153	软性亲水接触镜	自流井区西南眼镜直营店	CooperVision Inc. (代理人: 库博光学产品贸易(上海)有限公司)	Biomedics Now	2016-08、2017-03、 2016-12、2017-02 1332150113300402 07、 1332150124200406 24、 1332150124200406 14、 1332150045700407 40、 1332150045700403 12、 1332150045700403 26、 1332150045700403 25、 1332150124200403 04、 1332150047801211 17、 1332150047801211 18、 1332150060101812 09、 1332150060201800 49、 1332150075402604 56、 1332150076402601 78	四川省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
154	软性亲水接触镜	自贡市新华眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	55UVP	20170109、 20171101、 20171217、 20170602、 20180406 GLA07813、 G170027061、 D170113041、 GLB00522、 D180109081	四川省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
155	软性亲水接触镜	洛阳新视窗眼镜有限公司政和路店	G&G Contact Lens CO.	ERICA	2016.08.17、 2016.08.19、 2018.08.20 GU51H08B0601、 GU51H10A0701、 GU51H08B0601、 GU51H0860613、 GU51H11F0731	河南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
156	软性亲水接触镜	广元市轩益眼镜销售中心	海昌隐形眼镜有限公司	Care-4	20170930、 20180228、 20171014、 20171208、 20180320 JMB00257、 B170102031、 D170050071、 B170088111、 B170115081	四川省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
157	软性亲水接触镜	广元市利州区宝轮镇精利眼镜店	海昌隐形眼镜有限公司	Care-4	20170815、 20180228、 20170724 JMB00737、 D170052051、 JMB01279	四川省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
158	软性亲水接触镜	南充市顺庆区视康眼镜育英路店	北京博士伦眼睛护理产品有限公司	半年抛弃型	生产日期:2017-12 2018-01 混批号	四川省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
159	软性亲水接触镜	顺庆区西南眼镜直销店	海昌隐形眼镜有限公司	Care-4	-1.00: 20161011、 2161013、 20160807、 20160325、 20170222、 20170519; -2.00: 20171222、 20170626; -3.00: 20160724、 20160519; -6.50: 20170930、 20170518 -1.00: JMA02091、 JMA02125、 JMA01023、 JMA00805、 JMA02499、 JMB00641; -2.00: JMB01231、 JMB00985; -3.00: JMA01544、 JMA01101; -6.50: JMB05718、 JMB01290;	四川省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
160	软性亲水接触镜 SofLens® Daily Disposable (hilafilcon B) Visibility Tinted Contact Lenses	十堰市新视野眼镜有限公司	Bausch&Lomb Incorporated	每日抛弃型	2017-08 、 2017-03 、 2017-05、 2017-09 SDD170256、 SDD170430 、 SDD170509 、 SDD170675 、 SDD170703	湖北省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
161	软性亲水接触镜	太原市迎泽区海圣华眼镜销售部	海昌隐形眼镜有限公司	COLORLIFE	20161025 20150618 20150320 QX2A140138 QX2A140160 QX2A140110 QX2A140118 QX2A140026 QX2A150028	山西省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
162	软性角膜接触镜	合肥庐阳区茂昌眼镜三孝口店	Johnson &Johnson Vision Care Inc.	/	2017-11-05 2017-09-12 3330510105 3329750102	安徽省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
163	软性亲水接触镜 Ticon Wonderful Cosmetic Daily Disposable Soft Contact Lens	新乡市思盈商贸有限公司第一分公司	精华光学股份有限公司	彩色日抛 Daily Disposable 单 色棕	2016-07、2016-10、 2017-01 SP7023FDZKPP、 SP6083FDTNFI、 SP6224FDYFLB、 SP6086FDTPCR	河南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
164	软性亲水接触镜	泰州市同视眼镜 眼视光中心	海昌隐形眼镜有 限公司	JC	-1.00 20171210、 -3.00 20180512、 -7.00 20180502 -1.00 B170038011、 -3.00 B180028061、 -7.00 B180058121	江苏省食品药 品监督管理局	广东省医疗器械质 量监督检验所
165	软性亲水接触镜 SofLens® Daily Disposable (hilafilcon B) Visibility Tinted Contact Lenses	荆州市新视野眼 镜有限公司三中 经营部	Bausch&Lomb Incorporated	每日抛弃型	2017-03 、 2016-08 、2017-08 SDD170643、 SDD170627、 SDD170320 、 SDD161131 、 SDD170415	湖北省食品药 品监督管理局	浙江省医疗器械检 验研究院
166	软性亲水接触镜	深圳英诺华光学 科技有限公司	昱嘉科技股份有 限公司	蓝、棕、灰、紫、 绿、金、黑	185001 185002 185003	广东省食品药 品监督管理局	山东省医疗器械产 品质量检验中心
167	软性亲水接触镜	广州市荔湾区正 隆专业美容美发 用品店	韩国 DUEBA 隐 形眼镜有限公司	Alamode	2017.01.12 DG411051	广东省食品药 品监督管理局	山东省医疗器械产 品质量检验中心
168	软性亲水接触镜	昆山市爱美目商 贸有限公司	韩国 Joowon Lnnovation Co,Ltd (总代: 江苏贝尔莫眼镜 有限公司)	Chic View	2018/1/30 2018/1/30 CV8B77A1	江苏省食品药 品监督管理局	广东省医疗器械质 量监督检验所
169	软性亲水接触镜	广州市荔湾区正 隆专业美容美发 用品店	DUEBA CONTACT LENS	Alamode	2015.05.08 2014.11.24 DG83D243 DG76K121	广东省食品药 品监督管理局	山东省医疗器械产 品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
170	软性亲水接触镜 Star Shine Daily Disposable Color Contact Lens	莆田市城厢区梅园宝岛眼镜店	永胜光学股份有限公司	彩色日抛	20161217、 20170125、 20170214、 20170209 CAC727ANMK、 CBC454ANMB、 CBC695ANMO、 CBD040ANMF	福建省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
171	软性亲水接触镜	博士眼镜连锁股份有限公司盐田区壹海城店	永胜光学股份有限公司	Eye Secret 55 Color Monthly	20170630 20170112 20170704 GDAER0862A GDAER0492B GDAER0862I GDAER0862J GDAER0864B	广东省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
172	软性角膜接触镜	深圳市亚洲眼镜光学科技有限公司沙头角店	Johnson & Johnson Vision Care Inc.	/	中包装：26327301 6215215101 5730875104 25317901 单包装： 2632730102 621521510101 5730870106 2531790106	广东省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
173	软性亲水接触镜	深圳市盐田区视宝眼镜行	海昌隐形眼镜有限公司	彩色放大	20171219 20171007 20170916 20170915 20170919 E170083041 E170058011 E170049031 E170049101 E170054031	广东省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
174	软性亲水接触镜	北京博士伦眼睛护理产品有限公司	Bausch & Lomb Incorporated (代理人: 北京博士伦眼睛护理产品有限公司)	清朗半年型	2018.02/2018.03/2018.03 S38180179/S38180247/S38180268	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
175	软性亲水接触镜	北京博士伦眼睛护理产品有限公司	Bausch & Lomb Incorporated	每日抛弃型	-1.00: 2017.12 -3.00: 2018-04 -6.50: 2018-03 -1.00: W72054592 -3.00: W82012921 -6.50: W82010358	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
176	博士伦®蕾丝闪眸TM软性亲水接触镜	福州市台江区小钱宝岛眼镜	DUEBA Contact Lens	ADELA	2016.08.06、 2016.02.26、 2017.08.23、 2016.02.27、 2016.07.01 DT01F2310105、 DT95B1530105、 DT95B1510101、 DT16H1050201、 DT95B1640113、 DT99F2020129、 DT99F2030135、 DT99F2030133、 DT99F2030131	福建省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
177	软性亲水接触镜	青岛纽巴依欧光学制造有限公司	青岛纽巴依欧光学制造有限公司	COSMETIC	20180507 20180507 20180507	山东省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
178	软性亲水接触镜	漳州市芗城区明益眼镜商行	海昌隐形眼镜有限公司	Moist	20170919、 20171026、 20170926 R170008021、 Q170028091、 Q170016121	福建省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
179	软性亲水接触镜	重庆千叶眼镜连锁有限公司	永胜光学股份有限公司(代理人:上海富士远隐形眼镜有限公司)	彩色日抛	20170203, 20170209,20170503 CBC650ANLB,CA C719ANLI,CBD16 9ANLK	重庆市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
180	软性亲水接触镜	东阳市福气眼镜店	Joowon Innovation Co., Ltd.	ChicEye《每瓶1片装》	201703 CE7SD0635	浙江省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
181	软性亲水接触镜	东阳市视宝眼镜有限公司吴宁分公司	永胜光学股份有限公司	Eye Secret Color 季抛	20161205 20170106 HDAND0390A HDAND0390B HDAND0231J HDAND0391H HDAND0233D	浙江省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
182	软性亲水接触镜	邯郸市视明眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	X-VISION 月抛型	20171123 20171225 20180224 G170029011 D170134021 D170147101	河北省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
183	软性亲水接触镜	兰州科达眼镜光学有限责任公司	(台湾)昕琦科技股份有限公司 (代理人:重庆昕琦科技有限公司)	38CRD1	0.00 20片 批号: H16HBA6001 生产日期: 2016/08 失效日期: 2021/07 -3.00 10片 批号: H16H9A6309 生产日期: 2016/08 失效日期: 2021/07 -8.00 10片 批号: 117C6A6319 生产日期: 2017/03 失效日期: 2022/02	甘肃省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
184	软性亲水接触镜	上海天润商贸有限公司	Joowon Innovation Co.,Ltd.	CHIC VIEW	-3.00 10片 批号: H16H9A6309 生产日期: 2016/08 失效日期: 2021/07	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
185	软性亲水接触镜	可丽博(上海)眼镜有限公司	Clearlab SG Pte.Ltd	clearday38	-8.00 10片 批号: 117C6A6319 生产日期: 2017/03 失效日期: 2022/02	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
186	软性亲水接触镜 Soft Contact Lens	可丽博(上海)眼镜有限公司	美光接触镜有限公司	clearcolor 1-day	2018-04-25、 2018-04-19、 2018-04-20 L4046、L4034、 L4038	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
187	软性亲水接触镜	城关区张掖路华视眼镜店	海昌隐形眼镜有限公司	月抛	-1.00: 20151204、20160816; -3.00: 20170911; -8.00: 20170821 -1.00: I1400149、I1400221; -3.00: D170008021; -8.00: C170006031	甘肃省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
188	软性亲水接触镜	江苏尊龙光学有限公司	江苏尊龙光学有限公司	PRETTY-V	2018.1.25 180110C	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
189	软性亲水接触镜	丹阳美康光学眼镜有限公司	Polytouch Co.,Ltd(代理人:丹阳美康光学眼镜有限公司)	MAGIC-EYE	2017.8.28 MQH28A1	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
190	软性亲水接触镜	上海菲士康隐形眼镜有限公司	Oculus Private Limited	型号: FreshKon 1-Day (Etafilcon A) 规格: FreshKon 1-Day Alluring Eyes (Etafilcon A)	2017-07、2017-10、2017-04 XG247060、XK037023、XD087004	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
191	软性亲水接触镜	武昌大道大光明眼镜吴都店	上海卫康光学眼镜有限公司	月抛型	2015-05-12、 2016-04-21、 2014-11-20、 2015-08-15、 2015-12-16 YPN11W20、 YP005W12、 YP008W15、 YPP04W21、 YP012W16	湖北省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
192	软性亲水接触镜	台州市路桥明视廊眼镜店	永胜光学股份有限公司	Eye Secret Color 半年抛	20160324 20160824 20160825 20150925 H6C017AJJA HBC035AJKA HBC037AJLA H6B067AJJA H6C019AJKB HAD08AJKA HBC037AJLJ H6B072AJLH HBC038AJLH H6C022AJLH H6B072AJLJ HBC038AJLJ HBC038AJLK H6C022AJLI	浙江省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
193	软性亲水接触镜	湖州吴兴星尚眼镜店	GEO Medical Co., Ltd.	IMAGE COLOR	2016/05 2017/06 2017/06 GFGC450320 GFH05131A GFH05136A	浙江省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
194	软性亲水接触镜	江苏海伦隐形眼镜有限公司	江苏海伦隐形眼镜有限公司	Shine 彩色 Y.	0.00: 20180423、 -3.00: 20180503、 -6.00: 20180420 0.00R180030021;-3 .00R180030111;-6. 00R180031111	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
195	软性亲水接触镜	海昌隐形眼镜有限公司	永胜光学股份有限公司	Eye Secret 55 Color Monthly	0.00: 20170703、 -3.00: 20170703、 -6.00: 20170703 0.00GDAEQ0859A ;-3.00GDAEQ0859 J;-6.00GDAEQ086 1B	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
196	软性亲水接触镜	海昌隐形眼镜有限公司	永胜光学股份有限公司(代理人:海昌隐形眼镜有限公司)	Eye Secret 55 Color Daily	0.00: 20170704、 -3.00: 20171007、 -6.00: 20170923 0.00GDFAFA0739A ;-3.00GBDI42AFA J;-6.00GBDI54AF AM	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
197	软性亲水接触镜	镇江市美多视觉科技有限公司	Joowon Innovation Co.,Ltd.(代理人:镇江美多隐形眼镜有限公司)	Chic Eye	CE7SD0355	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
198	软性亲水接触镜	海昌隐形眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	55UVP	-1.00: 20171101、 -3.00: 20171217、 -6.00: 20180224 -1.00G170027061;- 3.00D170113041;-6 .00G170061081	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
199	软性亲水接触镜	海昌隐形眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	彩色放大	0.00: 20171219、 -3.00: 20170916、 -6.00: 20170919 0.00E170083041; -3.00E170049031;- 6.00E170054031	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
200	软性亲水接触镜	镇江市美多视觉科技有限公司	Joowon Innovation Co.,Ltd (代理人: 镇江市美多视觉科技有限公司)	Chic View	同批 CV7D3078	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
201	软性亲水接触镜	江苏贝尔莫眼镜有限公司	Joowon Innovation Co.,Ltd(代理人: 江苏贝尔莫眼镜有限公司)	Chic View	201801 CV1G1623	江苏省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
202	软性亲水接触镜 SofLens® Daily Disposable (hilafilcon B) Visibility Tinted Contact Lenses	襄阳慧之眼眼镜有限公司	Bausch & Lomb Incorporated	每日抛弃型	2017-03、2017-08、 2017-10 SDD170415、 SDD170658、 SDD170720、 SDD170725、 SDD170709	湖北省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
203	软性亲水接触镜	邢台市益明眼镜有限公司顺德路分公司	海昌隐形眼镜有限公司	COLORLIFE	20140925 20160412 20140919 20150618 20160416 20140922 20170515 20140924 20160514 MMA1400126 MMA1400184 MMA1400026 MMA1400062 MMA1400041 MMA1400101 MMA1400102 MMA1400090 MMA1400105 CMM2A00032 MMA1400003 MMA1400203	河北省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
204	软性亲水接触镜	天津医药集团大明眼镜有限公司曲江路分店	优你康光学股份有限公司	EYE MAY	P140717176 P140717199 P140717185	天津市市场和质量监督管理委员会	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
205	软性亲水接触镜	本溪市明视达眼镜店	永胜光学股份有限公司	Eye Secret 55 Color Daily	20160307 20151001 20151002 GDAGV0754A G1B023AGVD G1B023AGVL G1B024AGVH	辽宁省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
206	软性亲水接触镜	天津医药集团大明眼镜有限公司大沽南路分店	海昌隐形眼镜有限公司	Focus	20170222 20170504 20170417 GMA02925 GMB03344 GMB01821	天津市市场和质量监督管理委员会	山东省医疗器械产品质量检验中心
207	软性亲水接触镜	恩施市大明眼镜有限责任公司东风大道分公司	上海卫康光学眼镜有限公司	1片/杯S型抛弃式	2016-12-21、 2017-05-31、 2017-02-13、 2017-02-07、 2018-01-08、 2017-08-03、 2018-01-22、 2018-01-08、 2017-02-07、 2017-12-06、 2018-01-22 WSPLL、WSQEV、 WSQBD、WSQB7、 WSRA8、WSQH3、 WSRAM、 WSRA8、WSQB7、 WSQL6、WSRAM	湖北省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
208	软性亲水接触镜	锦州市东大眼镜有限公司	永胜光学股份有限公司	彩色日抛	20171026/20170610/20170527/20170617/ PBDG29APZL、 PBD673APZK、 PBD659APZG、 PBD926AQAA	辽宁省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
209	软性亲水接触镜 Eye Secret Color Soft Contact Lens	平潭县东方眼镜有限公司	永胜光学股份有限公司	Eye Secret Color 半年抛	20160324、 20160823、 20160824、 20170719、 20170720 H6C017AJJA、 HBC035AJKA、 H6C017AJJB、 HBC033AJJB、 H6C017AJJJ、 HACA32AJKA、 H6C017AJJL、 HBC033AJJL、 H6C018AJJB、 HBC034AJJB、 HBC034AJJJ、 HACA34AJKK	福建省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
210	软性亲水接触镜	丹东市元宝区大众直通车隐形眼镜店	永胜光学股份有限公司	Eye Secret 55 Color Daily	20151007 20151008 20151012 G1B031AIRA G1B031AIRF G1B032AIRD G1B033AIRB G1B033AIRD	辽宁省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
211	软性亲水接触镜	上海科利隐形眼镜有限公司	上海科利隐形眼镜有限公司	OC-38	20180418、 20180419 OC1804001、 OC1804002	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
212	软性亲水接触镜	郑州玉语泽商贸有限公司朝凤路店	Cooper Vision Inc.	Biomedics Now	2016-08、2016-08、 2017-03、2016-11 1193250056800402 76、 1193250101803600 44、 1193250111700400 77、 1193250058501202 82	河南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
213	软性角膜接触镜	北京尚迪妙瞳贸易有限公司	POLYTOUCH Co.,Ltd.	FREE-FULL	2017.10.27 FQJ27A1	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
214	软性亲水接触镜 Eye Secret Daily Disposable Color Contact Lens	南昌明清贸易有限公司	永胜光学股份有限公司	Eye Secret 55 Color Daily	0.00: 20170703; -3.00: 20160330、 20161229; -6.00: 20161229 0.00: GDAEZ0730A; -3.00: G7C045AEZJ、 GDAEZ0411J; -6.00: GDAEZ0413B	江西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
215	软性亲水接触镜	北京维视达康科技有限公司	北京维视达康科技有限公司	CSL-1	20170821 20170821	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
216	软性亲水接触镜	北京维视达康科技有限公司	北京维视达康科技有限公司	SL-1	20171025 20171025	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
217	软性角膜接触镜	天津市眼科医院视光中心河东店	Johnson&Johnson Vision Care Inc.	/	2017-08-30 2017-10-25 2016-09-13 2015-08-27 3329690106 3330350106 3624601165 3619540851	天津市市场和质量监督管理委员会	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
218	软性亲水接触镜	珠海市三狮光学有限公司	珠海市三狮光学有限公司	ZBS38	20170309 20170504 20170629 20170309 20170504 20170629	广东省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
219	软性亲水接触镜	天津市宝坻区万事达眼镜经销部	G&G Contact Lens co.	ERICA	2018.01.08 2018.01.09 2018.01.11 GU77L2920201 GU77L30H0213 GU77A03A0221	天津市市场和质量监督管理委员会	山东省医疗器械产品质量检验中心
220	软性角膜接触镜	浙江湖州市新华书店有限公司南浔分公司	Johnson & Johnson Vision Care Inc.	/	2016-09-21 2015-10-21 2016-10-22 2016-10-06 2016-09-18 3428500268 3904630110 3428900167 3325010167 3324790268	浙江省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
221	软性亲水接触镜 Star Shine Monthly Disposable Color Contact Lens	上海苏博眼镜有限公司	永胜光学股份有限公司	Star Shine Monthly	20170313、 20170320、 20170310、 20170330、 20170322 HAD158AOPJ、 HAD139AOZC、 HAD148AOZA、 HAD398AOZH、 HAD281AOPI	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
222	软性亲水接触镜	淮南市田家庵区 金寿阳眼镜视光 配镜中心	Alcon Laboratories, Inc.	/	A0405083 A0404748 A0403163	安徽省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
223	软性亲水接触镜	辽阳市白塔区精 益眼镜店	DUEBA CONTACT LENS	Namy	2017.08.29 2017.11.03 DK16H1781305 DK16H1781301 DK19J2321313 DK19J2371327	辽宁省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
224	软性亲水接触镜	阜新市细河区明朗眼镜平价超市	永胜光学股份有限公司	魔镜半年抛	20151228 20151223 20160923 20160520 20160115 20160923 D5B014AAAA D8B003AAAA D1B030AAAJ HDAAA0292C D1B500AAAI D8B004AAAB D1B500AAAA HDAAA0291A	辽宁省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
225	软性亲水接触镜	芦台镇京达眼镜店	永胜光学股份有限公司	Eye Secret 55 Color Daily	20161209/2016051 3/20161207/201610 12 GDAMU0375J (-3.00) /G4C030AMTJ (-9.00) /GDAMT0372A (0.00) /GDAMT0078A (0.00)	天津市市场监督管理委员会	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
226	软性亲水接触镜	天津市河东区荣新眼镜贸易有限公司	Bausch&Lomb Incorporated	月抛型	2017-06 2017-11 2017-08 2017-12 中包装批号: W72027583 W72051889 W72042006 W82003455 单包装批号: W72027582 W72051805 W72042005 W82003454	天津市市场和质量监督管理委员会	山东省医疗器械产品质量检验中心
227	软性亲水接触镜	天津市视明达眼镜销售有限公司	永胜光学股份有限公司	Eye Secret 55 Color Daily	20170105 20170106 20160510 GDAEC0069B GDAEC0069J G7C040AECH	天津市市场和质量监督管理委员会	山东省医疗器械产品质量检验中心
228	软性亲水接触镜	诺葳奇贸易(上海)有限公司	DUEBA Contact Lens	BelitaTM	2017.02.28 、 2017.02.28 、 2017.02.04 、 2015.08.07 DH08B1641313、 DH08B1681323、 DH07A21B1433、 DH87G2461201	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
229	软性亲水接触镜	库博光学产品贸易(上海)有限公司	CooperVision Inc.	Biomedics® 55	2017-10、2017-10、2017-12、2017-11 1140050004700400 37、 1140050004700400 61、 1140050008501200 42、 1140050005802802 50	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
230	软性亲水接触镜	晶硕隐形眼镜(上海)有限公司	晶硕光学股份有限公司	淡蓝色,含水量58%	056822701M、 036A02701V、 056A057028	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
231	软性亲水接触镜	库博光学产品贸易(上海)有限公司	CooperVison Inc.	Proclear 1 day	2018-02 1141280005801203 17	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
232	软性亲水接触镜	晶硕隐形眼镜(上海)有限公司	晶硕光学股份有限公司	单色,水蓝	05160124、 03160122、 04160124	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
233	软性亲水接触镜 Eye Secret Daily Disposable Color Contact Lens	南昌亨得利股份有限公司	永胜光学股份有限公司	Eye Secret 55 Color Daily	-1.00: 20160920; -3.00:20170704; -6.50:20150717 -1.00: GDAFA0126B; -3.00:GDAFA0745 J; -6.50:G7B003AFA E	江西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
234	软性亲水接触镜	黄石市豪克眼镜店	BESCON CO.,LTD	Tutti One Day Color	2017-06 HH0004、HH0027、 HH0029、HH0016	湖北省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
235	软性亲水接触镜	六安康明眼镜有限责任公司	Polytouch Co,Ltd	MAGIC-EYE	2017.07.13 2017.11.20 2017.11.27 2018.01.04 MQG13A1 MQK20A1 MQK27A1 MRA04A1	安徽省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
236	软性亲水接触镜	南昌市华呐眼镜有限公司梦时代分店	海昌隐形眼镜有限公司	Fresh	-1.00: 20160304、 20180108; -3.00:20180208; -6.50:20160315、 20160612 -1.00: G1512181、 D170098061; -3.00:D170140031 ; -6.50:G1511906、 GLA02630	江西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
237	软性亲水接触镜	池州市康荣眼镜行	上海卫康光学眼镜有限公司	1片/杯 润视	2017-04-14 2017-04-24 2017-03-01 2017-07-11 RSQDE RSQDO RSQC1 RSQGB	安徽省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
238	软性亲水接触镜	河南宝视达眼镜(连锁)有限公司周口三店	上海卫康光学眼镜有限公司	月抛型	YP010W19、 YP008W15、 YPP04W14、 YP008W10	河南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
239	软性亲水接触镜	酒泉市大明钟表眼镜有限责任公司大光明眼镜店	G & G Contact Lens co. (代理人: 苏州双皓商贸有限公司)	ERICA	-1.00 15片 批号: GU38G13B0105 生产日期: 2015.07.21 失效期: 2020.07.20 -3.00 5片 批号: GU45B1530113 生产日期: 2016.02.23 失效期: 2021.02.22 -8.00 5片 批号: GU38G23C0133 生产日期: 2015.07.31 失效期: 2020.07.30	甘肃省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
240	软性角膜接触镜(商品名: 舒日)	青山湖区恒茂梦时代广场宝岛眼镜店	Johnson & Johnson Vision Care Inc.	/	-3.00 5片 批号: GU45B1530113 生产日期: 2016.02.23 失效期: 2021.02.22	江西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
241	软性亲水接触镜	阜阳市亨达利眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	Care-4	-8.00 5片 批号: GU38G23C0133 生产日期: 2015.07.31 失效期: 2020.07.30	安徽省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
242	软性亲水接触镜	中山超亮力隐形眼镜有限公司	中山超亮力隐形眼镜有限公司	EWSB-G	20180426 20170801 20180605 SBA263 SQW005 SBL052	广东省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
243	软性亲水接触镜 Eye Secret Daily Disposable Color Contact Lens	江西省博士眼镜有限责任公司高新大道分公司	永胜光学股份有限公司	Eye Secret 55 Color Daily	0.00:20170123; -3.00: 20170123; -8.00: 20170703 0.00:GBC750AEB A; -3.00: GBC750AEBJ; -8.00: GDAEC0858F 棕	江西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
244	软性亲水接触镜	中山超亮力隐形眼镜有限公司	中山超亮力隐形眼镜有限公司	BDST	20170801 20180426 20180605 SQW007 SBA262 SBL051	广东省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
245	软性亲水接触镜	上海科莱博隐形眼镜有限公司	NEO VISION Co.,Ltd. Osong Branch	EVER DAY	2017/09/18、 2018/01/02、 2017/09/18 1821709180700、 1821801020300、 1821709180000	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
246	软性亲水接触镜	上海科莱博隐形眼镜有限公司	NEO VISION CO., LTD	NEO COSMO	度数: -7.00, 批号 862160622; 生产日期: 2016/06; 有效 截止日期: 2021/06/01; 数量: 3片。 度数: -3.00, 批号 862160622; 生产日期: 2016/06; 有效 截止日期: 2021/06/01; 数量: 6片。 度数: 0.00, 批号 862150402; 生产日期: 2015/04; 有效 截止日期: 2020/04/01; 数量: 15片。	上海市食品药 品监督管理局	浙江省医疗器械检 验研究院
247	软性亲水接触镜 Magic 38A9CRM Color Contact Lens	上海科莱博隐形眼镜有限公司	(台湾) 昕琦科技 股份有限公司	38A9CRM	度数: -3.00, 批号 862160622; 生产日期: 2016/06; 有效 截止日期: 2021/06/01; 数量: 6片。	上海市食品药 品监督管理局	浙江省医疗器械检 验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
248	软性亲水接触镜	上海科莱博隐形眼镜有限公司	(台湾)昕琦科技股份有限公司	55C6CRD	度数: 0.00, 批号862150402; 生产日期: 2015/04; 有效截止日期: 2020/04/01; 数量: 15片。	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
249	软性亲水接触镜	青山湖区朗星眼镜店	海昌隐形眼镜有限公司	Focus	-1.00:20170615、20160921; -3.00:20180113、20180309; -7.00:20171108 -1.00:GMB05266、GMA01225; -3.00:D170160011、A180039091; -7.00:C170017041	江西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
250	软性亲水接触镜	上海科莱博隐形眼镜有限公司	精华光学股份有限公司	UV-ONE-DAY	2016-02 CC6017、CC6007、CC6001	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
251	软性亲水接触镜	南昌市青山湖区雅典娜眼镜行	海昌隐形眼镜有限公司	55UVP	-1.00: 20171101; -3.00:20171217; -6.00:20180224 -1.00: G170027061; -3.00:D170113041; -6.00:G170061081	江西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
252	软性亲水接触镜	重庆靓点眼镜有限公司	Bausch & Lomb Incorporated	每日抛弃型	2017-08,2017-08,2017-08,2017-07,2017-06 SDD170675, SDD170643, SDD170661, SDD170687, SDD170599	重庆市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
253	软性亲水接触镜	重庆通达眼镜有限公司	江苏海伦隐形眼镜有限公司(委托企业:海昌隐形眼镜有限公司)	水滋润半年抛, Care-4	20171014,20170911,20170909,20170908,20170120 N170058011, LMA01676, LMA01704, N170035101, LMA01581	重庆市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
254	软性亲水接触镜	重庆通达眼镜有限公司	上海卫康光学眼镜有限公司	X-Blue	2016.11.15,2017.01.16,2017.12.12,2018.2.1,2018.3.7 XBPKFQB,XBQJGQJ,XBQLCQL,XBRB1RB,XBRC7R C	重庆市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
255	软性亲水接触镜	温州市康弘光学眼镜有限公司	Bausch&Lomb Incorporated	晴朗半年型	2017-03 2017-05 2017-07 中包装: S38170173 S38170270 S38170455 S38170300 单包装: Y71901393 Y71902659 Y71903729 Y71902775	浙江省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
256	软性亲水接触镜	广州科甫眼镜有限公司	广州科甫眼镜有限公司	3C+	04/2018 45Y8319435 45YB8319429	广东省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
257	软性亲水接触镜	上海斗元贸易有限公司	NEO VISION CO.,LTD	NEXT (新品)	2017.01.17 832170117	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
258	软性亲水接触镜	广州科甫眼镜有限公司	广州科甫眼镜有限公司	ABC	03/2018 25I8319334 25I8319339	广东省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
259	软性亲水接触镜	重庆晴世眼镜有限公司	永胜光学股份有限公司(代理人:海昌隐形眼镜有限公司)	美丽主张半年抛	20180112, 20171213, 20171213, 20171214, 20161122 DBDS13AAAC,D AD657AAAE,DB DH10AAAN,D6C0 04AAAB,HDAAA 0282A	重庆市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
260	软性亲水接触镜 Ticon Cosmetic Daily Disposable Soft Contact Lens	上海帝康光学产品商贸有限公司 宜山路分公司	精华光学股份有限公司	Cosmetic Daily	2018-03 AA8030、AA8045、 AA8050、AA8039	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
261	软性亲水接触镜	蚌埠市亨达利眼镜有限责任公司	Bausch&Lomb Incorporated	月抛型	2017-11 2017-08 2017-12 中包装批号: W72051889 W72041026 W82003455 单包装批号: W72051805 W72041025 W82003454	安徽省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
262	软性亲水接触镜	北京自然美光学有限公司	北京自然美光学有限公司	NT C-8	20180301 201803011	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
263	软性亲水接触镜	上海高乐博眼镜有限公司	GEO Medical Co.,Ltd.	IMAGE COLOR	后顶焦度: 0.00 数量: 12 盒 批号: GFH07190E 有效期: 2022/08 后顶焦度: -1.00 数量:4 盒 批号: GFH07191E 有效期: 2022/08 后顶焦度: -3.00 数量:4 盒 批号: GFH07193E 有效期: 2022/08 后顶焦度: -6.00 数量:4 盒 批号: GFH07196E 有效期: 2022/08	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
264	软性亲水接触镜	重庆精益高登眼镜连锁有限公司	永胜光学股份有限公司(代理人:海昌隐形眼镜有限公司)	-6.50, 0.00, -3.00	20160329, 20160920, 20161228 G7C042AEYH,GD AFA0126A,GDAE Y0408J	重庆市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
265	软性亲水接触镜	北京金英明隐形眼镜有限公司	G & G CONTACT LENS	Amber	2014.08.07 GW26g28a	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
266	软性亲水接触镜	重庆千叶眼镜连锁有限公司	永胜光学股份有限公司(代理人:上海富视远隐形眼镜有限公司)	彩色日抛	20170114, 20170209, 20161219 CBC655ANMJ,CB C657ANMJ,CBC4 55ANMO	重庆市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
267	软性亲水接触镜	北京金英明隐形眼镜有限公司	G & G CONTACT LENS (代理人: 北京金英明隐形 眼镜有限公司)	G & G BTH	2015.06.15 G137f04f	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
268	软性亲水接触镜	上海卫康光学眼镜有限公司	上海卫康光学眼镜有限公司	型号: 月抛型, 规格: 1片/杯	2017-01-02、 2018-01-12、 2018-02-22、 2017-05-20 YPQA2、YPRAC、 YPRBM、YPQEK	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
269	软性亲水接触镜	上海卫康光学眼镜有限公司	上海卫康光学眼镜有限公司	型号: 防紫外线, 规格: 1片/瓶	2017-02-09、 2017-01-04、 2018-03-08、 2017-11-17 NUQB9、NUQA4、 NURC8、NUQKH	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
270	软性亲水接触镜	上海卫康光学眼镜有限公司	上海卫康光学眼镜有限公司	M42, 规格: 1片/瓶	2017-01-11、 2018-01-19、 2018-03-26、 2018-01-19 M4QAB、M4RAJ、 M4RCQ、M4RAJ	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
271	软性亲水接触镜	甘肃康视达科技集团有限公司	甘肃康视达科技集团有限公司	球镜镜片 M38	2017.10.08 A17100801	甘肃省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
272	软性亲水接触镜	上海眷逸眼镜有限公司	M.I CONTACT Co.,Ltd.	MI-2	2018.02.08 MI18020801 MI18020801	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
273	软性亲水接触镜	陕西永真眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	QQ38	20170415 20170912 20170428 -1.00JMB00027 -5.00B170008031 -8.00JMB00215	陕西省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
274	软性亲水接触镜	陕西永真眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	Care-4	20170579 20170724 20180224 -1.00 JMB00629 -8.00 JMB01519 -5.00 B170087081	陕西省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
275	软性亲水接触镜	黄山市屯溪区吴良材眼镜店	北京博士伦眼睛护理产品有限公司	半年抛弃型	2016-09 2017-02 2017-03 2017-04 2017-06 2017-11 2017-12 B62001503 B72000479 B72000897 B72000901 B72000499 B72000947 B72001978 B72003768 B72003958	安徽省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
276	软性亲水接触镜	陕西永真眼镜有限公司	永胜光学股份有限公司(代理人:海昌隐形眼镜有限公司)	星视力 季抛	20151118 20151217 20151120 -1.00 D8B001AAAB -5.00 D5B053AAAB -8.00 D4B037AAAC	陕西省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
277	软性亲水接触镜	西安曲江新区(大明宫)晴美眼镜行	海昌隐形眼镜有限公司	IQ38	20170415 20170331 20170323 -1.00JMB00027 -5.00JMB00136 -8.00JMB00178	陕西省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
278	软性亲水接触镜	西安曲江新区(大明宫)晴美眼镜行	海昌隐形眼镜有限公司	JC	20170612 20171009 20171212 -1.00JMB01625 -5.00B170029031 -8.00JMB05434	陕西省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
279	软性亲水接触镜	西安曲江新区(大明宫)晴美眼镜行	海昌隐形眼镜有限公司	MOist	20170228 20171216 20170724 -1.00GMAO3213 -5.00F170021121 -8.00GMB05600	陕西省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
280	软性亲水接触镜	西安圣龙承业眼镜有限公司	永胜光学股份有限公司(代理人:海昌隐形眼镜有限公司)	海昌季抛	20151114(100)、 20151215(500)、 2015.08.26(800) D2B031AAAB D5B051AAAB D4B001AAAK	陕西省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
281	软性亲水接触镜	西安圣龙承业眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	JC	20160229 20180224 20170813 -1.00J1402138 -5.00B170052101 -8.00JMB04114	陕西省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
282	软性亲水接触镜	长沙市豪亮眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	UV-Block	后顶焦度: -1.00 批号: L1501093 生产日期: 20160128 后顶焦度: -3.00 批号: L1500592 生产日期: 20151019 后顶焦度: -8.00 批号: LMA00151 生产日期: 20170416	湖南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
283	软性亲水接触镜	长沙市芙蓉区聚龙眼镜销售部	上海卫康光学眼镜有限公司	1片/杯 润视	后顶焦度: -3.00 批号: L1500592 生产日期: 20151019	湖南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
284	软性亲水接触镜	长沙市芙蓉区聚龙眼镜销售部	海昌隐形眼镜有限公司	UV-Block	后顶焦度: -8.00 批号: LMA00151 生产日期: 20170416	湖南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
285	软性亲水接触镜 Eye Secret Color Soft Contact Lens	长沙市芙蓉区高姿眼镜经营部	永胜光学股份有限公司	Eye Secret Color 半年抛	20160914、 20160914、 20160914 HAC146AIFB、 HAC147AIFD、 HAC148AIFD	湖南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
286	软性亲水接触镜	长沙豪亮眼镜有限公司	上海卫康光学眼镜有限公司	X-Blue(1片/瓶)	2017-01-07、 2017-08-28、 2018-02-01 XBQA7QF、 XBQHSQI、 XBRB1RC	湖南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
287	软性亲水接触镜	湖南万柯眼镜有限公司	海昌隐形眼镜有限公司	V-clear	后顶焦度: -1.00 批号: GLA06530 生产日期: 20160823 后顶焦度: -3.00 批号: GLA06664 生产日期: 20160825 后顶焦度: -7.00 批号: GLA07195 生产日期: 20160922	湖南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
288	软性亲水接触镜	湖南万柯眼镜有限公司	上海卫康光学眼镜有限公司	X-Blue(1片/瓶)	2017-01-07、 2018-02-28、 2018-01-02 XBQA7QE、 XBRBSRC、 XBRA2RA	湖南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
289	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	四川恒明科技开发有限公司	TDP-T1	2018年5月17日 81805019005	四川省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
290	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	四川恒明科技开发有限公司	TDP-L1	2015.05.02 11805002001	四川省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
291	特定电磁波治疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	苏州医疗用品厂有限公司	TDP12-DL	2018-05 TD12DL18500100 2 TD12DL18500100 2	江苏省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
292	特定电磁波治疗器	南宁市三科医疗器械有限责任公司	南宁市三科医疗器械有限责任公司	SK-103	2018.05.17 1805006	广西壮族自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
293	宽频电磁波谱治疗器	河南省南阳国防科技工业电气研究院	河南省南阳国防科技工业电气研究院	GSX-QT型	2017年2月 20131702088	河南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
294	骏丰频谱治疗保健仪	广东骏丰频谱股份有限公司美健医疗器械分公司	广东骏丰频谱股份有限公司美健医疗器械分公司	JF-306A	2018-03-06 M0718N006109	广东省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
295	骏丰频谱治疗保健仪	广东骏丰频谱股份有限公司美健医疗器械分公司	广东骏丰频谱股份有限公司美健医疗器械分公司	JF-502	2017/10/20 M1017N010638	广东省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
296	特定电磁波治疗器	重庆润扬医疗器械有限责任公司 (委托方)	重庆润扬医疗器械有限责任公司 (委托方)	TDP-CQ-28	2018.04 28804008001	重庆市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
297	特定电磁波(TDP)治疗器	重庆华伦医疗器械有限公司	重庆华伦医疗器械有限公司	CQJ-16B	2018.4.11 1804001 118001	重庆市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
298	特定电磁波(TDP)治疗器	重庆华伦医疗器械有限公司	重庆华伦医疗器械有限公司	CQJ-23	2018.4.20 1804010 318001	重庆市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
299	频谱治疗仪	周林生物频谱(深圳)有限公司	周林生物频谱(深圳)有限公司	WS-301	2017年 3201710189	广东省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
300	TDP治疗器	重庆市国人医疗器械有限公司	重庆市国人医疗器械有限公司	TDP-T-I-1	2018.4.10 1804102009736	重庆市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
301	特定电磁波(TDP)治疗器	重庆市康牌医疗器械有限公司	重庆市康牌医疗器械有限公司	KLJ-1	2018年4月28日 180425 218001	重庆市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
302	特定电磁波治疗器	重庆中芝医用仪器有限公司	重庆中芝医用仪器有限公司	CQ-BS8	2018.4.28 18428AC	重庆市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
303	特定电磁波治疗器	重庆博之翰科技有限公司	重庆博之翰科技有限公司	OH-LJ	2018年4月 18040641	重庆市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
304	特定电磁波治疗器	重庆蜀轩医疗器械有限公司	重庆蜀轩医疗器械有限公司	CQX-23D	2018年5月 2318050301	重庆市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
305	特定电磁波治疗器	重庆雨逸科技有限公司	重庆雨逸科技有限公司	L-23A	2018.04.29 1804290030	重庆市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
306	特定电磁波治疗器	重庆新峰医疗器械有限公司	重庆新峰医疗器械有限公司	CQ-29I	2018.03.19 1803007147	重庆市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
307	特定电磁波治疗器	重庆市新峰医疗器械有限公司	重庆市新峰医疗器械有限公司	CQ-29I	2018.04.13 1804008001	重庆市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
308	北京周林频谱保健治疗仪	北京周林频谱科技有限公司	北京周林频谱科技有限公司	WS-601	2018.02.07 70180894	北京市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
309	特定电磁波谱治疗器	重庆长乐硅酸盐有限责任公司	重庆长乐硅酸盐有限责任公司	CQG-222A+	2018.3.30 18033000773	重庆市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
310	天然胶乳橡胶避孕套	衡水兴一堂医药连锁有限公司	PLEASURE LATEX PRODUCTS SDH.BHD.	标称宽度: 52mm 螺纹型	2016/05 LH160506	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
311	天然胶乳橡胶避孕套	苏州嘉乐威企业发展有限公司	苏州嘉乐威企业发展有限公司	光面 标称宽度: 52mm	2017.12.07 17122802	江苏省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
312	天然胶乳橡胶避孕套	河北唐人医药股份有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标准宽度 52mm	2017-12 1000350878 1000350878	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
313	天然胶乳橡胶避孕套	河北诚仁堂医药连锁有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标准宽度 52mm	2018年3月 1000419802	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
314	天然胶乳橡胶避孕套	大城县计划生育药具管理站	湛江市汇通药业有限公司	标称宽度: 52mm 颗粒型	16080104 311	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
315	天然胶乳橡胶避孕套	东台百地医用制品有限公司	东台百地医用制品有限公司	标称宽度: 52mm±2mm 长度≥160mm 平面	201801 201801DYL	江苏省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
316	天然胶乳橡胶避孕套	泰州市海陵区润轩商业有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52.5mm	2018-04 1000435049	江苏省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
317	天然胶乳橡胶避孕套	泰州市海陵区润轩商业有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52mm	2017-10 1000317634 1000317634	江苏省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
318	天然乳胶橡胶避孕套	云南东骏药业有限公司滇西医药配送中心	康乐工业有限公司 KAREX INDUSTRIES SDN.BHD.(马来西亚)	52mm±2mm 螺纹型	01/2018 MOAO2	云南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
319	天然胶乳橡胶避孕套	丽江市人口和计划生育药具管理站	广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂)	52mm 光面型	20171229 171212608	云南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
320	天然胶乳橡胶避孕套	云南健之佳连锁健康药房有限公司丽江太和路分店	广州双一乳胶制品有限公司	52mm	2017.09 X1709CM	云南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
321	天然胶乳橡胶避孕套	普洱腾龙药业有限公司	广州双一乳胶制品有限公司	52mm 光面型	2017.03 DGC1703	云南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
322	天然胶乳橡胶避孕套	云南红恩药业有限公司	广东汇通乳胶制品有限公司	52±2mm 光面型	20151012 HS1510X	云南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
323	天然胶乳橡胶避孕套	云南鸿翔一心堂药业集团股份有限公司楚雄中心店	广州双一乳胶制品有限公司	52mm 光面型	2017.09 X17G09	云南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
324	天然胶乳橡胶避孕套	文山州防治艾滋病工作委员会办公室	广州双一乳胶制品有限公司	52mm 光面型	201711 WSZ1711	云南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
325	天然胶乳橡胶避孕套	云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司昭通团结路连锁四店	NULATEX SDN.BHD	52±2mm 非平滑型(螺纹)	201708 17LW08	云南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
326	天然胶乳橡胶避孕套	河北鸿发乳胶制品有限公司	河北鸿发乳胶制品有限公司	光面型 宽度: 52±2mm (Φ33mm) 长度: ≥160mm	201804 180402	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
327	天然胶乳橡胶避孕套	河北鸿发乳胶制品有限公司	河北鸿发乳胶制品有限公司	光面型 宽度: 52±2mm (Φ33mm) 长度: ≥160mm	201804 180405	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
328	天然胶乳橡胶避孕套	河北双健乳胶制品有限公司	河北双健乳胶制品有限公司	光面型 宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm	180401 180401	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
329	天然胶乳橡胶避孕套	吉林省恒爱大药房连锁有限公司	茂名市江源乳胶制品有限公司	52mm±2mm 光面型	2018.03 T8031	吉林省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
330	天然胶乳橡胶避孕套	西双版纳政和药业有限公司	上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂)	52mm/光面润滑型	201705 170974	云南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
331	天然胶乳橡胶避孕套	成都泉源堂大药房连锁股份有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52mm	2018-03 1000419794	四川省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
332	天然胶乳橡胶避孕套	成都泉源堂大药房连锁股份有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52mm	2018-2 1000400664	四川省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
333	天然胶乳橡胶避孕套	聊城市顺达医疗器械有限公司	河北同乐胶乳制品有限公司	光面型 标称宽度: 52±2mm	201709 1709011	山东省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
334	天然胶乳橡胶避孕套	天津市亚马逊科技发展有限公司	HEVEA MEDICAL SDN.BHD	平滑型	201802 MYP1802 MYP1802	天津市市场和质量监督管理委员会	陕西省医疗器械质量监督检验院
335	天然胶乳橡胶避孕套	山东极美乳胶科技有限公司	山东极美乳胶科技有限公司	光面型 52±2mm	201805 18D17B	山东省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
336	天然胶乳橡胶避孕套	金乡县人民医院	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	光面型 标称宽度: W52mm	2016 09 40001934	山东省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
337	天然胶乳橡胶避孕套	海氏海诺乳胶(青岛)有限公司	海氏海诺乳胶(青岛)有限公司	光面型 标称宽度 52mm±2mm	2018/03 G180318	山东省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
338	天然胶乳橡胶避孕套	贵州上品保健贸易有限公司	河北同乐乳胶制品有限公司	颗粒型 长度: ≥160mm 宽度: 52±2mm	201801 1801013	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
339	天然胶乳橡胶避孕套	贵阳和美妇产医院	福州君悦乳胶有限公司	光面型 52mm ±2mm	2017/04 GD0414	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
340	天然胶乳橡胶避孕套	南平市圣安贸易有限公司	茂名市江源乳胶制品有限公司	平均宽度: 52mm±2mm 长度≥160mm 光面型	201801 80103A1	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
341	天然胶乳橡胶避孕套	贵阳友好妇科医院	威乐士医疗卫生用品(湖北)有限公司	52±2mm 光面型	201705 1705112	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
342	天然胶乳橡胶避孕套	贵阳济康保健品有限公司	广东汇通乳胶制品有限公司	光面型 52±2mm	20171002 HK1710G	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
343	天然胶乳橡胶避孕套	贵阳济康保健品有限公司	河北安琪胶业有限公司	52±2mm (W52) 平滑型	201802 180218	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
344	天然胶乳橡胶避孕套	贵阳维森保健品有限公司	东洋松浦乳胶(锦州)有限公司	52±2mm 浮点型	201706 70620	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
345	天然胶乳橡胶避孕套	长春市健仆医疗器械有限责任公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52mm	2018-02 1000410985	吉林省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
346	天然胶乳橡胶避孕套	贵阳一品康保健品有限公司	高平市丹阳橡胶制品有限公司	52±2mm 光面型	201709 17091533	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
347	天然胶乳橡胶避孕套	贵阳一品康保健品有限公司	福州君悦乳胶有限公司	52±2mm 光面型	201701 G00529	贵州省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
348	天然胶乳橡胶避孕套	长春市宽城区妇幼保健计划生育服务中心	天津中生乳胶有限公司	标称宽度: 52mm 颗粒	2017.11 17110605	吉林省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
349	天然胶乳橡胶避孕套	龙岩市九州通医药有限公司	优丽达斯(张家巷)乳胶制业有限公司	标称宽度: 52±2mm 光面(平面型)	201801 U8A803S U8A803S	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
350	天然胶乳橡胶避孕套	山东亚奇乳胶科技有限公司	山东亚奇乳胶科技有限公司	标称宽度: 52±2mm	YQ1804	山东省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
351	天然胶乳橡胶避孕套	青岛双蝶集团股份有限公司	青岛双蝶集团股份有限公司	标称宽度: 52mm	2018-05 21815AA 21815AA	山东省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
352	天然胶乳橡胶避孕套	新华区建设街社区卫生服务站	沈阳天地乳胶有限公司	标称宽度: 52mm 光面	201612 16124404	河南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
353	天然胶乳橡胶避孕套	长春市中心医院	大连乳胶有限责任公司	标称宽度 52mm 长度 ≥160mm 光面 型	201802 1802031	吉林省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
354	天然胶乳橡胶避孕套	宿迁市康果保健品有限公司	河北安琪胶业有限公司	52±2mm (W52) 平滑型	201801 180187	江苏省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
355	天然胶乳橡胶避孕套	吴忠市老百姓医药有限公司	马来西亚 NULATEX SDN.BHD	三合一型	2018/02 (1802/12)	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
356	天然胶乳橡胶避孕套	宿迁市康果保健品有限公司	广东汇通乳胶制品集团有限公司	光面型 宽度: 52±2mm	20171010 01FZ1710	江苏省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
357	天然胶乳橡胶避孕套	太原市安通泰泓医疗器械有限公司	广东汇通乳胶制品有限公司	宽度: 52±2mm 光面型	20170423 01FZ1704	山西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
358	天然胶乳橡胶避孕套	吴忠老百姓医药有限公司	马来西亚 NULATEX SDN.BHD	平滑超薄型	2018/02 (1802/10)	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
359	天然胶乳橡胶避孕套	太原健力康商贸有限公司	优丽达斯(张家港)乳胶制业有限公司	标称宽度: 52±2mm 光面 (平面型)	2017 11 U7K805F	山西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
360	天然胶乳橡胶避孕套	吴忠市老百姓医药有限公司	马来西亚 NULATEX SDN.BHD	颗粒型	2017/08 (1708/08)	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
361	天然胶乳橡胶避孕套	华润吉林康乃尔医药有限公司	河北同乐乳胶制品有限公司	面型 宽度: 52±2mm	2017.09 1709051	吉林省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
362	天然胶乳橡胶避孕套	抚顺东洲大药房连锁有限公司小东分店	不二乳胶株式会社	标称宽度: 52±2mm 长度: 180±10mm 粉红 光面型	2017.10 NQ17101	辽宁省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
363	天然胶乳橡胶避孕套	重庆通天大药房连锁有限公司铜梁区龙城大道店	优丽达斯(张家港)乳胶业有限公司	非光面(浮点型)、52±2mm	201704 U7D811D	重庆市食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
364	天然胶乳橡胶避孕套	天津市同润堂大药房连锁有限公司	晋江市康乐乳胶用品有限公司	浮点型 长度 ≥160mm 52mm±2mm	20180315 18031512B	天津市市场和质量监督管理委员会	陕西省医疗器械质量监督检验院
365	天然胶乳橡胶避孕套	济南市计划生育服务中心	上海金香乳胶制品有限公司	标称宽度 52mm 螺纹型	20180305 18032301	山东省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
366	天然胶乳橡胶避孕套	河北双健乳胶制品有限公司	河北双健乳胶制品有限公司	光面型 宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm	180402 180402	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
367	天然胶乳橡胶避孕套	吉林大药房药业股份有限公司医药大世界连锁店	青岛伦敦杜蕾斯公司	标称宽度 52mm	2018-03 1000430478	吉林省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
368	天然胶乳橡胶避孕套	河北安琪胶业有限公司	河北安琪胶业有限公司	平滑型 52±2mm (W52)	201804 180470	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
369	天然胶乳橡胶避孕套	吉林大药房药业股份有限公司医药大世界连锁店	SUPETEX LIMITED	标称宽度: 52mm (光面)	2017/08 17091ZR	吉林省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
370	天然胶乳橡胶避孕套	雅安西康医药有限公司	广州双一乳胶制品有限公司	标称宽度: 52mm 光面型	2017.06 17G06	四川省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
371	天然胶乳橡胶避孕套	雅安西康医药有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52mm	2018-01 1000370397	四川省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
372	天然胶乳橡胶避孕套	通化劲峰大药房连锁有限公司	广州双一乳胶制品有限公司	标称宽度: 52mm 光面型	2017.10 SY00317B	吉林省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
373	天然胶乳橡胶避孕套	贺州市妇幼保健院	桂林紫竹乳胶制品有限公司	光面型 标称宽度: W52mm	50001719	广西壮族自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
374	天然胶乳橡胶避孕套	江油市妇幼保健计划生育服务中心	广州双一乳胶制品有限公司	标称宽度: 52mm 光面型	20170831 17084007	四川省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
375	天然胶乳橡胶避孕套	绵阳市涪城区妇幼保健计划生育服务中心	广东汇通乳胶制品集团有限公司	光面型 标称宽度: 52mm	16095305 001	四川省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
376	天然胶乳橡胶避孕套	铜陵市计划生育委员会药具管理站	湛江市汇通药业有限公司	宽度 52mm 光面型	20171119 17110601 001	安徽省食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
377	天然胶乳橡胶避孕套	太原市小店区鑫亚新商店	河北双健乳胶制品有限公司	光面型 宽度: 52±2mm 长度 ≥160mm	170901	山西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
378	天然胶乳橡胶避孕套	民生药业集团河南德尔康药业有限公司	上海金香乳胶制品有限公司	标称宽度: 52mm 光面润滑型	201606 161591	河南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
379	天然胶乳橡胶避孕套	山西悦家商业有限公司长风店	康乐工业有限公司	宽度: 52±2mm 平面型	07/2017 J26173	山西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
380	天然胶乳橡胶避孕套	太原市迎泽区妇幼保健计划生育服务中心	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	光面型 标称宽度: 52mm	16 074409	山西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
381	天然胶乳橡胶避孕套	洛阳明康药业有限公司	马来西亚 NULATEX SDN.BHD	标称宽度: 52±2mm 平滑超薄型、颗粒型、三合一型	2015.03 YM15031/2/4	河南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
382	天然胶乳橡胶避孕套	铜陵安医大药房连锁有限公司	茂名市江源乳胶制品有限公司	光面型、平均宽度 52mm±2mm	2017.02 T7021	安徽省食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
383	天然胶乳橡胶避孕套	河北安琪胶业有限公司	河北安琪胶业有限公司	标称宽度: 52±2mm 平滑型	201804 180447	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
384	天然胶乳橡胶避孕套	河北同乐乳胶制品有限公司	河北同乐乳胶制品有限公司	光面型 标称宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm	201803 1803061	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
385	天然胶乳橡胶避孕套	河北同乐乳胶制品有限公司	河北同乐乳胶制品有限公司	光面型 标称宽度: 52±2mm	201803 1803181	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
386	天然胶乳橡胶避孕套	牡丹区西城办事处计划生育技术服务站	上海金香乳胶制品有限公司	螺纹型 标称宽度 52mm	20180131 18011501	山东省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
387	天然胶乳橡胶避孕套	十堰市用心人大药房连锁有限公司	东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司	52±2mm 光面型	201710 71015	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
388	天然胶乳橡胶避孕套	新疆康之源药业有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标尺宽度: 52.5mm	2017-06 1000254806	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
389	天然胶乳橡胶避孕套	新疆康之源药业有限公司	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	标称宽度: W52mm 非光面型(颗粒)	2018 03 JJ180305	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
390	天然胶乳橡胶避孕套	新疆康之源药业有限公司	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	标称宽度: W52mm 非光面型(颗粒)	2017 11 YDH1104	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
391	天然胶乳橡胶避孕套	乌鲁木齐满江红药业零售连锁有限责任公司	SURETEX LIMITED	52mm	2017/03 17036JB ZME8KX1	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
392	天然胶乳橡胶避孕套	乌鲁木齐满江红药业零售连锁有限责任公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52mm	2018-03 1000430478	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
393	天然胶乳橡胶避孕套	乌鲁木齐满江红药业零售连锁有限责任公司	晋江市康乐乳胶用品有限公司	长度≥160mm 52mm±2mm 光面型	20171116 17111622A	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
394	天然胶乳橡胶避孕套	乌鲁木齐满江红药业零售连锁有限责任公司	福州君悦乳胶有限公司	52mm±2mm/	2016/10 FC1005	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
395	天然胶乳橡胶避孕套	库尔勒九州通医药有限公司	威乐士医疗卫生用品(湖北)有限公司	W52±2mm/光面型	201706 1706101	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
396	天然胶乳橡胶避孕套	库尔勒九州通医药有限公司	优丽达斯(张家港)乳胶制业有限公司	52±2mm 光面(平面型)	2017 08 U7H604	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
397	天然胶乳橡胶避孕套	淮安广济医药连锁有限公司	广州双一乳胶制品有限公司	标称宽度: 52mm 标准长度: ≥170mm 颗粒型	2017.08 S1708DA	江苏省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
398	天然胶乳橡胶避孕套	淮安广济医药连锁有限公司	广州双一乳胶制品有限公司	标称宽度: 52mm 标准长度: ≥ 170 mm 光面型	2018.01 S1801SB	江苏省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
399	天然胶乳橡胶避孕套	山西桔伴商贸有限公司	韩国橡胶工业株式会社	标称宽度: 52 ± 2 mm 长度: 180 ± 10 mm 平滑型	01/2018 18JS002TN (GN)	山西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
400	天然胶乳橡胶避孕套	山西宁乐药业有限责任公司	高平市丹阳橡胶制品有限公司	标称宽度: $52\text{mm}\pm 2\text{mm}$ 长度 ≥ 160 mm 非光面型	201705 17051021	山西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
401	天然胶乳橡胶避孕套	桂林爱超健康产业有限公司	桂林爱超健康产业有限公司	W52 ± 2 MM 光面型 (普通)	CB1801	广西壮族自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
402	天然胶乳橡胶避孕套	桂林爱超健康产业有限公司	桂林爱超健康产业有限公司	W52 ± 2 MM 非光面型 (颗粒)	KL1801	广西壮族自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
403	天然胶乳橡胶避孕套	桂林恒保健康用品有限公司	桂林恒保健康用品有限公司	W55+2mm (光面)	HQ80223	广西壮族自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
404	天然胶乳橡胶避孕套	桂林恒保健康用品有限公司	桂林恒保健康用品有限公司	W50+2mm (光面)	HQ80509	广西壮族自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
405	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司	桂林紫竹乳胶制品有限公司	W52mm/光面型	2018年1月 30003093	广西壮族自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
406	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司	桂林紫竹乳胶制品有限公司	W52mm/光面型	2018年1月 30001585	广西壮族自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
407	天然胶乳橡胶避孕套	四川省儒龙医药有限公司	马来西亚 NULATEX SDN.BHD	平滑超薄型 标称宽度: 52mm±2mm	201704 TL1704B	四川省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
408	天然胶乳橡胶避孕套	桂林紫竹乳胶制品有限公司	桂林紫竹乳胶制品有限公司	W52mm/非光面型	2018年4月 70301462	广西壮族自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
409	天然胶乳橡胶避孕套	四川省儒龙医药有限公司	KAREX INDUSTRIES SDN.BHD.	标称宽度: 52mm±2mm 平滑超薄型	201707 17N2665	四川省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
410	天然胶乳橡胶避孕套	四川省儒龙医药有限公司	马来西亚古米特工业有限公司	光面型 标称宽度: 52±2mm	2017.05 17E34	四川省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
411	天然胶乳橡胶避孕套	安阳市舒康医疗器械有限公司	河北安琪胶业有限公司	52±2mm (W52) 颗粒型	201709 170930	河南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
412	天然胶乳橡胶避孕套	枣庄市市中区天力保健品店	福州君悦乳胶有限公司	52±2mm 长度: ≥160mm 光面型	201801 GE0122	山东省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
413	天然胶乳橡胶避孕套	中拓河北乳胶科技发展有限公司	中拓河北乳胶科技发展有限公司	光面型 标准宽度: 52±2mm	171115 171113	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
414	天然胶乳橡胶避孕套	武汉市杰士邦卫生用品有限公司咸宁分公司	PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD.	52mm 光面型	2018/01 LI180110	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
415	天然胶乳橡胶避孕套	武汉杰士邦卫生用品有限公司咸宁分公司	日本不二ラテックス株式会社	52mm 光面型 (超薄)	2018/03 1803ZCAH91	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
416	天然胶乳橡胶避孕套	武汉市杰士邦卫生用品有限公司咸宁分公司	SURETEX LIMITED	52mm 光面	2017/10 17104JP	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
417	天然胶乳橡胶避孕套	沙市区新生活健康用品经营部	NULATEXSDN. BHD.	52±2mm 非平滑型 (颗粒)	201504 15K04	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
418	天然胶乳橡胶避孕套	濮阳市康龙欣医疗器械有限公司	茂名市江源乳胶制品有限公司	光面型, 平均宽度: 52mm±2mm	2018/01 NH1801	河南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
419	天然乳胶橡胶避孕套	深圳市才俊商贸有限公司	马来西亚 HEVEA MEOICAL SON.BHD	52mm±2mm	12/2017 17N0033	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
420	天然胶乳橡胶避孕套	钦州医药有限责任公司	茂名市江源乳胶制品有限公司	颗粒型	201701 70109B1	广西壮族自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
421	天然胶乳橡胶避孕套 OKAMOTO CONDOM	上海联家超市有限公司万里店	冈本株式会社	Okamoto Super Thin condom	12/2017 HK147Z15B	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
422	天然胶乳橡胶避孕套	上海联家超市有限公司万里店	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52.5mm	2017-12 1000335683	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
423	天然胶乳橡胶避孕套	义乌市妇幼保健计划生育服务中心	上海金香乳胶制品有限公司	标称宽度 52mm 光面型	16100802	浙江省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
424	天然胶乳橡胶避孕套	内蒙古慧道商贸有限公司	福州君悦乳胶有限公司	52±2mm 长度≥160mm/光面型	201801 GE0125	内蒙古自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
425	天然胶乳橡胶避孕套	内蒙古慧道商贸有限公司	福州君悦乳胶有限公司	52±2mm 长度≥160mm/浮点型	201709 FD0918	内蒙古自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
426	天然胶乳橡胶避孕套	内蒙古慧道商贸有限公司	河北同乐乳胶制品有限公司	宽度 52±2mm 长度≥160mm/光面型	180101 1801011	内蒙古自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
427	天然胶乳橡胶避孕套	内蒙古慧道商贸有限公司	福州君悦乳胶有限公司	52±2mm 长度≥160mm/光面型	201803 GE0303	内蒙古自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
428	天然胶乳橡胶避孕套	广西正好医药有限公司	上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂)	螺纹香味型	201502 SH150352	广西壮族自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
429	天然胶乳橡胶避孕套	内蒙古慧道商贸有限公司	河北同乐乳胶制品有限公司	宽度 52±2mm 长度≥160mm/光面型	201709 1709011	内蒙古自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
430	天然乳胶橡胶避孕套	深圳欧顿门诊部	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	W52mm 光面	2016 10 30001783	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
431	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市君健商贸有限责任公司	PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD.	52mm/光面型	2018/02 LB180212	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
432	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市君健商贸有限责任公司	SURETEX LIMITED	52mm	2017/10 17104JP	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
433	天然胶乳橡胶避孕套	日照振邦药业有限公司十五分店	河北双键乳胶制品有限公司	宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm 颗粒型	180101 180101	山东省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
434	天然胶乳橡胶避孕套	东莞市广济医药有限公司	茂名市江源乳胶制品有限公司	52mm±2mm/光面型	201412 41201C1	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
435	天然胶乳橡胶避孕套	重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健计划生育服务中心	广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂)	标称宽度: 52mm、光面型	20170701 17070601	重庆市食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
436	天然胶乳橡胶避孕套(安全套)	东莞市仁正医药贸易有限公司	湛江市汇通药业有限公司	52±2mm 光面型	20170809 JYA1708	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
437	天然胶乳橡胶避孕套	江津区桐君阁大药房爱尚店	上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂)	52mm 光面润滑型	06/2015 151291	重庆市食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
438	天然胶乳橡胶避孕套	徐州市妇幼保健院	上海金香乳胶制品有限公司	标称宽度: 52mm 光面型	2018.02 180051	江苏省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
439	天然胶乳橡胶避孕套	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52mm	2018-04 1000466853 1000466853	山东省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
440	天然胶乳橡胶避孕套	天津华润万家生活超市有限公司先锋路分店	康乐工业有限公司	颗粒型 宽度: 52±2mm	201708 TP6211	天津市市场和质量监督管理委员会	陕西省医疗器械质量监督检验院
441	天然胶乳橡胶避孕套	重庆琪宏医疗器械有限公司	湛江市汇通药业有限公司	光面型 52±2mm	2017.8.12 7082	重庆市食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
442	天然胶乳橡胶避孕套	乐陵市恒发购物中心有限公司	桂林紫竹乳胶制品有限公司	标称宽度: W52mm 光面型	201709 90001577 90001577	山东省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
443	天然胶乳橡胶避孕套	上海金香乳胶制品有限公司	上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂)	52mm 光面润滑型	201803 180141	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
444	天然胶乳橡胶避孕套	东营市益生堂药业连锁有限公司第十一药店	广州万方健医药有限公司	标称宽度:52mm 光面型	2018年01月 CW8012	山东省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
445	天然胶乳橡胶避孕套	莆田市大同医药有限公司	山东亚奇乳胶科技有限公司	标称宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm 光面	201710 201710	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
446	天然胶乳橡胶避孕套	莆田市大同医药有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52.5mm	2017-12 1000350888	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
447	天然胶乳橡胶避孕套	滨州市康泉大药房连锁有限公司	晋江市康乐乳胶用品有限公司	光面型长度 ≥160mm 52mm±2mm	201601 16010322A	山东省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
448	天然胶乳橡胶避孕套	福建九州通医药有限公司	广州双一乳胶制品有限公司	标称宽度: 52mm 颗粒型	2018.03 18K04	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
449	天然胶乳橡胶避孕套	福州君悦乳胶有限公司	福州君悦乳胶有限公司	52±2mm 长度: ≥160mm 光面型	201805 GE0519	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
450	天然胶乳橡胶避孕套	北京明和堂医药有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52.5mm	2017-07 1000339122	北京市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
451	天然胶乳橡胶避孕套	晋江市康乐乳胶用品有限公司	晋江市康乐乳胶用品有限公司	52±2mm/光面型	20180515 18051522A	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
452	天然胶乳橡胶避孕套	丽水市金贸医疗器械有限公司	上海名邦橡胶制品有限公司	标称宽度: 52±2 (mm) 光面普通型	2018.02 J18022J	浙江省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
453	天然胶乳橡胶避孕套	晋江市康乐乳胶用品有限公司	晋江市康乐乳胶用品有限公司	52±2mm 浮点型	20180520 18052012B	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
454	天然胶乳橡胶避孕套	天津中生乳胶有限公司	天津中生乳胶有限公司	光面型 标称宽度 52mm±2mm 长度≥160mm	201805 QS201805	天津市市场和质量监督管理委员会	陕西省医疗器械质量监督检验院
455	天然胶乳橡胶避孕套	晋江市康乐乳胶用品有限公司	晋江市康乐乳胶用品有限公司	52±2mm/光面型	20180309 18030921A	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
456	天然胶乳橡胶避孕套	天津中生乳胶有限公司	天津中生乳胶有限公司	颗粒型 标称宽度 52mm±2mm 长度≥160mm	201805 QA201805	天津市市场和质量监督管理委员会	陕西省医疗器械质量监督检验院
457	天然胶乳橡胶避孕套	浙江相伴乳胶制品有限公司	浙江相伴乳胶制品有限公司	标称宽度 52±2mm 光面型	20180429 18042502	浙江省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
458	天然乳胶橡胶避孕套	浙江江南益寿堂医药连锁有限公司	苏州嘉乐威企业发展有限公司	标称宽度: 52mm 颗粒型	2017.10 171002B	浙江省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
459	天然乳胶橡胶避孕套 (黄金大储)	广东万方健医药有限公司	广东万方健医药有限公司	52mm/光面型	2018年01月 CD8014	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
460	天然胶乳橡胶避孕套	佳儿乐 (厦门) 化工有限公司	Takaso Rubber Products Sdn.Bhd. (达加富橡胶产品有限公司)	宽度 52±2mm 规格: Φ33mm 普通光面型	51013	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
461	天然胶乳橡胶避孕套	安徽贰壹肆卫生科技有限公司	安徽贰壹肆卫生科技有限公司	光面型 52mm	2018.04 Y180402 Y180402	安徽省食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
462	天然胶乳橡胶避孕套	丽水市诚信医疗器械有限公司	桂林爱超健康产业有限公司	W52±2mm 非光面型(颗粒)	201712 KL1712	浙江省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
463	天然胶乳橡胶避孕套	丽水市诚信医疗器械有限公司	优丽达斯(张家港)乳胶制业有限公司	52±2mm	201803 U8C603	浙江省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
464	天然胶乳橡胶避孕套	镇江市祥云药业连锁有限公司	马来西亚 Innolax 橡胶工业有限公司	规格宽度: (W52mm±2m m) 果味光面	01/2018 PM/34761	江苏省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
465	天然胶乳橡胶避孕套	丽水市妇幼保健院	广东汇通乳胶制品有限公司	光面型 宽度: 52±2mm	20180222 HK1802G	浙江省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
466	天然胶乳橡胶避孕套	漳州市康士通医疗设备有限公司	优丽达斯(张家港)乳胶制业有限公司	52±2mm 光面(平面形)	2017.08 U7H603	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
467	天然胶乳橡胶避孕套	上海市长宁区人口和计划生育指导中心	浙江相伴乳胶制品有限公司	规格宽度: 49mm 光面型	201610 16103603	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
468	天然胶乳橡胶避孕套	上海市长宁区人口和计划生育指导中心	浙江相伴乳胶制品有限公司	规格宽度: 55mm 光面型	201610 16103703	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
469	天然胶乳橡胶避孕套	上海市长宁区人口和计划生育指导中心	上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂)	光面型 规格宽度: 52mm	20170825 17082304	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
470	天然胶乳橡胶避孕套	武汉杰士邦卫生用品有限公司	Suretex Propylactics (India) Limited	52mm 非光面型	2017/06 LF170605	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验研究所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
471	天然胶乳橡胶避孕套	武汉杰士邦卫生用品有限公司	SURETEX LIMITED	52mm 光面型	2018/01 18017JD	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
472	天然胶乳橡胶避孕套	武汉杰士邦卫生用品有限公司	不二ラテックス株式会社	52mm 光面型 (超薄)	2018/03 1803ZCRE91	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
473	天然胶乳橡胶避孕套	武汉杰士邦卫生用品有限公司	PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD.	52mm 光面型	2017/07 LP170711	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
474	天然胶乳橡胶避孕套	丽水市人民医院	广东汇通乳胶制品集团有限公司	光面型 宽度: 52±2mm	20180102 HB1801G	浙江省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
475	天然胶乳橡胶避孕套	湛江桥顺大药房连锁有限公司	广东汇通乳胶制品有限公司	束腰(颗粒+螺纹)型 52±2mm	20170702 S17074	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
476	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	湛江市汇通药业有限公司	52±2mm 光面型	20170702 7071	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
477	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品集团有限公司	广东汇通乳胶制品集团有限公司	52mm 光面型	20180108 18010501	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
478	天然胶乳橡胶避孕套	优丽达斯(张家港)乳胶业有限公司	优丽达斯(张家港)乳胶业有限公司	光面(平面形) 标称宽度: 52±2mm	2018 03 U8C801S	江苏省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
479	天然胶乳橡胶避孕套	海南好康医药有限公司	茂名市江源乳胶制品有限公司	52±2mm 长度: ≥160mm 颗粒型	2017.01 A1701K	海南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
480	天然胶乳橡胶避孕套	辽宁福缘堂大药房连锁有限公司	施梦(天津)乳胶有限公司	标称宽度: 52±2mm	201603 KL1603	辽宁省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
481	天然胶乳橡胶避孕套	浙江江山百草堂医药有限公司	茂名市江源乳胶制品有限公司	光面型, 平均宽度: 52mm±2mm	201802 80203C1	浙江省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
482	天然胶乳橡胶避孕套	舟山里肯医药连锁有限公司	茂名市江源乳胶制品有限公司	平均宽度: 52mm±2mm 长度≥160mm 光面型	201801 80105C1	浙江省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
483	天然乳胶橡胶避孕套	上海得一医药有限公司	优丽达斯(张家港)乳胶制品有限公司	浮点装 粉红色 标称宽度: 52mm±2mm (Φ33mm) Dotted, Pink color	2016 10 U6J506	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
484	天然胶乳橡胶避孕套	定州市平安医药连锁有限公司	山东亚奇乳胶科技有限公司	标称宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm 光面	2018.04 201804	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
485	天然胶乳橡胶避孕套	华东医药存德(舟山)有限公司	马来西亚 Innolatex 橡胶工业有限公司	标称宽度: (W52mm±2mm) 果味光面	01/2018 PS34761	浙江省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
486	天然胶乳橡胶避孕套	广州市越秀区光塔街道办事处人口和计划生育办公室	大连乳胶有限责任公司	52mm 光面	201610 16102004	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
487	天然胶乳橡胶避孕套	张家口新兴南山堂药房连锁有限公司红旗楼店	施梦(天津)乳胶有限公司	标称宽度: 52±2mm 颗粒型	2017.10 KL1710	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
488	天然胶乳橡胶避孕套	北京同仁堂承德连锁药店有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52mm	2017-05 1000244140	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
489	天然胶乳橡胶避孕套	大连乳胶有限责任公司	大连乳胶有限责任公司	颈环物理延时光面型 52mm	201805 18052805	辽宁省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
490	天然胶乳橡胶避孕套	金昌吉鑫商贸有限公司	韩国橡胶工业株式会社(代理;北京艾伦斯保健品有限公司)	平滑型 标称宽度 52±2mm	2016.11 16BJ003D	甘肃省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
491	天然胶乳橡胶避孕套	天津市武清区计划生育药具管理站	大连乳胶有限责任公司	物理延时光面 标称宽度: 52mm	201707 17072605	天津市市场和质量监督管理委员会	陕西省医疗器械质量监督检验院
492	天然胶乳橡胶避孕套	百色市同济医药有限公司	晋江市康乐乳胶用品有限公司	8只装 52mm±2mm	20161208 16120811B	广西壮族自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
493	天然胶乳橡胶避孕套	南通市康顺大药房有限公司	NULATEX SDN.BHD.	标称宽度: 52±2mm 非平滑型(颗粒)	201712 17KL12	江苏省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
494	天然胶乳橡胶避孕套	广东诚美经济发展有限公司	GUMMITECH INDUSTRIES SDN.BHD(马来西亚古米特工业有限公司)	光面型 52±2mm	2018.01 18A87	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
495	天然胶乳橡胶避孕套	邯郸市志英医药有限公司	福州君悦乳胶有限公司	52±2mm 长度: ≥160mm 光面型	2017.10 GD1009	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
496	天然胶乳橡胶避孕套	广西周大药业有限公司	广东汇通乳胶制品有限公司	颗粒型 52±2mm	20180222 HT1802M	广西壮族自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
497	天然胶乳橡胶避孕套	宜昌市福益堂药品零售有限责任公司	广州双一乳胶制品有限公司	52mm 光面型	2016.08 XB1608R	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
498	天然胶乳橡胶避孕套	南通庚洲贸易有限公司	PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD.	标称宽度: 52mm 光面型	2018/01 LB180104	江苏省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
499	天然胶乳橡胶避孕套	三明市三元区妇幼保健院	桂林恒保健康用品有限公司	52mm 非光面 (螺纹型)	201610 16100302	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
500	天然胶乳橡胶避孕套	天津市诚美贸易发展有限公司	广州双一乳胶制品有限公司	标称宽度: 52mm/颗粒型	2017.10 G1711D	天津市市场和质量监督管理委员会	陕西省医疗器械质量监督检验院
501	天然胶乳橡胶避孕套	广西玉林市至真药业连锁有限责任公司	广东诺丝科技股份有限公司	平面型	11/2017 HR6290	广西壮族自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
502	天然胶乳橡胶避孕套	天津市诚美贸易发展有限公司	马来西亚古米特工业有限公司	光面型 标称宽度: 52±2mm	201709 17104	天津市市场和质量监督管理委员会	陕西省医疗器械质量监督检验院
503	天然胶乳橡胶避孕套	广西福中堂药业有限公司	广州双一乳胶制品有限公司	52mm 螺纹型	2017.04	广西壮族自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
504	天然胶乳橡胶避孕套	河北优科斯橡胶科技有限公司	河北优科斯橡胶科技有限公司	52mm±2mm 长度≥170mm 光面型	201805 18MM013	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
505	天然胶乳橡胶避孕套	兰州健怡商贸有限公司	海氏海诺乳胶(青岛)有限公司	光面型 标称宽度 52mm±2mm	2018/01 G180102	甘肃省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
506	天然胶乳橡胶避孕套	天济大药房连锁有限公司	青岛双蝶集团股份有限公司	52mm	2018-01 K11716AH	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
507	天然胶乳橡胶避孕套	大庆龙南医院	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	光面 标称宽度: W52mm	2017 03 90001791	黑龙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
508	天然胶乳橡胶避孕套	辽宁万维超市连锁有限公司鲅鱼圈分公司	康乐工业有限公司	颗粒型	11/2017 批 TL6288	辽宁省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
509	天然胶乳橡胶避孕套	镇江美迪克生物工程技术有限公司	Thai Nippon Rubber Industry co.Ltd.	光面型橡胶避孕套(普通型) 宽度: 52mm±2mm 长度不小于160mm	01/2017 N01170101	江苏省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
510	天然胶乳橡胶避孕套	广州市丽程贸易有限公司	Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited	52mm±2mm 光面型橡胶避孕套(普通型)	02/2018 N06180209	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
511	天然胶乳橡胶避孕套	天津世纪滨海生物医药有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52mm	2018-03 1000426144	天津市市场和质量管理委员会	陕西省医疗器械质量监督检验院
512	天然胶乳橡胶避孕套	天津福芝林医药科技有限公司	马来西亚 NULATEX SDN.BHD	平滑超薄型	201802 180201	天津市市场和质量管理委员会	陕西省医疗器械质量监督检验院
513	天然胶乳橡胶避孕套	来宾市兴宾区人民医院	湛江市汇通药业有限公司	光面型	20171202 7121	广西壮族自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
514	天然胶乳橡胶避孕套	丹东康达大药房连锁有限公司	广州万方健医药有限公司	标称宽度: 52mm 小储精囊/光面型	2017年04月 GX7041	辽宁省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
515	天然胶乳橡胶避孕套	辽阳大润发商业有限公司	SURETEX LIMITED	型号: 光面 规格: 52mm	2017/04 17043JP	辽宁省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
516	天然胶乳橡胶避孕套	潜江市妇幼保健计划生育服务中心	上海金香乳胶制品有限公司	52mm 螺纹型	20171228 17127601	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
517	天然胶乳橡胶避孕套	宁德市蕉城区妇幼保健院	桂林恒保健康用品有限公司	52mm 非光面 (螺纹型)	201610 16100402	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
518	天然胶乳橡胶避孕套	宁德市众世康大药房有限公司蕉北同悦分店	马来西亚 NULATEX SDN.BHD (马来西亚优立德有限公司)	标称宽度 52mm±2mm 平滑超薄型	201704 CP17042	福建省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
519	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市万生堂实业有限公司	冈本株式会社	Okamoto Super Thin condom	12/2017 HK147Z15B	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
520	天然胶乳橡胶避孕套	河南省益佳康医药连锁有限责任公司	保定三普科技开发有限公司	光面型 宽度: 52±2mm 长度 ≥160mm	170208	河南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
521	天然胶乳橡胶避孕套	河南丽康医药连锁有限公司	马来西亚 PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD.	标称宽度:52mm 光面型	2017/12 LB171221	河南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
522	天然胶乳橡胶避孕套	老百姓大药房连锁(广西)有限公司贵港解放路店	湛江市汇通药业有限公司	宽度: 52+2mm 光面型.平行边带储精囊	20170408 7041	广西壮族自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
523	天然胶乳橡胶避孕套	盐城舒乐美胶业有限公司	盐城舒乐美胶业有限公司	长度≥160mm, 标称宽度 52±2mm 光面型	20180321 18032112	江苏省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
524	天然胶乳橡胶避孕套	赤峰生殖健康专科医院	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	52mm	16117109 16117109	内蒙古自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
525	天然胶乳橡胶避孕套	赤峰现代妇产医院	大连乳胶有限责任公司	52±2MM	201803 1803011	内蒙古自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
526	超润滑天然胶乳橡胶避孕套	赤峰润康医疗器械有限公司	河北同乐乳胶制品有限公司	宽度 52±2mm 长度≥160mm	201710 1710013	内蒙古自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
527	天然胶乳橡胶避孕套	赤峰润康医疗器械有限公司	福州君悦乳胶有限公司	标称宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm 型号: 浮点型	201710 FD1028	内蒙古自治区食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
528	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市万生堂实业有限公司	冈本株式会社	52±2mm	11/2017 HK037L99B	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
529	天然胶乳橡胶避孕套	西藏康健医药销售有限公司	广州双一乳胶制品有限公司	52mm 光面型	2018.02 18G03	西藏自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
530	天然胶乳橡胶避孕套	东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司	东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司	52±2mm ≥160mm 光面型	201709 70928	辽宁省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
531	天然胶乳橡胶避孕套	西藏康健医药销售有限公司	优丽达斯(张家港)乳胶业有限公司	标称宽度: 52±2mm 光面 (平面型)	2017 11 U7K806F	西藏自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
532	天然胶乳橡胶避孕套	拉萨金西格桑林卡大药房	高平市丹阳橡胶制品有限公司	标称宽度: 52mm±2mm 长度≥160mm 光面型	201708 17082031	西藏自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
533	天然胶乳橡胶避孕套	东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司	东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司	52±2mm ≥160mm 光面型 平行边带精囊	201709 70925	辽宁省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
534	天然胶乳橡胶避孕套	天津太平新华医疗器械有限公司	施梦(天津)乳胶有限公司	光面型 标称宽度: 52±2mm	201701 17011105	天津市市场和质量监督管理委员会	陕西省医疗器械质量监督检验院
535	天然胶乳橡胶避孕套	重庆市天心药业有限责任公司	湛江市汇通药业有限公司	宽度 52±2mm 光面型	20170202 7021	重庆市食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
536	天然胶乳橡胶避孕套	上海名邦橡胶制品有限公司	上海名邦橡胶制品有限公司	52±2 (mm) /光面超薄型	2017.11 D17112C	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
537	天然胶乳橡胶避孕套	西藏卓康健康管理有限公司医药超市	晋江市康乐乳胶用品有限公司	52mm±2mm 浮点型	20180106 18010612B	西藏自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
538	天然胶乳橡胶避孕套	临汾市尧都区计划生育药具管理站	沈阳天地乳胶有限公司	光面 标称宽度: 52mm	2016 08 16080702	山西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
539	天然胶乳橡胶避孕套	西藏自治区生育健康药具管理中心	苏州嘉乐威企业发展有限公司	标称宽度: 52mm	20170711 17073203	西藏自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
540	天然胶乳橡胶避孕套	海南鸿春堂药房连锁经营有限公司	康乐工业有限公司	52±2mm 平面型	10/2017 L6250	海南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
541	天然胶乳橡胶避孕套	山西临汾竹林大药房连锁有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52mm	2017-11 1000339826	山西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
542	天然胶乳橡胶避孕套	西藏自治区生育健康药具管理中心	桂林紫竹乳胶制品有限公司	52mm 光面	201609 16092803	西藏自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
543	天然胶乳橡胶避孕套	海南鸿春堂药房连锁经营有限公司	马来西亚古米特工业有限公司 GUMMITECH INDUSTRIES SDN.BHD	光面型 52±2mm	2017.08 17H09	海南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
544	天然胶乳橡胶避孕套	拉萨兴兴医药科技有限公司	高平市丹阳橡胶制品有限公司	标称宽度: 52±2mm 颗粒型	201701 17010223	西藏自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
545	天然胶乳橡胶避孕套	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	湛江市汇通药业有限公司	光面型 平行边带储精囊 宽度: 52±2mm	20171102 7111	海南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
546	天然胶乳橡胶避孕套	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	GUMMITECH INDUSTRIES SDN.BHD(马来西亚古米特工业有限公司)	52±2mm 非光面型	2017.09 17I05	海南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
547	天然胶乳橡胶避孕套	天津市启东金象大药房医药连锁有限公司	海氏海诺乳胶(青岛)有限公司	标称宽度 52mm±2mm/光面型	2018/02 G180207	天津市市场和质量监督管理委员会	陕西省医疗器械质量监督检验院
548	天然胶乳橡胶避孕套	海南省第三人民医院	广州双一乳胶制品有限公司	光面型 52mm	2018.02 Q1802C	海南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
549	天然胶乳橡胶避孕套	九州通本溪医药有限公司	海氏海诺乳胶(青岛)有限公司	标称宽度 52mm±2mm/异型	2017/12 Y171201	辽宁省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
550	天然胶乳橡胶避孕套	阜新东藏药业有限责任公司	上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂)	52mm/光面润滑型	201711 170914	辽宁省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
551	天然胶乳橡胶避孕套	重庆市合川区妇幼保健计划生育服务中心	沈阳天地乳胶有限公司	颗粒、52mm	20180203 18020402	重庆市食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
552	天然胶乳橡胶避孕套	伊春市保康医药连锁有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52mm	2017-12 1000347721	黑龙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
553	天然胶乳橡胶避孕套	伊春市保康医药连锁有限公司	广州大明联合橡胶制品有限公司	标称宽度: 52mm 浮点型	2017.04 DNTH1D02	黑龙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
554	天然胶乳橡胶避孕套	伊春市保康医药连锁有限公司	山东铭源乳胶有限责任公司	W52±2mm (非光面)	17030225	黑龙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
555	天然胶乳橡胶避孕套	高平市丹阳橡胶制品有限公司	高平市丹阳橡胶制品有限公司	长度≥160mm 标称宽度 52±2mm 光面型	201804 18041831	山西省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
556	天然胶乳橡胶避孕套	秦皇岛市海港区燕山大街社区卫生服务中心	桂林恒保健康用品有限公司	52mm 非光面 (螺纹型)	201710 17102002	河北省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
557	天然胶乳橡胶避孕套	宁夏德立倍老百姓医药有限责任公司	高平市丹阳橡胶制品有限公司	颗粒型、 52mm±2mm	201803 18031311	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
558	天然胶乳橡胶避孕套	固原市医药有限责任公司	广州双一乳胶制品有限公司	标称宽度: 52mm 颗粒型	2017.08 S1708DA S1708DA	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
559	天然胶乳橡胶避孕套	固原市医药有限责任公司	上海金香乳胶制品有限公司 (原上海乳胶厂)	修改为“52mm 光面润滑型	201606 161634 161634	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
560	天然胶乳橡胶避孕套	大连乳胶有限责任公司	大连乳胶有限责任公司	光面型 52mm	201805 18051801	辽宁省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
561	天然胶乳橡胶避孕套	黄石市润裕商贸有限公司	广东汇通乳胶制品有限公司	52±2mm 光面型	20170522 7053	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
562	天然胶乳橡胶避孕套	大连盛日华医疗保健品有限公司	PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD	52±2mm 长度 ≥160mm 颗粒型	2018-02 18B46	辽宁省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
563	天然胶乳橡胶避孕套	天门市妇幼保健院	浙江相伴乳胶制品有限公司	光面型 52mm	20171213 17120702	湖北省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
564	天然胶乳橡胶避孕套	联合十五分电子商务连锁股份有限公司	广州双一乳胶制品有限公司	52mm/颗粒型	2017年01月 A1701LM	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
565	天然胶乳橡胶避孕套	甘肃信谊堂药业连锁有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度: 52mm	2018-03 1000419797	甘肃省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
566	天然胶乳橡胶避孕套	必康百川医药(河南)有限公司	湛江市汇通药业有限公司	宽度: 52±2mm 螺纹型	20161112 16115	河南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
567	天然胶乳橡胶避孕套	必康百川医药(河南)有限公司	湛江市汇通药业有限公司	宽度: 52±2mm 颗粒型	20170515 7058	河南省食品药品监督管理局	湖北省医疗器械质量监督检验研究院
568	天然胶乳橡胶避孕套	陕西省计划生育药具管理服务中心	上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂)	52mm 光面型	201708 17081304	陕西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
569	天然胶乳橡胶避孕套	陕西省计划生育药具管理服务中心	上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂)	标称宽度 52mm 光面型	201708 17080802	陕西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
570	天然胶乳橡胶避孕套	安徽妙仁堂大药房连锁有限公司御景苑分店	Innolatex (Thailand) Limited	光面 标称宽度: 52mm	TB16082	安徽省食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
571	天然乳胶橡胶避孕套	沈阳天地乳胶有限公司	沈阳天地乳胶有限公司	类型: 颗粒 标称宽度: 52mm	20180402 18040202 41	辽宁省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
572	天然胶乳橡胶避孕套	广东诺丝科技股份有限公司	康乐工业有限公司	52±2mm/平面型	2017年11月 L6281	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
573	天然胶乳橡胶避孕套	中山市辰星医药有限公司	湛江市汇通药业有限公司	52±2mm 光面型	2017年11月13日 JYA1711	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
574	天然胶乳橡胶避孕套	兰州西城药业集团责任有限公司酒泉分公司	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	光面 标称宽度W52mm	2016 03 90006013	甘肃省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
575	天然乳胶橡胶避孕套	沈阳天地乳胶有限公司	沈阳天地乳胶有限公司	颗粒 52mm	20180404 18040402 41	辽宁省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
576	天然胶乳橡胶避孕套	上海市中西医结合医院	上海名邦橡胶制品有限公司	标称宽度: 52±2mm 光面	1512104	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
577	天然胶乳橡胶避孕套	西宁玛丽亚妇科医院	广东汇通乳胶制品有限公司	标称宽度: 52mm 光面型	16090703 001	青海省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
578	天然胶乳橡胶避孕套	西宁玛丽亚妇科医院	广东汇通乳胶制品有限公司	标称宽度: 52mm 内装数量: 10 只装 类型: 光面型	16096805 001	青海省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
579	天然胶乳橡胶避孕套	六安市中华大药房(连锁)有限公司	东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司	光面型 宽度: 52±2mm 长度 ≥160mm	2017.05 1705S	安徽省食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
580	天然胶乳橡胶避孕套	安徽省宣城市医药有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52mm	2018-02 1000400666	安徽省食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
581	天然胶乳橡胶避孕套	重庆渝进药业药业有限公司	晋江市康乐乳胶用品有限公司	非光面型(浮点) 52±2mm	20170107 17010712B	重庆市食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
582	天然胶乳橡胶避孕套	芜湖市鸠江区妇幼保健计划生育服务中心	沈阳天地乳胶有限公司	螺纹、52mm	20180107 18010601	安徽省食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
583	天然胶乳橡胶避孕套	上海九州通医药有限公司	广州双一乳胶制品有限公司	标称宽度: 52mm 类型: 光面型	2017.05 B17G05	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
584	天然胶乳橡胶避孕套	拉萨市圣洁商贸有限公司圣洁医药超市	SURETEX LIMITED	标称宽度: 52mm	2017/05 17065JLL	西藏自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
585	天然胶乳橡胶避孕套	上海九州通医药有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52mm	2018-03 1000426199	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
586	天然胶乳橡胶避孕套	拉萨市圣洁商贸有限公司圣洁医药超市	福州君悦乳胶有限公司	52mm±2mm 光面型	2015/08 GB0801	西藏自治区食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
587	天然胶乳橡胶避孕套(含苯佐卡因)	斯腾爽健贸易(上海)有限公司	SSL Manufacturing (Thailand) Ltd	异型结构型, 标称宽度: 52.5mm	2018/03 1000433136	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
588	天然胶乳橡胶避孕套(含苯佐卡因)	斯腾爽健贸易(上海)有限公司	SSL Manufacturing (Thailand) Ltd	异型结构型, 标称宽度: 52.5mm	2018/03 1000427032	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
589	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	广州双一乳胶制品有限公司	52mm 光面型	2018.01 WMG18A	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
590	天然胶乳橡胶避孕套	重庆市龙胜源商贸有限公司	河北同乐乳胶制品有限公司	光面型 宽 52mm	1705061	重庆市食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
591	天然胶乳橡胶避孕套	嘉峪关康盛医药连锁有限公司第一分店	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度: 52mm	2018-03 1000418487	甘肃省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
592	天然胶乳橡胶避孕套	朝阳市妇幼保健计划生育服务中心	上海金香乳胶制品有限公司	螺纹型 标称宽度 52mm	20171125 17112602	辽宁省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
593	天然胶乳橡胶避孕套	青海君健医疗器械有限公司	茂名市江源乳胶制品有限公司	光面型 平均宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm	2018.01 JLS1801G	青海省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
594	天然胶乳橡胶避孕套	西宁城北冠越保健品经营部	河北同乐乳胶制品有限公司	光面型 标称宽度: 52±2mm 长度≥160mm	180103 1801033	青海省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
595	天然胶乳橡胶避孕套	鸡西市华泰大药房连锁有限公司	福州君悦乳胶有限公司	异型 52±2mm	2017/11 YD1125	黑龙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
596	天然胶乳橡胶避孕套	西宁城北晓阳保健食品批发部	东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司	光面型 宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm	201802 80201	青海省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
597	天然胶乳橡胶避孕套	葫芦岛市妇幼保健计划生育服务中心	大连乳胶有限责任公司	物理延时光面 标称宽度: 52mm	201703 17032801	辽宁省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
598	天然胶乳橡胶避孕套	西宁城北晓阳保健食品批发部	马来西亚 NULATEX SDN.BHD.	平滑型 长度 ≥160mm 标称宽度: 52±2mm	2016.02 HC16021	青海省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
599	天然胶乳橡胶避孕套	西宁城北晓阳保健食品批发部	东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司	宽度: 52±2mm 长度: ≥160mm/ 平行边带精囊 光面型	201707 70709	青海省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
600	天然胶乳橡胶避孕套	广州大明联合橡胶制品有限公司	广州大明联合橡胶制品有限公司	52mm/平纹型	2018.04 SHDNUGA2D03	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
601	天然胶乳橡胶避孕套	重庆医药黔江医药有限公司	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	光面 标称宽度 W52mm	201701 50001937	重庆市食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
602	天然胶乳橡胶避孕套	北京创世兴和堂医药有限责任公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52.5mm	2017-10 1000322786	北京市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
603	天然胶乳橡胶避孕套	鸡西市妇幼保健院	河北安琪胶业有限公司	颗粒型 52±2mm (W52)	201707 170754	黑龙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
604	天然乳胶橡胶避孕套	广州采芝林药业有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52mm	2018-01 1000377649	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
605	天然胶乳橡胶避孕套	广州采芝林药业有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52.5mm	2018-01 1000366485	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
606	天然胶乳橡胶避孕套	琼海市人民医院	湛江市汇通药业有限公司	平行边带储精囊 宽度: 52±2mm 光面型	20170408 7041	海南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
607	天然胶乳橡胶避孕套(安全套)	海南源安隆医药集团有限公司	湛江市汇通药业有限公司	颗粒型 52±2mm	20171113 JYB1711	海南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
608	天然胶乳橡胶避孕套	海南源安隆医药集团有限公司	康乐工业有限公司	宽度: 52±2mm 平面型	04/2017 CW6094	海南省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
609	天然胶乳橡胶避孕套	青海汇信医疗设备有限公司	福州君悦乳胶有限公司	52±2mm 长度 ≥160mm/光面型	201701 GD0112	青海省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
610	天然胶乳橡胶避孕套	青海汇信医疗设备有限公司	河北同乐乳胶制品有限公司	光面型 标称宽度: 52±2mm 长度 ≥160mm	201607 160701	青海省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
611	天然胶乳橡胶避孕套	北京艾伦斯保健品有限公司	Hankook Latex gongup co.,ltd 韩国橡胶工业株式会社	长度 180±10mm 标称宽度: 52±2 mm 平滑型	12/2016 16AL003-P	北京市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
612	天然胶乳橡胶避孕套	广州市丽程贸易有限公司	Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited	52mm±2mm/光面型橡胶避孕套(普通型)	02/2018 N05180205	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
613	天然胶乳橡胶避孕套	广州市丽程贸易有限公司	Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited	52mm±2mm 光面型橡胶避孕套(普通型)	02/2018 N16180205	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
614	天然胶乳橡胶避孕套	甘肃众友健康医药连锁有限公司第五十二分店	JEX 股份有限公司(捷古斯(上海)婴幼儿用品有限公司)	光面型 桔黄色 52±2mm	1707A 1707A	甘肃省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
615	天然胶乳橡胶避孕套	黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心	天津中生乳胶有限公司	规格 52mm/型号光面	2016.09 16091203	安徽省食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
616	HEXTM 天然胶乳橡胶避孕套-TRACTION 无间防滑脱版	莱珞(上海)贸易有限公司	韩国橡胶工业株式会社	长度: 180±10mm, 标称宽度: 52mm±2mm, 异型	12/2016 16AN001-HS	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
617	天然胶乳橡胶避孕套	黄山云曼电子商务有限公司	上海名邦橡胶制品有限公司	52±2mm 光面超薄型	2018.02 J18023Z	安徽省食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
618	天然胶乳橡胶避孕套	西安同康医疗器械有限公司	河北同乐乳胶制品有限公司	52±2mm 颗粒型	1703023	陕西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
619	天然胶乳橡胶避孕套	长沙市雨花区东山街道社区卫生服务中心	河北安琪胶业有限公司	颗粒型、 52±2mm	201609 16092906	湖南省食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
620	天然胶乳橡胶避孕套	西安市百种园医疗器械有限公司	晋江市康乐乳胶用品有限公司	52mm±2mm 浮点型	2015-11 15111311B	陕西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
621	天然胶乳橡胶避孕套	西安市百种园医疗器械有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	52mm 润滑型	2018-01 1000384528	陕西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
622	天然胶乳橡胶避孕套	西安市百种园医疗器械有限公司	晋江市康乐乳胶用品有限公司	52mm±2mm 光面型	20170303 17030322A	陕西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
623	天然胶乳橡胶避孕套	陕西海慈医疗器械有限公司	广州双一乳胶制品有限公司	光面型 52mm	2017.11 XB1711C	陕西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
624	天然胶乳橡胶避孕套	长沙市雨花区圭塘街道社区卫生服务中心	河北安琪胶业有限公司	颗粒型、 52±2mm	201609 16091303	湖南省食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
625	天然胶乳橡胶避孕套	陕西海慈医疗器械有限公司	Suretex Prophylactics (India) Limited	52mm 非光面型	2017/04 LF170404	陕西省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
626	天然胶乳橡胶避孕套	长沙市雨花区康美源保健品商行	威乐士医疗卫生用品(湖北)有限公司	非光面型(组合型) W52±2mm	201703 1703407	湖南省食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
627	天然胶乳橡胶避孕套	南昌市青山湖区妇幼保健计划生育服务中心	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	标称宽度: 52mm 品种: 光面型	16085609	江西省食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
628	天然胶乳橡胶避孕套	长沙市雨花区湖南高桥大市场紫芋保健品批发行	福州君悦乳胶有限公司	光面型 52±2mm	201701 GD0109	湖南省食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
629	天然胶乳橡胶避孕套	长沙市尚方保健品贸易有限公司	高平市丹阳橡胶制品有限公司	光面型 标称宽度 52±2mm	2017-01 17010232	湖南省食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
630	天然胶乳橡胶避孕套	长沙市尚方保健品贸易有限公司	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	标称宽度 52mm	2018-02 1000396389	湖南省食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
631	天然胶乳橡胶避孕套	马鞍山曼迪新大药房连锁有限公司	广东诚美经济发展有限公司	规格 52±2mm/ 型号 非光面型	2017.09 17105	安徽省食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
632	天然胶乳橡胶避孕套	平凉市崆峒区东关街道办事处铁路新村社区卫生服务中心	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂)	非光面型(颗粒)标称宽度: 52 mm	20180129 18011107	甘肃省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
633	天然胶乳橡胶避孕套	上海市第一人民医院	上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂)	标称宽度: 52mm 型号: 光面型	201802 180051	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
634	天然胶乳橡胶避孕套	西峰区南街社区卫生服务中心	湛江市汇通药业有限公司	光面型 52 mm	20171212 17121405 001	甘肃省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
635	天然胶乳橡胶避孕套	江西洪兴大药房连锁有限公司李家路分店	东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司	宽度: 52±2mm; 长度≥160mm/螺旋纹型(果香)颜色: 胶乳原色	2018.02 1802L	江西省食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
636	天然胶乳橡胶避孕套	江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司南昌市胜利路药店	湛江市汇通药业有限公司	52±2mm/光面型	20170515 7052	江西省食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
637	天然胶乳橡胶避孕套	江西益丰大药房连锁有限公司	广州万方健医药有限公司	52±2 毫米/大储精囊	2018年01月 CD8012	江西省食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
638	天然胶乳橡胶避孕套	江西昌盛大药房有限公司南昌象山北路店	北京非非医疗器械有限公司(进口商)	52mm±2mm/平滑型	2017.08 K1708S	江西省食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
639	天然胶乳橡胶避孕套	江西汇仁堂药品连锁有限公司福州路店	武汉杰士邦卫生用品有限公司(代理)	光面型、粉红色、香草香,前置储精囊	2017/12 LB171220	江西省食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
640	天然胶乳橡胶避孕套	江西扬名大药房连锁有限公司	广东汇通乳胶制品有限公司	003 激情颗粒/52±2mm	20160602 16067C	江西省食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
641	天然胶乳橡胶避孕套	南昌大参林药店有限公司胜利店	广州市一统医药科技有限公司(代理)	52mm±2mm/3合1型	07/2016 16N2166	江西省食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
642	天然胶乳橡胶避孕套(葡萄果香超薄平滑装)	江西开心人大药房连锁有限公司南昌分店	广东诺丝科技股份有限公司(代理)	52±2mm 平面型	12/2017 G7017	江西省食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
643	天然胶乳橡胶避孕套	湖南云阳乳胶科技实业有限公司	湖南云阳乳胶科技实业有限公司	光面型、52±2mm	1604012	湖南省食品药品监督管理局	贵州省医疗器械检测中心
644	天然胶乳橡胶避孕套	茂名市真情医疗器械有限公司	优丽达斯(张家港)乳胶制业有限公司	52±2mm 光面(平面型)	2018 03 U8C601	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
645	天然胶乳橡胶避孕套	茂名市江源乳胶制品有限公司	茂名市江源乳胶制品有限公司	颗粒型 52mm±2mm	201803 80305B1	广东省食品药品监督管理局	湖南省医疗器械检验检测所
646	乐邦天然胶乳橡胶避孕套	樟树市妇幼保健院(樟树市妇幼保健计划生育服务中心)	湖南云阳乳胶科技实业有限公司	标准宽度: 52mm 光面	16080502	江西省食品药品监督管理局	云南省医疗器械检验所
647	天然胶乳橡胶避孕套	齐齐哈尔润泰嘉美医药有限公司	桂林爱超健康产业有限公司	螺纹型 W52±2mm	2018.01 QM1801L	黑龙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
648	天然胶乳橡胶避孕套	齐齐哈尔润泰嘉美医药有限公司	马来西亚 NULATEX SDN.BHD	平滑型 标称宽度: 52mm±2mm	2017.09 F17091	黑龙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
649	天然胶乳橡胶避孕套	齐齐哈尔润泰嘉美医药有限公司	KAREX INDUSTRIES SDN.BHD	三合一 标称宽度 52mm±2mm	201709 17N3700	黑龙江省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
650	非吸收性外科缝线(蚕丝线)	扬州富达医疗器械有限公司	扬州富达医疗器械有限公司	2-0	20180306 20180306	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
651	非吸收性外科缝线	扬州市榕乐医疗器械实业有限公司	扬州市榕乐医疗器械实业有限公司	0	20180418 20180418	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
652	可吸收性外科缝线	盐城信息东仁医院	苏州医疗用品厂有限公司	3-0,紫色 90cm	20180112 180116	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
653	非吸收性外科缝线	苏州市嘉盛医疗用品有限公司	苏州市嘉盛医疗用品有限公司	3-0/1451-41	20180503 18E1AD	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
654	非吸收性外科缝线(钢丝线带针)	杭州爱普医疗器械股份有限公司	杭州爱普医疗器械股份有限公司	6#(0.8mm)胸骨钢丝 45cm 1/2 13×34	20189427 G0001802	浙江省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
655	带线缝合针(涤纶线)	杭州爱普医疗器械股份有限公司	杭州爱普医疗器械股份有限公司	0 涤纶线 90cm ⊙1/2 7×17 26mm	20180505 201981D1	浙江省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
656	非吸收性外科缝线	杭州华威医疗用品有限公司	杭州华威医疗用品有限公司	3-0 70cm 蚕丝线(编织型) ▲3/8 6×17 单针	20180409 W120180408	浙江省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
657	可吸收缝合线带针	杭州富阳医用缝合针线厂	杭州富阳医用缝合针线厂	1 90cm ⊙1/2 10×28	20180525 20180504	浙江省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
658	带非吸收线缝合针(无菌)	杭州富阳医用缝合针线厂	杭州富阳医用缝合针线厂	涤纶线 2-0 90cm 蓝 ⊙1/2 6×14	20180504 20180501	浙江省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
659	带线缝合针	秦皇岛浩康医疗器械有限公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	5-0 50cm ○3/8 2.5×8 双 10mm	16.01.15 24S0102J	河北省食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所
660	医用真丝非吸收缝线	丽江华鑫医疗器械有限公司	扬州市金环医疗器械厂	2-0/T	20180105	云南省食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
661	医用可吸收缝线	宁夏美益康医疗器械有限公司	上海天清生物材料有限公司	USP 2/0 90cm KT01(本色)角 针▼ 3/8 弧 24mm 圆针 ⊙ 1/2 弧 37mm	20171204 (M17069) (M17069)	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
662	可吸收性外科缝线	宁夏美益康医疗器械有限公司	南通华尔康医疗科技股份有限公司	1 4.0metric 90cm×1 根 紫 色编织 Y4019 11-28 ⊙ 1/2 40	2018年3月6日 180302 180302	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
663	非吸收性外科缝线	扬州源康医疗器械有限公司	扬州源康医疗器械有限公司	0 10*60cm	20180302 20180302	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
664	非吸收性外科缝线	扬州环宇医疗器械有限公司	扬州环宇医疗器械有限公司	4-0	20180105 20180105	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
665	非吸收性外科缝线	扬州环宇医疗器械有限公司	扬州环宇医疗器械有限公司	3-0	20171105 20171105	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
666	可吸收性外科缝线	潍坊达丰医疗科技有限公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	4-0 3/8	180103 18T1251A 18T1251A	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
667	带线缝合针(丝线)	佳合医材(苏州)有限公司	佳合医材(苏州)有限公司	SC263	201804A07	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
668	带线缝合针(尼龙线)	佳合医材(苏州)有限公司	佳合医材(苏州)有限公司	NC126L	201805A01	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
669	带线缝合针(聚酯线)	佳合医材(苏州)有限公司	佳合医材(苏州)有限公司	EC192-75	201804A03	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
670	非吸收性外科缝线(丝线)	佳合医材(苏州)有限公司	佳合医材(苏州)有限公司	M34	201803C18	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
671	带线缝合针(聚丙烯线)	佳合医材(苏州)有限公司	佳合医材(苏州)有限公司	PC165	201803A07	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
672	医用可吸收聚乙醇酸手术缝合线	成都太合生物材料有限公司	成都太合生物材料有限公司	T11090AH40	生产批号: 0419; 灭菌批号: 180423	四川省食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
673	非吸收性外科缝针	苏州医疗用品厂有限公司	苏州医疗用品厂有限公司	5-0	2018-03-02 180302 180302	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
674	可吸收性外科缝线	贵州诚惠康医疗器械有限公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	R016 90cm	18/02/24 18U0210A	贵州省食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
675	可吸收性外科缝线	贵州益源医疗器械有限公司	淮阴医疗器械有限公司	4-0 90cm	2018 01 N180132	贵州省食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
676	聚乙醇酸可吸收缝合线	烟台老泉商贸有限公司	山东博达医疗用品有限公司	3-0 75cm	2017.09.08 BD170901	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
677	可吸收性外科缝线	哈尔滨银康医疗器械有限公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	3-0 90cm	170722 66T0719B	黑龙江省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
678	可吸收性外科缝线	南宁华御堂医药有限责任公司	山东博达医疗用品有限公司	2-0 75cm 20支装 ▼10×29 3/8 40mm	BD170101	广西壮族自治区食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
679	可吸收性外科缝线	河南省顺远商贸有限公司	山东博达医疗用品有限公司	2-0	2018.01.15 BD180101	河南省食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
680	可吸收性外科缝线	河南省智业医疗器械销售有限公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	缝线: PGA, 缝针: SUS42052	18/02/24 18U0210B	河南省食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
681	非吸收性外科缝线	四川雅森贸易有限公司	扬州市榕乐医疗器械实业有限公司	2-0 (线束)	20180418 20180418	四川省食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
682	非吸收性外科缝线	四川迈克迪尔商贸有限公司	南通华利康医疗器械有限公司	3-0 线长 75cm/ 角针 0.6mm×15mm	2018年01月24日 180124	四川省食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
683	非吸收性外科缝线	江苏信迈缝合材料有限公司	江苏信迈缝合材料有限公司	2-0	2018.1 180102 180102	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
684	可吸收性外科缝线	太原市洪达洪医疗器械有限公司	上海市浦东金环医疗用品股份有限公司	5-0 紫色 90cm ▽3/8 4×10 13mm	16/05/17 66s0514A	山西省食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所
685	不带针医用可吸收缝线	上海天清生物材料有限公司	上海天清生物材料有限公司	4-0 60cm 无针 M46	20180428 M18022	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
686	非吸收性外科缝线	国药集团山西有限公司器械分公司	杭州华威医疗用品有限公司	4-0 90cm ○3/8 4×12 双针	20160719 201607362	山西省食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
687	聚乙醇酸可吸收缝合线	山东博达医疗用品有限公司	山东博达医疗用品有限公司	带针缝合线, 缝合线规格: 1, 缝合线长度: 90cm, 缝合针类型: 圆, 针体弯曲弧度: 1/2 弧, 缝合针长度: 44mm, 缝合针直径: 1.1mm	BD180101	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
688	带针可吸收性外科缝合线	山东康利达医用制品有限公司	山东康利达医用制品有限公司	缝合线线号: 0#, 针形: 圆针, 针弧度: 1/2 弧	180401	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
689	医用真丝编织线 (灭菌线束)	广州器化医疗设备有限公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	1 黑色 60cm×10	11T0505	广东省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
690	非吸收性外科缝线	锐适医疗器械(上海)有限公司	Arthrex, Inc.	AR-7221	2017年08月01日 18184	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
691	丝线编织非吸收性缝线	连云港天和医疗器械有限公司	强生(中国)医疗器材有限公司	SA86G	2017-12-15 LM3BS	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
692	非吸收性外科缝合线 (蚕丝线)	广西壮族自治区脑科医院	苏州市嘉盛医疗用品有限公司	2-0(4#)3 Metric 15×24"60cm BLACK/黑	2017-07-17	广西壮族自治区食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
693	丝线编织非吸收性缝线	国药控股菱商医院管理服务(上海)有限公司	强生(中国)医疗器材有限公司	0(3.5METRIC) SA86G 15*60cm	2017-01-23 LA4AZ	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
694	可吸收性外科缝合线	内蒙古慧道商贸有限公司	威海威高富森医用材料有限公司	90cm \circ 1/2 11 \times 28 40mm	20180412 20180411	内蒙古自治区 食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械 检验检测所
695	可吸收性外科缝合线	青岛耐丝克医材有限公司	青岛耐丝克医材有限公司	3-0	M0092 M0092 M0092	山东省食品药 品监督管理局	天津市医疗器械质 量监督检验中心
696	非吸收性外科手术缝合线	青岛耐丝克医材有限公司	青岛耐丝克医材有限公司	4-0	ND13386 ND13386 ND13386	山东省食品药 品监督管理局	天津市医疗器械质 量监督检验中心
697	可吸收胶原蛋白缝合线	福州春和医疗器械有限公司	湖南然元医用高科技蛋白线有限公司	2-0 20cm ∇ 1/2 8 \times 14 22mm	2018.01.26 20180103	福建省食品药 品监督管理局	甘肃省医疗器械检 验检测所
698	合成可吸收性外科缝合线	厦门市海瑞思医疗器械有限公司	柯惠医疗器械国际贸易(上海)有限公司	8886623741	2017-10-19 D7K1559X	福建省食品药 品监督管理局	甘肃省医疗器械检 验检测所
699	可吸收性外科缝合线	辛集市中医院	南通华尔康医疗科技股份有限公司	2-0	2017年12月13日 171205	河北省食品药 品监督管理局	甘肃省医疗器械检 验检测所
700	医用可吸收缝合线	沈阳联康医疗器械有限公司	上海天清生物材料有限公司	USP 2/0 70cm 37mm 1/2 弧 圆针	20170911 M17050 -	辽宁省食品药 品监督管理局	天津市医疗器械质 量监督检验中心
701	可吸收性外科缝合线	广州源动贸易有限公司	韩国三养公司	SV444 4-0 75cm ∇ 3/8C RC 24mm	2015-10 915125478	广东省食品药 品监督管理局	陕西省医疗器械质 量监督检验院
702	医用可吸收缝合线	天津玺安医疗器械销售有限公司	亚克医用制品(北京)股份有限公司	5-0 ∇ 3/8 4.3 \times 9 12mm	2018-02 18-16585	天津市市场和 质量监督管 理委员会	甘肃省医疗器械检 验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
703	丝线编制非吸收性缝线	甘肃渝申商贸有限公司	强生(中国)医疗器械有限公司	SA82G/15×60cm	2017-08-01 LH1AF	甘肃省食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
704	不可吸收缝合线	强生(上海)医疗器械有限公司	Ethicon LLC	M655G	2018年02月11日 MBH754	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
705	不可吸收缝合线(商品名:爱惜良(ETHILON))	强生(上海)医疗器械有限公司	Ethicon LLC	1667G	KCP404	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
706	聚丙烯不可吸收缝合线(商品名:普理灵)	强生(上海)医疗器械有限公司	Ethicon LLC	8556H	2017年08月03日 LJP874	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
707	合成外科缝线	强生(上海)医疗器械有限公司	DePuy Mitek, Inc.	223115	2017年08月14日 LJ2835	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
708	丝线编织非吸收性缝线	青海大学附属医院	强生(中国)医疗器械有限公司	15×60cm	2018-03-02 MC1BS	青海省食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
709	医用真丝非吸收缝线	兰州医博肛肠医院	扬州市金环医疗器械厂	O(捻线) 60cm×20	20171016	甘肃省食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
710	可吸收性外科缝线	深圳万方医疗科技有限公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	4-0 紫色 90cm ●1/2 5×12 19mm R413	18/01/30 18u0127A	广东省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
711	可吸收性外科缝线	北京天厚医疗器械有限公司	苏州医疗用品厂有限公司	5-0	2018-01-26 180130	北京市食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所
712	非吸收自封外科缝线	海南建科药业有限公司	海南建科药业有限公司	JK-XF-146 1 ⊙ 1/2C 36mm 64cm	2018.02.28 20180201	海南省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
713	可吸收性外科缝线	北京洪达博瑞科技发展有限公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	1 90cm ▽3/8 11×28 36mm	18/03/03 18U0227B	北京市食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
714	可吸收性外科缝线	北京佳合瑞仪商贸有限公司	佳合医材股份有限公司	UC193L	201804 201804TA	北京市食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所
715	带线缝合针(医用丝线)	温州厚生商贸有限公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	6-0 黑 75cm F602 ▼1/2 4×12 单 19mm	16.06.13 17S0604J	浙江省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
716	非吸收性外科真丝缝线	南通华尔康医疗科技股份有限公司	南通华尔康医疗科技股份有限公司	5-0	2018年4月24日 180409	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
717	非吸收性外科聚酯缝线	南通华尔康医疗科技股份有限公司	南通华尔康医疗科技股份有限公司	2	2018年4月29日 180411	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
718	非吸收性外科聚丙烯缝线	南通华尔康医疗科技股份有限公司	南通华尔康医疗科技股份有限公司	5-0	2018-4-18 180406	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
719	可吸收性外科缝线	南通华尔康医疗科技股份有限公司	南通华尔康医疗科技股份有限公司	4-0	2018-3-16 180306	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
720	非吸收性单股聚丙烯缝线	柯惠医疗器械国际贸易(上海)有限公司	Covidien llc	VP-708-X	2014-09 D4J0933X	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
721	丝线编织非吸收性缝线	青海福利慈善医院	强生(中国)医疗器材有限公司	SA87G/10×60cm	2016-12-06 KM2BG	青海省食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
722	非吸收性外科缝线	珠海稻田医疗科技有限公司	珠海稻田医疗科技有限公司	PTH302690D	20180208 180201	广东省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
723	丝线编织非吸收性缝线	强生(中国)医疗器材有限公司	强生(中国)医疗器材有限公司	带针: W2512	2018-04-24 MD401	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
724	带线缝合针	河南宇宙人工晶状体研制有限公司	河南宇宙人工晶状体研制有限公司	10-0	2018-03 201803S005	河南省食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
725	可吸收性外科缝线	温州厚生商贸有限公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	5-0 紫色 90cm CR537 ▼3/8 4×10 13mm	18/03/05 18U0302A	浙江省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
726	非吸收性外科缝线	爱尔康(中国)眼科产品有限公司	Alcon Laboratories, Incorporated	8065304901	2017-10-20 220662M	北京市食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所
727	非吸收性外科缝线	爱尔康(中国)眼科产品有限公司	Alcon Laboratories, Incorporated	8065195601	2017-07-28 209234M	北京市食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所
728	非吸收性外科缝线	爱尔康(中国)眼科产品有限公司	Alcon Laboratories, Incorporated	8065198001	2017-12-01 226470M	北京市食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所
729	非吸收性外科缝线	爱尔康(中国)眼科产品有限公司	Alcon Laboratories, Incorporated	8065215201	2017-10-12 219522M	北京市食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所
730	带线缝合针(医用丝线)	上海元洪医疗器械有限公司	上海元洪医疗器械有限公司	针●3/8 0.3×10 双针 线 5-0 50cm	2018年3月30日 YHB-023 YHB-023	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
731	可吸收性外科缝线(带针)	上海元洪医疗器械有限公司	上海元洪医疗器械有限公司	线 1# (4.0Metric) 针○1/2 10×25	2018年1月12日 YHC-014 YHC-014	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
732	非吸收性外科缝线(医用丝线)	上海元洪医疗器械有限公司	上海元洪医疗器械有限公司	真丝 6-0(原 5-0)号	2017年11月10日 YHE-013 YHE-013	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
733	医用真丝非吸收缝线	西藏鑫泰医疗设备有限公司	扬州市金环医疗器械厂	60cm×20 2-0/T	20171016	西藏自治区食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
734	可吸收性外科缝线	赤峰润康医疗器械有限公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	2-0 紫色 90cm ○1/2 10×28 44mm	18/01/03 18T1243A	内蒙古自治区食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所
735	丝线编织非吸收性缝线	天津市蒙森医疗器械有限公司	强生(中国)医疗器材有限公司	SA86G	2017-12-12 LM3AE	天津市市场和 质量监督 管理委员会	甘肃省医疗器械检验检测所
736	带针可吸收外科缝线	贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司	B. Braun Surgical SA	B0041185	20180208 118064	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
737	可吸收性外科缝线	亳州市旭坤医疗器械有限公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	规格:2-0/型号: 60cm×3	17/07/14 18T0711B	安徽省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
738	可吸收性外科缝线 胶原蛋白	江西龙腾生物高科技有限公司	江西龙腾生物高科技有限公司	K21930075 3/0 6×15 75cm 3/8 19mm	2018年2月28日 180228	江西省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
739	可吸收性外科缝线	江西龙腾生物高科技有限公司	江西龙腾生物高科技有限公司	Y014590 1#11×29 90cm 1/2 45mm	2018年2月23日 180223	江西省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
740	医用真丝编织线	黄石市国威医疗器械有限公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	3-0 黑色 5M	17/12/04 11T1202	湖北省食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所
741	丝线编织非吸收性缝线	湖北朗域商贸有限公司	强生(中国)医疗器材有限公司	SA83G	2018-01-18 MA3BJ	湖北省食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
742	可吸收外科缝线	大连东鑫达科技有限公司	B.Braun Surgical SA	C0022014	07-2016 116303	辽宁省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
743	可吸收性外科缝线	重庆长海医疗设备有限责任公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	7-0 45cm	20170902 18T0830BJ	重庆市食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
744	非吸收性外科缝线(蚕丝线)	重庆普雅医疗器械有限公司	苏州市嘉盛医疗用品有限公司	3-0(1#) 15×24" 60cm	2017-05-08 17E1B A8886160141	重庆市食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
745	医用非吸收缝线	亚克医用制品(北京)股份有限公司	亚克医用制品(北京)股份有限公司	聚丙烯线 0 ○3/8 9×30 38mm	2017-05 17-16003	北京市食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所
746	医用非吸收缝线	亚克医用制品(北京)股份有限公司	亚克医用制品(北京)股份有限公司	单股尼龙 黑 7-0 ▽3/8 3×9 12mm	2018-02 18-16505	北京市食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所
747	非吸收性外科缝线	通用(上海)医疗器材有限公司	Resorba Medical GmbH	77072	2017-11-01 R00001174	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
748	非吸收性外科缝线	泰科曼远东国际科技发展(北京)有限公司	泰科曼远东国际科技发展(北京)有限公司	P-8833	2018-02-26 M180226	北京市食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所
749	医用可吸收缝合线	泰科曼远东国际科技发展(北京)有限公司	泰科曼远东国际科技发展(北京)有限公司	MC-917NC	2018-03-14 M180314	北京市食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所
750	医用可吸收缝合线	泰科曼远东国际科技发展(北京)有限公司	泰科曼远东国际科技发展(北京)有限公司	GC-397NC	2018-03-05 M180305	北京市食品药品监督管理局	甘肃省医疗器械检验检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
751	可吸收性外科缝线	海南健信科技开发有限公司	青岛耐丝克医材有限公司	1 80cm 35mm 1/2 弧 扁圆针 10×23	20170930 A0676	海南省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
752	非吸收性外科缝线(编织丝线)	海南赛普医疗器械有限公司	杭州爱普医疗器械股份有限公司	3-0(1#) 9×60cm 黑色	20171018 S0001738	海南省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
753	可吸收性外科缝线(带针)	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	USP1、线长 90cm、圆针 1/2 弧、弧长 40mm 紫	20180330 HD180329B	江西省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
754	带线缝合针(医用涤纶编织线)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	3-0 90cm ●3/8 5×14 双 18mm	17/07/03 23T0701	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
755	可吸收性外科缝线	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	0 紫色 90cm ●1/2 11×28 44mm	18/03/15 18U0312B	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
756	非吸收性外科缝线(医用丝线)	上海医用缝合针厂有限公司	上海医用缝合针厂有限公司	3-0(1)	20170904 F-2010917	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
757	带线缝合针(医用丝线)	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	0 黑色 75cm ▼1/2 9×24 单 38mm	17.10.23 17T1009J	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
758	医用真丝编织线	陕西百度医疗器械有限责任公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	3-0 黑色(传统 代号1) 60cm×10	180209 11U0203	陕西省食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
759	医用真丝编织线	陕西百度医疗器械有限责任公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	4-0 黑色(传统 代号0) 60cm×10	17.07.17 11T0715	陕西省食品药品监督管理局	新疆维吾尔自治区食品药品检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
760	可吸收性外科缝合线(聚乙醇酸)	国药集团湖南省医疗器械有限公司	杭州华威医疗用品有限公司	2-0 70cm ●1/2 10×24 单针	20170720 201707484	湖南省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
761	非吸收性外科缝合线聚酯(带针涤编线)	国药集团湖南省医疗器械有限公司	淮阴医疗器械有限公司	3/0 90cm 5×12 ●1/2 19mm	201606 N160714	湖南省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
762	带线缝合针	江西省医科工贸有限公司	宁波市成和显微镜厂	5-0 双针 2.5×8	17081 17081	江西省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
763	可吸收性外科缝合线(商品名:PGA(金杰))	江西乐嘉医疗器械有限公司	上海浦东金环医疗用品股份有限公司	CR436	17/11/13 18T1109AJ	江西省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
764	微波治疗仪	南京康友医疗科技有限公司	南京康友医疗科技有限公司	YWY-2K	2018.4.5 1820401	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
765	微波消融治疗仪	南京康友医疗科技有限公司	南京康友医疗科技有限公司	KY-2000	2018.3.15 1840316	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
766	微波治疗机	成都恒波医疗器械有限公司	成都恒波医疗器械有限公司	HB-W-L	2018年01月 NO: W180101PIL	四川省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
767	微波治疗仪	南京华贝电子医疗设备有限公司	南京华贝电子医疗设备有限公司	HBS-A	2018年1月 180101	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
768	微波治疗机	北京天鼎康科技发展有限公司	北京天鼎康科技发展有限公司	TDK-I	20180115 20180115630	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
769	微波治疗仪	江苏诺万医疗设备有限公司	江苏诺万医疗设备有限公司	KJ-6200	2018.05.18 18056200-163	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
770	微波治疗仪	徐州市宝兴医疗设备有限公司	徐州市宝兴医疗设备有限公司	WB-3100(AI)	2018.05 301805071	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
771	微波治疗仪	徐州市圣普医疗设备技术有限公司	徐州市圣普医疗设备技术有限公司	SPW-1A	2018.05 AS1805020	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
772	微波治疗仪	徐州市奥瑞电子设备有限公司	徐州市奥瑞电子设备有限公司	WB-3200A	2018.05.07 I0507017w	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
773	膝关节假体	嘉思特华剑医疗器材(天津)有限公司	嘉思特华剑医疗器材(天津)有限公司	XFQ II PD PE 1#8mm	2018-03-28 1801384	天津市市场和质量监督管理委员会	天津市医疗器械质量监督检验中心
774	人工膝关节	德州金约应医疗器械有限公司	德州金约应医疗器械有限公司	胫骨垫 2#	2018.05.10 18010007 B030103	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
775	膝关节假体-胫骨垫片	北京蒙太因医疗器械有限公司	北京蒙太因医疗器械有限公司	4X13、DL-JPS	2018-5-11 18050207 03033602130	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
776	膝关节假体-半月板衬垫	天津正天医疗器械有限公司	天津正天医疗器械有限公司	64x43xhmm/kps f	20170708 1700031933	天津市市场和质量监督管理委员会	天津市医疗器械质量监督检验中心
777	膝关节假体	大博医疗科技股份有限公司	大博医疗科技股份有限公司	MC I 2#	2018.1.6 1707135211	福建省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
778	膝关节假体(商品名:德髌拜尔膝)	武汉德髌拜尔外科植入物有限公司	武汉德髌拜尔外科植入物有限公司	T2+-71/47/10-II	2017年11月9日 17110438 17110438	湖北省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
779	胫骨垫-后稳定型 II	威海海星医疗器械有限公司	威海海星医疗器械有限公司	2#/7 HXEZ12	2017.11.21 170600099	山东省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
780	胫骨垫片	强生(上海)医疗器材有限公司	Depuy Orthopaedics, Inc	1961-91-020	2017年10月18日 HH8547	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
781	膝关节假体组件	史赛克(北京)医疗器械有限公司	Howmedica Osteonics Corp.	64813324	2018.2.15 LHH913	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
782	膝关节假体-胫骨垫	北京力达康科技有限公司	北京力达康科技有限公司	型号: RY C401 规格: 5#	2018/02/06 2180063-02,2180063-08,2180063-05,2180063-20,2180063-11,2180063-13,2180063-24,2180063-25,2180063-26,2180063-27	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
783	人工膝关节系统	北京飞渡医疗器械有限公司	意大利 SAMO 公司	T4+4	2017-03 T00542	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
784	全膝关节置换系统(胫骨衬垫-固定型-PS版)	上海科太迈迪医疗器械有限公司	Corentec Co.,Ltd	01.10.234	2016-04 70AFD534	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
785	人工膝关节	施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司	Smith & Nephew Orthopaedics AG	75006071	20170418 J1705747	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
786	膝关节假体	美精技医疗器械(上海)有限公司	Exactech,Inc	0号, 11mm	2015-03-03	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
787	膝关节假体	北京爱康宜诚医疗器材有限公司	北京爱康宜诚医疗器材有限公司	3#10mm	2018年2月9号 A00053166	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
788	膝关节假体组件 Knee Joint Prostheses	捷迈(上海)医疗国际贸易有限公司	Zimmer, Inc.	44.96 (mm) *65.41 (mm)	2017-07-31 63726692	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
789	膝关节假体(胫骨垫片)	北京华康天怡生物科技有限公司	北京华康天怡生物科技有限公司	5#/8	2017.10.27 170726	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
790	膝关节假体-半月板衬垫	北京金查理人工关节技术有限公司	北京金查理人工关节技术有限公司	04#×11mm	2016.04.11 1510004	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
791	胫骨衬垫(商品名:EVOLUTION) EVOLUTION MP ADAPTIVE CS&PS INSERT	上海微创骨科医疗科技有限公司	MicroPort Orthopedics Inc.	EAI4210R	2017年4月17日 1707229	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
792	膝关节假体	上海博玛医疗科技有限公司	PERMEDICA S.P.A.	7*10mm/51310	2017/5 03386/17	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
793	胫骨垫 后稳定型	北京威高亚华人工关节开发有限公司	北京威高亚华人工关节开发有限公司	GKPS	2018-03-13 1801504	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
794	台式灭菌器	江苏登冠医疗器械有限公司	江苏登冠医疗器械有限公司	DGT-23B 型	20180503 20180503 18050003	江苏省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
795	台式压力蒸汽灭菌器	苏州科特自控设备有限公司	苏州科特自控设备有限公司	KT-22	2018-5-8 T22W180138	江苏省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
796	台式蒸汽压力灭菌器	滕氏(常州)医疗设备有限公司	滕氏(常州)医疗设备有限公司	2540EKA	2018年2月5日 15021787	江苏省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
797	小型压力蒸汽灭菌器	宁波明太医疗器械有限公司	宁波明太医疗器械有限公司	SUN18-II	2018年05月 MA1805004	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
798	脉动真空灭菌器	山东中泰医疗器械有限公司	山东中泰医疗器械有限公司	MQT-B-23	2017年10月 YR17-2014 YR17-2014	山东省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
799	压力蒸汽灭菌器	宁波蓝野医疗器械有限公司	宁波蓝野医疗器械有限公司	STE23L	2018.05.09 FENG23L1805070	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
800	压力蒸汽灭菌器	宁波蓝野医疗器械有限公司	宁波蓝野医疗器械有限公司	SEA23L	2018.05.06 YUN23L1805018	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
801	BES 压力蒸汽灭菌器	宁波悦医行齿科设备有限公司	宁波悦医行齿科设备有限公司	BES23L	2018.05.09 YAN23L1805001	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
802	真空压力蒸汽灭菌器	慈溪市统硕医疗器械有限公司	慈溪市统硕医疗器械有限公司	T&S17B	18年5月 18170206	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
803	台式压力蒸汽灭菌器	宁波市海曙协成医疗器械有限公司	宁波市海曙协成医疗器械有限公司	YS-23L	2018-05-14 230018524	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
804	小型蒸汽灭菌器	宁波艾康机电有限公司	宁波艾康机电有限公司	STE-18-D	2018年4月 S84086	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
805	自动控制型小型蒸汽灭菌器	宁波万瑞医疗器械有限公司	宁波万瑞医疗器械有限公司	WR-18B-M	2018年05月 A180515134-P	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
806	台式压力蒸汽灭菌器	宁波市海曙莱富医疗科技有限公司	宁波市海曙莱富医疗科技有限公司	LF-23L-E	2018-05-14 230018687	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
807	小型蒸汽灭菌器	无锡海德曼医疗设备有限公司	无锡海德曼医疗设备有限公司	Q70B	2018-05-10 6726212051805100 1	江苏省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
808	台式压力蒸汽灭菌器	浙江凯德医疗器械有限公司	浙江凯德医疗器械有限公司	KD-23-A	201802 JY-A201802222	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
809	压力蒸汽灭菌器	西诺医疗器械集团有限公司	西诺医疗器械集团有限公司	STD17L-A	2017-03 2017030015	陕西省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
810	医用血液冷藏箱	青岛海尔特种电器有限公司	青岛海尔特种电器有限公司	HXC-258	2018-05-16 BE06M D01T0 0QJJ5 G0T08	山东省食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
811	医用血液冷藏箱	青岛海尔特种电器有限公司	青岛海尔特种电器有限公司	HXC-358	2018-04-27 BE06N M01T0 0QJJ4 TSPJT	山东省食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院
812	血液冷藏箱	中科美菱低温科技股份有限公司	中科美菱低温科技股份有限公司	XC-88L	2018年4月 180430390	安徽省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
813	血液冷藏箱	松下冷链(大连)有限公司	松下冷链(大连)有限公司	MBR-300	2017.11 1780025	辽宁省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
814	高通量聚砜膜透析器	昆明市延安医院	B.Braun Avitumag/代理: 贝朗爱效上海贸易有限公司	600mmHg	2017-08 113103008017	云南省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
815	空心纤维血液透析滤过器	昆明市第一人民医院甘美国际医院	Fresenius Medical Care Japan K.K.(代理人: 费森尤斯医药用品(上海) 有限公司)	FX 60	2017-09 YIZ23100	云南省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
816	空心纤维透析器	旭化成医疗器械(杭州)有限公司	旭化成医疗器械(杭州)有限公司	REXEED-15UC	2017-12 1GZFBZ	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
817	高通量聚醚砜中空纤维膜血液透析器	成都欧赛医疗器械有限公司	成都欧赛医疗器械有限公司	OCI-HD150	2017.12.22 171211	四川省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
818	空心纤维血液透析滤过器	贵航贵阳医院	江苏费森尤斯医药用品有限公司	FX80	2017-08 YHE18100	贵州省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
819	空心纤维透析器	呼和浩特市第一医院	威海威高血液净化制品有限公司	F15	201710 1710103	内蒙古自治区食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
820	空心纤维透析器	广西壮族自治区人民医院	威海威高血液净化制品有限公司	F14	201711 1711084	广西壮族自治区食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
821	空心纤维血液透析器	贝恩医疗设备(广州)有限公司	贝恩医疗设备(广州)有限公司	B-20P	201707 1703110021	广东省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
822	空心纤维透析器	荆门市第二人民医院	威海威高血液净化制品有限公司	F14	1711294/201711 1711294/201711 1711294/201711	湖北省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
823	空心纤维透析器	库尔勒市第一人民医院	尼普洛株式会社(代理人:尼普洛贸易(上海)有限公司)	FB-190U	16.10.13 16J13EX	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
824	空心纤维透析器	广东中能建电力医院	旭化成医疗器械(杭州)有限公司	REXEED-15UC	2017-10 5GXTXW	广东省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
825	中空纤维透析器	温岭市第一人民医院	Gambro Dialysatoren GmbH	Polyflux 14L	2017-11-01 T-5230-H-01	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
826	中空纤维透析器	东丽医疗科技(青岛)股份有限公司	东丽医疗科技(青岛)股份有限公司	NV-1.5T	2017-12-19 71272611 71272611	山东省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
827	空心纤维血液透析滤过器	河北医科大学第四医院	Fresenius Medical Care Japan K.K	FX60	2017-11 YLZ09100	河北省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
828	空心纤维透析器	黑龙江盛德肾脏病专科医院	ニプロ株式会社 (代理人: 尼普洛贸易(上海)有限公司)	SUREFLUX-13 0G	170921 17121BX	黑龙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
829	中空纤维透析器	兰州大学第一医院	Gambro Dialysatoren GmbH	Polyflux 14L	2016-06-01 6-5159-H-01	甘肃省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
830	聚砜膜透析滤过器	贝朗爱敦(上海)国际贸易有限公司	B.Braun Avitum AG	Hi 12	2017-08-19 111150817	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
831	血液透析器	复旦大学附属中山医院	Bellco S.r.l	BLS514SD	2017-06 1706000293	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
832	空心纤维透析器	威海威高血液净化制品有限公司	威海威高血液净化制品有限公司	HF18	201804 1804192	山东省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
833	中空纤维透析器	中国医科大学附属第一医院	Gambro Dialysatoren GmbH	Polyflux 14L	2017-11-01 7-5237-H-01	辽宁省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
834	空心纤维透析器	尼普洛医疗器械(合肥)有限公司	尼普洛医疗器械(合肥)有限公司	ELISIO-19M	2017.06.22 17F22AHA	安徽省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
835	空心纤维血液透析器	北京市西城区展览路医院	Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA	FX8	2017-04 YDS27100 F00005860	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
836	空心纤维血液透析器	拉萨市人民医院	Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA	FX8	2017-06 YFP22100	西藏自治区食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
837	中空纤维透析器	中南大学湘雅医院	Gambro Dialysatoren GmbH (百特医疗用品贸易(上海)有限公司)	Polyflux 17L	2017-10-01 7-4222-H-01	湖南省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
838	空心纤维透析器	尼普洛贸易(上海)有限公司	ニプロ株式会社	SUREFLUX-170G	17.11.16 17K16EX	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
839	空心纤维透析过滤器	尼普洛贸易(上海)有限公司	尼普洛株式会社	ELISIO-17H	2017.11.16 17K16B	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
840	空心纤维透析器	尼普洛贸易(上海)有限公司	尼普洛株式会社	PES-15Ma	2017.03.20 17C20F	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
841	空心纤维透析器	尼普洛贸易(上海)有限公司	尼普洛株式会社	FB-150U	17.11.23 17K23EX	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
842	空心纤维透析器	尼普洛贸易(上海)有限公司	尼普洛株式会社	SUREFLUX-15G	17.11.27 17K27C	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
843	空心纤维透析器	北京积水潭医院	尼普洛株式会社(代理人:尼普洛贸易(上海)有限公司)	FB-150U	17.09.04 17I04EX	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
844	空心纤维透析器	尼普洛贸易(上海)有限公司	ニプロ株式会社	SUREFLUX-130E	17.04.10 17D10BX	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
845	中空纤维透析器	楷图(上海)商贸有限公司	川澄化学工业株式会社 KAWASUMI LABORATORIE S, INC.	CTA-2000CH	2017-12 171226C1	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
846	聚醚砜血液透析器	上海佩尼医疗科技发展有限公司	上海佩尼医疗科技发展有限公司	PES16HF	2017-11 MH1066A	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
847	聚醚砜血液透析器	上海佩尼医疗科技发展有限公司	上海佩尼医疗科技发展有限公司	PES14LF	2017-11 MH1067A	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
848	单人血液透析机	东丽医疗科技(青岛)股份有限公司	东丽医疗科技(青岛)股份有限公司	TQS-88	20180327 B83AW085 B83AW085	山东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
849	血液透析设备	旭化成医疗器械(杭州)有限公司	株式会社	MDS-101	2017.06 83657	浙江省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
850	血液透析机	重庆山外山血液净化技术股份有限公司	重庆山外山血液净化技术股份有限公司	SWS-4000A	2018.5.14 4180303026	重庆市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
851	血液透析机	重庆山外山血液净化技术股份有限公司	重庆山外山血液净化技术股份有限公司	SWS-6000	2018.5.16 6180200243	重庆市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
852	血液透析设备	威高日机装(威海)透析机器有限公司	威高日机装(威海)透析机器有限公司	DBB-27C	18035-06	山东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
853	血液透析设备	威高日机装(威海)透析机器有限公司	威高日机装(威海)透析机器有限公司	DBB-06s	18014-09	山东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
854	血液透析设备	费森尤斯医药用品(上海)有限公司	Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA	4008 S Version V10	20180108 8SXAYB23	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
855	血液透析、血液透析滤过装置	贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司	B.Braun Avitum AG	7102072	20180221 311353	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
856	血液透析装置	广州市暨华医疗器械有限公司	广州市暨华医疗器械有限公司	JHM-2028A	JH-10178120003A	广东省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
857	血液透析滤过装置	贝而克合翔医疗设备(上海)有限公司	Bellco S.r.l	FORMULA	2017-12-07 91170547	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
858	血液透析设备	百特医疗用品贸易(上海)有限公司	Gambro Lundia AB	AK96	2017.12.22 序列号: 42006	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
859	血液透析滤过装置	尼普洛贸易(上海)有限公司	涩谷工业株式会社	NCU-18	2018.03.16 18DG0577	上海市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
860	光固化灯	登士柏(天津)国际贸易有限公司	DENTSPLY DeTrey GmbH	SmartLite Focus	2017/09 1709000168 23493	天津市市场和质量监督管理委员会	广东省医疗器械质量监督检验所
861	光固化机	杭州四方医疗器械有限公司	杭州四方医疗器械有限公司	SLC-VIIIB	2018.5.15 C301444	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
862	光固化机	杭州四方医疗器械有限公司	杭州四方医疗器械有限公司	SLC-8D	2018.5.15 C502939	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
863	光固化机	佛山市杰瑞医疗器械有限公司	佛山市杰瑞医疗器械有限公司	JR-CL17	2018.05.03 C18042553	广东省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
864	牙科光固化机(LED)	佛山市碧盈医疗器材有限公司	佛山市碧盈医疗器材有限公司	Tulip 100A	2018-03-03 18P0301 18C12018	广东省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
865	牙科光固化机	佛山市登拓医疗器械有限公司	佛山市登拓医疗器械有限公司	CV-215	20180201 20180201002	广东省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
866	LED 光固化机	桂林维润医疗科技有限公司	桂林维润医疗科技有限公司	V300	2018-05 20180400021 V3005377	广西壮族自治区食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
867	光固化机	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司	LED.F	2018-5-5 L1840936F	广西壮族自治区食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
868	光固化机	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司	i Led	2018.4.14 生产 2018032037 L18406611	广西壮族自治区食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
869	光固化机	康特威尔登特齿科贸易(北京)有限公司	Coltène/Whaledent Inc.	SPEC3	2018-03-27 180360026	北京市食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
870	光固化机	西诺医疗器械集团有限公司	西诺医疗器械集团有限公司	CL-IIJ	2017-10 2017100027	陕西省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
871	光固化机	义获嘉伟瓦登特(上海)商贸有限公司	Ivoclar Vivadent AG	Bluephase N	2018-3-8 1020007971	上海市食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
872	光固化机	义获嘉伟瓦登特(上海)商贸有限公司	Ivoclar Vivadent AG	Bluephase N MC	2018-3-13 1010013394	上海市食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
873	光固化机	西诺医疗器械集团有限公司	西诺医疗器械集团有限公司	CL-IIJ	2017-09 2017090298	陕西省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
874	光固化机	卡瓦盛邦(上海)牙科医疗器械有限公司	Kerr Corportion	Demi Plus	2018-01 760068434	上海市食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
875	LED 光固化机	长沙得悦科技发展有限公司	长沙得悦科技发展有限公司	DY400-4	2018年2月 DYD11802007	湖南省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
876	载脂蛋白 A1 检测试剂盒(免疫透射比浊法)	青岛汉唐生物科技有限公司	青岛汉唐生物科技有限公司	R1: 60ml×1, R2: 20ml×1	2018.5.30 180503	山东省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
877	载脂蛋白 A1 测定试剂盒(免疫比浊法)	杭州健立生物科技有限公司	杭州健立生物科技有限公司	160ml(试剂 1:2×60ml 试剂 2:1×40ml)	20180504 18050401	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
878	载脂蛋白 A1 测定试剂盒(免疫比浊法)	宁波普瑞柏生物技术股份有限公司	宁波普瑞柏生物技术股份有限公司	R1: 60ml×4 R2: 15ml×4	20180307 AA9249	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
879	载脂蛋白 A1 检测试剂盒(免疫比浊法)	宁波瑞源生物科技有限公司	宁波瑞源生物科技有限公司	160ml(R1: 2×60ml+R2: 1×40ml) 校准 品 1×1ml	20180403 2018040301	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
880	载脂蛋白 A1 检测试剂盒(免疫比浊法)	苏州博源医疗科技有限公司	苏州博源医疗科技有限公司	R1:60ml R2:15ml	2018.05.21 180521	江苏省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
881	载脂蛋白 A1 测定试剂盒(免疫比浊法)	宁波博泰生物技术有限公司	宁波博泰生物技术有限公司	R1:43mL×2 R2:17mL×1 校 准物 1mL	2018年04月08日 180408	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
882	载脂蛋白 A1 测定试剂盒(免疫比浊法)	宁波医杰生物科技有限公司	宁波医杰生物科技有限公司	试剂 1 60ml×2 试剂 2 20ml×2	1801100102	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
883	载脂蛋白 A1 测定试剂盒 (免疫比浊法)	曲阜裕隆生物科技有限公司	曲阜裕隆生物科技有限公司	R1: 1×60ml R2: 1×15ml	20180311 20180311-01	山东省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
884	载脂蛋白 A-1 (ApoA-1) 检测试剂盒 (免疫比浊法)	苏州博泰安生物科技有限公司	苏州博泰安生物科技有限公司	R1:1×24ml R2:1×8ml	2018.05.07 20180501	江苏省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
885	载脂蛋白 A1 测定试剂盒 (免疫比浊法)	浙江东方基因生物制品股份有限公司	浙江东方基因生物制品股份有限公司	试剂 1:60ml×2 试剂 2:15ml×2	20180523 C1806004	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
886	载脂蛋白 A1 测定试剂盒 (免疫比浊法)	广州达泰生物工程有限公司	广州达泰生物工程有限公司	R1 60mL×4 R2 60mL×1	2018.04.03 180401029	广东省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
887	载脂蛋白 A1 测定试剂盒 (免疫比浊法)	浙江夸克生物科技有限公司	浙江夸克生物科技有限公司	R1:64ml×3 R2:48ml×1	20180316 180316	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
888	载脂蛋白 A1 (APOA1) 测定试剂盒 (免疫比浊法)	河南蓝环医疗设备有限公司	河南蓝环医疗设备有限公司	1*30mL 1*10mL	20180323 20180301	河南省食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
889	载脂蛋白 A1 检测试剂盒 (免疫透射比浊法)	金华市强盛生物科技有限公司	金华市强盛生物科技有限公司	200ml R1:50ml×3 R2:50ml×1	20180412 20180412	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
890	载脂蛋白 A1 检测试剂盒 (免疫比浊法)	浙江伊利康生物技术有限公司	浙江伊利康生物技术有限公司	R1:2×60ml R2:2×20ml	20180305 180301	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
891	载脂蛋白 A1/B 测定试剂盒(免疫比浊法)	中生北控生物科技股份有限公司	中生北控生物科技股份有限公司	液体双剂型 ApoA1 R1: 60ml×1 R2: 20ml×1; ApoB R1: 60ml×1 R2: 20ml×1; 校准品 (4个浓度): 0.4ml×4	20180322 181191	北京市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
892	载脂蛋白 AI 测定试剂盒(免疫比浊法)	浙江东瓯诊断产品有限公司	浙江东瓯诊断产品有限公司	320ml 试剂 1:4×60ml 试剂 2:2×40ml	20180322 2018030040R0326	浙江省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所
893	血清载脂蛋白 A1 免疫透射比浊法测定试剂盒	上海科华生物工程股份有限公司	上海科华生物工程股份有限公司	R1: 2*45ml;R2:2*15 ml;校准品 4*0.5ml	20180226 20180212	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
894	载脂蛋白 A-1 测定试剂盒(免疫比浊法)	上海复星长征医学科学有限公司	上海复星长征医学科学有限公司	R1:4×50mL R2:2×20mL 校 准品:1×1mL	2018.04.04 T18020431	上海市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
895	载脂蛋白 A1 测定试剂盒(免疫比浊法)	北京万泰德瑞诊断技术有限公司	北京万泰德瑞诊断技术有限公司	试剂 1:50mL×1 试剂 2:10mL×1	20180129 ZL8101A	北京市食品药品监督管理局	浙江省医疗器械检验研究院
896	穴位探测针灸治疗仪	无锡佳健医疗器械股份有限公司	无锡佳健医疗器械股份有限公司	Pointselect	2017-06-00 1700139U	江苏省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
897	中医问诊量化辨证诊治辅助系统	河北晓示医疗器械有限公司	河北晓示医疗器械有限公司	HSME-A	2017年6月25日 HSME-A/170601	河北省食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
898	脉象信息采集体质辨识系统	上海道生医疗科技有限公司	上海道生医疗科技有限公司	DS01-D II	2018年04月13日 D II 20180310	上海市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位
899	电位治疗器	北京佳农医疗器械有限公司	MARUTAKATE CHNO CO.,LTD.	KAVASS	18年2月16日 0500100474	北京市食品药品监督管理局	天津市医疗器械质量监督检验中心
900	一次性使用输注泵	深圳市益心达医学新技术有限公司	深圳市益心达医学新技术有限公司	SCW-100-I	20180303 318062303	广东省食品药品监督管理局	山东省医疗器械产品质量检验中心
901	LED 光固化机	佛山市多易美医疗器材有限公司	佛山市多易美医疗器材有限公司	SKI-801	2018.05 AH0501001	广东省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
902	血液透析机	成都威力生生物科技有限公司	成都威力生生物科技有限公司	W-T2008-B	20180524 XT180409	四川省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所
903	非吸收性外科缝线（真丝缝线）	南通华利康医疗器械有限公司	南通华利康医疗器械有限公司	3-0（1#）	2018年04月20日 180419	江苏省食品药品监督管理局	江苏医疗器械检测所