

国家药品监督管理局

通告

2019 年 第 65 号

国家药监局关于发布国家医疗器械 监督抽检结果的通告（第 6 号）

为加强医疗器械质量监督管理，保障医疗器械产品使用安全有效，国家药品监督管理局组织对正畸丝、超声洁牙设备等22个品种共617批（台）的产品进行了质量监督抽检，共47批（台）产品不符合标准规定。具体情况通告如下：

一、被抽检项目不符合标准规定的医疗器械产品，涉及 37 家企业的 18 个品种 41 批（台）。具体为：

（一）正畸丝 2 家企业 3 批次产品。American Orthodontics Corp（代理商：美奥正畸（上海）贸易有限公司）生产的 1 批次

不锈钢正畸丝，尺寸、I型：挠度为0.1mm的屈服弯曲力和弯曲刚度不符合标准规定；Ormco Corporation（代理商：卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司）生产的2批次正畸丝，尺寸不符合标准规定。

（二）超声洁牙设备2家企业2台产品。DENTSPLY Professional（代理商：登士柏（天津）国际贸易有限公司）、W&H Dentalwerk BÜrmoos GmbH（代理商：达颀医疗器械（上海）有限公司）生产的各1台超声波洁牙机，保护接地、功能接地和电位均衡不符合标准规定。

（三）多参数监护仪6家企业6台产品。深圳邦健生物医疗设备股份有限公司、深圳多特医疗技术有限公司、深圳市瑞康宏业科技开发有限公司、徐州天飞电子设备有限公司生产的各1台多参数监护仪，所有生理报警和技术报警的暂停或抑制不符合标准规定；南京普澳医疗设备有限公司、深圳市威浩康医疗器械有限公司生产的各1台多参数监护仪，心率的测量范围和准确度、所有生理报警和技术报警的暂停或抑制不符合标准规定。

（四）腹膜透析管1家企业2批次产品。Medical Components, Inc.（代理商：百特医疗用品贸易（上海）有限公司）生产的2批次腹膜透析导管及附件，流量不符合标准规定。

（五）髋关节假体2家企业2批次产品。强生（上海）医疗器材有限公司代理的髋关节假体（包括Depuy Orthopaedics, Inc.生产的股骨柄和Depuy International, Ltd.生产的股骨头），股骨头锥连接的直径、锥度、直线度和圆度不符合标准规定；法国

SERF 公司（代理商：北京华杰豪科技开发公司）生产的人工髌关节假体 股骨头，股骨头锥连接的直径、锥度、直线度和圆度不符合标准规定。

（六）连续性血液净化设备 1 家企业 1 台产品。Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA（代理商：费森尤斯医药用品（上海）有限公司）生产的 1 台急性透析和体外血液治疗机，静脉压监控不符合标准规定。

（七）特定电磁波治疗仪 1 家企业 1 台产品。重庆航天火箭电子技术有限公司生产的 1 台次特定电磁波治疗器，防护件不符合标准规定。

（八）天然胶乳橡胶避孕套 2 家企业 2 批次产品。广州双一乳胶制品有限公司生产的 1 批次天然胶乳橡胶避孕套，未经老化爆破体积和爆破压力不符合标准规定；高平市丹阳橡胶制品有限公司生产的 1 批次天然胶乳橡胶避孕套，针孔不符合标准规定。

（九）外科缝线（针）1 家企业 1 批次产品。B.Braun Surgical SA（代理商：哈尔滨中山生物工程有限公司）生产的 1 批次可吸收外科缝线，缝线线径不符合标准规定。

（十）微波治疗设备 1 家企业 1 台产品。南京亿高微波系统工程股份有限公司生产的 1 台微波治疗仪，正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流不符合标准规定。

（十一）小型蒸汽灭菌器 1 家企业 1 台产品。连云港千樱医疗设备有限公司生产的 1 台 TMQ 系列台式脉动真空蒸汽灭菌器，样品在检验过程中发生故障，无法恢复和检验，不符合标准规定。

(十二) 血液透析器 1 家企业 2 批次产品。Bellco S.r.l (代理商: 贝而克合翔医疗设备(上海)有限公司)生产的 1 批次血液透析滤过器,清除率、超滤率不符合标准规定; Bellco S.r.l (代理商: 贝而克合翔医疗设备(上海)有限公司)生产的 1 批次血液透析器,清除率不符合标准规定。

(十三) 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 1 家企业 2 批次产品。浙江辰和医疗设备有限公司生产的 2 批次一次性使用输注泵,紫外吸光度不符合标准规定。

(十四) 一次性使用无菌阴道扩张器 2 家企业 2 批次产品。扬州美林医疗器械有限公司生产的 1 批次一次性使用无菌阴道扩张器,尺寸不符合标准规定; 新乡市华西卫材有限公司生产的 1 批次一次性使用无菌阴道扩张器,环氧乙烷残留量不符合标准规定。

(十五) 一次性使用无菌注射器(带针) 1 家企业 1 批次产品。上海康寿医疗器械有限公司生产的 1 批次一次性使用无菌注射器 带针,注射器外观不符合标准规定。

(十六) 一次性使用医用口罩 8 家企业 8 批次产品。南昌华益医疗器械有限公司生产的 1 批次一次性使用口罩、新乡市华西卫材有限公司生产的 1 批次一次性使用医用口罩,细菌过滤效率(BFE)不符合标准规定; 河南省科隆医疗器械有限公司生产的 1 批次一次性使用无菌医用口罩,口罩带、细菌过滤效率不符合标准规定; 河南天和卫生材料有限公司生产的 1 批次一次性使用无菌医用口罩,口罩带、通气阻力不符合标准规定; 河南省戈尔

医疗器械有限公司生产的 1 批次普通医用口罩、河南省升元医用卫材有限公司生产的 1 批次一次性使用医用口罩、青岛科美生物工程有限公司生产的 1 批次一次性使用医用口罩，口罩带不符合标准规定；新乡市康民卫材开发有限公司生产的 1 批次医用口罩，通气阻力不符合标准规定。

（十七）医用外科口罩 3 家企业 3 批次产品。振德医疗用品股份有限公司生产的 1 批次医用外科口罩，口罩带不符合标准规定；南昌飞翔乳胶制品有限公司生产的 1 批次医用外科口罩，压力差（ Δp ）不符合标准规定；新乡市华西卫材有限公司生产的 1 批次医用外科口罩，压力差（ Δp ）、微生物指标不符合标准规定。

（十八）丙型肝炎病毒（HCV）抗体检测试剂盒（胶体金法）1 家企业 1 批次产品。潍坊三维工程集团有限公司生产的 1 批次丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法），阴性参考品符合率、阳性参考品符合率、最低检出限、重复性不符合标准规定。

以上抽检不符合标准规定产品具体情况，见附件 1。

二、被抽检项目为标识标签、说明书等项目不符合标准规定的医疗器械产品，涉及 7 家企业的 4 个品种 7 台，具体为：

（一）超声多普勒胎儿监护仪 1 家企业 1 台产品。杭州远想医疗设备有限公司生产的 1 台超声多普勒胎儿监护仪，识别、标记和文件不符合标准规定。

（二）超声洁牙设备 1 家企业 1 台产品。W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH（代理商：达颀医疗器械（上海）有限公司）生

产的 1 台超声波洁牙机, 设备或设备部件的外部标记不符合标准规定。

(三) 手术显微镜 4 家企业 4 台产品。湖南恒星科技股份有限公司、镇江市新天医疗器械有限公司、镇江市卓创医疗科技有限公司、镇江亿华光学仪器有限公司生产的各 1 台手术显微镜, 设备或设备部件的外部标记不符合标准规定。

(四) 无创自动测量血压计(电子血压计) 1 家企业 1 台产品。欧姆龙健康医疗株式会社(代理商: 欧姆龙健康医疗(中国)有限公司)生产的 1 台电子血压计, 设备或设备部件的外部标记不符合标准规定。

以上抽检不符合标准规定产品具体情况, 见附件 2。

三、抽检项目全部符合标准规定的医疗器械产品涉及 241 家企业的 14 个品种 570 批(台), 见附件 3。

四、对上述抽检中发现的不符合标准规定产品, 国家药品监督管理局已要求企业所在地省级药品监督管理部门督促相关企业按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械召回管理办法》等法规规章要求对抽检不符合标准规定的产品进行风险评估, 根据医疗器械缺陷的严重程度确定召回级别, 主动召回产品并公开召回信息。同时, 企业应尽快查明产品不合格原因, 制定整改措施并按期整改到位, 有关处置情况于 2019 年 9 月 30 日前向社会公布, 并及时将相关情况报告至所在地省级药品监督管理部门。

五、企业所在地省级药品监督管理部门应对相关企业进行调查处理, 对企业进行产品召回、不合格原因调查、落实整改措施及公

开披露信息等情况进行监督；产品对人体造成伤害或者有证据证明可能危害人体健康的，应依法采取暂停生产、经营、使用的紧急控制措施；需要暂停进口的，应及时报国家药品监督管理局作出行政处理决定。企业未按要求落实上述要求的，所在地省级药品监督管理部门要依法严肃查处。有关信息应及时向社会公开。

六、以上各项落实情况，相关省级药品监督管理部门于2019年10月15日前报告国家药品监督管理局。

特此通告。

- 附件：1.国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单
2.国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单
3.国家医疗器械抽检符合标准规定产品名单



（公开属性：主动公开）

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准 规定项
1	不锈钢正畸丝	美奥正畸 (上海)贸易 有限公司	American Orthodontics Corp	853-386IW	2017年12月6日 H53454	上海市食品 药品监督管 理局	北京大学口腔医 学院口腔医疗器 械检验中心	1.尺寸; 2. I 型: 挠度为 0.1mm 的屈 服弯曲力和 弯曲刚度
2	正畸丝	卡瓦盛邦 (上海)牙 科医疗器械 有限公司	Ormco Corporation	227-1113	2018年3月 031801111	上海市食品 药品监督管 理局	北京大学口腔医 学院口腔医疗器 械检验中心	尺寸
3	正畸丝	广州众雅医 疗器械有限 公司	Ormco Corporation	.014o Cor	081779193	广东省食品 药品监督管 理局	北京大学口腔医 学院口腔医疗器 械检验中心	尺寸
4	超声波洁牙机	登士柏(天 津)国际贸 易有限公司	DENTSPLY Professional	Gen-130B	2017-07-03 1707000002 130B-14732	天津市市场 和质量监督 管理委员会	安徽省食品药 品检验研究 院	保护接地、功 能接地和电 位均衡
5	超声波洁牙机	达颀医疗器 械(上海) 有限公司	W&H Dentalwerk B00002s GmbH	PA-123	2016 SN02115	上海市食品 药品监督管 理局	安徽省食品药 品检验研究 院	保护接地、功 能接地和电 位均衡

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准 规定项
6	多参数监护仪	深圳邦健生物医疗设备股份有限公司	深圳邦健生物医疗设备股份有限公司	iM15	C616110094	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院	所有生理报警和技术报警的暂停或抑制
7	多参数监护仪	深圳多特医疗技术有限公司	深圳多特医疗技术有限公司	iZ15	2018-05 180501001	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院	所有生理报警和技术报警的暂停或抑制
8	多参数监护仪	深圳市瑞康宏业科技开发有限公司	深圳市瑞康宏业科技开发有限公司	i1200	2018年03月 1803190100020001	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院	所有生理报警和技术报警的暂停或抑制
9	多参数监护仪	徐州天飞电子设备有限公司	徐州天飞电子设备有限公司	F-100B	2018年05月 01180355201	江苏省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院	所有生理报警和技术报警的暂停或抑制
10	多参数监护仪	南京普澳医疗设备有限公司	南京普澳医疗设备有限公司	PDJ-3000	2018年4月23日 301804511	江苏省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院	1.心率的测量范围和准确度; 2.所有生理报警和技术报警的暂停或抑制
11	多参数监护仪	深圳市威浩康医疗器械有限公司	深圳市威浩康医疗器械有限公司	Angel-6000H	2018-3-16 WA0606ID0001	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院	1.心率的测量范围和准确度; 2.所有生理报警和技术报警的暂停或抑制

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准 规定项
12	腹膜透析导管 及附件	百特医疗用品贸易(上海)有限公司	Medical Components, Inc.	MDC63C-C	2017-06-08 MJGM380	上海市食品 药品监督管 理局	广东省医疗器械 质量监督检验所	流量
13	腹膜透析导管 及附件	百特医疗用品贸易(上海)有限公司	Medical Components, Inc.	MC200101-C	2018-01-15 MLBS310	上海市食品 药品监督管 理局	广东省医疗器械 质量监督检验所	流量
14	股骨柄(商品 名: Summit Basic); 股骨 头	强生(上海) 医疗器材有 限公司	股骨柄: Depuy Orthopaedics, Inc. 股骨头: Depuy International, Ltd.	股骨柄: 1570-05-090; 股骨头型号: 1365-14-000	股骨柄: 2015年04 月15日; 股骨头: 2017年11月7日 股骨柄 LOT: 646792; 股骨头: 8643258	上海市食品 药品监督管 理局	天津市医疗器械 质量监督检验中 心	股骨球头锥 连接的直径、 锥度、直线度 和圆度
15	人工髋关节假 体 股骨头	北京华杰豪 科技开发公 司	法国 SERF 公司	SI 28/+4	2018-03 1801425B	北京市食品 药品监督管 理局	天津市医疗器械 质量监督检验中 心	股骨球头锥 连接的直径、 锥度、直线度 和圆度
16	急性透析和体 外血液治疗机	费森尤斯医 药用品(上海) 有限公司	Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA	multiFiltrate with integrated Ci-Ca module	2016年11月 6MUGD941	上海市食品 药品监督管 理局	广东省医疗器械 质量监督检验所	静脉压监控
17	特定电磁波治 疗器	重庆航天火 箭电子技术 有限公司	重庆航天火箭电 子技术有限公司	CQ-10	2018.05 054841	重庆市食品 药品监督管 理局	天津市医疗器械 质量监督检验中 心	防护件

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准 规定项
18	天然胶乳橡胶 避孕套	舟山市普陀 医药药材有 限公司	广州双一乳胶制品 有限公司	光面型 标称 宽度: 52mm	2017.05 SY0031704	浙江省食品 药品监督管 理局	湖北省医疗器械 质量监督检验研 究院	未经老化爆 破体积和爆 破压力
19	天然胶乳橡胶 避孕套	宁夏德立信 老百姓医药 有限责任公 司	高平市丹阳橡胶制 品有限公司	52 市丹阳橡 胶光面型	201801 18011231	宁夏回族自 治区食品药 品监督管理 局	贵州省医疗器械 检测中心	针孔
20	可吸收外科缝 线	哈尔滨中山 生物工程有 限公司	B.Braun Surgical SA	线; 5/0, 70cm; 针: 1/2 弧, 弧长 13mm	201505 115225 外包装: C0068007, 单包 装: 0068007	黑龙江省食 品药品监督 管理局	天津市医疗器械 质量监督检验中 心	缝线线径
21	微波治疗仪	南京亿高微 波系统工程 有限公司	南京亿高微波系统 工程有限公司	ECO-100E	2017 12 0121704	江苏省食品 药品监督管 理局	天津市医疗器械 质量监督检验中 心	正常工作温 度下的连续 漏电流和患 者辅助电流
22	TMQ 系列台式 脉动真空蒸汽 灭菌器	连云港千樱 医疗设备有 限公司	连云港千樱医疗设 备有限公司	TMQ-380B/A	2018 年 04 月 15257	江苏省食品 药品监督管 理局	浙江省医疗器械 检验研究院	样品在检验 过程中发生 故障, 无法恢 复和检验。
23	血液透析滤过 器	贝而克合翔 医疗设备 (上海) 有 限公司	Bellco S.r.l	PHYLTER HF 13SD	2017-07 1707000250	上海市食品 药品监督管 理局	广东省医疗器械 质量监督检验所	1.清除率; 2. 超滤率
24	血液透析器	贝而克合翔 医疗设备 (上海) 有 限公司	Bellco S.r.l	BLS517G	2017-02 1702000072	上海市食品 药品监督管 理局	广东省医疗器械 质量监督检验所	清除率

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准 规定项
25	一次性使用输 注泵	西安市红会 医院	浙江辰和医疗设备 有限公司	PCA-200B	20180314 20180314	陕西省食品 药品监督管 理局	北京市医疗器械 检验所	紫外吸光度
26	一次性使用输 注泵	河南省三门 峡市中心医 院	浙江辰和医疗设备 有限公司	PCA-100C	20170411 20170411	河南省食品 药品监督管 理局	江苏省医疗器械 检验所	紫外吸光度
27	一次性使用无 菌阴道扩张器	开封市中心 医院	扬州美林医疗器械 有限公司	中号	20170908 20170908	河南省食品 药品监督管 理局	河北省医疗器械 与药品包装材料 检验研究院	尺寸
28	一次性使用无 菌阴道扩张器	郑州颐和医 院	新乡市华西卫材有 限公司	中号	2018年1月12日 18011207	河南省食品 药品监督管 理局	河北省医疗器械 与药品包装材料 检验研究院	环氧乙烷残 留量
29	一次性使用无 菌注射器带 针	重庆市巴南 区第二人民 医院	上海康寿医疗器械 有限公司	2(2.5)ml 0.5 器械有限公 司材料	170809 170809	重庆市食品 药品监督管 理局	海南省药品检验 所	注射器外观
30	一次性使用口 罩	北京康达利 门诊部	南昌华益医疗器械 有限公司	中号 180mm 器械有限公 司	20180106 20180106	北京市食品 药品监督管 理局	辽宁省医疗器械 检验检测院	细菌过滤效 率(BFE)
31	一次性使用医 用口罩	东营市人民 医院	新乡市华西卫材有 限公司	平面形 17.5cm 有限 公司院8	2018年3月2 18030216	山东省食品 药品监督管 理局	辽宁省医疗器械 检验检测院	细菌过滤效 率(BFE)
32	一次性使用无 菌医用口罩	河南省科隆 医疗器械有 限公司	河南省科隆医疗器 械有限公司	/	2017年10月2日 01171001	河南省食品 药品监督管 理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院	1.口罩带; 2. 细菌过滤效 率
33	一次性使用无 菌医用口罩	河南天和卫 生材料有限 公司	河南天和卫生材料 有限公司	平面型 大号 (17.5cm 材 料有限公司)	20180316 20180316	河南省食品 药品监督管 理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院	1.口罩带; 2. 通气阻力

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准 规定项
34	普通医用口罩	潢川县中医院	河南省戈尔医疗器械有限公司	挂耳型	2017年12月1日 12171201	河南省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院	口罩带
35	一次性使用医用口罩	河南省升元医用卫材有限公司	河南省升元医用卫材有限公司	平面型	20180408	河南省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院	口罩带
36	一次性使用医用口罩	青岛科美生物工程有限公司	青岛科美生物工程有限公司	平面型耳挂式 KMKZ-01	20180502 20180502	山东省食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院	口罩带
37	医用口罩	泰安市中心医院	新乡市康民卫材开发有限公司	平面挂耳式	2018年4月6日 20180406	山东省食品药品监督管理局	辽宁省医疗器械检验检测院	通气阻力
38	医用外科口罩	浙江衢化医院	振德医疗用品股份有限公司	I型 17cm 品股份有限公司	20180118 20180118	浙江省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所	口罩带
39	医用外科口罩	南昌飞翔乳胶制品有限公司	南昌飞翔乳胶制品有限公司	折叠式 11.8 胶制品有限	20180305 20180305	江西省食品药品监督管理局	广东省医疗器械质量监督检验所	压力差(Δp)
40	医用外科口罩	临沂市人民医院	新乡市华西卫材有限公司	型号: 平面型 规格: 17.5cm 材有限公司 检(允差 \pm 差 ± 5)	2017年12月2 171202	山东省食品药品监督管理局	北京市医疗器械检验所	1.压力差(Δp); 2.微生物指标
41	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)	潍坊三维工程集团有限公司	潍坊三维工程集团有限公司	25人份/桶	2018.5.6 20180501 20180501	山东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院	1.阴性参考品符合率; 2.阳性参考品符合率; 3.最低检出限; 4.重复性

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项
1	超声多普勒胎 儿监护仪	杭州远想医疗 设备有限公司	杭州远想医疗设 备有限公司	T1	2016年6月1日 TJT1160601002	浙江省食品药 品监督管理局	江苏省医疗器械 检验所	识别、标记 和文件
2	超声波洁牙机	达顺医疗器械 (上海)有限 公司	W&H Dentalwerk B等项目)不符 GmbH	PA-123	2016 SN02115	上海市食品药 品监督管理局	安徽省食品药 品检验研究院	设备或设 备部件的 外部标记
3	手术显微镜	湖南恒星科技 股份有限公司	湖南恒星科技股 份有限公司	STAR-M801	2017.03.16 20170316001	湖南省食品药 品监督管理局	中央军委后勤保 障部卫生局药品 仪器检验所	设备或设 备部件的 外部标记
4	手术显微镜	镇江市新天医 疗器械有限公 司	镇江市新天医疗 器械有限公司	XT-X-4A	2018年4月18日 2018040402	江苏省食品药 品监督管理局	中央军委后勤保 障部卫生局药品 仪器检验所	设备或设 备部件的 外部标记
5	手术显微镜	镇江市卓创医 疗科技有限公 司	镇江市卓创医疗 科技有限公司	ZC-X-4A	2018年5月7日 20180056	江苏省食品药 品监督管理局	中央军委后勤保 障部卫生局药品 仪器检验所	设备或设 备部件的 外部标记
6	手术显微镜	镇江亿华光学 仪器有限公司	镇江亿华光学仪 器有限公司	YH-X-4A	2018.5.24 2018504 2018043	江苏省食品药 品监督管理局	中央军委后勤保 障部卫生局药品 仪器检验所	设备或设 备部件的 外部标记
7	电子血压计	欧姆龙健康医 疗(中国)有 限公司	欧姆龙健康医疗 株式会社	J750L	2018.01.17 201801A 20180100099AF	辽宁省食品药 品监督管理局	北京市医疗器械 检验所	设备或设 备部件的 外部标记

附件 3

国家医疗器械抽检符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
1	HIV 抗体口腔渗出液 检测试剂	云南省疾病预防 控制中心	成都协和生物技术 有限责任公司	10 人份/盒	20180119 20180101	云南省食品药 品监督管理局	中国食品药品检 定研究院
2	口腔黏膜渗出液人类免 疫缺陷病毒 1+2 型抗体 检测试剂盒 (免疫渗滤 法)	北京万泰生物药 业股份有限公司	北京万泰生物药业 股份有限公司	6 人份/盒	2017-10-22 ID20171203J	北京市食品药 品监督管理局	中国食品药品检 定研究院
3	HIV 抗体口腔渗出液 检测试剂	云南省疾病预防 控制中心	成都协和生物技术 有限责任公司	10 人份/盒	20180326 20180302	云南省食品药 品监督管理局	中国食品药品检 定研究院
4	HIV 抗体口腔渗出液 检测试剂	云南省疾病预防 控制中心	北京玛诺生物制药 有限公司	1 人份/盒	20180129 A20171205	云南省食品药 品监督管理局	中国食品药品检 定研究院
5	人类免疫缺陷病毒抗 体口腔粘膜渗出液检 测试剂盒 (胶体金法)	北京玛诺生物制 药股份有限公司	北京玛诺生物制药 股份有限公司	1 人份/袋	2018-03-14 A20171212	北京市食品药 品监督管理局	中国食品药品检 定研究院
6	口腔黏膜渗出液人类 免疫缺陷病毒 (1/2) 抗体检测试剂盒 (胶体 金法)	成都协和生物技 术有限责任公司	成都协和生物技术 有限责任公司	1 人份/盒	20180119 20180101	四川省食品药 品监督管理局	中国食品药品检 定研究院
7	人类免疫缺陷病毒 (1/2) 抗体口腔黏膜 渗出液检测试剂盒 (胶 体金法)	北京库尔科技有 限公司	北京库尔科技有限 公司	25 人份/盒 卡 型	20180503 20180503	北京市食品药 品监督管理局	中国食品药品检 定研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
8	人类免疫缺陷病毒抗体口腔粘膜渗出液检测试剂盒	临沧市疾病预防控制中心	北京玛诺生物制药股份有限公司	1人份/盒	2018-02-06 A20171209 A20171209	云南省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
9	丙型肝炎病毒(HCV)抗体检测试剂盒(胶体金法)	上海凯创生物技术有限公司	上海凯创生物技术有限公司	盒型: 25人份/盒	20180305 B201803011	上海市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
10	丙型肝炎病毒抗体检测试剂(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	蓝十字生物药业(北京)有限公司	条型: 1人份/袋	20180331 20180305	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
11	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)	北京库尔科技有限公司	北京库尔科技有限公司	1人份/袋 卡型	20180504 20180504	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
12	丙型肝炎病毒抗体检测试剂(胶体金法)	蓝十字生物药业(北京)有限公司	蓝十字生物药业(北京)有限公司	条型: 1人份/袋	20180321 20180303	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
13	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)	北京北方生物技术研究所有限公司	北京北方生物技术研究所有限公司	50人份/盒	20180309 201803001 \\	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
14	丙型肝炎病毒抗体检测试剂(胶体金法)	仙居县人民医院	艾博生物医药(杭州)有限公司	40人份/盒	2017-11 2018010015	浙江省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
15	丙型肝炎病毒抗体检测试剂(胶体金法)	四川子益医疗器械有限公司	艾博生物医药(杭州)有限公司	50人份/盒	2017-10 2017110050	四川省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
16	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)	北京新兴四寰生物技术有限公司	北京新兴四寰生物技术有限公司	40人份(卡)	2017年11月30日 201711002	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
17	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)	珠海丽珠试剂股份有限公司	珠海丽珠试剂股份有限公司	50人份/盒(卡型)	20180326 1803010250	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
18	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)	江苏维尔生物科技有限公司	江苏维尔生物科技有限公司	20人份/盒	2017.04.27 20170427	江苏省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
19	丙型肝炎病毒抗体检测试剂(胶体金法)	艾博生物医药(杭州)有限公司	艾博生物医药(杭州)有限公司	板型单人份: 40人份/盒	2018-04 2018040204	浙江省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
20	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)	郑州安图生物工程股份有限公司	郑州安图生物工程股份有限公司	条型 50 人份/盒	2018 年 02 月 13 日 20180213	河南省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
21	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)	厦门市波生生物技术有限公司	厦门市波生生物技术有限公司	40 人份/盒	2018.03.12 H18031203	福建省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
22	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)	天津中新科炬生物制药股份有限公司	天津中新科炬生物制药股份有限公司	40 人份/盒(卡型)	20180417 201804171B 201804171B	天津市市场和质量监督管理委员会	中国食品药品检定研究院
23	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)	北京万泰生物药业股份有限公司	北京万泰生物药业股份有限公司	10 人份/盒	2017-12-19 JC20180101E	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
24	丙型肝炎病毒(HCV)抗体检测试剂盒(胶体金法)	正元盛邦(天津)生物科技有限公司	正元盛邦(天津)生物科技有限公司	40 人份每盒	20180416 2018041703 2018041703	天津市市场和质量监督管理委员会	中国食品药品检定研究院
25	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)	南通伊仕生物技术股份有限公司	南通伊仕生物技术股份有限公司	卡型: 1 人份/袋、25 人份/盒	20180309 1803011402	江苏省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
26	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)	迈克生物股份有限公司	迈克生物股份有限公司	条形 50 人份/盒	20171215 1217071	四川省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
27	丙型肝炎病毒抗体检测试剂(胶体金法)	潍坊市康华生物技术有限公司	潍坊市康华生物技术有限公司	卡式 40 人份/盒	20180404 180401 180401	山东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
28	丙型肝炎病毒抗体检测试剂(胶体金法)	青岛汉唐生物科技有限公司	青岛汉唐生物科技有限公司	检测卡 20 人份/盒	20180123 180101 180101	山东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
29	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)	北京中检安泰诊断科技有限公司	北京中检安泰诊断科技有限公司	20 人份/盒	2018 年 03 月 19 日 20180301	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
30	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)	上海科华生物工程股份有限公司	上海科华生物工程股份有限公司	板型: 50 人份/盒	2017-12-05 40517121C1	上海市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
31	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）	泉州市广汇医疗器械有限公司	天津中新科炬生物制药股份有限公司	50 人份/盒（条型）	20180205 201802052B	福建省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
32	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）	河池市妇幼保健院	北京万泰生物药业股份有限公司	10 人份/盒	JC20171204E	广西壮族自治区食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
33	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）	雅安市人民医院	北京万泰生物药业股份有限公司	10 人份	2017-12-19 JC20180101E	四川省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
34	丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法）	台州市施坦德医疗器械有限公司	艾博生物医药（杭州）有限公司	40 人份/盒	2017-11 2018010344	浙江省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
35	脱细胞角膜基质	深圳艾尼尔角膜工程有限公司	深圳艾尼尔角膜工程有限公司	TEC-L4	180401	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
36	脱细胞肛痿修复基质	陕西瑞盛生物科技有限公司	陕西瑞盛生物科技有限公司	7 型/SIS-75	180301	陕西省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
37	脱细胞角膜植片	广州优得清生物科技有限公司	广州优得清生物科技有限公司	AC0500	2017-09-27 170901 002075	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
38	脱细胞生物羊膜	成都青山利康药业有限公司	成都青山利康药业有限公司	20mm 利康药业有	2018.01.23 180101-09A	四川省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
39	异种脱细胞真皮基质敷料（商品名：东慈真皮基质）	江苏优创生物医学科技有限公司	江苏优创生物医学科技有限公司	DC-ADM-b 型	2018 年 4 月 4 日 20180404	江苏省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
40	脱细胞异体真皮	北京桀亚莱福生物技术有限责任公司	北京桀亚莱福生物技术有限责任公司	J-1 型 30cm2 （5cm*6cm）	2018 年 04 月 14 日 180414	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
41	猪皮脱细胞真皮基质敷料	江阴奔翔生物科技有限公司	江阴奔翔生物科技有限公司	100mm 物科技 有限公司责任 公司东慈	2018-03-20 A180320	江苏省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
42	脱细胞异体真皮基质 口腔组织补片	北京清源伟业生物组织工程科技有限公司	北京清源伟业生物组织工程科技有限公司	1cm 源伟业生	20180205 18ACaf-0123 0151~0173	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
43	病人监护仪	通用电气医疗系统(中国)有限公司	通用电气医疗系统(中国)有限公司	B105	2018-05-28 SP318220930W A	江苏省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
44	病人监护仪	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	iPM 10	2018.4 11903868 FG-84046558	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
45	多参数监护仪	南京科力威电子设备有限公司	南京科力威电子设备有限公司	JP2000-09 型	2018.4 KLW9804002	江苏省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
46	病人监护仪	飞利浦金科威(深圳)实业有限公司	飞利浦金科威(深圳)实业有限公司	G30E	2018.05 CN50803375	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
47	病人监护仪	深圳市柯林健康医疗有限公司	深圳市柯林健康医疗有限公司	MAGNOLIA 15	2018.3 M1518030009	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
48	多参数监护仪	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	M3	2018.5.4 302095-M1841 4820007	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
49	多参数监护仪	北京麦邦光电仪器有限公司	北京麦邦光电仪器有限公司	MB526	2018.03.23 MR803233001 T	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
50	多参数监护仪	广东宝莱特医用科技股份有限公司	广东宝莱特医用科技股份有限公司	BTD-352A	2018.04 1803136 M006A022054	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
51	多参数监护仪	深圳华声医疗技术股份有限公司	深圳华声医疗技术股份有限公司	WPM-80	2017.11 PB7A100010B PB7A100010B	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
52	多参数监护仪	徐州天荣医疗通讯设备有限公司	徐州天荣医疗通讯设备有限公司	TR-900K	2017.01 9K0117010001	江苏省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
53	多参数监护仪	深圳市科瑞康实业有限公司	深圳市科瑞康实业有限公司	UP-7000	2018.5 J33000C00265	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
54	多参数监护仪	江苏康尚生物医疗科技有限公司	江苏康尚生物医疗科技有限公司	Aurora 10	2017.8 Ma1708017 Ma1708017000 5	江苏省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
55	病人监护仪	广东宝莱特医用科技股份有限公司	广东宝莱特医用科技股份有限公司	M9500	2017/08 1707182 M014A009914	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
56	多参数病人监护仪	深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司	深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司	G2A	2018.5.10 G2A0C0062	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
57	骨修复材料	江苏阳生生物工程有限公司	江苏阳生生物工程有限公司	0.5g (1.5cm ³)	2018-01-04 20180104	江苏省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
58	骨填充材料	盖思特利商贸(北京)有限公司	Geistlich Pharma AG	100mg	2017年09月02日 81701095\	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
59	骨修复材料	烟台正海生物科技股份有限公司	烟台正海生物科技股份有限公司	型号: ZB-KL-0.25-A 规格: 粒径 0.25-1mm, 0.25g/瓶	2018.04.12 SW180301a 0049-0071 (共 23瓶)	山东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
60	胶原基骨修复材料	天津市赛宁生物工程技术有限公司	天津市赛宁生物工程技术有限公司	S24*4*20mm	2017.07.29 2017062501	天津市市场和质量监督管理委员会	中国食品药品检定研究院
61	天然煅烧骨修复材料	陕西瑞盛生物科技有限公司	陕西瑞盛生物科技有限公司	GBB-G5-C10.2 5g	2018.02.14 180102	陕西省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
62	同种异体骨修复材料	北京大清生物技术股份有限公司	北京大清生物技术股份有限公司	松质骨长条状 3ml	2018年1月25 日 180101 180101-1051~ 180101-1073	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
63	胶原基骨修复材料	天津市赛宁生物 工程技术有限公司	天津市赛宁生物工 程技术有限公司	S24*4*20mm	2017.08.30 2017080701	天津市市场和 质量监督管 理委员会	中国食品药品检 定研究院
64	尿素测定试剂盒(尿素 酶-谷氨酸脱氢酶法)	武汉生之源生物 医疗股份有限公 司	武汉生之源生物医 疗股份有限公司	R1: 60ml 源生, R2: 45ml 源生, 校准品: 1.0ml 生物	2018年1月22 日 18040228-A1	湖北省食品药 品监督管理局	中国食品药品检 定研究院
65	尿素测定试剂盒(尿素 酶-谷氨酸脱氨酶法)	贵州普洛迈德生 物工程有限公司	贵州普洛迈德生物 工程有限公司	R1: 40mlx1 R2: 10mlx1	20180425 18042504	贵州省食品药 品监督管理局	中国食品药品检 定研究院
66	尿素测定试剂盒	绵阳市人民医院	北京九强生物技术 股份有限公司	试剂 1、试剂 2: 2 试剂强生物	20180222 18-0222	四川省食品药 品监督管理局	中国食品药品检 定研究院
67	尿素测定试剂盒(尿素 酶-谷氨酸脱氢酶法)	迈克生物股份有 限公司	迈克生物股份有限 公司	试剂 1 60ml 有 限公试剂 2 45ml 有限	20180118 0118061	四川省食品药 品监督管理局	中国食品药品检 定研究院
68	尿素测定试剂盒(尿素 酶-谷氨酸脱氢酶法)	四川新健康成生 物股份有限公司	四川新健康成生物 股份有限公司	试剂 1 60ml 生 物股试剂 2 45ml 生物	20180515 0518051	四川省食品药 品监督管理局	中国食品药品检 定研究院
69	尿素测定试剂盒(脲酶 速率法)	广西润盟医疗科 技有限公司	广西润盟医疗科技 有限公司	R1: 1*40ml; R2: 1*10ml	20180518 180518	广西壮族自治 区食品药品监 督管理局	中国食品药品检 定研究院
70	尿素测定试剂盒	贺州市人民医院	迈克生物股份有限 公司	试剂 1 60ml 有 限; 试剂 2 45ml 有限	1017051	广西壮族自治 区食品药品监 督管理局	中国食品药品检 定研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
71	尿素测定试剂盒(尿素酶—谷氨酸脱氢酶法)	珠海森龙生物科技有限公司	珠海森龙生物科技有限公司	140ml (R1: 210ml 物; R2: 220ml 物)	20180403	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
72	UREA 尿素测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法)	广州达泰生物工程技术有限公司	广州达泰生物工程技术有限公司	R1: 60ml*4 R2: 60ml*1	2018.03.20 180301021	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
73	尿素诊断试剂盒(UV-GLDH法)	湖南永和阳光生物科技股份有限公司	湖南永和阳光生物科技股份有限公司	试剂 1: 60ml 阳光生试剂 2: 12ml 阳光	2018.03.13 UR 180301	湖南省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
74	尿素测定试剂盒(脲酶UV法)	湖南海源医疗科技股份有限公司	湖南海源医疗科技股份有限公司	R1: 60ml 医疗 科技股: 15ml 医疗	20180313 20180313	湖南省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
75	尿素测定试剂盒(脲酶UV法)	湖南圣湘生物科技有限公司	湖南圣湘生物科技有限公司	R1: 4x60mL; R2: 4x12mL	2018-03-12 A2018001	湖南省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
76	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	武汉生之源生物医疗股份有限公司	武汉生之源生物医疗股份有限公司	R1: 60ml 源生, R2: 45ml 源生, 校准品: 1.0ml 生物	2018年4月2 日 18040228-A1	湖北省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
77	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	郑州颐和医院	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 41 曼库尔特 实验系: 41 曼库尔特	2017-10-18 AUZ 4899	河南省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
78	尿素(Urea)测定试剂盒(脲酶速率法)	郑州兰森生物技术有限公司	郑州兰森生物技术有限公司	225mL	20180403 20180401	河南省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
79	尿素测定试剂盒(BUN)	洛阳恒恩生物技术有限公司	洛阳恒恩生物技术有限公司	R1: 60mL*1 R2: 20mL*1	180228	河南省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
80	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	中拓生物有限公司	中拓生物有限公司	R1: 21 生物有 限公司研: 21 生物有限	2018年5月23 日 18052311	山东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
81	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	潍坊市康华生物技术有限公司	潍坊市康华生物技术有限公司	50ml*2	20180521 180501 180501	山东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
82	尿素检测试剂盒(酶偶联监测法)	南昌大学第二附属医院	南昌百特生物高新技术股份有限公司	R1: 4×60mL R2: 4×15mL 型号: 717	20180108 180108	江西省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
83	尿素测定试剂盒(脲酶法)	江西特康科技有限公司	江西特康科技有限公司	R1: 41 特康科技有限公: 11 特康科技有校 准液 1 准液康 科	2018-03-31 1803160	江西省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
84	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	福建片仔癀诊断技术有限公司	福建片仔癀诊断技术有限公司	R1: 5*60ml R2: 5*12ml	170701-0270A	福建省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
85	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	晋江市医院	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 41 曼库尔特实验系统: 41 曼库尔特	2017-12-13 AUZ5113	福建省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
86	尿素测定试剂盒(酶法)	安徽伊普诺康生物技术股份有限公司	安徽伊普诺康生物技术股份有限公司	R1: 41 伊普诺康, R2: 42 伊普诺康	20180410 20180410	安徽省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
87	尿素(UREA)测定试剂盒(脲酶速率法)	安徽拓特生物工程有限公司	安徽拓特生物工程有限公司	R1: 40ml 生物工程有: 10ml 生物	20180414 18041401	安徽省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
88	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	浙江东方基因生物制品股份有限公司	浙江东方基因生物制品股份有限公司	试剂 1: 2*60ml 试剂 2: 2*15ml	C1804005	浙江省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
89	尿素(Urea)测定试剂盒	天台县人民医院	北京利德曼生化股份有限公司	R1: 41 利德曼生化股份: 41 利德曼生化股: 11 利德曼	2017.10.22 801301J	浙江省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
90	尿素氮测定试剂盒(脲酶法)	永康市第一人民医院	Siemens. Healthcare Diagnostics Inc.	670 测试盒 (ADViA1200/ 1650/1800/2400) 660 测试盒 (ADViAchem istry XOT)	2017年07月28 日 4275601 03040257	浙江省食品药 品监督管理局	中国食品药 品检 定研究院
91	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	浙江夸克生物科技 有限公司	浙江夸克生物科技 有限公司	R1 64ml*3 R2 48ml*1	20180402 180402	浙江省食品药 品监督管理局	中国食品药 品检 定研究院
92	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	泰州市人民医院	贝克曼库尔特实验 系统(苏州)有限 公司	R1: 4*53ML R2: 4*53ML	20171213 AUZ5113 AUZ5113	江苏省食品药 品监督管理局	中国食品药 品检 定研究院
93	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	上海复星长征医 学科学有限公司	上海复星长征医学 科学有限公司	R1: 41 复星长 征医学科: 11 复星长征	2018年3月2 日 D18030131	上海市食品药 品监督管理局	中国食品药 品检 定研究院
94	尿素测定试剂盒(液 体)(紫外-谷氨酸脱 氢酶法)	吉林大学第一医 院	上海科华生物工程 股份有限公司	R1: 180mL R2: 60mL 校准品: 3mL	20171211	吉林省食品药 品监督管理局	中国食品药 品检 定研究院
95	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	吉林基蛋生物科 技有限公司	吉林基蛋生物科 技有限公司	R1: 41 基蛋生 物科技有: 21 基蛋生物科	20180425	吉林省食品药 品监督管理局	中国食品药 品检 定研究院
96	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	长春赛诺迈德医 学技术有限责任 公司	长春赛诺迈德医学 技术有限责任公 司	试剂 1: 4 剂赛 诺迈德医试剂 2: 2 剂赛诺迈 德	2018022	吉林省食品药 品监督管理局	中国食品药 品检 定研究院
97	尿素测定试剂盒	盘锦市中心医院	迈克生物股份有限 公司	试剂 1 60ml 有 限试剂 2 45ml 有限	20180118 0118061	辽宁省食品药 品监督管理局	中国食品药 品检 定研究院
98	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	张家口奥普森科 技发展有限公司	张家口奥普森科 技发展有限公司	试剂 1: 40ml*2 试剂 2: 10ml*2	2018年5月 20180510	河北省食品药 品监督管理局	中国食品药 品检 定研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
99	尿素测定试剂盒(酶偶联速率法)	保定长城临床试剂有限公司	保定长城临床试剂有限公司	6013-1	2018年5月 20180507	河北省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
100	尿素测定试剂盒	河北艾欧路生物科技有限责任公司	河北艾欧路生物科技有限责任公司	R1: 40ml*2 R2: 16ml*1	2018.4 180423	河北省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
101	尿素测定试剂盒	天津市宝坻区人民医院	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 41 曼库尔特实验系: 41 曼库尔特	2017-09-01 AUZ4812	天津市市场和质量监督管理委员会	中国食品药品检定研究院
102	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	乐普(北京)诊断技术股份有限公司	乐普(北京)诊断技术股份有限公司	试剂 1: 3 剂(北京)、试剂 2: 1 试剂北京)	2018.05.14 B-180514	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
103	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	北京九州泰康生物科技有限责任公司	北京九州泰康生物科技有限责任公司	试剂 I (R1): 40ml 泰康, 试剂 II (R2): 10ml 泰康;	2018.01.05 12180101	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
104	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	北京丹大生物技术有限公司	北京丹大生物技术有限公司	试剂 1: 40ml 试剂 2: 10ml	20180315 BUG033H	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
105	尿素测定试剂盒(脲酶偶联法)	北京普瑞亚科技有限公司	德国 AUTECH DIAGNOSTICA 公司	试剂 1: 5*70ml 试剂 2: 5*14ml	20180322	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
106	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	煤炭总医院	中生北控生物科技股份有限公司	液体双剂型, 60ml*4, R2: 60ml*2, 校准品: 2ml*2 (1 个浓度)	20180112 180871	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
107	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)	民航总医院	柏定生物工程(北京)有限公司	试剂 1: 3-60mL, 试剂 2: 1*45mL, 校准品: 1*2mL	171225 171225	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
108	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	贵阳市第一人民医院	北京九强生物技术股份有限公司	试剂 1: 2x70mL 试剂 2: 1x35mL	20180116 18-0116	贵州省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
109	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	贵州普洛迈德生物工程有限公司	贵州普洛迈德生物工程有限公司	R1: 40mlx1 R2: 10mlx1	20180312 18031202	贵州省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
110	尿酸(UA)测定试剂盒	巴中市中心医院	北京利德曼生化股份有限公司	R1: 51 利德曼生; R2: 52 利德曼生; s: 12 利德曼	2017.09.21 7101811	四川省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
111	尿素测定试剂盒(尿酸酶法)	迈克生物股份有限公司	迈克生物股份有限公司	试剂 1 60ml 有限公司 试剂 2 45ml 有限	20171129 1117051	四川省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
112	尿酸测定试剂盒(URO-PAP法)	四川沃文特生物技术有限公司	四川沃文特生物技术有限公司	R1 60ml 技术有限公司 051111	20180227 1802011	四川省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
113	尿素测定试剂盒(尿酸酶法)	四川新健康成生物股份有限公司	四川新健康成生物股份有限公司	试剂 1 60ml 生物股 试剂 2 45mlx1	20180425 0418031	四川省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
114	尿酸检测试剂盒(比色法)	玉林市第一人民医院	Roche Diagnostics GmbH	1000 测试	2017-10-19 29952501	云南省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
115	尿酸测定试剂盒(酶偶联法)	广西润盟医疗科技有限公司	广西润盟医疗科技有限公司	R1: 1*40ml; R2: 1*10ml	20180517 180517	广西壮族自治区食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
116	尿酸测定试剂盒(Uricase-POD的酶法)	广州市番禺区华鑫科技有限公司	广州市番禺区华鑫科技有限公司	UA	2018-04-23 180417	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
117	尿酸测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法)	中南大学湘雅医院	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 41 曼库尔特实验系统 (: 41 曼库尔特实验	2017-12-05 AUZ5127	湖南省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
118	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	珠海森龙生物科技有限公司	珠海森龙生物科技有限公司	140ml (R1: 210ml 物; R2: 220ml 物)	20180408	广东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
119	尿酸诊断试剂盒(尿酸酶-POD法)	湖南永和阳光生物科技股份有限公司	湖南永和阳光生物科技股份有限公司	试剂 1: 60ml 阳光生试剂 2: 12ml 阳光	2018.04.18 UA 180401	湖南省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
120	尿酸测定试剂盒(酶偶联法)	湖南海源医疗科技股份有限公司	湖南海源医疗科技股份有限公司	R1: 60ml 医疗 科技股: 15ml 医疗	20180309 20180309	湖南省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
121	尿酸测定试剂盒(酶偶联法)	湖南圣湘生物科技有限公司	湖南圣湘生物科技有限公司	R1: 2x60mL; R2: 2x15mL	2018-01-31 B2018001	湖南省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
122	尿酸测定试剂盒(VRO-PAP法)	武汉生之源生物医疗股份有限公司	武汉生之源生物医疗股份有限公司	R1: 60ml 源生, R2: 45ml 源生, 校准品: 1.0ml 生物	2018年2月6 日 18020629-A1	湖北省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
123	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	郑州儿童医院	宁波瑞源生物科技有限公司	400mL (R1 4L 物科技有限公司) 公司 8001)	20180228 2018022801	河南省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
124	尿酸测定试剂盒(UA)	洛阳恒恩生物科技有限公司	洛阳恒恩生物科技有限公司	R1: 60mL*1 R2: 15mL*1	171223	河南省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
125	尿酸测定试剂盒-UA(酶比色法)	山东科立森生物股份有限公司	山东科立森生物股份有限公司	R1: 11科立森 生物股: 11科 立森生	2018年3月12 日 20180312	山东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
126	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	中拓生物有限公司	中拓生物有限公司	R1: 21生物有 限公司尿: 21 生物有限	2018年5月12 日 18051211	山东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
127	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	潍坊市康华生物技术有限公司	潍坊市康华生物技术有限公司	40ml*2 20ml*1	20180509 180501 180501	山东省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
128	尿酸检测试剂盒(尿酸酶法)	南昌大学第二附属医院	美康生物科技股份有限公司	200mL(试剂 1: 2×65mL+试剂 2: 1×70mL); 校准品: 1× 1mL	20171201 171201102	江西省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
129	尿酸检测试剂盒(酶法)	南昌百特生物高新技术股份有限公司	南昌百特生物高新技术股份有限公司	R1: 41 百特生物高新技术	2018.05.17 180517	江西省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
130	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	江西特康科技有限公司	江西特康科技有限公司	R1: 41 特康科技有限公司; 11 特康科技有校准液 1 准液康科	2018-03-17 1803127	江西省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
131	尿酸测定试剂盒(液体)(氧化酶法)	福建省利拓恒医疗器械有限公司	上海市科华生物工程股份有限公司	R1: 160ml R2: 80ml 校准品: 3ml	20171011	广西壮族自治区食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
132	UA 尿酸诊断试剂盒(尿酸酶-POD法)	泉州市儿童医院	湖南永和阳光生物科技股份有限公司	试剂 1: 60ml 阳光生试剂 2: 12ml 阳光	2018.04.18 UA 180401	福建省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
133	尿酸(UA-A)测定试剂盒(氧化酶法)	英科新创(厦门)科技有限公司	英科新创(厦门)科技有限公司	试剂 1: 60ml*4; 试剂 2: 60ml*1	2018.3.12 7045230503	福建省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
134	尿酸测定试剂盒(酶法)	安徽伊普诺康生物技术有限公司	安徽伊普诺康生物技术有限公司	R1: 41 伊普诺康, R2: 42 伊普诺康	20180122 20180122	安徽省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
135	尿酸测定试剂盒(酶偶联法)	安徽大千生物工程有限公司	安徽大千生物工程有限公司	R1: 21 大千生物工程有: 11 大千生物	20180402 201803004	安徽省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
136	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	安徽同致生物工程股份有限公司	安徽同致生物工程股份有限公司	包装规格: R1: 32ml: 生物工程股: 8ml:	20180502 18050201	安徽省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
137	尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶比色法)	安徽拓特生物工程有限公司	安徽拓特生物工程有限公司	R1: 40ml 生物工程有: 10ml 生物	2018.04.20 18042001	安徽省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
138	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	浙江东方基因生物制品股份有限公司	浙江东方基因生物制品股份有限公司	试剂 60ml*3	C1804007	浙江省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
139	尿酸测定试剂盒	三门县人民医院	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 41 曼库尔特实验系统(: 41 曼库尔特实验	2017-12-05 AUZ5127	浙江省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
140	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	浙江夸克生物科技有限公司	浙江夸克生物科技有限公司	R1 64ml*3 R2 48ml*1	20180403 180403	浙江省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
141	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	温州市维日康生物科技有限公司	温州市维日康生物科技有限公司	R1: 40mlX1, R2: 10mlX1	2017.12.28 201712131	浙江省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
142	尿酸测定试剂盒	苏州市宇城医学科技有限责任公司	上海复星长征医学科学有限公司	R1: 41 复星长征; R2: 12 复星长征	2018.01.05 D18010231	江苏省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
143	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	上海复星长征医学科学有限公司	上海复星长征医学科学有限公司	R1: 41 复星长征医学科: 11 复星长征	2018年3月30日 D18031531	上海市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
144	尿酸测定试剂盒(液体)(氧化酶法)	吉林大学第一医院	上海科华生物工程股份有限公司	R1: 160mL R2: 80mL 校准品: 3mL	20180111	吉林省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
145	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	迪瑞医疗科技股份有限公司	迪瑞医疗科技股份有限公司	R1: 41 医疗科技股份有限公司有: 11 医疗科技	20171025	吉林省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
146	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	长春赛诺迈德医学技术有限责任公司	长春赛诺迈德医学技术有限责任公司	试剂 1: 4 剂赛诺迈德医试剂 2: 2 剂赛诺迈德	2018027	吉林省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
147	尿酸检测试剂盒(尿酸酶法)	葫芦岛市第二人民医院	美康生物科技股份有限公司	200mL(试剂 1: 2 剂 0mL 技股份有试剂 2: 1 剂 0mL 技); 校准品 1 准品 L 技	20180130 180130101	辽宁省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
148	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	辽宁泰科医学科学有限公司	辽宁泰科医学科学有限公司	50ml*4	- 20171018 -	辽宁省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
149	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	张家口奥普森科技发展有限公司	张家口奥普森科技发展有限公司	试剂 40ml*3	2018 年 5 月 20180501	河北省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
150	尿酸测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法)	保定长城临床试剂有限公司	保定长城临床试剂有限公司	6014-1	2018 年 5 月 20180504	河北省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
151	尿酸测定试剂盒	河北艾欧路生物科技有限责任公司	河北艾欧路生物科技有限责任公司	R1: 40ml*2 R2: 16ml*1	2018.4 180427B	河北省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
152	尿酸测定试剂盒	天津医科大学总医院	美康生物科技股份有限公司	4*420T	20180322 180322102	天津市市场和质量监督管理委员会	中国食品药品检定研究院
153	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	中生北控生物科技股份有限公司	中生北控生物科技股份有限公司	液体双剂型 R1: 60ml 型物, R2: 30ml 型物	20180308 180811	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
154	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法, 液体 I 型)	中生北控生物科技股份有限公司	中生北控生物科技股份有限公司	液体双剂型 试剂 1(R1): 60mL 型物, 试剂 2 (R2): 30mL 型物	20180308 180381	北京市食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院
155	手术显微镜	苏州西默医疗科技有限公司	苏州西默医疗科技有限公司	DOM3000E	2018年5月29日 151805A004	江苏省食品药品监督管理局	中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所
156	眼科手术显微镜	上海轶德医疗科技股份有限公司	上海轶德医疗科技股份有限公司	SM-2000L	2018年5月 B-1805-1	上海市食品药品监督管理局	中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所
157	手术显微镜	苏州速迈医疗设备有限公司	苏州速迈医疗设备有限公司	OMS2350	1811C65	江苏省食品药品监督管理局	中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所
158	手术显微镜	奥腾思格玛(中国)集团有限公司	株式会社拓普康	OMS-90	2017-10-22 313448	北京市食品药品监督管理局	中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所
159	手术显微镜	上海安信光学仪器制造有限公司	上海安信光学仪器制造有限公司	ASX-1	2018-5-22 ASX01077	上海市食品药品监督管理局	中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所
160	手术显微镜	镇江中天光学仪器有限公司	镇江中天光学仪器有限公司	XTS-4A 型	2018.5.3 2018-3-10 4A111/201803	江苏省食品药品监督管理局	中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所
161	阴道手术显微镜	广西奥顺仪器有限公司	广西奥顺仪器有限公司	AC-2311	COB1804-01	广西壮族自治区食品药品监督管理局	中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
162	输液泵	贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司	B. Braun Melsungen AG	InfusomatMelsu ngen	20180323 96971734C8	上海市食品药 品监督管理局	中央军委后勤保 障部卫生局药品 仪器检验所
163	输液泵	佛山市艾米康医 疗科技有限公司	佛山市艾米康医 疗科技有限公司	EH737	2018年3月 i2P5001	广东省食品药 品监督管理局	中央军委后勤保 障部卫生局药品 仪器检验所
164	输液泵	费森尤斯卡比(中 国)投资有限公司	费森尤斯卡比(中 国)投资有限公司	Volumat MC Agilia CN	2016-04 23075706	北京市食品药 品监督管理局	中央军委后勤保 障部卫生局药品 仪器检验所
165	输液泵	北京谊安医疗系 统股份有限公司	北京谊安医疗系 统股份有限公司	EP520	2018年5月 \ EP520YVYZ01 2	北京市食品药 品监督管理局	中央军委后勤保 障部卫生局药品 仪器检验所
166	输液泵	厚爱医疗仪器(江 苏)有限公司	厚爱医疗仪器(江 苏)有限公司	HOAIE350	2018.05.10 18055002	江苏省食品药 品监督管理局	中央军委后勤保 障部卫生局药品 仪器检验所
167	输液泵	北京来普惠康医 学技术有限公司	北京来普惠康医 学技术有限公司	SC113	2017-08-16 Q90301005	北京市食品药 品监督管理局	中央军委后勤保 障部卫生局药品 仪器检验所
168	输液泵	北京东方诚益通 科技有限责任公司	北京东方诚益通 科技有限责任公司	CTN-SY-100A	2018.5 S1A18050001	北京市食品药 品监督管理局	中央军委后勤保 障部卫生局药品 仪器检验所
169	输液泵	深圳市好克医疗 仪器股份有限公司	深圳市好克医疗 仪器股份有限公司	HK-100	2018.5.8 2018050801031 611	广东省食品药 品监督管理局	中央军委后勤保 障部卫生局药品 仪器检验所
170	输液泵	上海安洁电子设 备有限公司	上海安洁电子设 备有限公司	AJ5808A	2017.04 1700024	上海市食品药 品监督管理局	中央军委后勤保 障部卫生局药品 仪器检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
171	输液泵	广州七喜医疗设备有限公司	广州七喜医疗设备有限公司	i7	2018-01-24 20301180115	广东省食品药品监督管理局	中央军委后勤保障部卫生局药品 仪器检验所
172	输液泵	广州汇特医疗科技有限公司	广州汇特医疗科技有限公司	WIT-601B	2018-05 SN: 6010518040094	广东省食品药品监督管理局	中央军委后勤保障部卫生局药品 仪器检验所
173	输液泵	广东万中科技有限公司	广东万中科技有限公司	CGW-S	2017年6月20 日 CGW20170600 83	广东省食品药品监督管理局	中央军委后勤保障部卫生局药品 仪器检验所
174	输液泵	苏州泽德医疗器械有限公司	苏州泽德医疗器械有限公司	SY-1200-H	2016.5.5 16130063	江苏省食品药品监督管理局	中央军委后勤保障部卫生局药品 仪器检验所
175	输液泵	深圳迈瑞科技有限公司	深圳迈瑞科技有限公司	BeneFusion VP3	SK80303468	广东省食品药品监督管理局	中央军委后勤保障部卫生局药品 仪器检验所
176	输液泵	费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司	费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司	VP7	2018.01.05 15400766	湖南省食品药品监督管理局	中央军委后勤保障部卫生局药品 仪器检验所
177	一次性使用无菌注射器 带针	江西三鑫医疗科技股份有限公司	江西三鑫医疗科技股份有限公司	1mL 0.45 股份 有限公司仪	20180206 180206	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械 检验所
178	一次性使用无菌注射器 带针	江西信德医药有限公司	江西三鑫医疗科技股份有限公司	5ml 0.6 技股份 有限公司	171101 批 171101	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械 检验所
179	一次性使用无菌注射器 带针	新余市中医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 2.5mL/0.6x28.5 mm	20170701 批 20170701	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械 检验所
180	一次性使用无菌注射器 带针	江西丰临医用器械有限公司	江西丰临医用器械有限公司	5ml 0.7 械有限 (38) TWLB	20180419 批 20180419	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械 检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
181	一次性使用无菌注射器带针	南昌悦诚医疗器械有限公司	上海米沙瓦医科工业有限公司	2ml、0.5 沙瓦医科工业有	2018-01-05 20180104	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
182	一次性使用无菌注射器带针	山东康利莱医疗器械有限公司	山东康利莱医疗器械有限公司	5ml 0.7*32	20170708 20170708 20170708	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
183	一次性使用无菌注射器	高密市人民医院	山东新华安得医疗用品有限公司	5ml 0.7 疗用品有限公司	180202 180202	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
184	一次性使用无菌注射器	山东新华安得医疗用品有限公司	山东新华安得医疗用品有限公司	5ml 0.6 疗用品有限公司	180409 批 180409	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
185	一次性使用无菌注射器带针	山东淄博山川医用器材有限公司	山东淄博山川医用器材有限公司	2ml 0.6 用器材有限公司	180505 批 180505	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
186	一次性使用无菌注射器带针	滕州市康诺商贸有限公司	河南曙光汇知康生物科技有限公司	5ml 0.6 生物科技有限公	20171211 批 171211	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
187	一次性使用无菌注射器	滨州市人民医院	江苏苏云医疗器械有限公司	5ml 0.7 材有限公司限公	180223 180223	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
188	一次性使用无菌注射器	东营市人民医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml 0.7 用高分子制品股	2018-04-23 20180421	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
189	一次性使用无菌注射器	山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司日照分公司	江苏苏云医疗器械有限公司	5ml 0.7 材有限公司有限	180403 180403	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
190	一次性使用无菌注射器带针	新余钢铁集团有限公司中心医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5mL 0.7x32TWLB	2018-03-02 批 20180301	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
191	一次性使用无菌注射器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	2ml 0.6 用高分子制品股	2018-05-12 批 20180511	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
192	一次性使用无菌注射器 带针	台儿庄区运河街道社区卫生服务中心	圣光医用制品股份有限公司	5ml 0.6 份有限公司服务	170506 170506	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
193	一次性使用无菌注射器 带针	山东省庆云县人民医院	山东侨牌集团有限公司	5ml 0.6 限公司理局 6 务	180301 批 180301	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
194	一次性使用无菌注射器 带针	山东新华安得医疗用品有限公司	山东新华安得医疗用品有限公司	1ml 0.45 用品有限公司中	180403 批 180403	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
195	一次性使用无菌注射器 带针	江西省樟树市中医院	江西富尔康实业集团有限公司	5mL (CC) 0.7x30mmTWLB	20180115 批 20180115	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
196	一次性使用无菌注射器 带针	新余市人民医院	江西丰临医用器械有限公司	2ml 0.6x26TWLB	20180126 批 20180126	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
197	一次性使用无菌注射器 带针	江西省医科工贸有限公司	江西丰临医用器械有限公司	5ml 0.5 械有限公司 (38) RWLB	20180224 20180224	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
198	一次性使用无菌注射器 带针	南昌大学第二附属医院	南昌麦迪康医疗器械厂	5 mL 0.7mm× 32mm TWLB	20180412 20180412	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
199	一次性使用无菌注射器 带针	南昌大学第一附属医院	江西三鑫医疗科技股份有限公司	5ml 0.7X30TWLB	20180307 180307	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
200	一次性使用无菌注射器 带针	南昌天宁医疗器械有限公司	江西科伦医疗器械制造有限公司	5ml、0.7 伦医疗器械制造	20170115 A1 批 20170115	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
201	一次性使用无菌注射器	山东上药商联药业有限公司	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	10ml 1.2 高分子制品股份	2018-01-22 20180121	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
202	一次性使用无菌注射器 带针	山东瑞通高分子医疗器械有限公司	山东瑞通高分子医疗器械有限公司	5ml 0.7 医疗器械有限公司	180203 批 180202	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
203	一次性使用无菌注射器 带针	山东凯利医疗器械有限公司	山东凯利医疗器械有限公司	5ml 0.7 械有限	20180318 20180318	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
204	一次性使用无菌注射器 带针	山东凯利医疗器械有限公司	山东凯利医疗器械有限公司	2ml 0.5 械有限	20180402 20180402	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
205	一次性使用无菌注射器 带针	南昌市新建区妇幼保健院	圣光医用制品股份有限公司	5mL 0.6 份有限公司 80	170929	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
206	一次性使用无菌注射器	莱钢集团莱芜矿业有限公司职工医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml 0.7 用高分子制品股	2018-03-01 批 20180301	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
207	一次性使用无菌注射器 带针	山东淄博山川医用器材有限公司	山东淄博山川医用器材有限公司	5ml 0.7 用器材有限公司	180505 批 180505	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
208	一次性使用无菌注射器 带针	南昌市第一医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	5ml 中头式 0.7 医疗器械	20180323 20180323	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
209	一次性使用无菌注射器 带针	南昌市洪都中医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	1ml 中头式 0.45 疗器械集团有限公司	20171119 20171119	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
210	一次性使用无菌注射器 带针	江西红新医疗器械集团有限公司	江西红新医疗器械集团有限公司	5ml/0.7×30TWLB	20180423 20180423	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
211	一次性使用无菌注射器 带针	江西侨明医疗器械有限公司	江西侨明医疗器械有限公司	0.6 明医疗器械有限公司 80	180421 180421	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
212	一次性使用无菌注射器 带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	江西科伦医疗器械制造有限公司	5mL 0.6 械制造有限公司 4	20180123 A1 批 20180123	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
213	一次性使用无菌注射器 带针	江西益康医疗器械集团有限公司	江西益康医疗器械集团有限公司	5ml 0.6 械集团有限公司	2018 04 10 180401	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
214	一次性使用无菌注射器 带针	江西庐乐医疗器械集团有限公司	江西庐乐医疗器械集团有限公司	5ml 0.7×30 TWLB	180403 180403	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
215	一次性使用无菌注射器 带针	江西宝塔医疗器械有限公司	江西宝塔医疗器械有限公司	5ml 0.6 械有限公司 3 司	20180406 20180406	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
216	一次性使用无菌注射器 带针	菏泽市牡丹区中医医院	山东侨牌集团有限公司	5ml 0.7 限公司 理局 804	180320	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
217	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	偏头式 20ml 配针 1.2× 32mm	20180315 20180315	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械 检验所
218	一次性使用无菌注射器 (带针)	青岛市东德医疗器械销售公司	山东侨牌集团有限公司	5ml 0.7 限公司 售公司)	180128 180128	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械 检验所
219	一次性使用无菌注射器 带针	山东颐兴医疗器械有限公司	山东颐兴医疗器械有限公司	5ml 0.6 械有限 公司 8)	批 180403	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械 检验所
220	一次性使用无菌注射器 带针	聊城市第三人民医院	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	10ml 0.7x30TWLB	20170826 批 170826	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械 检验所
221	一次性使用无菌注射器 带针	山东侨牌集团有限公司	山东侨牌集团有限公司	10ml 0.8 公司理 局 WLB	180404 180404	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械 检验所
222	一次性使用无菌注射器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	10ml 0.8 高分子 制品股份	2018-05-12 批 20180511	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械 检验所
223	一次性使用无菌注射器 带针	山东侨牌集团有限公司	山东侨牌集团有限公司	2ml 0.6 限公司 理局品股	180411 批 80411	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械 检验所
224	一次性使用无菌注射器带针	山东诺安诺泰药业有限公司	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	5ml-0.6 生物科 技股份有	20171010 批 171010	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械 检验所
225	一次性使用无菌注射器 带针	泰安市中医医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	1ml 0.45 高分子 制品股份	20170723 20170721 -	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械 检验所
226	一次性使用 无菌注射器 带针	樟树市人民医院	江西侨明医疗器械有限公司	20mL 1.2x30TWLB	批 171206	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械 检验所
227	一次性使用无菌注射器 带针	山东凯利医疗器械有限公司	山东凯利医疗器械有限公司	10ml 0.8 有限公	20180420 20180420	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械 检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
228	一次性使用无菌注射器 带针	上海市杨浦区中医医院	上海正邦医疗科技有限公司	50ml 配针规格: 1.2*30TWLB	20171210 20171210	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
229	一次性使用无菌注射器 带针	上海正邦医疗科技有限公司	上海正邦医疗科技有限公司	5ml, 配针规格 0.7*30TWLB	20180428 20180428	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
230	一次性使用无菌注射器 带针	襄阳市妇幼保健院	上海正邦医疗科技有限公司	5ml 0.7 技有限 公司 8042	20180322 20180322	湖北省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
231	一次性使用无菌注射器 带针	国药控股菱商医院管理服务(上海)有限公司	上海凯乐输液器厂	20ml 配针 1.2l 液器厂管理	批 180124	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
232	一次性使用无菌注射器 带针	上海康平医院	上海凯乐输液器厂	器: 20mL 针: 1.2X34TWLB	180420 180420	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
233	一次性使用无菌注射器 带针	浙江灵洋医疗器械有限公司	浙江灵洋医疗器械有限公司	2mL/0.5*20mm	180429 批 180421	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
234	一次性使用无菌注射器 带针	浙江灵洋医疗器械有限公司	浙江灵洋医疗器械有限公司	5mL/0.7*32mm	180502 180501	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
235	一次性使用无菌注射器 带针	丽水市中心医院	浙江灵洋医疗器械有限公司	5ml (注射器) 0.7) 医疗器械 (注射针)	180429 180421	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
236	一次性使用无菌注射器 (带针)	丽水市妇幼保健院	浙江灵洋医疗器械有限公司	注射器 1ml; 注 射针 0.45 医疗 器械有	180112 180111	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
237	一次性使用无菌注射器 带针	上海市杨浦区中心医院(同济大学附属杨浦医院)	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	2ml 0.6mm*32mm TWLB	20171103 批 K20171103	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
238	一次性使用无菌注射器 带针	上海市黄浦区外滩街道社区卫生服务中心	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	1ml 配针规格: 0.45: 企业发展 集团股份	20170506 批 K20170506	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
239	一次性使用无菌注射器 带针	上海新光医院	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	20ml 1.2mm 团股份有限公司心 B	20171215 批 K 20171215	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
240	一次性使用无菌注射器 带针	宜昌荣成医疗器械有限公司	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	5ml 1.2mm 集团股份有限公司心	批 K20180202	湖北省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
241	一次性使用无菌注射器 带针	上海市黄浦区半淞园街道社区卫生服务中心	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	5ml, 配针规格: 0.5mm: 业发展集团股份有限公司	20170824 批 K 20170824	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
242	一次性使用无菌注射器 带针	海宁市人民医院	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	2ml 0.6mm×25mmT WLB	20171010 批 K20171010	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
243	一次性使用无菌注射器 带针	上海华氏大药房配送中心有限公司	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	20ml 配针规格 1.2mm*38mm TWSB	20180113 批 K20180113	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
244	一次性使用无菌注射器 带针	金乡县人民医院	潍坊市华星医疗器械有限公司	5ml 0.6 器械有限公司 S	20171123 20171123	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
245	一次性使用无菌注射器 带针	日照市人民医院	潍坊市华星医疗器械有限公司	5ml 0.5 器械有限公司 1	20171103 20171103	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
246	一次性使用无菌注射器 带针	江西锦胜医疗器械集团有限公司	江西锦胜医疗器械集团有限公司	5ml/0.6× 25TWLB	2018年04月02 日 20180402	江西省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
247	一次性使用无菌注射器 (带针)	临沂市人民医院	潍坊市华星医疗器械有限公司	5ml 0.7 器械有限公司司	20180222 20180222	山东省食品药品监督管理局	河南省医疗器械检验所
248	一次性使用无菌注射器 带针	武汉市王冠医疗器械有限责任公司	武汉市王冠医疗器械有限责任公司	2ml 0.5 器械有限责任公司	批 20180322	湖北省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
249	一次性使用无菌注射器带针	上海米沙瓦医科工业有限公司	上海米沙瓦医科工业有限公司	5ml 0.7 工业有限公司公	2018-04-24 20180424	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
250	一次性使用无菌注射器带针	十堰新龙恒亮医疗器械有限公司	洪湖泰宁医疗器械有限公司	5ml 0.7*30TWLB	20180203 20180203	湖北省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
251	一次性使用无菌注射器带针	浙江玉升医疗器械股份有限公司	浙江玉升医疗器械股份有限公司	2.5ML 0.6*30TWLB	20180424 20180424	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
252	一次性使用无菌注射器带针	浙江玉升医疗器械股份有限公司	浙江玉升医疗器械股份有限公司	5ml 0.6*30TWLB	20180309 20180309	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
253	一次性使用无菌注射器带针	浙江海派医药有限公司	浙江玉升医疗器械股份有限公司	5ml(0.7升医疗器械股份有)	20180119 20180119	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
254	一次性使用无菌注射器带针	浙江新德意医疗科技股份有限公司	浙江新德意医疗科技股份有限公司	5ml 0.70技股份有限公司	20180325 20180325	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
255	一次性使用无菌注射器带针	浙江衢化医院(浙江省医疗健康集团衢州医院)	浙江新德意医疗科技股份有限公司	0.70*32TWLB 5ml	20180223 20180223	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
256	一次性使用无菌注射器带针	上海华氏大药房配送中心有限公司	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	10ml 配针规格 0.7mm*32mmTWLB	20180202 批 K20180202	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
257	一次性使用无菌注射器带针	苏州林华医疗器械股份有限公司	苏州林华医疗器械股份有限公司	5ml 0.7 械股份	2018.4.3 18040006	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
258	一次性使用无菌注射器带针	江苏恒康医疗器械有限公司	江苏恒康医疗器械有限公司	5ml 0.6 材有限	180208 180208	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
259	一次性使用无菌注射器(带针)	无锡市宇寿医疗器械股份有限公司	无锡市宇寿医疗器械股份有限公司	5ml 0.7*32mm TWLB	2018-01-15 1801048	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
260	一次性使用无菌注射器带针	盐城市新捷医疗器械有限公司	盐城市新捷医疗器械有限公司	5ml 0.7 器材有限公司 0	180308	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
261	一次性使用无菌注射器 带针	安徽京环医疗用品有限公司	安徽京环医疗用品有限公司	2ml 0.6*25TWLB	20180506 20180506 20180506	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
262	一次性使用无菌注射器 带针	安徽康泰医疗器械有限公司	安徽康泰医疗器械有限公司	型号规格 5ml 0.7 具有限	20180415 20180415	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
263	一次性使用无菌注射器 带针	安徽天康医疗科技股份有限公司	安徽天康医疗科技股份有限公司	2ml 0.55*25TWLB	20180410 180401 180401	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
264	一次性使用无菌注射器	泰兴市人民医院	江苏苏云医疗器材有限公司	5ml	180425 180425	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
265	一次性使用无菌注射器 带针	昆山市第一人民医院	浙江华福医用器材有限公司	10ml	20180310 20180310 180310	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
266	一次性使用无菌注射器带针	射阳县人民医院	盐城市新捷医疗器械有限公司	5ml/0.7 器械有限公司 3	180207	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
267	一次性使用无菌注射器 带针	昆山市第一人民医院	浙江华福医用器材有限公司	5ml	20180227 20180227 180225	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
268	一次性使用无菌注射器 带针	江苏恩华和润医药有限公司	江西科伦医疗器械制造有限公司	5ml 0.6 械制造有限公司	2016.09.27 A1 批 20160927	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
269	一次性使用无菌注射器 带针	江苏恩华和润医药有限公司	江西科伦医疗器械制造有限公司	2.5ml 0.5 造有限公司 25	2017.12.01 A4 批 20171201	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
270	一次性使用无菌注射器 带针	宣城市江南医疗器械有限公司	宣城市江南医疗器械有限公司	规格: 0.7 江南 医疗器械有限公司 型号: 5ml	170616	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
271	一次性使用无菌注射器 (带针)	华东医药湖州有限公司	浙江新德意医疗科技股份有限公司	0.70 意医疗科技股份有 5ml/100 支	20180225	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
272	一次性使用无菌注射器带针	浙江普泽医药有限公司	浙江新德意医疗科技股份有限公司	10ml 1.2mm 份有限公司/1	20180118	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
273	一次性使用无菌注射器带针	湖州市南浔区中医院	浙江新德意医疗科技股份有限公司	5ml, 0.70 意医疗科技股份	20171117	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
274	一次性使用无菌注射器带针	上海得一医药有限公司	上海米沙瓦医科工业有限公司	20ml 针头 1.21 医科工业有	2017-07-31 20170731	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
275	一次性使用无菌注射器带针(连针)	上海得一医药有限公司	上海米沙瓦医科工业有限公司	1ml 针头 0.4 瓦医科工业有	2017-10-25 20171023	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
276	一次性使用无菌注射器(带针)	荆州和佳医疗器械有限公司	武汉市王冠医疗器械有限责任公司	5ml, 0.6 王冠医疗器械有	20180202 20180202	湖北省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
277	一次性使用无菌注射器带针	长兴县人民医院	杭州龙德医用器械有限公司	注射器: 50ml , 注射针: 1.2 针: 用器械有限	201803083	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
278	一次性使用无菌注射器带针	兰溪瑞康医院有限公司	岳阳民康医用材料有限公司	5ml 0.7*32TWLB	180105	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
279	一次性使用无菌注射器带针	永嘉县瓯北镇街道社区卫生服务中心	岳阳民康医用材料有限公司	5ml 0.5 料有限 公司服务	171023 171023	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
280	一次性使用无菌注射器带针	永嘉县医药总公司	岳阳民康医用材料有限公司	10ml 1.2mm 公 司 3 务中心 2	171202 171202	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
281	一次性使用无菌注射器带针	咸宁市妇幼保健院	上海金塔医用器材有限公司	5ml, 0.7 塔医用 器材有限	20180302 20180302	湖北省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
282	一次性使用无菌注射器带针	上海长江医院	上海金塔医用器材有限公司	20mL 产品配 针规格: 1.2X31 TWLB	20180308 20180308	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
283	一次性使用无菌注射器	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	1ml	2018-02-08 批 20180201	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
284	一次性使用无菌注射器	上海市肺科医院 上海市职业病防治院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	10mL	2018-04-04 批 20180401	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
285	一次性使用无菌注射器	上海市黄浦区中西结合医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	1ml	2017-11-24 批 20171121	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
286	一次性使用无菌注射器 带针	衢州民康医院	圣光医用制品股份有限公司	10ml 1.2×30TWLB	20180225 180225	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
287	一次性使用无菌注射器带针	湖州明新医疗器械有限公司	圣光医用制品股份有限公司	1ml 0.45 有限公司 225	170403	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
288	一次性使用无菌注射器 带针	兰溪瑞康医院有限公司	圣光医用制品股份有限公司	5ml 0.7 份有限公司 22	170404	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
289	一次性使用无菌注射器带针	温州建国医院有限公司	圣光医用制品股份有限公司	5ml, 0.5 用制品 股份有限	20171130 171130	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
290	一次性使用无菌注射器 (带针)	淮安市第一人民医院	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	5ml	20180310 K20180310	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
291	一次性使用无菌注射器 带针	南通大学附属医院	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	注射器规格: 20ml; 配注射针 规格: 1.2	2018 04 18 批 K2018 04 18	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
292	一次性使用无菌注射器 带针	连云港市东方医院	上海金塔医用器材有限公司	5ml 0.7*31 TW LB	20180424 20180424	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
293	一次性使用无菌注射器 带针	安徽健成医药有限公司	安徽康泰医疗器具有限公司	5ml 0.7x30	20180103	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
294	一次性使用无菌注射器带针	沐阳协和医院	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	0.6 光汇知	171202 171202 171202	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
295	一次性使用无菌注射器 带针	宿州市春立医疗器械销售有限公司	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	5ml-0.6 生物科技股份有	20171021 171021	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
296	一次性使用无菌注射器 带针	宿迁市中医院	上海金塔医用器材有限公司	5ml	20180126 20180126	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
297	一次性使用无菌注射器带针	淮安市第二人民医院(淮安仁慈医院)	江苏神力医用制品有限公司	1ML	20180105 20180105	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
298	一次性使用无菌注射器 带针	常州医疗器材总厂有限公司	常州医疗器材总厂有限公司	5ml 0.7 厂有限	20180429 20180429	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
299	一次性使用无菌注射器 带针	安徽云诺医疗器械销售有限公司	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	5ml 0.7 生物科技股份有	20180227 180227	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
300	一次性使用无菌注射器 带针	淮南三和世纪医药有限公司	安徽康泰医疗器具有限公司	5ml 0.6 具有限	20180206	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
301	一次性使用无菌注射器 带针	泰兴市中医院	江苏康友医疗器械有限公司	5ml	20171114 20171114	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
302	一次性使用无菌注射器 带针	浙江康泰医疗器械有限公司	浙江康泰医疗器械有限公司	5mL/0.5*38RW LB	批 180421	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
303	一次性使用无菌注射器 带针	浙江康康医疗器械有限公司	浙江康康医疗器械有限公司	5ml (针 0.7 康 医疗器械有限)	20180429 批 180429	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
304	一次性使用无菌注射器 带针	浙江京环医疗用品有限公司	浙江京环医疗用品有限公司	10ml (1.2*35TWLB)	20180429 20180429	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
305	一次性使用无菌注射器 带针	湖北福鑫医疗器械有限公司	湖北福鑫医疗器械有限公司	5ml 0.7 械有限 公司 804	20180403 20180403	湖北省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
306	一次性使用无菌注射器 带针	鄂州市中医医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 5mL, 0.7 达医疗器械	20171223 20171223	湖北省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
307	一次性使用无菌注射器 带针	淮南东方医院集团肿瘤医院	常州医疗器材总厂有限公司	20ml 1.2 有限公司 712232	20180326	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
308	一次性使用无菌注射器 (带针)	孝感市中心医院	江苏康进医疗器材有限公司	5ml/0.7*32	20180124 20180124	湖北省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
309	一次性使用无菌注射器 (带针)	香格里拉民生医院有限责任公司	陕西龙康鑫医疗器械有限公司	5ml	20171024 20171024	云南省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
310	一次性使用无菌注射器	云南红恩药业有限公司芒市分公司	江西科伦医疗器械制造有限公司	5ml	20170421 A1 批 20170421	云南省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
311	一次性使用无菌注射器 带针	宁城县天义镇卫生院	江西洪达医疗器械集团有限公司	5mL 中头式 0.6 医疗器械集团有限公司司 2	20170227 20170227	内蒙古自治区食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
312	一次性使用无菌注射器 带针	贵阳康达百年商贸有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	5mL 中头式 0.6 医疗器械集团有限公司局 2	20180328 批 20180328	贵州省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
313	一次性使用无菌注射器 带针	临汾市骨科医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	5mL 中头式 0.7 医疗器械集团有限公司	20180225	山西省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
314	一次性使用无菌注射器 (带针)	香格里拉协和医院有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	2.5mL 中头式 0.6L 疗器械集团有限公司局 27	20171028 20171028	云南省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
315	一次性使用无菌注射器 带针	临汾市妇幼保健院	江西洪达医疗器械集团有限公司	5mL 中头式 0.7 医疗器械集团有限公司	20180301 20180301	山西省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
316	一次性使用无菌注射器 带针	贵阳友好妇科医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	5mL 中头式 0.6×28.5mm	20171106 批 20171106	贵州省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
317	一次性使用无菌注射器 带针	太原市洪达洪医疗器械集团有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	5mL 中头式 0.7 医疗器械集团有限公司	20180404	山西省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
318	一次性使用无菌注射器 带针	贵州来龙壹本商贸有限公司	湖南康利来医疗器械有限公司	5ml 0.5 器械有限公司院公	20180312 20180312	贵州省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
319	一次性使用无菌注射器 (带针)	云南怒江州傈僳族自治州人民医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	20mL 偏头式 1.2 疗器械集团有限公司	20180310 20180310 1618660007	云南省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
320	一次性使用无菌注射器 (带针)	临沧市人民医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	5mL 中头式 0.7 医疗器械集团有限公司 6	20180127 20180127 20180127	云南省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
321	一次性使用无菌注射器 带针	江苏长城医疗器械有限公司	江苏长城医疗器械有限公司	20ml 1.2*31TWLB	20180103 20180103	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
322	一次性使用无菌注射器 带针	内蒙古慧道商贸有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	1mL 中头式 0.45 疗器械集团有限公司 1037	20171229 批 20171229	内蒙古自治区食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
323	一次性使用无菌注射器	临沧市妇幼保健计划生育服务中心	江西洪达医疗器械集团有限公司	2.5mL 中头式 0.5L 器械集团有限公司心 0	20180131 20180131	云南省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
324	一次性使用无菌注射器 (带针)	漳州市毅康医疗器械有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	10mL 中头式 0.9 医疗器械集团有限公司 1	20171018 20171018	福建省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
325	一次性使用无菌注射器 带针	兴义博爱医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 5mL	20180320 20180320	贵州省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
326	一次性使用无菌注射器 带针	贵州退休医师医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 1mL 0.45 团有限公司 司 32	20170713 批 20170713	贵州省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
327	一次性使用无菌注射器带针	湖北仙明医疗器械有限公司	湖北仙明医疗器械有限公司	5ml/0.6*25TWLB	2018年03月21日 20180321	湖北省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
328	一次性使用无菌注射器带针	浙江欧健医用器材有限公司	浙江欧健医用器材有限公司	5ml(0.7健医用TWLB)	180406 批180406	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
329	一次性使用无菌注射器带针	聚民生物科技有限公司	聚民生物科技有限公司	2ml 0.5*16RWLB	180104 180104	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
330	一次性使用无菌注射器带针	宁波天益医疗器械股份有限公司	宁波天益医疗器械股份有限公司	注射器规格: 30ml 注射针规格: 1.2x38TWSB	20170921	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
331	一次性使用无菌注射器带针	上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院	西班牙 Becton Dickinson S.A.	5ml 22G 1 1/4" 0.722G 1	2017-10 1710221	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
332	一次性使用无菌注射器带针	上海市第一人民医院	Becton Dickinson, S.A.	10ml 21Gickinso(0.8121G)	2017年02月 1702604	上海市食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
333	一次性使用无菌注射器带针	嘉兴市曙光中西医结合医院有限公司	浙江华福医用器材有限公司	5ml 0.7 材有限公司有限公司	20171214 171213 171213	浙江省食品药品监督管理局	江西省医疗器械检测中心
334	一次性使用无菌注射器带针	宁城县妇幼保健所	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 1mL/0.45×15.5mm	20170518 20170518	内蒙古自治区食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
335	一次性使用无菌注射器带针	黔西南布依族苗族自治州人民医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 10mL	20180314 20180314	贵州省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
336	一次性使用无菌注射器 带针	内蒙古慧道商贸有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	型号规格: 中头式 10mL 配针 规格: 0.7 格: 头式	20171027 批 20171027	内蒙古自治区 食品药品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院
337	一次性使用无菌注射器 带针	贵州森柒医药有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 2.5mL 0.5 有限公司局 1471213	20180117 批 20180117	贵州省食品药 品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院
338	一次性使用无菌注射器	贵阳中医学院第二附属医院(贵州省中西医结合医院)	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	10mL 0.8 高分子	2017-12-26 批 20171221	贵州省食品药 品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院
339	一次性使用无菌注射器	内蒙古自治区人民医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml	2018-03-26 批 20180321	内蒙古自治区 食品药品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院
340	一次性使用无菌注射器带针	巴中市恩阳区人民医院	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	5ml 0.7 生物科技股份有	20180227 180227	四川省食品药 品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院
341	一次性使用无菌注射器 带针	国药控股山西临汾有限公司	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	5mL 0.6 生物科技股份有	20170712 170712	山西省食品药 品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院
342	一次性使用无菌注射器 带针	赤峰润康医疗器械有限公司	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	1ml-0.45 物科 技股份有限	2018-03-24 180324	内蒙古自治区 食品药品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院
343	一次性使用无菌注射器 带针	山西凯特林医药有限公司	河南曙光江知康生物科技股份有限公司	5mL 0.6*25TWLB	20171223 171223	山西省食品药 品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院
344	一次性使用无菌注射器 带针	赤峰润康医疗器械有限公司	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	10ml-0.7 物科 技股份有限	2016-12-24 161224	内蒙古自治区 食品药品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
345	一次性使用无菌注射器(带针)	宁德鹭燕医药有限公司	湖南平安医械科技有限公司	5mL 类型 3	20180316	福建省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
346	一次性使用无菌注射器	贵阳市妇幼保健院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5mL 0.7x32	2018-04-22 批 20180421	贵州省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
347	一次性使用无菌注射器	贵州天使医疗器械有限公司	贵州天使医疗器械有限公司	0.7 使医疗	20180328	贵州省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
348	一次性使用无菌注射器 带针	内蒙古医科大学附属医院	上海凯乐输液器厂	5ml	180122 180122	内蒙古自治区食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
349	一次性使用无菌注射器带针	厦门市儿童医院	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	5ML	2018-03-19 20180319	福建省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
350	一次性使用无菌注射器(带针)	福建省龙岩市第一医院	上海金塔医用器材有限公司	5ml, 0.7 塔医用器材有限	20180326 20180326 20180326	福建省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
351	一次性使用无菌注射器(带针)	楚雄彝族自治州妇幼保健院	江西三鑫医疗科技股份有限公司	10ml	20171225 171225	云南省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
352	一次性使用无菌注射器(带针)	国药控股莆田有限公司	江西三鑫医疗科技股份有限公司	三件式 1ml; 0.45*16RWLB	170313	福建省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
353	一次性使用无菌注射器带针	四川省华纬医药有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	10ml; 0.8*30TW.LB	2016/7/1	四川省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
354	一次性使用无菌注射器带针	四川省华纬医药有限公司	四川普瑞斯生物科技有限公司	20ml; 1.2*30TW(SB)	2018/2/5	四川省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
355	一次性使用无菌注射器带针	巴中市恩阳区人民医院	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	5ml 0.7 生物科技股份有	20180227 180117	四川省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
356	一次性使用无菌注射器 带针	四川省南部县医药有限责任公司	四川普瑞斯生物科技有限公司	10mL0.9 科技有限公司司 7	171201 批 171201	四川省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
357	一次性使用无菌注射器 带针	泉州丰泽海盛医疗器械有限公司	浙江华福医用器材有限公司	0.5*38RWLB/5ml	20171122 171122-3	福建省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
358	一次性使用无菌注射器 带针	四川省南部县海欣源医疗器械有限责任公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	5mL0.7 丰医疗器械有限公	20171226 批 171226	四川省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
359	一次性使用无菌注射器 带针	德阳市旌阳区八角井镇卫生院	成都市新津事丰医疗器械有限公司	20ML 1.2*30TW.LB	20171201 171201	四川省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
360	一次性使用无菌注射器 (带针)	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	5ml0.6 丰医疗器械有限公	2018-02-06 180206	四川省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
361	一次性使用无菌注射器 带针	常州市康福莱医疗用品有限公司	常州市康福莱医疗用品有限公司	5ml	20180102 20180102	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
362	一次性使用无菌注射器 (带针)	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	5ml0.6 丰医疗器械有限公	2018 年 4 月 6 日 180406	四川省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
363	一次性使用无菌注射器 (带针)	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	5ml0.6 丰医疗器械有限公	2018-03-21 180321	四川省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
364	一次性使用无菌注射器	临汾市人民医院	山东新华安得医疗用品有限公司	5mL	180323 180323	山西省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
365	一次性使用无菌注射器带针	明溪县总医院	浙江康康医疗器械有限公司	1ml (针 0.45*16RWSB)	2017.11.11 171110.1	福建省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
366	一次性使用无菌注射器 带针	常州市悦康医疗器械有限公司	常州市悦康医疗器械有限公司	5ml 0.7	1805021 1805021	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
367	一次性使用无菌注射器 带针	德阳市中医院结合医院	四川康宁医用器材有限公司	0.6*25TWLB 2ML	20170508 170508	四川省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
368	一次性使用无菌注射器 带针	赤峰天波医疗器械有限责任公司	赤峰天波医疗器械有限责任公司	5mL 06 器材有 限责任公	20180429	内蒙古自治区 食品药品监督 管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院
369	一次性使用无菌注射器 带针	山西临汾竹林大药房连锁有限公司	圣光医用制品股份有限公司	10mL 0.7 有限 公	180103	山西省食品药 品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院
370	一次性使用无菌注射器 带针	太原市怡光科贸有限公司	圣光医用制品股份有限公司	5mL 06*25TWLB	180124	山西省食品药 品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院
371	一次性使用无菌注射器带针	云南好迪医疗器械有限公司	云南好迪医疗器械有限公司	0.7	20180410 20180410	云南省食品药 品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院
372	一次性使用无菌注射器 带针	云南省久泰药业有限公司西双版纳分公司	江西丰临医用器械有限公司	5ml 0.7 械有限 公司双版	20180129 20180129	云南省食品药 品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院
373	一次性使用无菌注射器 带针	山西太原医用高分子制品有限公司	山西太原医用高分子制品有限公司	5mL	20180408	山西省食品药 品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院
374	一次性使用无菌注射器带针	福州博美安医疗器械有限公司	福州博美安医疗器械有限公司	5ml 0.6*25	171010 171010 171010	福建省食品药 品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院
375	一次性使用无菌注射器带针	眉山市人民医院	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	5ML0.7*30TW LB	180211	四川省食品药 品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院
376	一次性使用无菌注射器带针	南平市妇幼保健院	江西洪达医疗器械集团有限公司	5ml 中头式	20180117 20180117	福建省食品药 品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院
377	一次性使用无菌注射器 带针	普洱腾龙药业有限公司	江西科伦医疗器械制造有限公司	20ml	20170609 A2 批 20170609	云南省食品药 品监督管理局	陕西省医疗器械 质量监督检验院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
378	一次性使用无菌注射器 带针	赤峰九州通达医疗器械有限公司	赤峰九州通达医疗器械有限公司	5mL 州通达医疗器械有	20180330 180321	内蒙古自治区食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
379	一次性使用无菌注射器 带针	甘肃康盛医疗器械有限公司	陕西龙康鑫医疗器械有限公司	10ml 0.7 械有限公司院局	批 20180403	甘肃省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
380	一次性使用无菌注射器 带针	陕西龙康鑫医疗器械有限公司	陕西龙康鑫医疗器械有限公司	10mL	20180319 20180319	陕西省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
381	一次性使用无菌注射器 带针	陕西龙康鑫医疗器械有限公司	陕西龙康鑫医疗器械有限公司	5mL 针号: 0.6 鑫医疗器械有限	20180417 20180417	陕西省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
382	一次性使用无菌注射器 带针	陕西龙康鑫医疗器械有限公司	陕西龙康鑫医疗器械有限公司	2mL	20180409 20180409	陕西省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
383	一次性使用无菌注射器 带针	金昌市金川区中医院	江西益康医疗器械集团有限公司	10ml 1.2 集团有限公司 4	20160109 批 160101	甘肃省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
384	一次性使用无菌注射器 带针	庆阳盛航医疗器械有限公司	江西益康医疗器械集团有限公司	5ml 0.6 械集团有限公司	20171222 171221	甘肃省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
385	一次性使用无菌注射器 带针	江苏华盛医疗器械有限公司	苏州林华医疗器械股份有限公司	10ml	20171010 17100011 17100011	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
386	一次性使用无菌注射器 带针	江苏华达医疗器械有限公司	江苏华达医疗器械有限公司	5ml 0.71 有限公司 1	2018/5/8	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
387	一次性使用无菌注射器 带针	宿迁市春明医疗器械有限公司	宿迁市春明医疗器械有限公司	5ml	20180410 20180410	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
388	一次性使用无菌注射器 带针	常州市双马医疗器械有限公司	常州市双马医疗器械有限公司	5ml 0.7	2018.01.03 20180103	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
389	一次性使用无菌注射器 带针	江苏亿乐医疗用品有限公司	江苏亿乐医疗用品有限公司	5ml 0.7 品有限公司 018	2018 03 18 180318	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
390	一次性使用无菌注射器 带针	常州市回春医疗器械有限公司	常州市回春医疗器械有限公司	5ml 0.7	210.3.13 180313	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
391	一次性使用无菌注射器带针	天津市宝坻区钰华医院	浙江京环医疗用品有限公司	5ml 0.5 品有限公司 31	2017年11月27日 20171127	天津市市场和质量监督管理委员会	内蒙古自治区医疗器械检测中心
392	一次性使用无菌注射器	河北港口集团有限公司港口医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml	2018-03-25 20180321	河北省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
393	一次性使用无菌注射器带针	天津市宁河区中医医院	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	5ml 0.7mmx32mm TWLB	20171204 20171204	天津市市场和质量监督管理委员会	内蒙古自治区医疗器械检测中心
394	一次性使用无菌注射器带针	秦皇岛市海港区燕山大街社区卫生服务中心	杭州龙德医用器械有限公司	1ml 0.45 有限公司区卫生服	2017.12 201712001 201712001	河北省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
395	一次性使用无菌注射器带针	辽宁众源医疗器械有限公司	辽宁众源医疗器械有限公司	5ml 0.6X25TWLB	20180411 20180411	辽宁省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
396	一次性使用无菌注射器带针	长春白求恩医疗器械有限公司	长春白求恩医疗器械有限公司	5mL 0.6 器械有限公司心	20180225 20180225	吉林省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
397	一次性使用无菌注射器带针	长春金康源医用器具有限公司	长春金康源医用器具有限公司	5ml 0.6 器具有限公司心	20180320	吉林省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
398	一次性使用无菌注射器带针	长春民健医疗器械有限公司	长春民健医疗器械有限公司	5mL 0.7 械有限公司中心	20180320	吉林省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
399	一次性使用无菌注射器	大连 JMS 医疗器械有限公司	大连 JMS 医疗器械有限公司	20mL 带针 1.2L 限公司	20180313 180313.42 18	辽宁省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
400	一次性使用无菌注射器带针	辽宁康普瑞医药有限公司	江西丰临医用器械有限公司	5ml 0.6×26TWLB	20171016 批 20171016	辽宁省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
401	一次性使用无菌注射器带针	承德市双滦区人民医院(承德市精神病院)	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	5ml-0.6 生物科	20180201 批 180201	河北省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
402	一次性使用无菌注射器	抚顺市鑫鸿源商贸有限公司	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	5ml-0.6 生物科技股份有限	20180303 180303 3 ---	辽宁省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
403	一次性使用无菌注射器	天津市人民医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml	2018-04-01 批 20180401 20180401	天津市市场和质量监督管理委员会	内蒙古自治区医疗器械检测中心
404	一次性使用无菌注射器	吉林市中心医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5mL	2018-04-14 批 20180411	吉林省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
405	一次性使用无菌注射器	国药集团天津医疗器械有限公司	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	20ml	2018-4-21 20180421	天津市市场和质量监督管理委员会	内蒙古自治区医疗器械检测中心
406	一次性使用无菌注射器	天津武清仁和医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml	2018-01-25 批 20180121	天津市市场和质量监督管理委员会	内蒙古自治区医疗器械检测中心
407	一次性使用无菌注射器带针	吉林省电力医院	上海金塔医用器材有限公司	5ml 针号 0.7 医用器材有限	20171225 20171225	吉林省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
408	一次性使用无菌注射器带针	吉林市泰瑞医疗器械有限公司	常州市远东医疗器械厂有限公司	5mL 0.6	160930 160930	吉林省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
409	一次性使用无菌注射器带针	邯郸市志英医药有限公司	圣光医用制品股份有限公司	5ml 0.6 份有限 公司中心	180118 180118	河北省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
410	一次性使用无菌注射器带针	天津河东东兴医院	圣光医用制品股份有限公司	10ml 1.2 有限公 司中心会	180202 批 180202	天津市市场和质量监督管理委员会	内蒙古自治区医疗器械检测中心
411	一次性使用无菌注射器带针	鞍山市双马医疗器械销售有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	中式头 5ml 0.7 集团有限公	20171220 批 20171220	辽宁省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
412	一次性使用无菌注射器带针	承德市中医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	中式头: 1ml 0.45×15.5mm	批 20180114 20180114	河北省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
413	一次性使用无菌注射器带针	阜新市传染病医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 5ml、 0.7l 医疗器械	20170926 20170926	辽宁省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
414	一次性使用无菌注射器带针	邯郸市志英医药有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	中式头 5ml 0.6 械集团有限公司	20180202 批 20180202	河北省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
415	一次性使用无菌注射器带针	华润吉林康乃尔医药有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	中式头 5ml 0.7 集团有限公司	20180205 20180205	吉林省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
416	一次性使用无菌注射器带针	沈阳市北华医材有限公司	沈阳市北华医材有限公司	5ml 0.7	20180321 20180321Z9	辽宁省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
417	一次性使用无菌注射器带针	营口济源医院	江西益康医疗器械集团有限公司	5ml 0.7 械集团 有限公司	20171118 批 171111	辽宁省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
418	一次性使用无菌注射器带针	邢台浩仁医疗器械贸易有限公司	江西益康医疗器械集团有限公司	5ml 0.6 械集团 有限公司	2017.12 171221	河北省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
419	一次性使用无菌注射器带针	天津哈娜好医材有限公司	天津哈娜好医材有限公司	1ml 0.45 限公司 针中	2018.02.24 180224 180224	天津市市场和质量监督管理委员会	内蒙古自治区医疗器械检测中心
420	一次性使用无菌注射器带针	天津市海河医院	浙江京环医疗用品有限公司	5mL 0.7 品有限 公司中心	20180329 20180329	天津市市场和质量监督管理委员会	内蒙古自治区医疗器械检测中心
421	一次性使用无菌注射器	天津医科大学口腔医院	浙江京环医疗用品有限公司	5ml 0.7 品有限 公司中心	20180109	天津市市场和质量监督管理委员会	内蒙古自治区医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
422	一次性使用无菌注射器带针	天津河北京津医院	浙江京环医疗用品有限公司	0.6*25TWLB/2.5ml	20180113 20180113	天津市市场和质量监督管理委员会	内蒙古自治区医疗器械检测中心
423	一次性使用无菌注射器带针	丹东市黄海医疗器械批发站	山东侨牌集团有限公司	5ml 0.5 限公司 发站中心	171209 批 171209	辽宁省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
424	一次性使用无菌注射器带针	锦州市第二医院	山东侨牌集团有限公司	1ml 0.5×18RWLB	180322 批 180322	辽宁省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
425	一次性使用无菌注射器带针	天津南开华山医院	江苏治宇医疗器材有限公司	5ml 0.7mm	20170822 20170822	天津市市场和质量监督管理委员会	内蒙古自治区医疗器械检测中心
426	一次性使用无菌注射器	长春市中医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	1mL	2018-03-15 20180311	吉林省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
427	一次性使用无菌注射器带针	邢台市人民医院	常州市双马医疗器械有限公司	5ml 0.7	20180103 20180103	河北省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
428	一次性使用无菌注射器带针	通化海恩达高科技股份有限公司	岳阳民康医用材料有限公司	5mL 0.6 料有限 公司公司	171003 171006	吉林省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
429	一次性使用无菌注射器带针	长春市中心血站	江西洪达医疗器械集团有限公司	中式头 5ml 0.7 械集团有限	20171116 20171116	吉林省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
430	一次性使用无菌注射器	辽阳市中心医院 新城医院	山东新华安得医疗用品有限公司	5ml	180117 180117	辽宁省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
431	一次性使用无菌注射器带针	齐齐哈尔润泰嘉美医药有限公司	上海金塔医用器材有限公司	1ml 针号: 0.5 医用器材有限	20171110 20171110	黑龙江省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
432	一次性使用无菌注射器带针	吉林省永新堂大药房连锁有限公司	上海金塔医用器材有限公司	5ml 针号: 0.7 医用器材有限	20170508 20170508	吉林省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
433	一次性使用无菌注射器 带针	天津市药材集团 大海医药有限公司	河南曙光汇知康生 物科技股份有限公 司	5ml 0.6 生物科 技股份有	批 180202 20180202	天津市市场和 质量监督管 理委员会	内蒙古自治区医 疗器械检测中心
434	一次性使用无菌注射器 带针	哈尔滨丁香医疗 器械有限公司	哈尔滨丁香医疗器 械有限公司	2.5ml 0.5 有限 公司心会公	20180312 20180312	黑龙江省食品 药品监督管 理局	内蒙古自治区医 疗器械检测中心
435	一次性使用无菌注射器 (带针)	天津市药材集团 蓟县公司第四批 发部	圣光医用制品股份 有限公司	5ml 0.7 份有限 公司四批	2018.1.24 180124 97	天津市市场和 质量监督管 理委员会	内蒙古自治区医 疗器械检测中心
436	一次性使用无菌注射器带针	天津瑞澄大药房 连锁有限公司	上海米沙瓦医科工 业有限公司	10ml 0.9 业有限 公司心会	2018-01-10 20180110	天津市市场和 质量监督管 理委员会	内蒙古自治区医 疗器械检测中心
437	一次性使用无菌注射器 带针	黑河市第一人民 医院	江西益康医疗器械 集团有限公司	1ml 0.45 集团有 限公司会	20170805 批 170801	黑龙江省食品 药品监督管 理局	内蒙古自治区医 疗器械检测中心
438	一次性使用无菌注射器 带针	天津安捷医院	江苏治宇医疗器材 有限公司	1ml 盒	20171009 20171009	天津市市场和 质量监督管 理委员会	内蒙古自治区医 疗器械检测中心
439	一次性使用无菌注射器 带针	哈尔滨医科大学 附属第一医院	江西洪达医疗器械 集团有限公司	中式头 5ml 0.7 集团有限公	20180201 20180201 -	黑龙江省食品 药品监督管 理局	内蒙古自治区医 疗器械检测中心
440	一次性使用无菌注射器 带针	哈尔滨凯宾医疗 器械有限公司	上海凯乐输液器厂	1ml 0.45 械有限 公司心 2	180306 180306	黑龙江省食品 药品监督管 理局	内蒙古自治区医 疗器械检测中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
441	一次性使用无菌注射器 带针	哈尔滨凯宾医疗器械有限公司	上海凯乐输液器厂	5ml 0.7×30TWLB	180317 180317	黑龙江省食品药品监督管理局	内蒙古自治区医疗器械检测中心
442	一次性使用无菌注射器 带针	河南雅康药业有限公司	河南雅康药业有限公司	5ml 0.6 限公司 检测中心	批 20180413	河南省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
443	一次性使用无菌注射器 带针	河南宇安医疗器械股份有限公司	河南宇安医疗器械股份有限公司	5ml	180301	河南省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
444	一次性使用无菌注射器	洛阳市第六人民医院	江苏苏云医疗器材有限公司	5mL 0.7 材有限 公司公司 2	180121	河南省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
445	一次性使用无菌注射器 带针	兵器工业五二一医院	山东颐兴医疗器械有限公司	5mL 0.7 械有限 公司	170316	陕西省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
446	一次性使用无菌注射器 带针	中卫市妇幼保健计划生育服务中心	岳阳民康医用材料有限公司	5mL 0.7×32TWLB	180105 180105	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
447	一次性使用无菌注射器 带针	西吉华夏医院	江西富尔康实业集团有限公司	10ml (cc) /1.2x30TWLB	20170616 20170616	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
448	一次性使用无菌注射器	北京市平谷区医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	1ml	2017-05-07 批 20170501	北京市食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
449	一次性使用无菌注射器 带针	北京洪达博瑞科技发展有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	20ml	20171030 20171030	北京市食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
450	一次性使用无菌注射器 带针	商丘市第一人民医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	5ml 中头式	批 20180419	河南省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
451	一次性使用无菌注射器 带针	周口市人民医院	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	5ml-0.6 生物科 技股份有	20170617 170617	河南省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
452	一次性使用无菌注射器 带针	兰州强生医药集团有限公司张掖分公司	鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司	10ml 0.7 器械实业有限公司	20171121 20171121	甘肃省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
453	一次性使用无菌注射器 带针	嘉峪关市中医医院	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	5ml-0.7 生物科技股份有限公司	20180120 批 180120	甘肃省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
454	一次性使用无菌注射器	黄河三门峡医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	10mL 0.8 高分子	批 20180321	河南省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
455	一次性使用无菌注射器 带针	平凉市陇鑫医疗器械有限责任公司	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	5ml 0.6 生物科技股份有限公司	20170801 批 170801	甘肃省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
456	一次性使用无菌注射器 带针	北京特科医疗设备有限公司	山东侨牌集团有限公司	5ml 0.7 限公司 公司份有	180227 180227	北京市食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
457	一次性使用无菌注射器 带针	北京千伯源医疗器械经销部	山东侨牌集团有限公司	2ml	180222 批 180222	北京市食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
458	一次性使用无菌注射器 (带针)	郑州市第七人民医院	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	5mL, 配针规格: 0.7mm 企业发展集团股份有	20180202 20180202	河南省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
459	一次性使用无菌注射器	河南省三门峡市中心医院	江苏苏云医疗器械有限公司	5mL 0.7 材有限 公司 80	180226	河南省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
460	一次性使用无菌注射器	北京市顺义区中医医院	江苏苏云医疗器械有限公司	5ml	180416 180416	北京市食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
461	一次性使用无菌注射液 带针	北京洪达博瑞科技发展有限公司	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	20ml	20180202 20180202	北京市食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
462	一次性使用无菌注射器	濮阳市人民医院	山东新华安得医疗用品有限公司	5mL 0.7X32TWLB	180305	河南省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
463	一次性使用无菌注射器	陕西省中医医院	江苏苏云医疗器材有限公司	5mL	180319 180319	陕西省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
464	一次性使用无菌注射器 带针	固原协和医院	圣光医用制品股份有限公司	5mL	170310 170310	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
465	一次性使用无菌注射器 带针	固原市原州区人民医院	成都市新津事丰医疗器械有限公司	5ml 0.7X30TWLB	20171221 1712217 20171221	宁夏回族自治区食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
466	一次性使用无菌注射器	北京大暘医疗器械有限公司	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	10ml	2018-03-08 批 20180301	北京市食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
467	一次性使用无菌注射器	北京市平谷岳协和医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml	2018-03-28 20180321	北京市食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
468	一次性使用无菌注射器	北京市顺义区医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml	2018-04-14 20180411	北京市食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
469	一次性使用无菌注射器带针	北京京顺医院有限公司	圣光医用制品股份有限公司	5ml 0.7份有限公司 01	2016年11月17日 161117	北京市食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
470	一次性使用无菌注射器	北京首儿李桥儿童医院有限公司	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml	2018-02-05 20180201	北京市食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
471	一次性使用无菌注射器 带针	陕西福纳医疗器械有限公司	圣光医用制品股份有限公司	2.5mL 0.5 限公司 01802	170623	陕西省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
472	一次性使用无菌注射器	西安市红会医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	1mL	2018-01-10 20180101	陕西省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
473	一次性使用无菌注射器 带针	陕西福纳医疗器械有限公司	圣光医用制品股份有限公司	5mL 0.7 份有限公司 018	180116 180116	陕西省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
474	一次性使用无菌注射器 带针	陕西福纳医疗器械有限公司	圣光医用制品股份有限公司	1mL 0.45 有限公司 6180	170906	陕西省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
475	一次性使用无菌注射器	西北妇女儿童医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5mL	2018-02-26 20180221	陕西省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
476	一次性使用无菌注射器	鹤壁市人民医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml	20180301 批 20180301	河南省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
477	一次性使用无菌注射器 带针	北京创展医疗器械有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 1ml	20171028 20171028	北京市食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
478	一次性使用无菌注射器 带针	江阴市长强医疗器械有限公司	江阴市长强医疗器械有限公司	5ml	2018/4/18	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
479	一次性使用无菌注射器 带针	江苏客乐医用器械有限公司	江苏客乐医用器械有限公司	1ml 0.45	20180508 20180508	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
480	一次性使用无菌注射器 带针	酒泉市第二人民医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	5ml 0.7 械集团有限	20171222 批 20171222	甘肃省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
481	一次性使用无菌注射器 带针	郑州康佳医疗器械有限公司	郑州康佳医疗器械有限公司	10mL, 配针规格 0.7 格医疗	20180419 201804F	河南省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
482	一次性使用无菌注射器	北京市平谷区医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml	2018-03-14 批 20180311	北京市食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
483	一次性使用无菌注射器	北京市平谷区医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	2ml	2018-04-18 批 20180411	北京市食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
484	一次性使用无菌注射器	北京市平谷区医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	10ml	2017-12-17 批 20171211	北京市食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
485	一次性使用无菌注射器	北京市顺义区空港医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml	2018-03-10 批 20180301	北京市食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
486	一次性使用无菌注射器 带针	潢川圣光医疗器械有限公司	圣光医用制品股份有限公司	5ml 0.6 份有限公司品股	180116	河南省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
487	一次性使用无菌注射器带针	濮阳市天汇商贸有限公司	圣光医用制品股份有限公司	5mL0.6X25TW LB	171206	河南省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
488	一次性使用无菌注射器 带针	河南雅康药业有限公司	河南雅康药业有限公司	2.5ml-0.5 司理局 B 股份有	批 20180304	河南省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
489	一次性使用无菌注射器 带针	洛阳明康药业有限公司	江西科伦医疗器械制造有限公司	5mL 0.6 械制造有限公司份	A1 批 20170718	河南省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
490	一次性使用无菌注射器 带针	白银市白银区王岷镇卫生院	圣光医用制品股份有限公司	20ml 1.2 有限公司公司份	批 180314	甘肃省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
491	一次性使用无菌注射器带针	滑县人民医院	圣光医用制品股份有限公司	5mL0.6X25TW LB	批 180228	河南省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
492	一次性使用无菌注射器 带针	江阴市医疗器械有限公司	江阴市医疗器械有限公司	5ml	2018-05-31 20180503	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
493	一次性使用无菌注射器 带针	河南省三门峡市中医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 1mL	批 20180209	河南省食品药品监督管理局	青海省药品检验检测院
494	一次性使用无菌注射器 带注射针	南通大学附属医院	Becton Dickinson Medical(S)Pte.Ltd.	1ML LS 25GA 5/8 IN	2017-11 7292019	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
495	一次性使用无菌注射器	佛山市禅城医药有限公司	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	1mL	2017-12-19 批 20171211	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
496	一次性使用无菌注射器	汕头市第二人民医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	10mL 0.7 高分子制品股份有	2017-11-07 批 20171101A	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
497	一次性使用无菌注射器	重庆医科大学附属第三医院(捷尔医院)	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml	2018-03-30 批 20180321	重庆市食品药品监督管理局	海南省药品检验所
498	一次性使用无菌注射器	广西壮族自治区民族医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	2ml	2018-03-23 20180321	广西壮族自治区食品药品监督管理局	海南省药品检验所
499	一次性使用无菌注射器 带针	长沙洪达医疗器械有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 5ml 配针规格 0.7 格疗器械集团有限公司	2018.04.13 20180413	湖南省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
500	一次性无菌注射器 带针	广西壮族自治区脑科医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 2.5ml 配针规格 0.6 格 ml 械集团有限公司 8	20170823	广西壮族自治区食品药品监督管理局	海南省药品检验所
501	一次性使用无菌注射器 带针	佛山市三水区乐平欣华医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.6 达医疗器械集团有限公司 理局 41 中头式	20171230 20171230	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
502	一次性使用无菌注射器 带针	普宁安琪医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.6 达医疗器械集团有中头式 5ml	20171224 20171224	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
503	一次性使用无菌注射器 带针	江门市妇幼保健院	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 5ml 0.6 集团有限公司 2	20180308 批 20180308	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
504	一次性使用无菌注射器带针	深圳九州通医药有限公司	江西洪达医疗器械集团有限公司	0.7 达医疗器械集中头式 10ml	20170905 批 20170905	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
505	一次性使用无菌注射器带针	衡南县人民医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 1ml 配针规格 0.45 疗器械集团有限公司 22	2016-12-28 20161228	湖南省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
506	一次性使用无菌注射器带针	长沙仁和医院	江西洪达医疗器械集团有限公司	中头式 1ml 配针规格 0.45 疗器械集团有限公司 61	20171025	湖南省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
507	一次性使用无菌注射器带针	广东海鸥医疗器械股份有限公司	广东海鸥医疗器械股份有限公司	5ml/0.6 械股份	20180429 20180429	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
508	一次性使用无菌注射器带针	广东龙心医疗器械有限公司	广东龙心医疗器械有限公司	0.6 心医疗器械有限公司 80	180329 180329	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
509	一次性使用无菌注射器带针	佛山市顺德区妇幼保健院	广东龙心医疗器械有限公司	5ml 0.7 械有限公司 90	180331 180331	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
510	一次性使用无菌注射器带针	广东因特圣医疗器械有限公司	广东因特圣医疗器械有限公司	5ml 0.7 器械有限公司 04	2018年3月6日 20180306	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
511	一次性使用无菌注射器带针	广州花山医用塑料厂	广州花山医用塑料厂	0.6*32TWLB/5ml	20180312 20180312	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
512	一次性使用无菌注射器带针	长沙市雨花区圭塘街道社区卫生服务中心	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	0.7 光汇知康生物科技股份有限公司	20171208 171208	湖南省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
513	一次性使用无菌注射器带针	国药集团湖南潇湘医疗器械有限公司	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	10ml 1.2 物科技股份有限公司	20170710 170710	湖南省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
514	一次性使用无菌注射器带针	重庆爱斯特整形美容医院	湖北仙明医疗器械有限公司	10ml, 0.8X35TWLB	2017年4月01日 20170401	重庆市食品药品监督管理局	海南省药品检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
515	一次性使用无菌注射器 带针	湖南省绿洲惠康发展有限公司	湖南省绿洲惠康发展有限公司	0.7 绿洲惠康发展有限公司 1	29-20171121	湖南省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
516	一次性使用无菌注射器 带针	湖南省绿洲惠康发展有限公司	湖南省绿洲惠康发展有限公司	0.5 绿洲惠康发展有限公司 1	23-20180221	湖南省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
517	一次性使用无菌注射器 带针	湖南省绿洲惠康发展有限公司	湖南省绿洲惠康发展有限公司	0.7 绿洲惠康发展有限公司 10	02-20180201	湖南省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
518	一次性使用无菌注射器	来宾市中医医院	江苏苏云医疗器材有限公司	5ml 配针规格 0.7 格医疗器材有限公司司	180109	广西壮族自治区食品药品监督管理局	海南省药品检验所
519	一次性使用无菌注射器 带针	北海市第二人民医院	江西丰临医用器械有限公司	5mL 0.7 械有限公司督管	2018年1月21日 20180121	广西壮族自治区食品药品监督管理局	海南省药品检验所
520	一次性使用无菌注射器 带针	广西贵港市健生药业有限公司	江西科伦医疗器械制造有限公司	5mL0.6 器械制造有限公司	20170622 A1 批 20170622	广西壮族自治区食品药品监督管理局	海南省药品检验所
521	一次性使用无菌注射器	中南大学湘雅三医院	山东新华安得医疗用品有限公司	5mL 0.7 疗用品有限公司	20171007 171007	湖南省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
522	一次性使用无菌注射器	重庆今日天虹医疗器械有限公司	山东新华安得医疗用品有限公司	0.5 华安得医疗用品有限公司 7	180315 180315	重庆市食品药品监督管理局	海南省药品检验所
523	一次性使用无菌注射器 带针	汕头华尔怡医疗器械有限公司	汕头华尔怡医疗器械有限公司	1mL 0.45 械有限公司司 7	2017.11.17 20171110	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
524	一次性使用无菌注射器 带针	重庆市沙坪坝区人民医院	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	5ml 0.7mm 集团股份有限公司 10d	2018 01 26 批 K20180126	重庆市食品药品监督管理局	海南省药品检验所
525	一次性使用无菌注射器带针	广州采芝林药业有限公司	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	5ml 0.7mm 集团股份有限公司 10d	20180203 批 K20180203	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
526	一次性使用无菌注射器 带针	深圳市保安医疗用品有限公司	深圳市保安医疗用品有限公司	5ml 0.7×32TWLB	20170922 20170922	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
527	一次性使用无菌注射器(带针)	深圳市坪山区妇幼保健院	深圳市保安医疗用品有限公司	1ml 0.5 用品有限公司)	20170705 20170705	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
528	一次性使用无菌注射器 带针	深圳市保安医疗用品有限公司	深圳市保安医疗用品有限公司	20ml 1.2 品有限公司 07	20170922 20170922	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
529	一次性使用注射器 带针	重庆长海医疗设备有限责任公司	圣光医用制品股份有限公司	5ml 0.7 份有限公司公司	180321 批 180321	重庆市食品药品监督管理局	海南省药品检验所
530	一次性使用无菌注射器 带针	汕头市皮肤医院	委托方: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 受托方: 珠海康德莱医疗器械有限公司	5mL 针 0.7mm 康德莱 医疗器械有限	20170809 批 K20170809	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
531	一次性使用无菌注射器 带针	安徽省宿州市立医院	江苏长城医疗器械有限公司	规格 5ml/型号 0.7/医疗器械有限	20180102 20180102	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
532	一次性使用无菌注射器	铜陵市立医院	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	5ml	2018-03-30 20180321	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
533	一次性使用无菌注射器 带针	宿迁市钟吾医院 宿迁市钟吾医院 有限责任公司	圣光医用制品股份有限公司	10ml	171129 171129	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
534	一次性使用无菌注射器 带针	广州市增城区人民医院	西班牙 Becton Dickinson S.A	10ml 0.7ickinson S.A 司 ca	2017-12 1712237	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
535	一次性使用无菌注射器 带针	衡阳科尔雅口腔医院	宣城市江南医疗器械有限公司	5ml 0.5 器械有限公司 2	2018-02-01	湖南省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
536	一次性使用无菌注射器 带针	梧州信立康医院	岳阳民康医用材料有限公司	1.2 康医用材料 有限公司司 23	171010	广西壮族自治区食品药品监督管理局	海南省药品检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
537	一次性使用无菌注射器带针	岳阳民康医用材料有限公司	岳阳民康医用材料有限公司	5ml 0.6 料有限公司督管	2017-12-02 171202	湖南省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
538	一次性使用无菌注射器带针	钦州医药有限责任公司	岳阳民康医用材料有限公司	5ml	180127 180127	广西壮族自治区食品药品监督管理局	海南省药品检验所
539	一次性使用无菌注射器带针	盐城协和医院	圣光医用制品股份有限公司	5ml/0.7 份有限公司督管	170510	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
540	一次性使用无菌注射器带针	沭阳中山医院	圣光医用制品股份有限公司	1ml	171005 171005 171005	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
541	一次性使用无菌注射器带针	池州市人民医院	圣光医用制品股份有限公司	20ml 1.2 有限公司 051	170720	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
542	一次性使用无菌注射器带针	江苏华盛医疗器械有限公司	江苏康宝医疗器械有限公司	1ml	20180102 20180102 20180102	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
543	一次性使用无菌注射器带针	珠海康德莱医疗器械有限公司	珠海康德莱医疗器械有限公司	5ml 0.7 器械有限公司 80	20171202 批 20171202	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
544	一次性使用无菌注射器带针	珠海市香洲区人民医院	珠海康德莱医疗器械有限公司	1ml 0.45×16 RWLB	20170814 批 20170814	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
545	一次性使用无菌注射器带针	珠海康德莱医疗器械有限公司	珠海康德莱医疗器械有限公司	10ml 1.2 械有限公司 WL	20180323 批 20180323	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
546	一次性使用无菌注射器带针	广东省人民医院 珠海医院(珠海市金湾中心医院)	珠海康德莱医疗器械有限公司	10ml 0.8 械有限公司 海市金	20170818 批 20170818	广东省食品药品监督管理局	海南省药品检验所
547	一次性使用无菌注射器带针	重庆川东医药器械有限公司	成都市新津事丰医疗器械有限公司	5ml 0.7 医疗器械有限公司	20171201 171201	重庆市食品药品监督管理局	海南省药品检验所

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
548	一次性使用无菌注射器带针	安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司	安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司	5ml 0.6 疗器械股份有限公司	20180323 20180323	安徽省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
549	一次性使用无菌注射器带针	眉山市中医医院	四川康宁医用器材有限公司	10ML 0.8*32TWLB	170925	四川省食品药品监督管理局	陕西省医疗器械质量监督检验院
550	一次性使用无菌注射器(带针)	江苏大学附属医院	江苏康友医用器械有限公司	5ml	20180402 20180402	江苏省食品药品监督管理局	上海市医疗器械检测所
551	不锈钢正畸丝	上海埃蒙迪材料科技股份有限公司	上海埃蒙迪材料科技股份有限公司	I型(圆丝、方丝) 16	20180502 583522 SS021601	上海市食品药品监督管理局	北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心
552	正畸丝	北京市崇文口腔医院	托博正畸器械(无锡)有限公司	0.016~	2016.12.22 35716CN34	北京市食品药品监督管理局	北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心
553	弹性镍钛弓丝	天津东其林医疗器械贸易有限公司	深圳市速航科技发展有限公司	0.018in	2018-03 18030104	天津市市场和质量监督管理委员会	北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心
554	弹性镍钛弓丝	太原市恒伦口腔医院	深圳市速航科技发展有限公司	卵圆 I 型	2017-06 17060104	山西省食品药品监督管理局	北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心
555	口腔正畸用镍钛器材	西安市军达医疗器械有限公司	有研医疗器械(北京)有限公司	CY14L	2017年09月11日 1708240275	陕西省食品药品监督管理局	北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心
556	普通型牙弓丝	武义县口腔医院	有研医疗器械(北京)有限公司	CY14L(10支/袋)	2017年11月13日 1710190088	浙江省食品药品监督管理局	北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心
557	正畸丝	北京圣玛特科技有限公司	北京圣玛特科技有限公司	SM-D-12-U	2017年11月13日 41711082001201	北京市食品药品监督管理局	北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
558	正畸丝	黄石港区春天口腔门诊部	北京圣玛特科技有限公司	弓形 1 SE D 12 U	2017年12月25日 011708071001203	湖北省食品药品监督管理局	北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心
559	正畸丝	明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司	3M Unitek Corporation	4297-919	2018-04-06 IO7RU	上海市食品药品监督管理局	北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心
560	不锈钢正畸丝(SS)	福州登特口腔医院有限公司	上海埃蒙迪材料科技股份有限公司	I型(圆丝、方丝)	20170216 573236	福建省食品药品监督管理局	北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心
561	镍钛合金牙弓丝	重庆医科大学附属口腔医院	上海埃蒙迪材料科技股份有限公司	镍钛卵圆型超弹圆丝上颌	20180106 583126	重庆市食品药品监督管理局	北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心
562	镍钛合金牙弓丝	上海宏康医院有限公司	上海埃蒙迪材料科技股份有限公司	卵圆型	20180408 583428	上海市食品药品监督管理局	北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心
563	弹性镍钛弓丝	上海市徐汇区牙病防治所	深圳市速航科技发展有限公司	0.012in	2018.02 18020104	上海市食品药品监督管理局	北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心
564	普通型牙弓丝(口腔正畸用镍钛器材)	绵阳口腔医院	有研医疗器械(北京)有限公司	10支/袋 /CY18U	2017年2月24日 1702240251	四川省食品药品监督管理局	北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心
565	正畸丝	台州市东升医疗器械有限公司	杭州西湖生物材料有限公司	0.018*0.025	2018年4月19日 180419F72021	浙江省食品药品监督管理局	北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心
566	口腔正畸用镍钛器材	海南医学院第二附属医院	有研医疗器械(北京)有限公司	普通型牙弓丝 CF1825U	2017年12月25日 171115016201	海南省食品药品监督管理局	北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号 /出厂编号	抽样单位	检验单位
567	镍钛合金牙弓丝	长春市中心医院	上海埃蒙迪材料科技股份有限公司	镍钛卵圆型超 弹圆丝上颌 A-W-SE021601 0.016inch	20171023	吉林省食品药 品监督管理局	北京大学口腔医 学院口腔医疗器 械检验中心
568	一次性使用腹腔镜用 穿刺器	天津万和医疗器 械有限公司	天津万和医疗器 械有限公司	OHTC-T15100	无	天津市市场 和质量监督管 理委员会	上海市医疗器 械检测所
569	手腕式电子血压计	厦门安氏兄弟科 技有限公司	厦门安氏兄弟科 技有限公司	AS-55A	18A000055A	福建省食品药 品监督管理局	广东省医疗器 械质量监督检 验所
570	天然胶乳橡胶避孕套	贵阳维森保健 品有限公司	海氏海诺乳胶（青 岛）有限公司	光面型 52mm 胶（青岛	2018/03 C180302	贵州省食品药 品监督管理局	湖南省医疗器 械检验检测所

分送：各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团
市场监督管理局。

国家药品监督管理局综合和规划财务司

2019年9月18日印发
